

EZ/263/97/...../2013

Łódź, dnia02.2013r
Nr sprawy 97/12

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedź na pytanie zadane do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

W toku przeprowadzonego przedmiotowego postępowania zostało zadane następujące pytanie:

Czy Zamawiający w pakiecie 36 dopuści układ oddechowy bakteriostatyczny, mikrobiologicznie czysty, z tworzywa nietoksycznego, pakowany pojedynczo, jednorazowe z jonami srebra. Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych, min. 150 cm, równoległoramienny, trójnik Y z portami, ze złączkami 22M/15F, złącze respiratora 22Flex-22Flex?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający zaznacza, iż udziela odpowiedzi na pytanie pomimo to, iż wpłynęło po upływie połowy terminu do dnia składania ofert.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi
mgr Wojciech Szrajber (2)