

EZ/263/151/.../2013

Łódź, dnia 29.04.2013r
Nr sprawy 151/12

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawę **sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

1. W toku przedmiotowego postępowania zostały zadane dodatkowo następujące pytania:

Wykonawca – (...) mając na uwadze zarówno zachowanie w przedmiotowym postępowaniu zasady uczciwej konkurencji oraz interes prawny w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, jak i interes prawny oraz ekonomiczny Zamawiającego, w zakresie ponoszenia przez niego wydatków w sposób celowy i oszczędny oraz uzyskania najlepszych efektów z poniesionych nakładów, niniejszym zwraca się z prośbą o unieważnienie podjętej przez niego w dn. 17.04.2013r decyzji o udzieleniu odmownej odpowiedzi i nie dopuszczeniu zaoferowania w zakresie pakietu nr 2 poz. 4, 6 i 10 cewników producenta firmy Teleflex Medical (dawniej Rusch).

Powyższe działanie Zamawiającego, biorąc pod uwagę fakt, iż od ponad 5 lat w/w cewniki były bez zastrzeżeń do niego dostarczane, wydaje się być nieuzasadnione.

W związku z powyższym, wnosimy o ponowne rozpatrzenie wniosku (..) o dopuszczenie zaoferowania w zakresie pakietu nr 2 poz. 4, 6 i 10 cewników producenta firmy Teleflex Medical (dawniej Rusch). Pragniemy nadmienić, iż wymagane w zakresie pakietu nr 2 poz. 4 cewniki Foley od nr 6 do 10 Ch standardowo są wyposażone w plastikową zastawkę. Jest to rozwiązanie stosowane przez większość renomowanych producentów sprzętu medycznego, znacznie ułatwiające stosowanie w/w cewników w małych, pediatrycznych rozmiarach. Prosimy więc Zamawiającego o dopuszczenie w zakresie pakietu nr 2 poz. 4

cewników Foley w rozm. Od 6 do 10Ch wyposażonych w plastikową zastawkę. Pozostałe parametry i rozmiary zgodnie z siwz.

Poznadto prosimy o dopuszczenie w zakresie pakietu nr 2 poz.6 cewników foemy trójdrożnych w rozm. 18-24ch oraz w poz.10 cewników foley z końcówką tiemana w rozm.12-14ch. Zgodnie z naszą wiedzą, większość renomowanych producentów cewników urologicznych produkuje cewniki Foley trójdrożne (poz. 6) oraz cewniki Foley z końcówką Tiemanna (poz.10) w rozmiarach większych niż oczekiwane przez Zamawiającego czyli odpowiednio dla poz. 6: od 18-24Ch oraz dla poz. 10: od 12-24Ch. Jest to podyktowane częstością występowania schorzeń urologicznych wymuszających użycie w/w produktów. W praktyce klinicznej nie stosuje się bowiem cewników Foley trójdrożnych oraz cewniki Foley z końcówką Tiemanna u pacjentów pediatrycznych (czyli w rozmiarze dla poz. 6: 10-16Ch i dla poz. 10: 8-10Ch).

Odpowiedź pozytywna na w/w pytanie, zgodnie z zapisami art. 7 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, statuującego podstawową zasadę udzielania zamówień publicznych, czyli zasadę przygotowania i prowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców umożliwi naszej firmie złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty. Tym samym decyzja o dopuszczeniu zaofiarowania produktów firmy Teleflex Medical (dawniej Rusch) jest jak najbardziej zgodna z interesem ekonomicznym Placówki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Dotyczy: SIWZ, pakiet 7, poz. 1

Czy Zamawiający mając na uwadze wysoką jakość produktu pod postacią filtra bez nawilżacza oczekuje filtra elektrostatycznego o małej masie wynoszącej 19 g i objętości wewnętrznej 36ml, objętości oddechowej 150-1200 ml, sterylne, pakowanego pojedynczo – dobrze znanego Zamawiającemu, gdyż był on już stosowany na bloku operacyjnym i cieszył się dobrą opinią.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga spełnienia powyższych parametrów

Dotyczy: SIWZ, pakiet 7, poz. 2

Czy Zamawiający pod postacią filtra oddechowego z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci oczekuje filtra elektrostatycznego (antybakteryjnego i antywirusowego z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła) dla dzieci którego zakres pojemności oddechowej wynosi 75 – 300 ml, a wydajność nawilżania to 31 mg H₂O/l przy V_t 250 ml, przy czym waga nie przekracza 22 g.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga spełnienia powyższych parametrów

Dotyczy: SIWZ, pakiet 7, poz. 3


Czy Zamawiający w trosce o najwyższą jakość produktu pod postacią filtra antybakteryjnego z nawilżaczem oczekuje filtra elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci o masie nie przekraczającej 29 g, a wydajność nawilżania to 33 mg H₂O/l przy VT 500 ml, a zakres objętości oddechowej wynosi 150- 1200 ml.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga spełnienia powyższych parametrów

2. Zamawiający zmienia następujące terminy:

- termin składania ofert do dnia 23 maja 2013r. do godz. 10:00
- termin otwarcia ofert w dniu 23 maja 2013r. o godz. 11:00
- termin wniesienia wadium do dnia 23 maja 2013r. do godz. 10:00

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.


Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi
(2)
mgr Wojciech Szrajber

Handwritten signature