

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”  
„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

EZ / 263 / 83 / <sup>505</sup> / 2013

Łódź, dnia 08.05.2013r.  
Numer sprawy: **83/12**

**Dotyczy:** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę **wyposażenia zespołów zabiegowo – operacyjnych w ramach realizacji projektu „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego”** dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę **wyposażenia zespołów zabiegowo – operacyjnych w ramach realizacji projektu „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego”** dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

a) W toku postępowania zostały zadane następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

#### **Pytanie 1**

**Dotyczy: Zał. 4 do SIWZ, warunki gwarancji, pkt. 4 tabeli**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z istniejącego w pkt 4 warunków gwarancji na zapis o poniższej treści:

„W okresie gwarancji robocizna, transport i dostawa, a także wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy części i podzespoły poza elementami eksploatacyjnymi będą dostarczane w ramach umowy”?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający utrzymuje treść zawartą w SIWZ.**

#### **Pytanie 2**

**Dotyczy: Zał. 4 do SIWZ, warunki gwarancji, pkt. 6 tabeli**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z istniejącego w pkt 6 warunków gwarancji na zapis o poniższej treści:

„Maksymalnie trzy naprawy tego samego istotnego podzespołu w okresie gwarancji po których niesprawny podzespół urządzenia zostanie wymieniony na nowy”?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający utrzymuje treść zawartą w SIWZ.**

#### **Pytanie 3**

**Dotyczy: Zał. 4 do SIWZ, warunki gwarancji, pkt. 7 tabeli**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pkt 7 warunków gwarancji na skrócenie okresu gwarantowanej dostępności części zamiennych z 10 na 8 lat?

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”  
„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający utrzymuje treść zawartą w SIWZ.**

**Pytanie 4**

**Dotyczy: Zał. 4 do SIWZ, warunki gwarancji, pkt. 11 tabeli**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z istniejącego w pkt 11 warunków gwarancji na zapis o poniższej treści:

„Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia liczony od momentu dostarczenia sprzętu do serwisu drogą kurierską (w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy) do momentu przywrócenia urządzenia do pełnej sprawności (5 dni roboczych). W przypadku części sprowadzanych z zagranicy (12 dni roboczych)”  
oraz odpowiednie zastosowanie powyższego w zapisach pkt 12 warunków gwarancji oraz zapisach umowy?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający utrzymuje treść zawartą w SIWZ.**

**Pytanie 5**

**Dotyczy: Zał. 4 do SIWZ, warunki gwarancji, pkt. 14 tabeli**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z istniejącego w pkt 14 warunków gwarancji na zapis o poniższej treści:

„W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 12 dni roboczych – dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy”  
oraz odpowiednie zastosowanie powyższego w zapisach umowy?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający utrzymuje treść zawartą w SIWZ.**

**Pytanie 6**

**Dotyczy: Zał. 12 do SIWZ, umowa § 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z istniejącego w § 2 ust. 6 umowy na zapis o poniższej treści:

„Przedmiot zamówienia staje się własnością Zamawiającego z dniem uiszczenia płatności zgodnie z § 3 ust. 2”?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający utrzymuje treść zawartą w SIWZ.**

**Pytanie 7**

**Dotyczy: Zał. 12 do SIWZ, umowa § 6 ust. 2a)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z 10 na 5% wartości brutto w przypadku odstąpienia od umowy?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający utrzymuje treść zawartą w SIWZ.**

**Pytanie 8**

**Dotyczy: Zał. 12 do SIWZ, umowa § 6 ust. 2b)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z 0,1 na 0,05% wartości brutto w przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy?

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”  
„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający utrzymuje treść zawartą w SIWZ.**

**Pytanie 9**

**Dotyczy: Zał. 12 do SIWZ, umowa § 6 ust. 2c)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z 0,1 na 0,05% wartości brutto w przypadku zwłoki w wykonaniu naprawy?


**ODPOWIEDŹ: Zamawiający utrzymuje treść zawartą w SIWZ.**

**Pytanie 10**

**Dotyczy: Zał. 12 do SIWZ, umowa § 6 ust. 2c)**

Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający utrzymuje treść zawartą w SIWZ.**

  
DYREKTOR  
Wojewódzkiego Centrum Specjalistycznego  
m. St. Zimowej w Łodzi (2)  
mgr Wojciech Szrajber

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź


SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ  
KIEROWNIK SEKCJI



  
mgr Kamila Juszczyk