



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 11

Fax. (042) 689 54 09

EZ/263/178/256/2013

Łódź, dn. 19.03.2013r.

Nr sprawy: 178/12

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy **sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.**

### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z jej zmianą:

#### I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

##### Pytanie 1:

Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycja 1 poprzez zapis „Cewnik centralny dwuświatłowy do wkłuc z powłoką antybakteryjną” oczekuje zaferowania zestawu do kaniulacji żył centralnych z cewnikiem wykonanym z poliuretanu impregnowanego macierzą hydrofilną z powłoką bakteriobójczą /benzoalkonium chloride/, wprowadzanego do światła naczynia metodą Seldingera, zestawu zawierającego: cewnik, rozszerzadło naczyniowe, strzykawkę niskooporową, drut wprowadzający zakończony „J”, aparat wprowadzający typu Vena Guide, zacisku zamykającego światło. Dodatkowo w celu zwiększenia bezpieczeństwa i możliwości przełożenia zestawu na pole zabiegowe zestawu pakowanego w podwójną tackę ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaferowania cewnika z przewodnicą tytanowo-nikielową, pokrytą biguanidem (poliheksanid metakrylatu). Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji w formularzu ofertowym.**

##### Pytanie 2:

Czy Zamawiający w pakiecie 13 pozycja 1 dopuści przenośny, jednorazowego użytku system infuzyjny do wlewu leków, wykorzystujący zbiornik elastomerowy o objętości maksymalnej 265 ml. Objętości nominalnej 250 ml i objętości zalegającej < 5 ml. Czas wlewu 48 h ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

##### Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„Towar staje się własnością Zamawiającego po zapłaceniu całej należności”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

##### Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru od określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę, o ile zmniejszenie przedmiotowej ilości nie przekroczy 30%.” ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



**Pytanie 5**

Dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym towarze Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad (co do jakości jak i ilości) w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.” ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 6**

Dotyczy zapisów umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 4 ustępu o następującej treści:

„W przypadku zwłoki w płatnościach powyżej 30 dni od wymaganego terminu Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych zamówień.” ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 7**

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 5 dni roboczych od dnia przesłania pisemnego zamówienia?

Ponadto prosimy o uzupełnienie ustępu o zapis następującej treści:

„ Wykonawca ma prawo wstrzymać się od obowiązku uzupełnienia bazy w przypadku zaległości w płatnościach (powyżej 30 dni) w odniesieniu do zrealizowanych zamówień”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 8**

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1a, b, c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% do 0,1% ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 9**

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1d oraz e

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% oraz z 20% na 10%?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 10**

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„podwyższenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto cena netto pozostaje bez zmian. (...)” ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 11**

Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„Cesja wierzytelności z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. Zgoda nie jest wymagana względem banku Wykonawcy finansującego kontrakt.” ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 12**

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„w razie pogorszenia sytuacji finansowej Zamawiającego w trakcie trwania umowy z zastrzeżeniem uregulowania wszystkich ewentualnych zobowiązań na nim ciążących.” ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 14**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe.

**Odpowiedź: Nie została wszczęta likwidacja, nie toczy się postępowanie upadłościowe, nie przekształca się**

**Pytanie 15**

Dotyczy Załącznika nr 2 – pakiet nr 3

Prosimy o dopuszczenie w poz. 1 jednorazowych sond do argonu do bronchofiberoskopii, śr. 1,5mm, dł. 1,6m, a w poz. 2 jednorazowych sond do argonu do gastrofiberoskopii, śr. 2,3mm, dł. 2,3m. Oby dwa rodzaje są kompatybilne z posiadanym przez oddział sprzętem ERBE.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 16:**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym sprawa nr 178/12 w zakresie pakietu nr 10 paski kompatybilne z glukometrem typu Contur TS oraz pakietu nr 16 paski kompatybilne z glukometrem Optium Xido.

Przedstawiony w treści zamówienia opis przedmiotu zamówienia ogranicza uczciwą konkurencję, ponieważ jednoznacznie określa nie tylko parametry techniczne spełniane przez konkretny produkt dostępny na rynku produkowany przez konkretną firmę, ale również wymienia nazwę handlową danego produktu, przez co wskazuje na konkretnego producenta.

Uważamy, że takie zapisy naruszają art. 29 ust. 2 prawa o zamówieniach publicznych. Według tego przepisu treść zamówienia powinna być zapisana jednoznacznie i jasno oraz nie wskazywać ani na konkretny produkt, ani na producenta.

W naszym przekonaniu uzasadnienie, że wymienienie w treści zamówienia nazwy przedmiotu jest powodowane posiadaniem przez zamawiającego konkretnego urządzenia jest niewystarczające, ponieważ każdy dostawca jest w stanie dostarczyć odpowiednią ilość urządzeń nieodpłatnie. Ponadto, wskazanie w treści zamówienia nazwy handlowej produktu uniemożliwia innym producentom przystąpienie do przetargu.

Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający ogranicza udział w przetargu firmom dysponującym innym asortymentem niż wskazany w specyfikacji SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potrzebuje pasków do posiadanych glukometrów typu Contour TS oraz Optium-Xido dlatego też w pakietach nr 10 i 16 podał nazwy tych urządzeń. Jednakże Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakietach nr 10 i 16 innych pasków, pod warunkiem, że Wykonawca zapewni Zamawiającemu odpowiednią ilość glukometrów na czas trwania umowy – dla pakietu nr 10 Zamawiający wymaga 10 szt. glukometrów, dla pakietu nr 16 Zamawiający wymaga min. 100 szt. glukometrów**

**Pytanie 17:**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pyt. do Pakietu nr 7:

Czy Zamawiający wymaga w poz. 1 korków zabezpieczających wkłucia dożylnie obwodowe, centralne o następujących parametrach:

- bezigłowy



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 11

Fax. (042) 689 54 09

- zaopatrzony w zastawkę silikonową, niesprzyjającą kolonizacji bakterii
- bez mechanizmów wewnętrznych metalowych i zawierających latex
- pracujący w systemie zamkniętym
- przezroczysty
- minimalny przepływ 165 ml/min
- przestrzeń martwa maksymalnie 0,04ml
- pakowany pojedynczo
- sterylny, jednorazowego użytku
- możliwość użycia przez 7 dni oraz 600 aktywacji (również w przypadku kontaktu z krwią oraz produktami krwiopochodnymi, lipidami i cytostatykami).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie 18

**Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:**

1. Dotyczy pakiet 11

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatów do pomp pakowanych po 50 szt?

Po przeliczeniu wymaganej ilości Wykonawca zaoferuje 96 opakowań po 50 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie 19:

**Pytania dotyczące treści SIWZ:**

Zgodnie z zapisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. dokumentami dopuszczającymi wyrób medyczny do obrotu są certyfikat CE oraz deklaracja zgodności. Wnosimy o usunięcie zapisów wymagających dołączenia do pierwszej dostawy zgłoszenia/powiadomienia/wniosku do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ z zaznaczeniem, iż ww. dokumenty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego wraz z pierwszą dostawą.**

#### Pytanie 20:

**Pytania dotyczące wzoru umowy:**

Ad par. 1 ust. 10

Prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że ograniczenie zakupionej ilości towarów nie przekroczy 20% wartości umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

#### Pytanie 21:

Ad par. 1 ust. 13

Prosimy o zmianę wymogu w zakresie ważności dostarczanego towaru na 24 miesiące od daty dostawy, lub co najmniej 2/3 terminu ważności udzielonego przez producenta. Niektóre wyroby posiadają termin ważności 24 miesiące od daty produkcji, niemożliwe jest więc spełnienie powyższego wymogu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 12-miesięczny termin gwarancji w przypadku pasków do glukometrów (pakiety nr 10, 16) licząc od dnia dostawy.**

#### Pytanie 22:

Ad par. 4 ust. 1

Prosimy o uściślenie, na jaki okres przewidywana jest umowa; w projekcie umowy wpisane są 24 miesiące, w treści SIWZ – 36 miesięcy.

**Odpowiedź: Zgodnie z Rozdziałem II pkt 1 SIWZ umowa przewidywana jest na okres 24 miesięcy dla pakietu nr 1, oraz 36 miesięcy dla pakietów nr 2-18.**

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 11

Fax. (042) 689 54 09

**Pytanie 23:**

dot. wzoru umowy par. 5 pkt.1a

Prosimy o zmianę kar umownych: w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie towaru – w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 24:**

dot. wzoru umowy par. 5 pkt.1b i c

Prosimy o zmianę kar umownych: za dostarczenie towaru z wadami oraz za zwłokę w wymianie wadliwego towaru na nowy – 0,2% wartości brutto towaru dostarczonego z wadami za każdy dzień zwłoki, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 25:**

dot. wzoru umowy par. 5 pkt.1d:

Prosimy o zmianę kar umownych

Za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy,

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 26:**

Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy par.5 pkt. 1e

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 27:**

Dot. Par.6 ust. 1 ppkt 1.3 i 1.4

Prosimy o zmianę ww. zapisów na następujący:

*Zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 28:**

Prosimy o dopisanie do paragrafu 9 pkt 1 wzoru umowy zapisu: „Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 29:**

**Pakiet nr 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści stapler skórnym w opakowaniach a'5szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 180op., spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 30:**

**Pakiet nr 7, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści korki zabezpieczające wkłucia dożylnie obwodowe, centralne bez filtra, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? Z naszej wiedzy wynika, iż na polskim rynku nie występują ww. korki z filtrem bakteryjnym.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 11

Fax. (042) 689 54 09

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza korki z silikonową membraną zamiast filtra. Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 7 (formularz oferty)**

**Pytanie 31:**

**Pakiet nr 9, pozycje 1-2**

Prosimy o doprecyzowanie, z jakiego materiału mają być wykonane zgłębniki z zatyczką: PCV, czy silikon

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgłębników wykonanych z silikonu.**

**Pytanie 32:**

Dotyczy pakietu nr 8:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 wymaga aby cewniki centralne dwuświatłowe posiadały powłokę antybakteryjną składającą się z chlorheksydyny i sulfadiazyny srebra oraz strzykawkę z otworem w tłoku z igłą do kontroli ciśnienia?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania cewnika z przewodnicą tytanowo-niklową, pokryty biguanidem (poliheksanid matakrylatu). Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji w formularzu ofertowym.**

**Pytanie 33:**

**Dot. Pakietu 2 poz.1**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. nr 1 ma na myśli klipsy polimerowe niewchłaniające z zamkiem, w rozmiarze XL, zamykające naczynia od 7 do 16 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 34:**

**Dot. Pakietu 4**

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 4 staplerów skórnych zawierających co najmniej 55 zszywek?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 35:**

**Dot. Pakietu 18 poz.1**

Czy w Pakiecie nr 18 Zamawiający wymaga igły do biopsji mostka 18G x 30mm z płynną regulacją głębokości nakłucia, z ergonomicznym, zdejmowanym uchwytem motylkowym, ze skośnym ostrzem, łącznikiem Luer - Lock umożliwiającym podłączenie strzykawkę o pojemnościach od 5 do 20 ml, z mandrynem ze wskaźnikiem optycznym uniemożliwiającym jego zamknięcie w odwróconej pozycji?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 36:**

**Dot. §5 ust. 1a, b, c wzoru umowy**

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmiany w wielkości kar umownych, tak aby kary umowne naliczane Wykonawcy przez Zamawiającego za zwłokę w dostawie towaru (pkt1a); za dostarczenie towaru z wadami (pkt 1b) oraz za zwłokę w wymianie towaru wolnego od wad (pkt1c) odpowiadały odsetkom za zwłokę w płatności za dostawy naliczane Zamawiającemu.

Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy karami umownymi, które zobowiązany jest płacić Dostawca w razie zwłoki w dostawie towarów, a odsetkami w przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności za zrealizowane dostawy, w sposób nieuzasadniony narusza fundamentalną zasadę prawa cywilnego – równości stron stosunku cywilnoprawnego.

Mając na uwadze powyższe przepisy proponujemy zrównanie odsetek za zwłokę, które zobowiązany jest płacić Zamawiający w przypadku zwłoki w płatności za dostawy lub zrównanie kar umownych naliczanych

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 11

Fax. (042) 689 54 09

Dostawcy do poziomu odsetek ustawowych tj do wysokości 0,1%.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 37:**

**Dot. §5 ust. 1d wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację w/w pkt. na zapis: „ za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca 10% wartości niezrealizowanej części umowy.”

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej części umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

**Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości niezrealizowanej części umowy.**

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 38:**

**Dot. §6 ust.3 wzoru umowy**

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę cen w przypadku zmiany wysokości podatku VAT, przy czym zmiana nastąpi tylko w wartości brutto, cena netto pozostanie bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 39:**

**Dot. §8 ust.1a wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację w/w pkt. na zapis: „Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w następujących sytuacjach: a) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w razie powtarzających się opóźnień w dostawie towaru (więcej niż 3 kolejne) lub powtarzających się dostaw towaru wadliwego (więcej niż 3 kolejne)” .

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 40:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów

**par.5 ust 1 pkt a)** i obniży kary umowne z 2% na 1% wartości brutto niedostarczonego towaru i doda zapis jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru

**Par 5 ust. 1 pkt b)** i obniży kary umowne z 2% na 1% wartości brutto towaru dostarczonego z wadami i doda zapis: jednak nie więcej niż 10% wartości towaru dostarczonego z wadami.

**Par. 5 ust. 1 pkt. c)** i obniży kary umowne z 2% na 1% wartości brutto towaru dostarczonego z wadą i doda zapis: jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru dostarczonego z wadą

**Par. 5 ust. 1 pkt. d)** i naliczy kary umowne w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy

**Par. 5 ust. 1 pkt. e)** obniży kary umowne z 20% na 10%

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 41:**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



**Pytanie 42:**

Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę pasków pomiarowych do oznaczenia stężenia glukozy we krwi. Zamawiający żąda oferowania pasków do glukometrów Optium-Xido oraz Contour TS. Dotychczasowy sposób określenia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego wyklucza samą istotę przetargu poprzez konkretne określenie firmy, która może dostarczyć paski i jej produkty. Z tych też względów wykonawca nadal ma wrażenie, że SIWZ został sporządzony jest pod konkretnego wykonawcę z naruszeniem zasad racjonalnego wydatkowania środków publicznych i uczciwej konkurencji.

Wykonawca pragnie oferować swoje paski atrakcyjnie cenowo, mające pozytywną opinię wielu placówek służby zdrowia w związku z czym zadaje pytanie:

Pytanie nr.1

Czy Zamawiający dopuści oferowanie pasków do innych glukometrów niż wymienione, jeżeli Wykonawca zobowiąże się, że do oferowanych przez siebie pasków dostarczy Zamawiającemu odpowiednią ilość najnowocześniejszych obecnie glukometrów, opartych na metodzie biosensorycznej, posługujących się enzymem GDH – NAD, (no-code) przy czym glukometry będą dostarczone do szpitala nieodpłatnie na czas trwania umowy.

W przypadku zgody prosimy o określenie ilości potrzebnych glukometrów potrzebnych do każdego pakietu.

Mając na uwadze, iż zamawiający może dokonać korekty specyfikacji w wyniku pytania zadanego przez wykonawcę co do treści specyfikacji niniejsze pytanie uznajemy za konieczne i prawnie uzasadnione.

**Odpowiedź: Zamawiający potrzebuje pasków do posiadanych glukometrów typu Contour TS oraz Optium-Xido dlatego też w pakietach nr 10 i 16 podał nazwy tych urządzeń. Jednakże Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakietach nr 10 i 16 innych pasków, pod warunkiem, że Wykonawca zapewni Zamawiającemu odpowiednią ilość glukometrów na czas trwania umowy. W pakiecie nr 10 Zamawiający oczekuje 10 aparatów, w pakiecie nr 16 natomiast min. 100 aparatów.**

**Pytanie 43:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności pasków do oznaczania poziomu glukozy z 24 m-cy na 12 m-cy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 12-miesięczny termin gwarancji w przypadku pasków do glukometrów (pakiet nr 10, 16) licząc od dnia dostawy.**

**Pytanie 43:**

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 10 miał na myśli paski do pomiaru cukru we krwi pakowane po 50 szt, nie wymagające kodowania zarówno za pomocą paska kodującego, chipu (klucza kodującego) jak i przycisku kodującego (wymaga paski z technologią auto coding, no coding), kalibrowane do osocza, objętość próbki krwi potrzebna do wykonania badania wynosi 0,7 µl, pomiar metodą biosensoryczną, zakres pomiaru 20-600 mg, z funkcją AST?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania pasków do innych glukometrów, niż Contour TS, Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu 10 szt. glukometrów.**

**Pytanie 44:**

Czy Zamawiający z pakiecie nr 17 pozycji 1 wymaga, by worek do moczu 7 dniowy posiadał komora ściekową o pojemności 2000 ml, dren o długości 120 cm ze schodkowym zakończeniem, klamrę, oraz zawór zwrotny?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

**Pytanie 45:**

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 pozycji 1 wymaga, by worek do moczu 7 dniowy posiadał port do pobierania próbek o średnicy  $\Phi 6$  mm, filtr powietrza (zapewnia wentylacja worka) oraz komora skraplającą (zapewnia przerwana drogę zakażeń wstępujących)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

**Pytanie 46:**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 pozycji 2 wymaga, by worek do moczu 14 dniowy posiadał niezalamujący się dren oraz system Splashguard, który zapobiega rozpryskom moczu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

**Pytanie 47:**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 pozycji 2 wymaga, by worek moczu 14 dniowy był w systemie zamkniętym, z komorą skraplającą (zapewnia przerwana drogę zakażeń wstępujących) i filtrem powietrza, o pojemności 2000ml (skala co 50 ml od 100 do 500ml później co 100ml do 2000ml)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

**Pytanie 48:**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 pozycji 2 wymaga, by worek do moczu 14 dniowy posiadał port do pobierania próbek minimum 88mm<sup>2</sup> (8mm x 11mm)?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

**Pytanie 49:**

**Pakiet 7**

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy korki zabezpieczające wkłucia dożylnie obwodowe i centralne mają być zgodne z zaleceniami CDC.

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 50:**

**Pakiet 7**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce „filtra bakteryjnego zapobiegającego zakażeniom wstępującym ...” ochrony w postaci silikonowej, łatwej do dezynfekcji, podzielnej membrany, zewnętrznie osadzonej na przezroczystej obudowie minimalizującej potencjalne namnażanie bakterii?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 51:**

**Pakiet 12**

**Pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści łącznik bez powłoki ochronnej ze srebrem, aktywowany końcówką Luer i LL do wkłuc centralnych i obwodowych, bezigłowy, z rozgałęzieniem typu Y, do wielokrotnych aktywacji, bez mechanicznych części wewnętrznych, posiadający prosty tor przepływu, z zastawką w postaci jednoelementowej, silikonowej, podzielnej membrany okalającej zewnętrzny kołnierz zawór (split septum), osadzonej na przezroczystym konektorze, z jednolitą materiałowo powierzchnią do dezynfekcji, całkowicie przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi. Przepływ min. 445 ml/min. Przestrzeń martwa wynosząca maksymalnie 1,6 ml, pakowany pojedynczo, sterylno

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 52:**

**Pakiet 12**

**Pozycja 2**

Czy zamawiający dopuści łącznik bez powłoki ochronnej ze srebrem, aktywowany końcówką Luer i LL do wkłuc centralnych i obwodowych, bezigłowy, do wielokrotnych aktywacji, bez mechanicznych



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 11

Fax. (042) 689 54 09

części wewnętrznych, posiadający prosty tor przepływu, z zastawką w postaci jednoelementowej, silikonowej, podzielonej membrany okalającej zewnętrzny kołnierz zawór( split septym), osadzonej na przezroczystym konektorze, z jednolitą materiałowo powierzchnią do dezynfekcji, całkowicie przezierny umożliwiającą kontrolę całego toru przepływu krwi. Przepływ min. 525ml/min. Prześcień martwa wynosząca maksymalnie 0,10 ml, pakowany pojedynczo, sterylny

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 53:**

**Pakiet 5**

Czy Zamawiająca dopuści w pozycji 3 dren typu Penrosa wykorzystywany do drenażu jamy otrzewnej szer. 10 mm, dł. 45 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 54:**

**Pakiet 17**

**Pozycja 1**

Czy zaofertowane worki na mocz mają posiadać port do pobierania próbek? Umożliwia to nierozłącznie zamkniętego systemu jaki stanowi worek na mocz połączony z cewnikiem Foleya, co zapobiega wzrostowi ryzyka wprowadzenia infekcji do układu moczowego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

**Pytanie 55:**

**Pakiet 17**

**Pozycja 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby worek miał tylną białą ściankę, która pozwala na precyzyjny i pewny odczyt objętości i koloru zebranego moczu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

**Pytanie 56:**

**Pakiet 17**

**Pozycja 1**

Czy zaofertowany worek na mocz ma posiadać podwójny zgrzew w celu zapewnienia szczelności worka?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

**Pytanie nr 57:**

**Pakiet 17**

**Pozycja 2**

Czy worek do moczu 2 tygodniowy ma posiadać zintegrowany uchwyt dostosowany do każdego rodzaju ramy łóżka? Takie rozwiązanie jest dużym ułatwieniem dla personelu medycznego, gdyż uchwyt ten pasuje do wszystkich ram łóżek szpitalnych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

**Pytanie nr 58:**

**Pakiet 17**

**Pozycja 2**

Czy worki do moczu mają posiadać bezigłowy port do pobierania próbek, co umożliwia nierozłącznie zamkniętego systemu jaki stanowi worek na mocz połączony z cewnikiem Foleya, co zapobiega wzrostowi ryzyka wprowadzenia infekcji do układu moczowego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



**Pytanie nr 59:**

**Pytanie dotyczące SIWZ**

Czy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do przedstawienia próbek zaoferowanego asortymentu, celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zastrzega sobie takiego prawa**

**Pytanie 60:**

**Dotyczy SIWZ – pakiet 10**

Czy Zamawiający względu na pojawienie się nazwy własnej zgodzi się na dopuszczenie oferty równoważnej, ponieważ zapis SIWZ w obecnej postaci uniemożliwia złożenie oferty konkurencyjnej, ponieważ wszystkie systemy do monitorowania stężenia glukozy we krwi są systemami zamkniętymi i użycie innych testów niż dedykowane do danej marki glukometru są nie możliwe?

Obecny zapis powoduje nierówne traktowanie Klienta, co może mieć wpływ na wynik postępowania i naruszenie art. 30 pkt. 4 i art. 36 ustawy o PZP poprzez wadliwe sporządzenie SIWZ w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia pod wybraną markę i nie dopuszcza rozwiązań równoważnych. Ustawa wyraźnie mówi: „ Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję” (art. 29.2. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na ofertę równoważną dla pakietu 36 poz. 1 zostanie zaoferowany system charakteryzujący się następującymi równoważnymi lub przewyższającymi parametrami:

1. Rodzaj próbki krwi do badania: kapilarna, żylna, tętnicza, noworodkowa
2. Brak interferencji z ponad 190 substancjami endogennymi i lekami
3. Stabilność testu paskowego po otwarciu fiolki do daty ważności podanej na opakowaniu.
4. Stabilność testu paskowego od daty produkcji 18 mies.
5. Zakres hematokrytu min. 10-65%
6. Możliwość dołożenia próbki krwi przy niewystarczającej ilości na test paskowy
7. Czas pomiaru 5 sekund
8. Zakres pomiarowy 10-600 mg/dl
9. Wielkość próbki krwi nie większa niż 0,6 µl
10. Zakres temperatury pomiaru +8 - +40 °C
11. Zakres temperatury pomiaru testów paskowych min. 10-40 °C
12. Możliwość wykonania pomiaru z 6 alternatywnych miejsc badania (AST)

Prosimy o podanie niezbędnej ilości aparatów potrzebnych zamawiającemu, do których oferujemy bezpłatny serwis i przeszkolenie personelu medycznego

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza; Zamawiający wymaga 10 glukometrów.**

**Pytanie 61:**

**Dotyczy SIWZ – pakiet 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Zadaniu 16 testów paskowych do innych glukometrów niż wskazany w SIWZ, dokonujących pomiaru stężenia glukozy we krwi w zakresie 10-600 mg/dl, pod warunkiem przekazania w formie darowizny odpowiedniego typu, glukometrów, w ilości zabezpieczającej potrzeby Zamawiającego? Jeśli tak, prosimy o podanie liczby aparatów.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza; Zamawiający wymaga min. 100 glukometrów**

**Pytanie 62:**

**Dotyczy wzoru umowy**

Par. 5 ust. 1 Prosimy o zmianę brzmienia na „Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 63:**

**Dotyczy wzoru umowy**

Par. 5 ust. 1 pkt d. Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.

Jeśli dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstępienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii odczynników, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 64:**

**Dotyczy wzoru umowy**

Par. 5 ust. 1 pkt e. Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 100 zł. Obecna wysokość kary umownej jest rażąco wygórowana, nieadekwatna do ewentualnych uchybień w wykonaniu umowy, co może stanowić naruszenie prawa w rozumieniu art. 5 k.c.. Zamawiający nie może czynić ze swojego prawa użytku sprzecznego z jego społeczno - gospodarczym przeznaczeniem. Przeznaczeniem kary umownej jest zapewnienie systemu kontraktowych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy, ten zaś nie może prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 65:**

**Dotyczy wzoru umowy**

Par. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzemieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”?

Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna oraz prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń.

Ponadto, w razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych na podstawie par. 5 ust.2

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 66:**

**Dotyczy wzoru umowy**

Par. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do żądania zapłaty kar umownych przysługiwało w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do ich naliczenia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 67:**

**Dotyczy wzoru umowy**

Par. 1 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa opcji zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez

zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy”. Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 68:**

**Dotyczy wzoru umowy**

Par. 1 ust. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymaganego terminu ważności odczynników na 12 m-ce?

Uzasadnienie: Zamawiający może składać zamówienia bez ograniczeń i w dowolnej częstotliwości – dlatego 24 m-cy ważności wydaje się być wymaganie zbyt wygórowanym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 12-miesięczny termin gwarancji w przypadku pasków do glukometrów licząc od dnia dostawy.**

**Pytanie 69:**

**Dotyczy wzoru umowy**

Par. 3 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby za datę zapłaty przyjęto dzień uznania środków na koncie Wykonawcy?

Spełnienie świadczenia pieniężnego następuje, gdy majątek wierzyciela powiększa się o wartość odpowiadającą wartości zobowiązania, co potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z 12 lipca 1996 r. (sygn. akt II CRN 79/96), zgodnie z którym: "(..) w rozliczeniach bezgotówkowych za chwilę otrzymania zapłaty przez wierzyciela uważać trzeba chwilę uznania jego rachunku bankowego".

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 70:**

**Dotyczy wzoru umowy**

Par. 9 ust.1 Prosimy o dodanie zapisu „W przypadku opóźnień w płatnościach Zamawiającego o okres przekraczający 60 dni od daty wymagalności Wykonawca uprawniony jest do cesji wierzytelności, pod warunkiem poinformowania Zamawiającego o zamiarze dokonania cesji, co najmniej na 14 dni przed dokonaniem cesji wierzytelności.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 71:**

**Dotyczy wzoru umowy**

Par. 12 Prosimy o wykreślenie zdania drugiego niniejszego zapisu: Zapis jest jednostronny i jako taki narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych). W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 11

Fax. (042) 689 54 09

realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 72:**

**dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania w tej pozycji porty bezigłowe posiadające automatycznie zamykającą się membranę,, odporny na emulsje lipidowe oraz większość środków aseptycznych, kompatybilny ze sprzętem luer-lock, umożliwiającym aseptyczne podawanie leków i kroplówek. Szczelność połączenia portu bezigłowego gwarantuje niskie ryzyko zakażenia. Zewnętrzna część portu wykonana z poliwęglanu, wewnętrzna z silikonu. Nie zawierający lateksu, sterylne. Umożliwia podłączanie strzykawki, płynu infuzyjnego bez konieczności odkręcania i otwierania drogi. Jednorazowe pakowane indywidualnie.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z modyfikacją SIWZ**

**Pytanie nr 73:**

**dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga**

**Pytanie nr 74:**

**dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga, aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 75:**

**dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga**

**Pytanie nr 76:**

**dotyczy projektu umowy**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację §6 ust 3 projektu umowy i dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT.

W najbliższym roku nastąpi prawdopodobnie podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z obecnych 8% na 23% Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE. Zgodnie z tą Dyrektywą na wyroby medyczne nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej. W ostatnich tygodniach w myśl tych samych przepisów, podniesiony został VAT na ubrania dla dzieci.

Podniesienie stawki VAT o 15 %, przy aktualnych zapisach §6 ust 3 projektu umowy, jest dla większości dystrybutorów sprzętu medycznego niemożliwe do zaakceptowania, przy obecnych zasadach jakie stosuje się przygotowując wycenę do przetargu. Średnie marża w przetargu wynosi 5-10%. Podniesienie stawki VAT o 15% , przy konieczności utrzymania ceny brutto na niezmiennym poziomie spowoduje, że przez część trwania umowy przetargowej, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Żadna z firm nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 11

Fax. (042) 689 54 09

zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym już teraz, będzie musiała wkalkulować ewentualną podwyżkę podatku, w przygotowywaną ofertę. To rozwiązanie z kolei jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości szacunkowych jakie zostały przeznaczone na realizację zamówienia, jak również uzyskanie wyższych cen już od początku trwania umowy przetargowej.

Dlatego też, jak we wstępie, prosimy o wyrażenie zgody na zmianę ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT, bądź wprowadzenie do umowy innego, kompromisowego zapisu, który pozwalałoby w równym stopniu zabezpieczyć interesy obu stron.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 77:**

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 10 ma na myśli paski do glukometrów, które używane są na wybranych oddziałach w Państwa szpitalu, są znane personelowi medycznemu i cieszą się pozytywną opinią, które pakowane są po 50 sztuk, nie wymagają kodowania (funkcja auto coding), posiadają kapilarę do automatycznego zasysania próbki krwi, zapewniają prawidłowy pomiar stężenia glukozy kalibrowanej do osocza w zakresie pomiaru od 20 do 600 mg/dl oraz w zakresie hematokrytu od 20 do 60%, przy użyciu próbki krwi o objętości 0,7 µl, w czasie 7 sekund, temperatura przechowywania pasków od 4 do 40°C, posiadają powłokę zabezpieczającą całą powierzchnię paska przed ryzykiem kontaminacji bakteryjnej (paski można dotykać na całej powierzchni bez wpływu na wynik badania), zaś wykorzystany enzym na paskach w postaci Oksydazy Glukozy (GOD) zapewnia maksymalną minimalizację zafałszowań pomiaru - obecnych w próbce krwi ponad 70 substancji endo i egzogennych nie ma wpływu na wyniki pomiarów dokonanych proponowanymi testami, zaś obecna w glukometrze funkcja automatycznego wyrzutu paska po badaniu zapewnia brak bezpośredniego kontaktu personelu medycznego ze użytym testem paskowym, co eliminuje niebezpieczeństwo zakażenia chorobami przenoszonymi drogą krwi, zaś funkcja AST daje możliwość nakłuwania, poza opuszkami palca, alternatywnych miejsc nakłucia takich jak: ramię, przedramię, udo, podudzie, podstawa małego palca oraz podstawa kciuka?

W przypadku zgody zobowiązujemy się dostarczyć Zamawiającemu wymaganą ilość glukometrów, przy czym cena glukometrów będzie zawarta w cenie pasków. Ponadto ze swojej strony zapewniamy wieczystą gwarancję na glukometry ora przeszkolenie personelu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, Zamawiający wymaga 10 szt. glukometrów**

**Pytanie 78:**

**Dot. pakietu nr 10** - Szpital zgodzi się na zaoferowanie testów paskowych oraz glukometrów niekompatybilnych z marką Contour TS ale o takich samych parametrach wskazanych w SIWZ tj. : nowej generacji, nie wymagających kodowania, objętość próbki krwi = 0,5 µl, kalibrowany do osocza, pomiar metodą biosensoryczną, zakres pomiaru 20-600mg/dl, funkcja AST, pakowane po 50 szt. , 10 szt. glukometrów wliczone w cenę pasków ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, Zamawiający wymaga 10 szt. glukometrów**

**Pytanie 79:**

**Dot. pakietu nr 16** - Szpital zgodzi się na zaoferowanie testów paskowych niekompatybilnych z marką Xido wraz z nieodpłatnym przekazaniem glukometrów kompatybilnych z oferowanymi paskami ? jeżeli tak proszę o podanie liczby glukometrów .

Jednocześnie chciałem zwrócić Państwa uwagę , iż wskazywanie konkretnych marek produktów w postępowaniu przetargowym znacznie ogranicza konkurencję, a tym samym naraża Szpital na ponoszenie ponadnormatywnych kosztów z tym związanych. Testy paskowe Contour TS oraz Optium Xido nie posiadają odpowiedników, które mogłyby zostać użyte do posiadanych przez Szpital glukometrów o tych samych nazwach własnych. Zatem jedyną formą zaoferowania produktu równoważnego w przypadku systemów pomiarowych jakim jest glukometr oraz kompatybilny test jest

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 11

Fax. (042) 689 54 09

zaoferowanie innego systemu pod inną nazwą, często innego producenta ale o podobnych lub lepszych parametrach jakościowych.

Z mojego doświadczenia wynika, iż średnia cena 1 op.(50) pasków służących do badania stężenia glukozy we krwi przy pomocy glukometru, oferowana w postępowaniach przetargowych do szpitali na terytorium RP w roku 2012 wynosiła ok. 21 zł brutto. Tymczasem wskazane w SIWZ marki: Contour TS oraz Xido są sprzedawane w cenie ok. 33 zł brutto, a więc o ok. 64% drożej od średniej.

Zamawiający, odpowiadając pozytywnie na powyższe pytania umożliwi złożenie oferty konkurencyjnej cenowo, na produkt wysokiej jakości przy jednoczesnym wygenerowaniu oszczędności w wysokości ok. **25 000 zł brutto**. ( przy założeniu potrzeb szpitala wynoszących 2000 op.)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, Zamawiający wymaga min. 100 szt. glukometrów**

**Pytanie 80:**

**Paragraf 1**

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w §1 zapisu o następującej treści:

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 81:**

**Paragraf 1 ust 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dokumentów wraz z umową?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dokumentów wraz z pierwszą dostawą**

**Pytanie 82:**

**Paragraf 12 zdanie 2**

Prosimy o wykreślenie zapisu w paragrafie 12 zdanie 2.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 83:**

**Paragraf 5 ust 1 a) b) c) e)**

a)(...) 1 % wartości towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki

b)(...) 1 % wartości towaru dostarczonego z wadami za każdy dzień zwłoki

c)(...)1% wartości naprawianego elementu ze zwłoką za każdy dzień zwłoki

e)(...) 2 dni po terminie – 5 % wartości brutto umowy.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 84:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień przyszłej umowy w zakresie zapisów

par.5 ust. 1 pkt. a) i obniży kary umowne z 2% na 1% wartości brutto niedostarczonego towaru i doda zapis jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru

Par. 5 ust. 1 pkt. b) i obniży kary umowne z 2% na 1% wartości brutto towaru dostarczonego z wadami i doda zapis: jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru dostarczonego z wadami

Par. 5 ust. 1 pkt. c) i obniży kary umowne z 2% na 1% wartości brutto towaru dostarczonego z wadą i doda zapis: jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru dostarczonego z wadą

Par. 5 ust. 1 pkt. d) i naliczy kary umowne w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy

Par. 5 ust. 1 pkt e) obniży kary umowne z 20% na 10%

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





**Pytanie 85:**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 86:**

Pytanie 1, pakiet 3, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający mógłby sprecyzować, jaką wtyczką, od strony urzędnika, mają być zakończone sondy – płaską czy okrągłą?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga płaskiej wtyczki od strony urzędnika**

**II. Zamawiający zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia poprzez:**

- a) **Modyfikację Załącznika nr 2 do SIWZ (formularz ofertowy) – zmiana dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakietach nr 7, 8, 9.**

Zmieniony formularz oferty w załączeniu. Powyższa zmiana wpływa na termin składania ofert.

**Wszyscy Wykonawcy składający ofertę w zakresie ww. pakietów zobowiązani są załączyć do oferty zmieniony załącznik nr 2. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlegać będzie odrzuceniu w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 jako niezgodna z treścią SIWZ.**

- b) **Modyfikację następujących terminów:**

- **termin wniesienia wadium** określony w pkt. VI.1 SIWZ – do dnia **11.04.2013r.** do godziny 10:00

- **termin składania ofert** określony w pkt. IX.2 SIWZ – do dnia **11.04.2013r.** do godziny 10:00

- **termin otwarcia ofert** określony w pkt. XIII SIWZ – w dniu **11.04.2013r.** o godzinie 11:00

Zamawiający zmienia powyższe terminy w ogłoszeniu o zamówieniu oraz termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów na: 10.04.2013r. godzina 15:00.

**Pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.**

DYREKTOR  
Dział Zamówień Publicznych  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. M. Kopernika w Łodzi  
*[Podpis]*  
mgr Andrzej Szrajber (2)

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957

*S. Myśliwski*



Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. M. Kopernika  
ul. Pabianicka 62  
93 – 513 Łódź

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę (PLN):

Pakiet	L-p	Nazwa	Jm	Ilość na 24 miesiące	Cena jedn. netto	stawka VAT (w. %)	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Klasa wyrobu med.	Nr katalogowy	Uwagi
1	1	Jednoświatłowy cewnik do kaniulacji żył obwodowych metodą Seldingera jałowy, z tworzywa nietoksycznego, pakowany pojedynczo - jednorazowy, Cewnik o średnicy Fr 8,5 i długości 6,4 cm z uchem do mocowania do skóry z prowadnicą typu "guide wire", z dylatatorem, skalpel 1 sztuka	szt	150									

Pakiet	L-p	Nazwa	Jm	Ilość na 36 miesięcy	Cena jedn. netto	stawka VAT (w. %)	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Klasa wyrobu med.	Nr katalogowy	Uwagi
1		Klipsy polimerowe niewchłaniające z zamkiem rozm.XL zamykające naczynia od 5 do 16mm, - op.84 szt	op	15									
2		Klipsy polimerowe niewchłaniające z zamkiem rozm.L zamykające naczynia od 5 do 13mm, - op.84 szt	op	15									

.....  
(pieczęć firmowa wykonawcy)

Pakiet	L.p	Nazwa	Jm	Ilość na 36 miesięcy	Cena jedn. netto	stawka VAT (w %)	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Klasa wyrobu med.	Nr katalogowy	Uwagi
2		Klipsy tytanowe rozmiar W/L, przekrój poprzeczny w kształcie serca, równoległe zamykanie ramion na całej długości; pojedynczy podłużny rowek wzdłuż całej powierzchni klipsa; poprzeczne lub skośne rowkowanie wewnętrznej powierzchni klipsa; taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, magazynek po 6 klipsów w zestawie.	szt	50 000									
	3	Opakowanie zbiorcze – 20 magazynków											
						SUMA							

3	1	Sonda do argonu do bronchofiberoskopii dł. 1m średnica 2,3, kompatybilne z posiadanym przez oddział sprzętem firmy ERBE	szt	80									
	2	Sonda do argonu do gastrofiberoskopii dł. 2,2 m średnica 2,3, kompatybilne z posiadanym przez oddział sprzętem firmy ERBE	szt	40									
						SUMA							

4	1	Stapler skórny wykorzystywany do zamykania rany pooperacyjnej ( op x 6szt.)	op	150									
---	---	---	----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5	1	Dren typu Penrosa wykorzystywany do drenażu jamy otrzewnej szer 15 mm dł. 45 cm	szt	100									
	2	Dren typu Penrosa wykorzystywany do drenażu jamy otrzewnej szer 20 mm dł. 45 cm	szt	100									

Pakiet	L.p	Nazwa	j.m	Ilość na 36 miesięcy	Cena jedn. netto	stawka VAT (w %)	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Klasa wyrobu med.	Nr katalogowy	Uwagi
	3	Dren typu Pentosa wykorzystywany do drenażu jamy otrzewnej szer 13 mm dł. 45 cm	szt	100									
SUMA													

6	1	Wkręcana końcówka zabezpieczająca do strzykawk typu Combi Stoper	szt	150 000									
---	---	--	-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7	1	Korki zabezpieczające wkłucia dożylnie obwodowe, centralne. Posiadają filtr bakteryjny (lub łatwą do dezynfekcji membranę silikonową) zapobiegający zakażeniom wstępującym. Umożliwiają podłączenie strzykawki, płynu infuzyjnego bez konieczności odkrecania i otwierania drogi. Prosty tor przepływu. Czas użytkowania: 7 dni, min. 100 aktywacji, potwierdzone badaniami. Jednorazowe pakowane indywidualnie.	szt	30 000									
---	---	--	-----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8	1	Cewnik centralny dwuświatłowy do wkłuc z powłoką antybakteryjną - biguanidem (polihexanid metakrylatu), Prowadnica tytanowo-niklowa nie powodująca załamań	szt	300									
---	---	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9	1	Zgłębnik zołądkowy z zatyczką CH 20, silikonowy	szt	300									
	2	Zgłębnik zołądkowy z zatyczką CH 18, silikonowy	szt	300									
SUMA													

Pakiet	L.p	Nazwa	j.m	Ilość na 36 miesięcy	Cena jedn. netto	stawka VAT (w %)	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Klasa wyrobu med.	Nr katalogowy	Uwagi
10	1	Paski do pomiaru cukru we krwi kompatybilne z glukometrem typu Contur TS nowej generacji z technologią nie wymagającą paska kodującego ( No Coding ). Objętość krwi wynosi 1µl, kalibrowany do osoby, pomiar metodą biosensoryczną, zakres pomiaru 20 - 600 mg / funkcja AST ( op. 50 szt ) 10 szt. glukometrów wliczone w cenę pasków	op	1200									

11	1	Aparat do pompy infuzyjnej typu Hospira Pluma (48szt)	op	100									
----	---	---	----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12	1	Łącznik V-Link aktywowany końcówką typu Luer z powłoką ochronną Vitalshield ze srebrem do stosowania w miejscach dostępu dożylnego wraz z zestawem do przedłużania cewnika typu Y, niezawierający DEHP i lateksu, naturalnego.	szt	1 500									
	2	Łącznik V-Link aktywowany końcówką typu Luer z powłoką ochronną Vitalshield ze srebrem do stosowania w miejscach dostępu dożylnego, niezawierający DEHP i lateksu naturalnego.	szt	4 500									
SUMA													

13	1	Przenośny, jednorazowego użytku system infuzyjny do wlewu leków, wykorzystujący zbiornik elastomerowy o objętości maksymalnej 300 ml. Objętości nominalnej 240 ml i objętości zalegającej 3 ml. Czas wlewu 48 h.	szt	1500									
----	---	--	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pakiet	Lp	Nazwa	Jm	Ilość na 36 miesięcy	Cena jedn. netto	stawka VAT (w %)	Wartość netto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Klasa wyrobu med.	Nr katalogowy	Uwagi
14	1	Cewnik Thorax bez mandrynu zagięty od nr. 20 do 36	szt	300									
15	1	Licznik do zliczania igieł - sterylne	szt	2 000									
16	1	Test paskowy do glukometru typu Optium - Xido	szt	40 000									
17	1	Worek do moczu 1 tygodniowy	szt	7 000									
	2	Worek do moczu 2 tygodniowy	szt	3 500									
							SUMA						
18	1	Igła do biopsji mostka 18G x 30mm	szt	300									

2. Oferujemy termin płatności 30 dni od dnia doręczenia faktury.

Oferujemy termin dostawy (max 72 godz. w dni robocze) ..... godz. od złożenia pisemnego zamówienia

Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: .....

Zamówienia należy składać na numer faksu: .....

### 3. OŚWIADCZAMY, ŻE:

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2. Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze – zał. nr 7 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

4. Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby spełniają warunki opisane w SIWZ