

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: **Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę implantów ortopedycznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.**

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę implantów ortopedycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania gwoździa udowego odkołanowego z 3 otworami ryglującymi w części dalszej zamiast z 4?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 4** dopuści możliwość zaoferowania gwoździa udowego rekonstrukcyjnego dla długości 260 mm uniwersalnego do lewej i prawej kończyny?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 4** dopuści możliwość zaoferowania gwoździa udowego rekonstrukcyjnego długiego z 6 stopniową antetorsją zamiast z 10 stopniową?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania gwoździ ramiennych wprowadzanych od głowy kości ramiennej z zagięciem trzonowo nasadowym 7-stopni?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

5. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 6** dopuści możliwość zaoferowania gwoździ bez możliwości użycia wkładek polietylenowych (PEEK)? Dopuszcza to do udziału w postępowaniu większą liczbę wykonawców oraz umożliwi Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych ofert.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 6** dopuści możliwość zaoferowania:
Płytki dłoniowa, anatomicznie wygięta wąska, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa. Płytkę posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzanie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/prześciówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem

Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 4 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 56 do 76mm, od 3 do 5 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. Materiał tytan. Komplet tworzą: płytka, 6 wkrętów blokowanych, 2 wkręty korowe.

Dopuszcza się do udziału w postępowaniu większą liczbę wykonawców oraz umożliwi Zamawiającemu uzyskaniu konkurencyjnych ofert.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.


7. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych w razie wystąpienia zwłoki w dostawie towaru z 2% na 0,2% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi
(2)
mgr Wojciech Szrajber

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
KIEROWNIK SEKCJI


mgr Kamila Juszczyk

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957

