

EZ/263/M2/M06/2013

Łódź, dnia 8.08.2013 r.

Nr sprawy 112/ZP/13

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na **dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla dwóch sal Bloku Operacyjnego Onkologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

- I. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pakiet 1 - Defibrylator / monitor przenośny - 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator o zakresie energii do 200J? Aktualnie w defibrylacji, dąży się do obniżenia maksymalnych energii odpowiedzialnych za uszkodzenia serca i jak wykazały liczne badania nie zwieszających skuteczności zabiegu. Większość nowoczesnych defibrylatorów dwufazowych posiada maksymalne wartości energii na poziomie 200 J lub niższe i zapewniają one osiągnięcie celu defibrylacji na podobnym poziomie w porównaniu do aparatów posiadających wyższą maksymalną wartość energii. Zgodnie z Wytycznymi Resuscytacji - 2010 ERC- zaaprobowanymi przez Polską Radę Resuscytacji – niskoenergetyczna defibrylacja dwufazowa o energii 200J została wprowadzona do standardów postępowania w zakresie w zakresie kwalifikowanej pomocy medycznej (ALS – Advanced Life Support) zarówno w działaniach szpitalnych jak i przedszpitalnych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator dwufazowy o 16 poziomach energii zewnętrznej? Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej stanowi indywidualne rozwiązanie przyjęte przez konkretnego producenta, wszystkie oferowane na rynku defibrylatory posiadają zgodne z normami bezpieczeństwa zakresy energii wraz z odpowiadającą im ilością stopni dostępności energii zewnętrznej zapewniające defibrylację różnych grup wiekowych, co potwierdzają stosowne świadectwa dopuszczenia do stosowania. Ponadto ilość poziomów energii zewnętrznej nie ma żadnego wpływu na skuteczność działania defibrylatora a w szczególności na osiągnięcie celu defibrylacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator dwufazowy z ekranem monochromatycznym wysokiej rozdzielczości typu LCD o przekątnej 5,9" (15 cm), który umożliwia bardzo wyraźny odczyt zapisu? Użytkownik może dodatkowo dowolnie dla własnych potrzeb ustawić kontrast w zależności od zmieniającego się oświetlenia by uzyskać oczekiwaną jakość odczytu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator, który umożliwia co najmniej 150 min. monitorowania, co najmniej 120 min. monitorowania i stymulacji, a także wykonanie 130 wyładowań z energią maksymalną 200J z jednego akumulatora, którego czas ładowania do pełnej pojemności wynosi 180 minut?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator dwufazowy, którego waga wraz z pełnym wyposażeniem nie przekracza 7,25 kg? Różnica pomiędzy wagą wymaganą tj. 7,0 kg a oferowaną przez nas 7,25 kg nie ma realnego wpływu na zasadniczą cechę tj. cechę mobilności. Nasz defibrylator dodatkowo wyposażony jest w zintegrowany z uchwytem do przenoszenia defibrylatora moduł/wieszak umożliwiający jego mocowanie do łóżka pacjenta, krzesła kardiologicznego co dodatkowo przyczynia się do zwiększenia jego mobilności w ramach transportu wewnątrz i zewnątrz-szpitalnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

6. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o wadze 8,85 kg?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
7. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o zakresie pomiaru tętna od 30 do 300 uderzeń/minutę?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę..
8. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o zakresie pomiaru tętna od 0 do 300 uderzeń/minutę?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
9. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z sygnałem wzmocnienia EKG w zakresie: 0,5-4cm/mV i 4 poziomach? Proponowany przez nas defibrylator umożliwia dokonanie oceny klinicznej wyspecyfikowanego odcinka krzywej EKG dzięki opcji zamrożenia krzywej EKG w czasie rzeczywistym na ekranie defibrylatora. Wymóg wzmocnienia sygnału na poziomie co najmniej 0,25 do 4 cm/mV i 7 poziomów nastawnych) nie znajduje uzasadnienia od strony praktycznej zarówno przy odczycie z ekranu monitora defibrylatora jak również przy wydruku zapisu i ma na celu wyłącznie sztuczną blokadę parametrów technicznych innych czołowych producentów sprzętu medycznego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
10. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z sygnałem wzmocnienia EKG w zakresie: 0,25-4cm/mV i 5 poziomach? Proponowany przez nas defibrylator umożliwia dokonanie oceny klinicznej wyspecyfikowanego odcinka krzywej EKG dzięki opcji zamrożenia krzywej EKG w czasie rzeczywistym na ekranie defibrylatora. Wymóg wzmocnienia sygnału na poziomie co najmniej 0,25 do 4 cm/mV i 7 poziomów nastawnych) nie znajduje uzasadnienia od strony praktycznej zarówno przy odczycie z ekranu monitora defibrylatora jak również przy wydruku zapisu i ma na celu wyłącznie sztuczną blokadę parametrów technicznych innych czołowych producentów sprzętu medycznego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Defibrylator/monitor przenośny

Pytanie do pkt 3:

11. Czy zamawiający dopuści defibrylator z 9 stopniami defibrylacji zewnętrznej?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie do pkt 4:

12. Czy zamawiający dopuści defibrylator, którego czas ładowania do energii 200 J wynosi poniżej 6 sekund?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie do pkt 7:

13. Czy zamawiający dopuści defibrylator z wyświetlaczem LCD Blue-Mode 5.7" o wysokim kontekście?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- II. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:**
Załącznika nr 2 do SIWZ w zakresie pakietu 2


W załączeniu do pisma:

- 1. Zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ /pakiet 2/**

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.


DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
INSPEKTOR

mgr Iwona Prusaczyk


p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
dz. Lecznictwa
dr n. med. Przemysław Błuski