



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Łódź, dn. 30.07.2013r.
Numer sprawy 112/ZP/13

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 – 513 Łódź
tel. (042) 689 59 10, 11, 12
tel. / fax. (042) 689 54 09
www.kopernik.lodz.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla dwóch sal Bloku Operacyjnego Onkologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

Liczba stron specyfikacji: 75

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

dr n. med. Przemysław Eliński

Zatwierdził:

Sporządził: DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ST. INSP. SEKTOR

mgr Agnieszka Wawer

Zatwierdził:

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
KIEROWNIK SEKCJI

K. Juszczak
mgr Kamila Juszczak

Ilekoć w niniejszej specyfikacji jest mowa o „ustawie” należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, opublikowaną w Dzienniku Ustaw RP tj. Dz. U. z 25.06.2010 r. nr 113, pod pozycją 759 - tekst jednolity z późn. zm. Specyfikację sporządzono wg dyspozycji art. 36 Ustawy.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla dwóch sal Bloku Operacyjnego Onkologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.**

2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy:

Pakiet 1: Defibrylator – 1 szt.

Pakiet 2: Meble medyczne i biurowe – 1 kpl.

3. Szczegółowy opis parametrów granicznych i warunków gwarancyjnych w/w urządzeń oraz mebli znajduje się w **załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ.**

4. Zakup finansowany jest ze środków własnych Szpitala.

5. Przedmiot zamówienia określony jest we **Wspólnym Słowniku Zamówień** pod pojęciem:

Kod CPV	Opis
Pakiet 1 33182100-0	Defibrylatory
Pakiet 2 33192000-2 39130000-2	Meble medyczne Meble biurowe

6. Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzeń, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu **60 dni** od daty podpisania protokołu odbioru technicznego w następującym wymiarze osób i godzin – **dotyczy pakietu 1**

10 osób spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego **po 1 godzinie**

Szkolenia odbędą się w siedzibie Zamawiającego.

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzeń.

Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia, czyszczenia i konserwacji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj: **w ciągu tygodnia od dnia montażu przedmiotu zamówienia – dotyczy pakietu 2.**

Szkolenia odbędą się w siedzibie Zamawiającego.

7. Oferowany sprzęt będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.

8. Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji wynosił **24 miesiące**, z tym zastrzeżeniem iż Wykonawcy mogą zaoferować dłuższy okres gwarancji niż wskazany powyżej. Okres gwarancji rozpoczyna się w od daty podpisania protokołu odbioru technicznego sprzętu.

9. Do przedmiotu zamówienia musi być dołączona **instrukcja obsługi w języku polskim** do wszystkich oferowanych składowych systemu (po dwa egzemplarze) ze szczególnym uwzględnieniem wymogów zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu. Instrukcja obsługi musi zostać przekazana Zamawiającemu w dniu odbioru sprzętu na nośniku cyfrowym w formacie pdf.

10. Wykonawca wyposaży urządzenia w **paszport techniczny**. Paszport będzie zawierał następujące informacje: rodzaj urządzenia, typ, nr fabryczny, nazwa producenta i datę produkcji. Dokument ten

powinien posiadać także rubryki przeznaczone dla dokonywania aktualnych wpisów przez uprawniony personel techniczny w celu potwierdzenia naprawy, przeglądu i konserwacji - **dotyczy pakietu: 1.**

11. Wykonawca do realizacji instalacji, uruchomienia i serwisowania będzie bazował na własnej organizacji serwisowej posiadającej potwierdzone przez producenta sprzętu uprawnienia do instalacji, uruchomienia i serwisowania przedmiotu zamówienia.
12. **Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pozycje w ramach pakietów.**
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy PZP.
14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.
15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
16. Zaoferowane urządzenia medyczne muszą być zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Warunki gwarancji muszą być zgodne z warunkami minimalnymi opisanymi w SIWZ. Nie spełnienie warunków spowoduje odrzucenie oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 .
17. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia. Złożenie załącznika w zakresie podwykonawstwa jest fakultatywne. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców należy załączyć wypełniony – **Załącznik nr 11 do SIWZ** z wykazem zakresu zadań zleczanych Podwykonawcom. W przypadku nie złożenia w/ w załącznika Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać zadanie samodzielnie.
18. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w ramach niniejszego postępowania.

II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Wymagany termin dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia:
 - **W zakresie pakietu 1: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.**
 - **W zakresie pakietu 2: do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.**
2. Realizacja przyszłej umowy będzie nadzorowana przez **Dział Zaopatrzenia i Transportu.**
3. Miejsce realizacji dostawy – **Blok Operacyjny Onkologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.**
4. Płatność za zrealizowaną dostawę nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do WSS im. M. Kopernika w Łodzi i podpisaniu protokołu odbioru i wystawieniu faktury VAT. **Termin płatności min. 60 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.**

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. nr 113 poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.) oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
4. Jeżeli oferta zawiera dokumenty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, składający ofertę zobowiązany jest do umieszczenia ich jako ostatnie stronicie oferty oraz poprzedzenia oświadczeniem o zakazie udostępniania odpowiednich oznaczonych numerycznie stron.
5. Oferta powinna być napisana w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy PZP), na maszynie lub komputerze albo czytelnym pismem ręcznym oraz podpisana własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty w językach obcych powinny być przetłumaczone,

a kserokopia tłumaczenia oraz kserokopia oryginału dokumentu przetłumaczonego (potwierdzone za zgodność z oryginałem) stanowić będą załączniki do oferty.

6. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kserokopii) musi być do niej dołączone, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
7. Oferta winna zawierać: formularz oferty sporządzony na załączonym formularzu lub wg jego wzoru – **załącznik nr 2 do SIWZ** (UWAGA!!! Formularz oferty nie jest uważany za stronę tytułową).

Zamawiający wymaga, aby w formularzu oferty bezwzględnie wypełnione były wszystkie kolumny. Ofertę (formularz oferty) należy podpisać na każdej stronie. Wykonawca może zmodyfikować formularz oferty tylko i wyłącznie w taki sposób, że usunie z niego pakiety, na które oferty nie składa, w pozostałym zakresie formularz nie może zostać zmodyfikowany. Wykonawca ma bezwzględny obowiązek wypełnienia wszystkich załączników zawartych w SIWZ i załączenia ich do oferty.

Zamawiający zwraca się z prośbą do wykonawców o złożenie wraz z pisemną ofertą wersję elektroniczną formularza oferty – w szczególności załączniki nr: 2,3 i 4. Zamawiający zamieści odpowiedni plik w formacie Word na swojej stronie internetowej: www.kopernik.lodz.pl. Uzupełniony plik należy nagrać na opisany danymi Wykonawcy nośnik cyfrowy i załączyć do oferty.

8. Oferta musi zawierać stronę tytułową – **zał. nr 1 do SIWZ** (podpisaną na końcu przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy) z nazwą postępowania i następującymi danymi Wykonawcy:
 - a) oznaczenie Wykonawcy,
 - b) adres siedziby firmy lub miejsca zamieszkania,
 - c) numer telefonu służbowego,
 - d) **numer faksu służbowego czynnego przez całą dobę, przy pomocy którego Zamawiający będzie mógł przysyłać Wykonawcy informacje i dokumenty związane z postępowaniem,**
 - e) adres poczty elektronicznej **przy pomocy, którego Zamawiający będzie mógł przysyłać Wykonawcy informacje i dokumenty związane z postępowaniem,**
 - f) NIP Wykonawcy,
 - g) REGON Wykonawcy,
 - h) oznaczenie banku i numer konta, na które należy zwrócić wadium.
9. Ofertę w jednym egzemplarzu wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach zawierających informację należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego i opatrzona danymi Wykonawcy oraz napisem:

Przetarg nieograniczony. Oferta na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla dwóch sal Bloku Operacyjnego Onkologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

o wartości powyżej 200 000 EURO

Znak sprawy – 112/ZP/13

Ilość stron Nie otwierać przed dniem

10. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. IV. SIWZ. Dokumenty muszą być w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii. Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę tj. osobę upoważnioną do jego reprezentacji.

Forma: własnoręczny podpis (jeśli jest to z pieczątką), data i napis „za zgodność z oryginałem”.

Poświadczenia dokumentów należy dokonać na tej samej stronie, na której dokument kserowano. Nie dopuszcza się potwierdzania na następnej, pustej stronie.

W przypadku nieczytelnej kserokopii, lub gdy kopia budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do okazania oryginału dokumentu lub notarialnie poświadczonej kopii tego dokumentu.

11. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

A. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy **spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1** ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
 - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy **nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2** ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- 2) Wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
- 3) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
- 4) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- 8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 11) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
- 12) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
- 13) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
- 14) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust 3 albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
- 15) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- 16) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- 17) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

B. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie **oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonania oceny tego warunku:

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 1 dostawę rodzajowo odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości brutto minimum:

Pakiet 1 – 21.600,00 zł.

Pakiet 2 – 157.530,00 zł.

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Opis sposobu dokonania oceny tego warunku:

Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie **oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

4. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonania oceny tego warunku:

Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie **oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny tego warunku:

Za spełnienie warunku Zamawiający uzna posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na poziomie :

Pakiet 1 – min. 21.600,00 zł.

Pakiet 2 – min. 157.530,00 zł.

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń oraz dokumentów o których mowa w rozdziale V niniejszej SIWZ.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ POTWIERDZENIA NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 ust. 1

1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy należy przedłożyć:

- a) oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP – zgodnie z **załącznikiem nr 5 do SIWZ**;
- b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; - **Załącznik nr 7 do SIWZ**;
Dowodami o których mowa wyżej są:
 - 1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
 - 2. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1

3. w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w punkcie b) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w punkcie b).

UWAGA!

Zamawiający stawiając powyższy warunek udziału w postępowaniu, skorzystał z możliwości wynikającej z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane poprzez:

·określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenie poświadczeń tj. głównych dostaw rozumianych przez Zamawiającego jako 1 dostawę rodzajowo odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości brutto minimum:

Pakiet 1 – 21.600,00 zł.

Pakiet 2 – 157.530,00 zł.

- c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.;

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

1. w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 9–11 rozporządzenia, a także innych dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2. dokumentów dotyczących w szczególności:
 - a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 - b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
 - c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
 - d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, wykonawca w miejsce poświadczeń, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP należy przedłożyć:

- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – **Załącznik nr 6 do SIWZ;**
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;**
- c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,**

- d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert,**
- e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, **wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,**
- f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, **wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
- g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, **wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
- h) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - **Załącznik nr 14 do SIWZ,**

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

- A. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:**
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 - d) Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 , 10-11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w punkcie A, zastępuje się je dokumentem oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

B. Dokument lub dokumenty wystawione dla wykonawcy który ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy PZP mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy PZP mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem z zachowaniem w/w terminu.

4. Warunki wymagane przy złożeniu oferty wspólnej kilku przedsiębiorców (konsorcjum, spółka cywilna).

- W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
- a) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/ partnera wiodącego;
 - b) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty. Przedstawiciele / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.
 - c) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań,
 - d) Dokumenty z pkt. 2 a) - h) każdy z podmiotów składa osobno, dokumenty w zakresie pkt. 1 oraz zabezpieczenie oferty wadium, jeżeli jest wymagane podmioty składają razem.
 - e) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- a) **Oryginalne ulotki producenta, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną** w języku polskim **potwierdzające** wymagane parametry zamawianego sprzętu medycznego (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski) - **dotyczy pakietu nr 1.**
- b) w zakresie **wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010r. włącznie oraz w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania po 17.09.2010r.** składamy - **dotyczy pakietu nr 1 oraz pakietu 2 poz. 4,17,56 tabeli /wózki anestezjologiczne/:**
 - **Deklarację Zgodności Producenta** – dla wyrobów medycznych wszystkich klas;
 - **Certyfikat jednostki notyfikowanej biorącej udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego (Certyfikaty CE)** – dla klasy wyrobu I sterylnej, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III;
 - dla wyrobów medycznych klasy IIa, IIb lub III - **oświadczenie wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela** wystawionego po przeprowadzeniu odpowiedniej dla danego wyrobu procedury oceny zgodności i potwierdzającego, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze, lub wskazujące, które z wymagań zasadniczych nie zostały spełnione, z podaniem przyczyn - *obowiązek złożenia przez Wykonawcę w przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym wykonanym na zamówienie;*
 - w przypadku wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010 r. włącznie **wniosek o przeniesienie danych** do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu na informatycznych nośnikach danych zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679)
 - w przypadku wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - **zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu** (obowiązek

złożenia kopii zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli, w przypadkach wskazanych w ustawie);
lub

- w przypadku dystributorów i importerów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprowadzili na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrób przeznaczony do używania na tym terytorium - **powiadomienie o tym wprowadzeniu Prezesa Urzędu** (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie dystrybutorów i importerów, w przypadkach wskazanych w ustawie).
- c) Formularz oferty – **Załącznik nr 2 do SIWZ.**
- d) Zestawienie parametrów granicznych – **Załącznik nr 3 do SIWZ.**
- e) Warunki gwarancji – **Załącznik nr 4 do SIWZ.**
- f) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrobów medycznych – **Załącznik nr 8 do SIWZ.**
- g) Oświadczenie wykonawcy zobowiązujące do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale I SIWZ – **Załącznik nr 9 do SIWZ.**
- h) Oświadczenie zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy w zakresie wskazania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – treść oświadczenia stanowi – **Załącznik nr 10 do SIWZ**
- i) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące asortymentu wolnego od wad fizycznych i prawnych – **Załącznik nr 13 do SIWZ.**
- j) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – **Załącznik nr 14 do SIWZ.**
- k) **Foldery poglądowe oferowanych produktów – dotyczy pakietu 2 poz. 4,17,56 tabeli /wózki anestezyjologiczne/ oraz poz. 40 tabeli /zmywarka do mycia i dezynfekcji obuwia szpitalnego/**
- l) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z opisem i wymaganiami zamawiającego zawartymi w SIWZ **/dotyczy pakietu 2/ – Załącznik nr 15 do SIWZ.**
- m) Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oświadczenia, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa **/dotyczy pakietu 2/ – Załącznik nr 16 do SIWZ**
- n) Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oświadczenia, iż białe i płyty posiadają atest higieniczny oraz białe posiadają świadectwo normy PN-EN-438-1 - **/dotyczy pakietu 2/ - Załącznik nr 17 do SIWZ,**

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości **5 970,00 zł.** (słownie: pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych). Podział kwot wadium na poszczególne pakiety przedstawia się następująco:

w zakresie Pakietu nr 1
w zakresie Pakietu nr 2

– min. **720,00 zł.**
– min. **5.250,00 zł.**

2. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:

PeKaO S.A. V Oddział/Łódź 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960

do dnia **składania ofert z zaznaczeniem:**

„Wadium na dostawę” sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla dwóch sal Bloku Operacyjnego Onkologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi - Nr sprawy 112/ZP/13 ”.

3. Oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tytułu wadium faktycznie wpłyną na konto Zamawiającego do dnia i godziny składania oferty. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
4. Wadium może być wniesione w pieniądzu lub innych przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych formach. Jeżeli wadium będzie wniesione w formie gwarancji albo poręczenia to jego oryginał musi być załączony do oferty.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w pkt. 1.
6. Oferta nie zabezpieczona wymaganym przez ustawę wadium zostanie odrzucona.
7. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający będzie oceniał, każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Kryterium	Ranga
1.	Cena	100%
RAZEM		100%

2. Sposób obliczenia ceny oferty:

- a) na cenę oferty składać się będą wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę związane z realizacją zamówienia wraz z należnym podatkiem od towarów i usług (VAT),
- b) wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej 5 w dół),
- c) Wykonawca podaje wartości netto i brutto w złotych polskich,
- d) oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

3. Sposób obliczenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

A) SPOSÓB OBLICZENIA CENY.

Zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

$$C = \frac{C_{MIN}}{C_B} * 100 \%$$

C – wartość punktowa ceny;

C_{MIN} – cena najniższa spośród wszystkich ofert;

C_B – cena badanej oferty.

Ocena końcowa oferty:

$$O_K = C$$

4. Zamawiający zawrze umowę w przedmiocie przetargu z tym Wykonawcą, którego oferta:

- a) odpowiadać będzie wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- b) zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru – zdobędzie największą ilość punktów.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę w zapieczętowanej, opatrzonej danymi Wykonawcy jak w pkt. III. 9 SIWZ i zaadresowanej na Zamawiającego kopercie należy złożyć w KANCELARII SZPITALA - ul. Pabianicka 62 w godz. 8.00 – 15.00.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 12.09 2013r. o godz. 10.00.
3. W przypadku ofert nadesłanych lub dostarczonych po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
4. W przypadku przesłania oferty decyduje dzień i godzina doręczenia.

X. INFORACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wykonawcy mogą zwracać się o wyjaśnienia dotyczące wszelkich związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż: na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wnioszek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim, którzy pobrali pisemną wersję SIWZ, ponadto odpowiedzi ukażą się na stronie internetowej: www.kopernik.lodz.pl.

3. Do kontaktów z oferentami w sprawach j. w. upoważnieni są:
 - **Piotr Lewandowski** – Dział Zaopatrzenia i Transportu – Łódź, ul. Pabianicka 62, tel. 042 689 57 94 – (w sprawach merytorycznych)
 - **Iwona Prusaczyk** – Dział Zamówień Publicznych - Łódź, ul. Pabianicka 62, tel./fax 042 689 59 12, fax. 042 689 54 09, email: przetargi@kopernik.lodz.pl, iwona.prusaczyk@kopernik.lodz.pl (w sprawach formalno – organizacyjnych).
4. Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą:
 - a) formy pisemnej (usługą pocztową),
 - lub
 - b) faksu: 0 42 689 54 09,
 - lub
 - c) poczty elektronicznej :
(e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl, iwona.prusaczyk@kopernik.lodz.pl).

Jednakże w zakresie uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 Wykonawca może w pierwszej kolejności dostarczyć dokumenty faksem lub skan dokumentów drogą elektroniczną, jednak do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu uzupełnienia dokumentów muszą one wpłynąć w formie pisemnej.

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania się z Wykonawcą w walutach obcych.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą przez okres **60 dni**, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

XIII. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - Łódź, ul. Pabianicka 62, sala wykładowa **w dniu 12.09.2013r. o godz. 11.00.**

XIV. ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY

1. Istotne warunki przyszłej umowy zostały określone w **załączniku nr 11 do SIWZ.**
2. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
 - dokument dotyczący nadania podmiotowi numeru NIP
 - dokument dotyczący nadania podmiotowi numeru REGON
 - wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

XV. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający po otwarciu ofert, w obecności wszystkich obecnych Wykonawców, prześle informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
2. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,
 - b) adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 - c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - d) Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - e) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
3. Wszyscy Wykonawcy będą informowani o złożonych zapytaniach, zmianach terminów postępowania lub o jego unieważnieniu.
4. Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta niezwłocznie po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne, zatwierdzeniu wyników przez Dyrektora WSS im. M. Kopernika i po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP.

XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Odwołanie wnosi się w terminie **10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia** - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **albo w terminie 15 dni** - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 7 i 8 wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
10. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 - 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
16. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. z późn.zm. - Kodeks postępowania cywilnego.

Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia składają się następujące załączniki:

Załącznik nr 1	- Formularz strony tytułowej
Załącznik nr 2	- Formularz oferty
Załącznik nr 3	- Zestawienie parametrów granicznych
Załącznik nr 4	- Warunki gwarancji
Załącznik nr 5	- Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy
Załącznik nr 6	- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 7	- Wykaz dostaw
Załącznik nr 8	- Oświadczenie dotyczące wyrobów medycznych
Załącznik nr 9	- Oświadczenie dotyczące szkoleń
Załącznik nr 10	- Wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom
Załącznik nr 11	- Wzór umowy
Załącznik nr 12	- Wzór protokołu odbioru technicznego
Załącznik nr 13	- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące asortymentu wolnego od wad fizycznych i

prawnych

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
- Oświadczenie Wykonawcy
- Oświadczenie Wykonawcy
- Oświadczenie Wykonawcy

[illegible]

P. L. G. G. G.
 H. H. H. H.
 C. C. C. C.
 S. S. S. S.



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Załącznik nr 1 do SIWZ

STRONA TYTUŁOWA OFERTY

Nr sprawy 112/ZP/13

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla dwóch sal Bloku Operacyjnego Onkologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

Oznaczenie wykonawcy – nazwa	NIP
Adres (ulica, miejscowość, powiat, województwo)	Regon
Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę oraz nr telefonu:	Wysokość kapitału zakładowego (jeżeli dotyczy)
Imię i nazwisko:	Nr faksu służbowego, czynnego całą dobę, za pomocą którego zamawiający będzie przysyłał stosowne dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania:
nr telefonu:	Nr fax:
Kontakt internetowy (strona www, e-mail)	Numer konta bankowego na, które należy zwrócić wadium (jeżeli było wymagane i zostało wpłacone w pieniędzy):
E-mail służbowy osoby prowadzącej sprawę:	

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr sprawy 112/ZP/13

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zamawiający
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 – 513 Łódź

OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla dwóch sal Bloku Operacyjnego Onkologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi składam/y niniejszą ofertę.

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Pakietu 1 za kwotę:

Lp.	Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Stawka VAT	Wartość brutto (PLN)
1.	Defibrylator	1	szt.				

Wartość oferty netto: PLN
słownie: PLN

Wartość oferty brutto: PLN
słownie: PLN

Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę w tym koszty transportu wraz z ubezpieczeniem, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego.

1. Niniejsza oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Oferujemy termin dostawy i montażu **(do 4 tygodni)**..... tygodni od dnia podpisania umowy.
3. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres **(min. 24 miesiące)** miesiące od daty podpisania protokołu odbioru technicznego sprzętu.
4. Oferujemy termin płatności (60 dni) dni od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
5. Oferowany sprzęt będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
6. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:
7. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym jest:
8. Adres e-mail, numer telefonu i faksu, na które Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje/awarie.....

Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze – zał. nr 11 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).

..... dn. 2013r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr sprawy 112/ZP/13

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zamawiający
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 – 513 Łódź

OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla dwóch sal Bloku Operacyjnego Onkologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi składam/y niniejszą ofertę.

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Pakietu 2 za kwotę:


Wykonawcy są zobowiązani wypełnić kolumnę „Nazwa/typ” w pozycjach nieprzekreślonych.

Lp	DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA WRAZ Z MONTAŻEM	NAZWA WYROBU	ILOŚĆ Szt. / kpl. / zest	Nazwa/typ podać	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Stawka VAT	Wartość brutto (PLN)
1.	SALA OPERACYJNA CHIRURGICZNA - MEBLE MEDYCZNE - Szafa lekarska wym. Szer.1000 mm x gł.450 mm x wys.1800 mm , drzwi skrzydłowe , przeszklone , w środku 5 półek ze stali nierdzewnej		1					
2.	Stolik do rozkładania narzędzi dwupoziomowy ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9 , mobilny , na 4 kółkach obrotowych o śr. 75-125 mm (w tym dwa z hamulcem) , kolka na miękkich oponkach nie brudzących podłoża .Półki wykonane relingami wys.50 - 80 mm . Wymiary półek 750 mm x 650 mm .Wys. stolika 850 - 950 mm.		1					

3.	Stolik do rozkładania narzędzi dwupoziomowy, ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż OH18N9, mobilny, na 4 kółkach obrotowych o śr. 75-125 mm (w tym dwa z hamulcem), kółka na miękkich oponkach nie brudzących podłoża. Półki bez relingów. Wymiary półek 750 mm x 650 mm. Wys. stołka 850 - 950 mm	1					
4.	<p>Wózek anestezjologiczny</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konstrukcja wózka i szuflad ze stali galwanizowanej, zabezpieczonej przed korozją, malowanej proszkowo, z powłoką antybakteryjną 2. Błat i półka boczna wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości 3. Błat z podniesionymi brzegami z trzech stron zabezpieczającymi przed zsuwaniem sprzętu 4. Układ jezdny wyposażony w cztery cichobieżne koła Ø 125 mm, w tym 2 z hamulcami, system łatwego prowadzenia oraz zabezpieczenia przed uderzeniami (odboje) 5. Wózek wyposażony w 4 szuflady na prowadnicach rolkowych, samo domykające się: <ul style="list-style-type: none"> - 2 szuflady wysokości 75 mm z organizatorami z tworzywa przeznaczonymi na leki - 2 szuflady wysokości 155 mm z organizatorami z tworzywa przeznaczonymi na leki - 1 szuflada wysokości 235 mm na płyny infuzyjne 6. Uchwyty szuflad w różnych kolorach 7. Obciążenie pojedynczej szuflady min. 40 kg 8. Centralna blokada szuflad na kluczyk 9. Nadstawka umieszczona na wysięgniku metalowym z zamocowanym wyposażeniem: <ul style="list-style-type: none"> - 9 uchylnych pojemników (4 duże, 5 małych) - pojemnik z na użyte narzędzia z wewnętrznym wkładem do dezynfekcji i sterylizacji - uchwyt na płyny infuzyjne - uchwyt na miskę nerkową 10. Uchylne, transparentne półki boczne - 3szt. 11. Pojemnik na cewniki wykonany ze stali nierdzewnej 12. Półka do pisania wysuwana z boku blatu wózka wykonana z tworzywa sztucznego 13. Kosz na odpady mocowany z boku wózka otwierany kolanem o pojemności 20 l, z tworzywa sztucznego typu ABS, z wkładem wyjmowanym w celu łatwego opróżnienia, mycia i dezynfekcji 14. Wymiary wózka : 105 x 61 x 160 h cm 	1					


5.	Stojaki kropłówkowe z półką i koszem na odpady , na dwa haczyki do infuzji .Podstawa 5-cioramienna na kółkach z blokadą Podstawa i tubus lakierowane proszkowo Wysokość regulowana w zakresie 1750 mm - 2500 mm (± 50 mm) Wieszak (statyw) na płyny infuzyjne – dwuramienny , chromowany	2					
6.	Stolik na płyny do mycia pola operacyjnego , dwupoziomowy ,ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9 , mobilny , na 4 kółkach obrotowych o śr. 75-125 mm (w tym dwa z hamulcem) , kółka na miękkich oponkach nie brudzących podłoża .Półki wykończone z każdej strony relingami wys.50 - 80 mm . Wymiary półek szer.500-600 mm x dł.500 -700 mm .	1					
7.	Stojak na miski wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9. Stojak osadzony na 5-cio ramiennej podstawie z 5-cio ma kółkami na miękkich oponkach nie rysujących podłoża. Dwie miski zdejmowane o poj. 6 litrów każda . Stojak wys. 750 - 850 mm.	1					
8.	Wózek do worków foliowych wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9 , podwójny ,z pokrywami podnoszonymi nożnie. Posiada uchwyty do worków foliowych. Podstawa osadzona na 4 kółkach (w tym dwa z blokadą)) z miękkimi oponkami nie brudzącymi o podłoża. Koła o średnicy 50 - 100 mm. Wózek przystosowany do worków o poj. 100 litrów	1					
9.	Wózek /stelaż/ do worków foliowych wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9 , pojedynczy ,do transportu białizny , z pokrywą podnoszoną nożnie. Posiada uchwyty do worków foliowych. Podstawa osadzona na 4 kółkach (w tym dwa z blokadą)) z miękkimi oponkami nie brudzącymi podłoża .Koła o średnicy 50 - 100 mm. Wózek przystosowany do worków o poj. 100 litrów	1					
10.	Taboret z oparciem dla operatora .Taboret z ergonomicznym oparciem , oparcie z regulacją wysokości Siedzisko tapicerowane okrągłe o śr. 300 - 360 mm , tapicerka miękka , kryta skajem , siedzisko podnoszone hydraulicznie(pedałem nożnym) , podstawa pięcioramienna wykonana ze stali nierdzewnej, kółka z miękkimi oponkami (w tym dwa z blokadą)	2					

11.	Taboret dla operatora- bez oparcia . Siedzisko tapicerowane okrągłe o śr. 300-- 360 mm , tapicerka miękka , kryta skajem , siedzisko podnoszone hydraulicznie(pedałem nożnym) , podstawa pięcioramienna wykonana ze stali nierdzewnej, kółka z miękkimi oponkami (w tym dwa z blokadą)	2						
12.	Wiadro mobilne ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż OH18N9j , umieszczone na podstawie mobilnej , kółka z miękkimi oponkami. Wiadro zdejmowane o poj. 10 - 12 l. Podstawa wyposażona w rączkę dł 750- 800 mm do przetaczania	1						
13.	MEBLE MEDYCZNE -Biurko - stół roboczy ze stali nierdzewnej na sale operacyjną . Tylna krawędź blatu podniesiona na wys. 40 mm , pozostałe boki proste Wymiary blatu 1200 mm x 600 mm , wys. Stołu 850 mm . Pod blatem komora zamykana pojedynczymi drzwiami skrzydłowymi. W środku półka. Całość osadzona na nóżkach z możliwością wy poziomowania.	1						
14.	SALA OPERACYJNA LARYNGOLOGICZNA - MEBLE MEDYCZNE -Szafa lekarska ze stali wym. Szer.1000 mm x gł.450 mm x wys.1800 mm , drzwi skrzydłowe , przeszklone , boki przeszklone , w środku 5 półek ze stali nierdzewnej	2						
15.	MEBLE MEDYCZNE -Stolik do rozkładania narzędzi dwupoziomowy , ze stali , mobilny , na 4 kółkach obrotowych o śr. 75-125 mm (w tym dwa z hamulcem) , kółka na miękkich oponkach nie brudzących podłoża .Półki wykończone relingami wys.50 - 80 mm . Wymiary półek 750 mm x 650 mm (± 50 mm).	1						
16.	MEBLE MEDYCZNE -Stolik do rozkładania narzędzi dwupoziomowy , ze stali , mobilny , na 4 kółkach obrotowych o śr. 75-125 mm (w tym dwa z hamulcem) , kółka na miękkich oponkach nie brudzących podłoża .Półki bez relingów . Wymiary półek 1000 mm x 650 mm (± 50 mm).	1						

<div></div> <p>Wózek anesteziologiczny</p> <p>1. Konstrukcja wózka i szuflad ze stali galwanizowanej, zabezpieczonej przed korozją, malowanej proszkowo, z powłoką antybakteryjną</p> <p>2. Błat i półka boczna wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości</p> <p>3. Błat z podniesionymi brzegami z trzech stron zabezpieczającymi przed zsuwaniem sprzętu</p> <p>4. Układ jezdyny wyposażony w cztery cichobieżne koła Ø 125 mm, w tym 2 z hamulcami, system łatwego prowadzenia oraz zabezpieczenia przed uderzeniami (odboje)</p> <p>5. Wózek wyposażony w 4 szuflady na prowadnicach rolkowych, samo domykające się:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 szuflady wysokości 75 mm z organizerami z tworzywa przeznaczonymi na leki- 2 szuflady wysokości 155 mm z organizerami z tworzywa przeznaczonymi na leki- 1 szuflada wysokości 235 mm na płyny infuzyjne <p>6. Uchwyty szuflad w różnych kolorach</p> <p>7. Obciążenie pojedynczej szuflady min. 40 kg</p> <p>8. Centralna blokada szuflad na kluczyk</p> <p>9. Nadstawka umieszczona na wysięgniku metalowym z zamocowanym wyposażeniem:</p> <ul style="list-style-type: none">- 9 uchylnych pojemników (4 duże, 5 małych)- pojemnik z na użyte narzędzia z wewnętrznym wkładem do dezynfekcji i sterylizacji- uchwyt na płyny infuzyjne- uchwyt na miskę nerkową <p>10. Uchylne, transparentne półki boczne - 3szt.</p> <p>11. Pojemnik na cewniki wykonany ze stali nierdzewnej</p> <p>12. Półka do pisania wysuwana z boku blatu wózka wykonana z tworzywa sztucznego</p> <p>13. Kosz na odpady mocowany z boku wózka otwierany kolanem o pojemności 20 l, z tworzywa sztucznego typu ABS, z wkładem wyjmowanym w celu łatwego opróżnienia, mycia i dezynfekcji</p> <p>14. Wymiary wózka : 105 x 61 x 160 h cm</p>	1					
18.	<p>Stojaki kroplówkowe z półką i wiadrzem na odpady , na dwa haczyki do infuzji. Podstawa 5-cioramienna na kółkach z blokadą</p> <p>Podstawa i tubus lakierowane proszkowo</p> <p>Wysokość regulowana w zakresie 1750 mm - 2500 mm (± 50 mm)</p> <p>Wieszak (statyw) na płyny infuzyjne – dwuramienny , chromowany</p>	2				

19.	Stolik na płyny do mycia pola operacyjnego, dwupoziomowy, ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9, mobilny, na 4 kółkach obrotowych o śr. 75-125 mm (w tym dwa z hamulcem), kółka na miękkich oponkach nie brudzących podłoża. Półki wykończone z każdej strony relingami wys. 50 - 80 mm. Wymiary półek szer. 500-600 mm x dł. 500 -700 mm. Wys. stolika 850 - 950 mm	1					
20.	Stojak na miski wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9. Stojak osadzony na 5-cio ramiennej podstawie z 5-cio ma kółkami na miękkich oponkach nie rysujących podłoża. Dwie miski zdejmowane o poj. 6 litrów każda. Stojak wys. 750 - 850 mm.	1					
21. <i>21</i>	Wózek do worków foliowych wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9, podwójny, z pokrywami podnoszonymi nożnie. Posiada uchwyty do worków foliowych. Podstawa osadzona na 4 kółkach (w tym dwa z blokadą)) z miękkimi oponkami nie brudzącymi podłoża. Koła o średnicy 50 - 100 mm. Wózek [przystosowany do worków o poj. 60 litrów	1					
22.	Wózek /stelaz/ do worków foliowych wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9, pojedynczy, do transportu białizny, z pokrywą podnoszoną nożnie. Posiada uchwyt do worków foliowych. Podstawa osadzona na 4 kółkach (w tym dwa z blokadą)) z miękkimi oponkami nie brudzącymi podłoża. Koła o średnicy 50 - 100 mm. Wózek przystosowany do worków o poj. 100 litrów	1					
23.	Taboret z oparciem dla operatora. Taboret z ergonomicznym oparciem, oparcie z regulacją wysokości. Siedzisko tapicerowane okrągłe o śr. 300 - 360 mm, tapicerka miękka, kryta skajem, siedzisko podnoszone hydraulicznie(pedałem nożnym), podstawa pięcioramienna wykonana ze stali nierdzewnej, kółka z miękkimi oponkami (w tym dwa z blokadą)	4					

24.	Szafka medyczna - Wózek medyczny wykonany w całości ze stali nierdzewnej, zabudowany ściankami z obydwoi boków i tyłu wózka. Na wierzchu wózek przykryty jednolitym prostym blatem. Od frontu dwie szuflady w jednym rzędzie - umieszczone pod blatem. Szuflady na prowadnicach samodomykających. Pod szufladami - para drzwiczek otwieranych skrzydłowo. Wewnątrz jedna półka ze stali nierdzewnej. Uchwyt do przetrzania umieszczony z przodu wózka. Wózek osadzony na czterech kółkach z miękkimi oponkami nie brudzącymi podłoża. Kółka o średnicy 100 - 150 mm. / w tym dwa z blokadą/. Wymiary zewnętrzne wózka : dł.650 - 750 mm , szer.650 - 750 mm , wys.900 - 1000 mm	1					
25.	Stolik opatrunkowy , dwupozłomowy , ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9 , mobilny , na 4 kółkach obrotowych o śr. 75-125 mm (w tym dwa z hamulcem) , kółka na miękkich oponkach nie brudzących podłoża .Półki wykończone relingami wys.50 - 80 mm . Wymiary blatów: dł. 650 - 750 mm x szer.650 - 550 mm .Wys. wózka 800 - 900 mm	1					
26.	Wia dro mobilne ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9 , umieszczone na podstawie mobilnej , kółka z miękkimi oponkami. Wia dro zdejmowane o poj. 10 - 12 l. Podstawa wyposażona w rączkę dł 750- 800 mm do przetrzania	1					
27.	MEBLE MEDYCZNE Biurko - stół roboczy ze stali na sale operacyjną .Tylna krawe dź blatu podniesiona na wys. 40 mm , pozostałe boki proste. Wymiary blatu 1200 mm x 600 mm , wys. Stołu 850 - 900 mm . Pod blatem komora zamykana pojedynczymi drzwiami skrzydłowymi. W środku półka. Całość osadzona na nóżkach z możliwością wy poziomowania.	1					
28.	PRZYGOTOWANIE ZESPOŁU OPERACYJNEGO - Minutnik medyczny - ścienny - ze stali nierdzewnej z pokrę tłem ustawiania czasu i sygnalizatorem dźwiękowym	3					

<p>29.</p> 	<p>Łokciowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych, balsamów oraz mydeł w pojemnikach o pojemności 500 ml.. Pompa wykonana ze stali nierdzewnej z możliwością pełnej sterylizacji. Dozownik wyposażony jest w plastikową ruchomą obudowę umieszczoną w górnej części urządzenia do której zamontowana jest pompa. Pompkę tę można łatwo wyjmować i wkładać odchylając obudowę do góry za pomocą dźwigni. Pompa wyjmowana bez użycia narzędzi, bez odkręcania dozownika. Wyjmowanie pompki do przodu bez zdejmowania dozownika. Dźwignia łokciowego dozowania wykonana jest ze stali nierdzewnej Dozownik montowany jest do ściany przy pomocy szyny montażowej o szerokości 82 mm i wysokości 245 mm. Rurki wylotowa oraz dozująca płyn z butelki połączone są w górnej części pompki plastikową nakładką na której znajduje się regulacja dawkowania płynu w następujących ilościach: 0,7ml/1,0ml/ 1,2 ml/1,5 ml. Uszczelka ta musi pasować do różnych szyjek butelek i zapewnia im optymalne mocowanie co zmniejsza kontakt środka dezynfekcyjnego z powietrzem. Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej Dozownik zaopatrzony jest w pompkę z rurką wykonaną ze stali nierdzewnej typu AISI 316. W górnej części rurki znajduje się gumowa uszczelka o średnicy min 50 mm.</p>	<p>4</p>						
<p>30.</p>	<p>Podajniki ręczników "Z", pojemność do 500 szt. Ręczników, wykonany ze stali nierdzewnej okienko do kontroli ilości ręczników, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy szerokość 25 cm, wysokość 26 cm, głębokość 12 cm +/-1cm</p>	<p>1</p>						
<p>31.</p>	<p>Wieszak mobilny - przeznaczony do wieszania ciężkich fartuchów rentgenowskich. Wykonany całkowicie z profili ze stali nierdzewnej. Podstawa wieszaka osadzona na 4 kółkach śr. 80 - 150 mm (w tym dwa z blokadą). Koła wyposażone w oponki nie brudzące podłoża. Podstawa w kształcie litery "H" zbudowana z profili zamkniętych. Podstawa o wymiarach ca L-750 mm S-500 - 550 mm . Na podstawie wieszaka - pionowy stelaż. Wys. Stelaża 1600 mm. Stelaż pionowy zbudowany z dwóch pionowych listew wykonanych z profili zamkniętych .Listwy połączone na szczytach poprzeczką na której będą wieszane fartuchy. Na wyposażeniu 8 wieszaków metalowych o grubym profilu do klasycznego wieszania ciężkich fartuchów RTG. Z boku na profilu pionowym uchwyt do przetwarzania regału</p>	<p>1</p>						



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

32.	Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej o poj.40-45 litrów .Pokrywa podnoszona pedałem nożnym	1						
33.	Stolik opatrunkowy , dwupoziomowy ,ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9 , mobilny , na 4 kółkach obrotowych o śr. 75-125 mm (w tym dwa z hamulcem) , kółka na miękkich oponkach nie brudzących podłoża .Półki wykończone relingami wys.50 - 80 mm . Wymiary blatów: dł. 600 - 650 mm x szer.400 - 450 mm .Wys. stolika 800 - 900 mm	1						
34.	Lustro 30 cm x 40 cm -przyklejane do ściany	3						
35.	MEBLE MEDYCZNE -Szafa lekarska ze stali .Wym. Szer.1200 mm x gł.580 mm x wys.1800 mm , drzwi skrzydłowe , przeszklone , boki przeszklone , w środku 5 półek ze stali nierdzewnej	1						
36.	POMIESZCZENIE DO WSTĘPNEJ DEZYNFEKCJI - Wózek do dezynfekcji narzędzi ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9 , dwupoziomowy, z jednym pojemnikiem osadzonym w blacie roboczym. Błat dolny montowany na stałe na wys. 150 - 200 mm od podłoża. W górnym blacie roboczym , montowanym na stałe , wyjmowany pojemnik z uszczelkami zamykany pokrywą Minimalne wymiary pojemnika (dł.x szer. x gł.): 500x x300 x 200 mm . Odległość między blatami - min.400 mm. Podstawa osadzona kółkach o średnicy 80 - 150 mm. Kółka wyposażone w oponki nie brudzące podłoża.. Przy kółkach odbójniki z tworzywa sztucznego. Uchwyt do przetaczania wózka umocowany na krótszym boku. Maksymalne wymiary zewnętrzne wózka (dł. x szer. x wys.)1000 x 500 x 850 mm	2						
37.	Wanienki z sitem i pokrywą do dezynfekcji narzędzi o poj. 30 l wykonane z tworzywa sztucznego	2						
38.	MEBLE MEDYCZNE -Stół roboczy ze zlewem i półką . Stół wykonany ze stali. Zlew o głębokości 250 mm. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm. Stół dodatkowo wyposażony w półkę dolną. Stół na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). . W wyposażeniu syfon wykonany z tworzywa. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary blatu stołu roboczego(szer. x gł. x wys.) 1500x600x850 - 900(mm).W blacie zlew o wymiarach dł:600 x szer. 400 mm. Komora zlewu umieszczona 300 mm od prawej krawędzi stołu. Stół bez baterii.	1						

39.	<p>BRUDOWNIK - Regał ze stali nierdzewnej. Regał magazynowy otwarty. Regał wykonany z profili stalowych. Półki stalowe z możliwością regulacji. Regał o wymiarach wys.1800 mm, szer.1000 - 1200 mm, gł.500 - 600 mm. Ilość półek - 5. Nośność regału : wymagane obciążenie minimalne na jedną półkę -100 kg</p>	1						
40.	<p>Zmywarka do mycia i dezynfekcji obuwia szpitalnego. Wymiary (mm). Szerokość: 600 Głębokość: 600 Wysokość: 860 Kosz do mycia i dezynfekcji obuwia szpitalnego Wymiary kosza 500 x 500 (mm) Pojemność zbiornika 11 (litr) Maksymalne zużycie wody 2,6l litry na jeden cykl płukania Model stojący. Wytwornica pary: 4 (kW) Całkowity pobór mocy: 12,2 (kW) Bojler: 7,5 (kW) Przyłącze elektryczne: trójfazowe NPE, 400 V, 50 Hz. Urządzenie wyposażone w system Aqua-stop co umożliwia bezpośrednie podłączenie się do zasilania wodnego bez dodatkowych zabezpieczeń. Minimalne ciśnienie 0,6 bar, maksymalne 5 bar. Podłączenie zgodne z normą EN 1717. Długość rur przyłączeniowych około 1,4 m od urządzenia. Dezynfekcja termiczna zgodnie ze wskaźnikiem A0 = 60 wg (PN /EN ISO 15883-3). Krótkie cykle mycia umożliwiające szybki obieg mytych przedmiotów. Panel sterujący i wyświetlacz. Minimum 3 programy mycia i dezynfekcji dostępnych bezpośrednio z panela sterującego. Komora mieszcząca 10 L wiadra. Sterowanie mikroprocesorowe. Myjnia posiada zawór zamykający, filtr, przewód odpowietrzający zawór zwrotny, aktywny filtr węglowy Maksymalna emisja głośności 65 dB (A) . Zestaw oryginalnych środków myjących i dezynfekcyjno-nabyszczających zalecanych przez producenta - w komplecie</p>	1						

41.	Wózek do worków foliowych wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9, podwójny, z pokrywami podnoszonymi nożnie. Posiada uchwyty do worków foliowych. Podstawa osadzona na 4 kółkach (w tym dwa z blokadą)) z miękkimi oponkami nie brudzącymi podłoża. Koła o średnicy 50 - 100 mm. Wózek przystosowany do worków o poj. 100 litrów	1					
42.	Łokciowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych, balsamów oraz mydeł w pojemnikach o pojemności 500 ml. Pompa wykonana ze stali nierdzewnej z możliwością pełnej sterylizacji. Dozownik wyposażony jest w plastikową ruchomą obudowę umieszczoną w górnej części urządzenia do której zamontowana jest pompa. Pompkę tę można łatwo wyjmować i wkładać odchylając obudowę do góry za pomocą dźwigni. Pompa wyjmowana bez użycia narzędzi, bez odkręcania dozownika. Wyjmowanie pompy do przodu bez zdejmowania dozownika. Dźwignia łokciowego dozowania wykonana jest ze stali nierdzewnej Dozownik montowany jest do ściany przy pomocy szyny montażowej o szerokości 82 mm i wysokości 245 mm. Rurki wylotowa oraz dozująca płyn z butelki połączone są w górnej części pompy plastikową nakładką na której znajduje się regulacja dawkiowania płynu w następujących ilościach: 0,7ml/1,0ml/ 1,2 ml/1,5 ml. Uszczelka ta musi pasować do różnych szyjek butelek i zapewnia im optymalne mocowanie co zmniejsza kontakt środka dezynfekcyjnego z powietrzem. Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej Dozownik zaopatrzony jest w pompkę z rurką wykonaną ze stali nierdzewnej typu AISI 316. W górnej części rurki znajduje się gumowa uszczelka o średnicy min 50 mm.	2					
43.	Podajniki ręczników "Z" - pojemność do 500 szt. Ręczników, wykonany ze stali nierdzewnej okienko do kontroli ilości ręczników, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy, szerokość 25 cm, wysokość 26 cm, głębokość 12 cm +/-1cm	1					
44.	MAGAZYN JAŁOWY - Regał ze stali nierdzewnej. Regał magazynowy otwarty .Regał wykonany z profili stalowych . Półki stalowe z możliwością regulacji. Regał o wymiarach wys.1800 mm , szer.800 mm , gł.500 mm. Ilość półek - 5. .Nośność regału : wymagane obciążenie minimalne na jedną półkę - 100 kg	2					

45.	Regał ze stali nierdzewnej. Regał magazynowy otwarty. Regał wykonany z profilu stalowych. Półki stalowe z możliwością regulacji. Regał o wymiarach wys.1800 mm, szer.800 mm, gł.400 mm. Ilość półek - 5. .Nośność regału : wymagane obciążenie minimalne na jedną półkę -100 kg	2							
46.	PRZYGOTOWANIE PACJENTA - MEBLE MEDYCZNE-Szafa medyczna.. Szafa dwudrzwiowa dzielona na 2/3 część górną i 1/3 część dolną. Górna część zamykana przeszkłonymi drzwiami przesuwnymi. Dolna część zamykana pełnymi drzwiami przesuwnymi ze stali nierdzewnej. Drzwi z uchwytnymi. W górnej części półki regulowane. W dolnej części półka montowana na stałe. Szafa osadzona na nóżkach wys. 140 - 180 mm z możliwością wypoziomowania. Wymiary zewnętrzne szafy (szer. x gł. x wys.) :800 x 450 x 1800 (mm).	2							
47.	Krzesła typu ISO PLASTIC lub równoważne. Krzesło na stelażu metalowym chromowanym, siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego w kilku kolorach do wyboru, łatwe do utrzymania czystości, możliwość składowania w stosie min 12sztuk, konstrukcja metalowa spawana, wymiary 770x545x425mm +/-10mm, w górnej części oparcia owalny otwór ułatwiający przenoszenie krzesła. Siedzisko na wysokości min 450mm	2							
48.	MEBLE MEDYCZNE -Blurko - stół roboczy .Tylina krawędź blatu podniesiona na wys. 40 mm , pozostałe boki proste. Wymiary blatu szer. 1000 mm x gł. 600 mm x wys.850 mm .Pod blatem komora zamykana pojedynczymi drzwiami skrzydłowymi. W środku półka.Całość osadzona na nóżkach z możliwością wypoziomowania.	1							
49.	MEBLE MEDYCZNE - Szafka stojąca j z pojedynczymi pełnymi drzwiami , przykryta prostym blatem. Wewnątrz jedna półka. Szafka osadzona na nóżkach wys. 140 - 180 mm z możliwością wypoziomowania. Wymiary zewnętrzne szafki (szer. x gł. x wys.) : 400 x 450 x 850 (mm).	2							
50.	Stojaki kroplówkowe z półką na dwa haczyki. Podstawa 5-cioramienna na kółkach z blokadą Podstawa i tubus lakierowane proszkowo Wysokość regulowana w zakresie 1750 mm - 2500 mm (± 50 mm) Wieszak (statyw) na płyny infuzyjne – dwuramienny , chromowany	2							

51.	Stoliki typu Mayo hydrauliczne ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9. Stolik Mayo z regulacją hydrauliczną wysokości, na 3 kołach jezdnych, regulacja wysokości w zakresie min od 990 do 1350mm, wymiary blatu 750x300mm(+/-20mm)	2						
52.	MEBLE MEDYCZNE - Stół roboczy ze zlewem i półką. Stół wykonany ze stali. Zlew o głębokości 250 mm. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm. Stół dodatkowo wyposażony w półkę dolną tworzącą szafkę, zamykaną dwiema parami drzwi skrzydłowych. Stół na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). W wyposażeniu syfon wykonany z tworzywa. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary blatu stołu roboczego(szer. x gł. x wys.) 1900x600x850 - 900 (mm).W blacie zlew o wymiarach dł.500 x szer. 500 mm. Komora zlewu umieszczona 300 mm od prawej krawędzi stołu. Bateria sztorcowa z wyciąganą wylewką.	1						
53.	Kosz pedałowaty ze stali nierdzewnej o poj.40-60 litrów .Pokrywa podnoszona pedałem nożnym	2						
54.	Chłodziarka wolnostojąca o wysokości 1600 (+/-50 mm), szerokości 580 (+/-30 mm), pojemność chłodziarki min. 140 l, pojemność zamrażarki min. 35 l, poziom hałasu mniejszy niż 40 dB, 4 półki z hartowanego szkła w chłodziarce i 2 półki w zamrażalce, klasa energetyczna min. A+, automatyczne odszranianie. górny zamrażalnik z własnymi drzwiami	1						

55.	<p>Szafa metalowa Dwuskrzydłowa szafa metalowa przeznaczona do przechowywania akt, segregatorów oraz innych dokumentów, które wymagają dodatkowego zabezpieczenia.</p> <p>Wypożyczona w oddzielną skrytkę, z drzwiami dwuskrzydłowymi, zamykaną na zamek krzywkowy Wykonana z blachy o grubości 0,8 - 1,0mm i malowane trwałymi farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi)Wysokość szafy 1920 mm</p> <p>Szerokość szafy 900 mm</p> <p>Głębokość szafy 420 mm</p> <p>Ilość półek 3 szt.</p> <p>Zamykane zamkiem baswilowym z uchwytem klamkowym przekreśnionym, ryglującym drzwi w trzech punktach</p> <p>Półki o nośności 50kg przestawiane co 90mm</p>	1					
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--	--	--	--	--

56.	<p>SALA WYBUDZEŃ 2-ŁÓŻKOWA -Wózek anestezjologiczny</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konstrukcja wózka i szuflad ze stali galwanizowanej, zabezpieczonej przed korozją, malowanej proszkowo, z powłoką antybakteryjną 2. Błat i półka boczna wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości 3. Błat z podniesionymi brzegami z trzech stron zabezpieczającymi przed zsuwaniem sprzętu 4. Układ jezdy wyposażony w cztery cichobieżne koła Ø 125 mm, w tym 2 z hamulcami, system łatwego prowadzenia oraz zabezpieczenia przed uderzeniami (odboje) 5. Wózek wyposażony w 4 szuflady na prowadnicach rolkowych, samo domykające się: <ul style="list-style-type: none"> - 2 szuflady wysokości 75 mm z organizerami z tworzywa przeznaczonymi na leki - 2 szuflady wysokości 155 mm z organizerami z tworzywa przeznaczonymi na leki - 1 szuflada wysokości 235 mm na płyny infuzyjne 6. Uchwyt szuflad w różnych kolorach 7. Obciążenie pojedynczej szuflady min. 40 kg 8. Centralna blokada szuflad na kluczyk 9. Nadstawka umieszczona na wysięgniku metalowym z zamocowanym wyposażeniem: <ul style="list-style-type: none"> - 9 uchylnych pojemników (4 duże, 5 małych) - pojemnik z na użyte narzędzia z wewnętrznym wkładem do dezynfekcji i sterylizacji - uchwyt na płyny infuzyjne - uchwyt na miskę nerkową 10. Uchyłne, transparentne półki boczne - 3szt. 11. Pojemnik na cewniki wykonany ze stali nierdzewnej 12. Półka do pisania wysuwana z boku blatu wózka wykonana z tworzywa sztucznego 13. Kosz na odpady mocowany z boku wózka otwierany kolanem o pojemności 20 l, z tworzywa sztucznego typu ABS, z wkładem wyjmowanym w celu łatwego opróżnienia, mycia i dezynfekcji 14. Wymiary wózka : 105 x 61 x 160 h cm 	1					
57.	<p>MEBLE MEDYCZNE- Szafka medyczna -wykonana ze stali szafka stojąca z podwójnymi drzwiami otwieranymi skrzydłowo. Wewnątrz szafki jedna półka. Wymiary szafki szer.1000 mm x gł.600 mm x wys.850 mm .Szafka osadzona na nóżkach z możliwością wy poziomowania.</p>	1					

58.	MEBLE MEDYCZNE - Szafa-medyczna . Szafa medyczna ze stali wym. Szer.1000 mm x gł.580 mm x wys.2000 mm .Szafa dzielona 2/3 część górna , 1/3/ część dolna. Część górna -front i boki przeszklone. Część dolna -front i boki pełne. W części górnej - drzwi przeszklone z uchwytnymi otwierane skrzydłowo , w środku 4 półki ze stali nierdzewnej- regulowane. Część dolna zamykana drzwiami pełnymi z uchwytami , w środku jedna półka. Szafa osadzona na nóżkach wys. 120 - 150 mm z możliwością wypoziomowania.	2					
59.	Wysięgniki ściennie teleskopowe do wieszania kroplówek .Wysięgnik teleskopowy składany na ścianę dł.2000 - 2200 mm. ,	2					
60.	Krzesła typu ISO PLASTIC lub równoważne. Krzesło na stelażu metalowym chromowanym, siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego w kilku kolorach do wyboru, łatwe do utrzymania czystości, możliwość składowania w stosie min 12sztuk, konstrukcja metalowa spawana, wymiary 770x545x425mm +/-10mm, w górnej części oparcia owalny otwór ułatwiający przenoszenie krzesła. Siedzisko na wysokości min 450mm	3					
61.	Kosz pedałowey ze stali nierdzewnej o poj.40-45 litrów .Pokrywa podnoszona pedałem nożnym	3					
62.	Stoliki typu Mayo hydrauliczne ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż OH18N9. Stolik Mayo z regulacją hydrauliczną wysokości, wykonany ze stali OH18N9, na 3 kołach jezdnych, regulacja wysokości w zakresie min od 990 do 1350mm , wymiary blatu 750x300mm(+/-20mm)	1					
63.	MEBLE MEDYCZNE -Stół roboczy ze zlewem i półką . Stół wykonany ze stali . Zlew o głębokości 250 mm. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm. Stół dodatkowo wyposażony w półkę dolną tworzącą szafkę , zamykaną dwiema parami drzwi skrzydłowych. Stół na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). . W wyposażeniu syfon wykonany z tworzywa. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary blatu stołu roboczego(szer. x gł. x wys.) 2300x600x850 (mm).W blacie zlew o wymiarach dł.500 x szer. 500 mm. Komora zlewu umieszczona 300 mm od prawej krawędzi stołu. Bateria sztorcowa z wyciąganą wylewką.	1					

64.	Wózek pod aparaturę - Wózek dwupoziomowy. Wymiary zewnętrzne szer. 500 - 600 mm , gł. 340 - 400 mm , wys. 800 - 850 mm. Na wyższym poziomie półka o wymiarach szer. min. 440 mm gł. min. 320 mm . Na niższym poziomie półka z szufladą na akcesoria. Wózek wykonany z blachy stalowej ocynkowanej , pokrytej lakierem proszkowym. Kolor do uzgodnienia z użytkownikami. Błaty zakończone relingami zabezpieczającymi przed zsunieniem się aparatury. Obydwa poziomy zamontowane na korpusach - burtach bocznych wózka , umożliwiających swobody dostęp do sprzętu z każdej strony. Całość osadzona na podstawie wyposażonej w 4 kółka o średnicy min. 75 mm na miękkich oponkach nie brudzących podłoża (w tym dwa kółka z blokadą). Na korpusie wózka zamontowana listwa zasilająca 3-gniazdowa z indywidualnym wyłącznikiem.	2					
65.	BIURKO - stół roboczy ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9. Tylna krawędź blatu podniesiona na wys. 40 mm , pozostałe boki proste Wymiary blatu 1400 mm x 600 mm , wys. Stołu 850 mm . Pod blatem z jednej strony - komora szer. 400 mm zamykana pojedynczymi drzwiami skrzydłowymi. W środku półka .Z drugiej strony podwieszona półka pod komputer szer. 200 mm .Całość osadzona na nóżkach z możliwością wy poziomowania.	1					
66.	POKÓJ LEKARSKI -MEBLE MEDYCZNE. Biurko komputerowe prostokątne o wymiarach 1200 mm x 700 mm. Biurko wsparte na 4 chromowanych nogach z regulacją umożliwiającą ustawienie blatu na wysokość 750 mm .Pod biurkiem mobilny kontener trzyszufladowy zamykany zamkiem centralnym szer. 400 mm x gł . 500 mm x wys. 600 mm. Pod biurkiem półka szer. 200 mm na komputer	2					
67.	Krzesła typu ISO PLASTIC lub równoważne. Krzesło na stelażu metalowym chromowanym, siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego w kilku kolorach do wyboru, łatwe do utrzymania czystości, możliwość składowania w stosie min 12sztuk, konstrukcja metalowa spawana, wymiary 770x545x425mm +/-10mm, w górnej części oparcia owalny otwór ułatwiający przenoszenie krzesła. Siedzisko na wysokości min 450mm	6					
68.	MEBLE MEDYCZNE - Szafa w wykonaniu medycznym. Szafa z półkami szer. 600 mm x gł 450 mm x 1800 mm .W środku 5 półek . Zamykana pełnymi drzwiami z zamkiem.	1					

69.	MEBLE BIUROWE - Stolik okolicznościowy o wym. Biału 700 mm x 700 mm na nóżkach chromowanych wys. 710 mm z możliwością wyposiżowania. Biał gr. Min.28 mm.	1					
70.	Wiadra pedałowe 22 - 25 l .Pokrywa podnoszona pedałem .W srodku wkład wiaderkowy. Wiadro z tworzywa sztucznego lub ze stali .	1					
71.	POKÓJ PIELEGNIAREK - MEBLE BIUROWE . Zestaw 3 szaf 8-komorowych.Każda szafa 8 komorowa osadzona na metalowych nóżkach wys.100 mm z możliwością regulacji . Każda komora(skrytka) zamknięta indywidualnymi drzwiczkami z zamkiem patentowym. Konfiguracja szafy: cztery szafki(skrytki) w dwóch pionowych rzędach. Wymiary każdej komory(skrytki): (szer.300 x wys.400 x gł.300) mm. Wymiary zewnętrzne każdej szafy są sumą wymiarów całej zintegrowanej zabudowy złożonej z określonych 8 komór (skrytek). Szafy mają służyć do przechowywania osobistych rzeczy członków zespołu pielęgniarstwa.	1					
72.	MEBLE BIUROWE . Biurko komputerowe prostokątne o wymiarach 1200 mm x 600 mm. Biurko wsparte na 4 chromowanych nogach z regulacją umożliwiającą ustawienie biału na wysokość 750 mm .Pod biurkiem mobilny kontener trzyszufladowy zamykany zamkiem centralnym . szer 400 mm x gł . 500 mm x wys.600 mm. Pod biurkiem półka szer. 200 mm na komputer	1					
73.	Krzesła typu ISO PLASTIC lub równoważne. Krzesło na stelażu metalowym chromowanym, siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego w kilku kolorach do wyboru, łatwe do utrzymania czystości, możliwość składowania w stosie min 12sztuk, konstrukcja metalowa spawana, wymiary 770x545x425mm +/-10mm, w górnej części oparcia owalny otwór ułatwiający przenoszenie krzesła. Siedzisko na wysokości min 450mm	8					
74.	Kanapa rozkładana szer.2000 mm (+ / - 100 mm) . Konstrukcja kanapy z pojemnikiem na pościel .Szerokość leża po rozłożeniu -1350 cm(+ / - 100 mm). Tapicerka tkaninowa lub zmywalna -kolor do uzgodnienia	1					
75.	Lustro 30 cm x 40 cm -przyklejane do ściany	1					

76.	Wiadra pedałowce 22 - 25 l. Pokrywa podnoszona pedałem. W środku wkład wiaderkowy. Wiadro z tworzywa sztucznego lub ze stali	1					
77.	Chłodziarka wolnostojąca o wysokości 1600 (+/-50 mm), szerokości 580 (+/-30 mm), pojemność chłodziarki min. 140 l, pojemność zamrażarki min. 35 l, poziom hałasu mniejszy niż 40 dB, 4 półki z hartowanego szkła w chłodziarce i 2 półki w zamrażalce, klasa energetyczna min. A+, automatyczne odszranianie, górną zamrażalnik z własnymi drzwiami	1					
78.	MEBLE BIUROWE - Szafka meblowa o wym CA: szer. 800 mm gł. 500 mm, wys.850 mm. Od frontu Zamykana parą drzwi skrzydłowych pełnych z uchwytyami. W środku jedna półka. Szafka przykryta blatem gr. 28 mm. Kolor płyty meblowej do uzgodnienia z użytkownikiem.	1					
79.	MEBLE BIUROWE . Ława meblowa z blatem formatu 1200 mm x 500 mm. Wysokość ławy 600 mm. Brzegi blatu zaoblone. Ława osadzona na 4 chromowanych nogach. Pod blatem półka	1					
80.	MEBLE BIUROWE . Regał biurowy otwarty. Wym. ca: szer. 800 mm x gł 500 mm x wys.1800 mm - odkryty. W środku podzielony półkami. Rozmieszczenie półek dostosowujące wnętrze szafy do przechowywania dokumentacji wielkości segregatora do formatu A-4.	1					
81.	MEBLE BIUROWE . Regał biurowy otwarty. Wym. ca: szer. 1200 mm x gł 300 mm x wys.1800 mm - odkryty. W środku podzielony półkami. Rozmieszczenie półek dostosowujące wnętrze szafy do przechowywania dokumentacji wielkości segregatora do formatu A-4.	1					
82.	POKÓJ PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ - MEBLE BIUROWE . Biurko komputerowe prostokątne o wymiarach 1200 mm x 600 mm. Biurko wsparte na 4 chromowanych nogach z regulacją umożliwiającą ustawienie blatu na wysokość 750 mm. Pod biurkiem mobilny kontener trzyszufladowy zamykany zamkiem centralnym. szer 400 mm x gł. 500 mm x wys.600 mm. Pod biurkiem półka szer. 200 mm na komputer	1					

83.	Krzesła typu ISO PLASTIC lub równoważne. Krzesło na stelażu metalowym chromowanym, siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego w kilku kolorach do wyboru, łatwe do utrzymania czystości, możliwość składowania w stosie min 12sztuk, konstrukcja metalowa spawana, wymiary 770x545x425mm +/-10mm, w górnej części oparcia owalny otwór ułatwiający przenoszenie krzesła. Siedzisko na wysokości min 450mm	4						
84.	MEBLE BIUROWE. Szafa biurowa dł. 800 mm x gł 450 mm x wys.1800 mm z drzwiami przeszkłonymi w 1/2 części górnej. Drzwi zamykane zamkiem meblowym ZMB - 1. W środku szafa podzielona półkami Rozmieszczenie półek dostosowujące wnętrze szafy do przechowywania dokumentacji wielkości segregatora do formatu A-4. 1/2 część dolna zamykana pełnymi drzwiami z zamkiem.	1						
85.	MEBLE BIUROWE. Szafa meblowa. Szafa ubraniowa szer. 600 mm x gł 450 mm x 1800 mm (z wieszakiem wysuwającym przystosowanym do frontального sposobu wieszania odzieży). W górnej części szafy oddzielona półką komora na czapki	1						
86.	MEBLE BIUROWE. Szafa biurowa dł. 800 mm x gł 450 mm x wys.1800 mm z drzwiami przeszkłonymi w 1/2 części górnej. Drzwi zamykane zamkiem meblowym ZMB - 1. W środku szafa podzielona półkami Rozmieszczenie półek dostosowujące wnętrze szafy do przechowywania dokumentacji wielkości segregatora do formatu A-4. 1/2 część dolna zamykana pełnymi drzwiami z zamkiem.	1						
87.	MEBLE BIUROWE - Stolik okolicznościowy formatu 600 mm x 500 mm . Na nogach chromowanych wys. 710 mm.	1						
88.	Wiadra pedałowe 22 - 25 l .Pokrywa podnoszona pedałem .W środku wkład wiaderkowy. Wiadro z tworzywa sztucznego lub ze stali	1						
89.	SZATNIA BRUDNA DAMSKA I MĘSKA - Regał ze stali malowanej proszkowo Regał magazynowy otwarty .Regał wykonany z profili stalowych . Półki stalowe z możliwością regulacji. Regał o wymiarach wys.1800 mm , szer.800 - 1000 mm , gł.400 mm. Ilość półek - 5. .Nośność regatu : wymagane obciążenie minimalne na jedną półkę -100 kg	2						

90.	Szafki ubraniowe dla personelu. Szafki wodoodporne wykonane z HPL oparte na konstrukcji aluminiowej. Drzwi, półka, wieniec dolny i górny wykonane z laminatu 10 mm, ściana tylna, bok ściana środkowa wykonane z laminatu gr 4 mm. Szafki osadzone na nóżkach wys. 100 mm z możliwością regulacji w zakresie 30 mm. Drzwi zamykane zamkiem mechanicznym Eurolock. Wymiary szafki : wys .1900 mm , szer 600 - 620 mm , Każda szafa złożona z dwóch segmentów , z których każdy jest zamykany parą drzwi w kształcie litery L .Tworzy to łącznie 4 komory posiadające indywidualne drzwi i zamykane odrębnymi zamkami .Szafka typu basenowego.	10						
91.	Wiadra pedałowe 22 - 25 l .Pokrywa podnoszona pedałem .W środku wkład wiaderkowy. Wiadro z tworzywa sztucznego lub ze stali	2						
92.	Wózek do worków foliowych wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż OH18N9 , podwójny ,z pokrywami podnoszonymi nożnie. Posiada uchwyty do worków foliowych. Podstawa osadzona na 4 kółkach (w tym dwa z blokadą)) z miękkimi oponkami nie brudzącymi o podłoża. Koła o średnicy 50 - 100 mm. Wózek przystosowany do worków o poj. 100 litrów	2						
93.	SZATNIA CZYSTA - Meble medyczne - Szafa dwudrzwiowa z pełnymi drzwiami otwieranymi skrzydłowo. Drzwi z uchwytem. W środku 5 półek regulowanych. Całość osadzona na nóżkach wys. 140-200 mm z możliwością wypoziomowania. Wymiary szafy : szer. 1000 mm x gł.450 - 500 mm x wys. 1800 -2000 mm	1						
94.	Regał ze stali nierdzewnej na obuwie operacyjne. Regał otwarty .Regał wykonany z profili stalowych . Półki ze stali nierdzewnej .Regał o wymiarach wys.1600 mm , szer.1000 - 1200 mm , gł.350 mm. Ilość półek - 10 .Nośność regału : wymagane obciążenie minimalne na jedną półkę -50 kg	2						
95.	Regał ze stali nierdzewnej na czapki i maski operacyjne. Regał magazynowy otwarty .Regał wykonany z profili stalowych . Półki ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji. Regał o wymiarach wys.1800 mm , szer.600 mm , gł.350 mm. Ilość półek - 10. .Nośność regału : wymagane obciążenie minimalne na jedną półkę -50 kg	2						
96.	Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej o poj.40-45 litrów .Pokrywa podnoszona pedałem nożnym	2						

97.	Stolik opatrunkowy z prostym blatem i półką montowanymi na stałe wykonany ze stali nierdzewnej. Wymiary ca: dł. 750 - 800 mm x 450 - 500 mm , wys. 850 - 900 mm . Wymiar blatu dł.650 - 700 mm x szer.400 - 450 mm. Uchwyt do przetaczania - na krótszym boku. Wózek osadzony na 4 kółkach śr. 100 - 150 mm (w tym min. dwa z blokadą) >kółka z oponkami nie brudzącymi podłoża	2						
98.	WC MAGAZYN BIELIZNY - Regał ze stali nierdzewnej . Regał magazynowy otwarty .Regał wykonany z profili stalowych . Półki ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji. Regał o wymiarach wys.1800 mm , szer.600 mm , gł.300 mm. Ilość półek - 5. .Nośność regału : wymagane obciążenie minimalne na jedną półkę -100 kg	1						
99.	Regał ze stali nierdzewnej . Regał magazynowy otwarty .Regał wykonany z profili stalowych . Półki ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji. Regał o wymiarach wys.1800 mm , szer.900 mm , gł.300 mm. Ilość półek - 5. .Nośność regału : wymagane obciążenie minimalne na jedną półkę -100 kg	1						
100.	Kosz pedałowey ze stali nierdzewnej o poj.40-45 litrów .Pokrywa podnoszona pedałem nożnym	1						
101.	WC MAGAZYN BIELIZNY - Regał ze stali nierdzewnej . Regał magazynowy otwarty .Regał wykonany z profili stalowych . Półki ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji. Regał o wymiarach wys.1800 mm , szer.700 - 800 mm ; gł.350 mm. Ilość półek - 5. .Nośność regału : wymagane obciążenie minimalne na jedną półkę -100 kg	1						
102.	Kosz pedałowey ze stali nierdzewnej o poj.40-45 litrów .Pokrywa podnoszona pedałem nożnym	1						

103.	Wózek na sprzęt jałowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9. Wózek do przewożenia materiałów sterylnych. Wózek o wymiarach szer. 1100 - 1300 mm , gł. 650 - 700 mm , wys. 1100 - 1250 mm. Wózek zamykany podwójnymi drzwiami otwieranymi skrzydłowo na co najmniej 270 °. Drzwi uszczelnione silikonową uszczelką i zamykane na zamek. Wewnątrz wózka dwie półki. Na krótszych bokach zamocowane uchwyty do przetaczania. Wózek osadzony na 4 kółkach o średnicy 150 - 200 mm (w tym min. dwa z blokadą). Kółka wyposażone w opony nie brudzące podłoża	1						
104.	Wózek do transportu czystej bielizny. Wózek uniwersalny z pokrywą do transportu brudnej bielizny do pralni, także do mokrej i suchej bielizny w pralni -polietylen nietoksyczny -wytrzymały na uderzenia -zdejmowana pokrywa -pojemność 280 l -kółka gumowe 100mm, masa 27kg -1000 x 640 x 770h, 1165 x 790 x 950h	1						
105.	Wózek na odpady medyczne. Wózek uniwersalny do transportu odpadów medycznych - blacha anodizowana ze stopu lekkiego AlMg3 - ściany żebrowane, nieperforowane - pokrywa uchylana na zawiasach po kątem 130° - zawór spustowy i hamulec na jedno koło- opcja - pojemność 366 l, nośność 140kg - kółka gumowe 125 mm (2 stałe i 2 obrotowe), - wymiary 1030 x 630 x 770h, masa 25 kg	1						
106.	Wózek uniwersalny do transportu brudnej bielizny z bloku operacyjnego. Wykonany z blachy anodizowanej ze stopu lekkiego. Wyposażony w górną klapę - uchylną - na zawiasach i zawór spustowy umożliwiający usunięcie płynów po myciu i dezynfekcji wózka. Pojemność wózka - 700 - 800 litrów. Wózek osadzony na 4 kółkach (w tym 2 obrotowe) o średnicy 150 - 200 mm. Kółka z oponkami gumowymi nie pozostawiającymi śladów. Przynajmniej 1 kółko wyposażone w hamulec. Wymiary ca wózka dł. 1000 - 1100 mm szer. 600 - 700 mm , wys. 1400 - 1500 mm.	1						

107.	Wózek transportowy do transportu materiałów w obrębie bloku operacyjnego - wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N. Ładowność wózka - min. 50 kg. Wózek wyposażony w uchwyty do przetaczania. Wózek osadzony na 4 kółkach o średnicy 100 - 150 mm (w tym dwa z blokadą). Kółka z oponkami nie brudzącymi podłoża. Wymiary wózka : dł. 900 - 1100 mm , szer. 580-650 mm , wys. 850 mm	1						
108.	Meble medyczne - Szafa medyczna na preparaty histopatologiczne. Szafa jednodrzwiowa dzielona na 2/3 część górną i 1/3 część dolną. Górna część zamykana pełnymi drzwiami skrzydlowymi. Dolna część zamykana pełnymi drzwiami skrzydlowymi. Drzwi z uchwytyami. W górnej części półki regulowane. W dolnej części półka montowana na stałe. Szafa osadzona na nóżkach wys. 140 - 180 mm z możliwością wy poziomowania. Wymiary zewnętrzne szafy (szer. x gł. x wys.) : 500mm x 450 - 500 x 1800 (mm).	1						
109.	Aparat telefoniczny bezprzewodowy, - Odbieranie połączeń dowolnym przyciskiem, Funkcja czasu i daty, Funkcja alarmu, 5 melodii / 5 tonów dzwonka, Tryb głośno-mówiący, TRYB ECO, Identyfikacja abonenta wywołującego, Podświetlany punktowy wyświetlacz LCD 1,4", Książka telefoniczna - 50 numerów, Lista identyfikacyjna - 50 numerów, Pamięć wybierania numerów 10, Wybieranie jednoprzyciskowe - 9 numerów, Przycisk nawigacyjny, Restrykcje połączeń, Blokada klawiatury	5						

110.	<p>RESUSCYTATOR - WOREK AMBU. Możliwość wentylacji pacjentów o masie ciała od 15 kg Prosta konstrukcja zaworu pacjenta –zawór z pojedynczą membraną Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek Dodatkowa powłoka worka zabezpieczająca przed wytworzeniem zbyt wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych Możliwość podłączenia rezerwuaru tlenu bezpośrednio do zaworu pacjenta w celu umożliwienia prowadzenia wentylacji spontanicznej 100% tlenem Maski dla dorosłych z miękkim mankietem, dobrze przylegające do twarzy, rozmiar 3/4 i 5 Zabezpieczenie przed wypadaniem z ręki w postaci paska Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie w temp 134°C (łącznie z rezerwuarem tlenu) Maksymalna objętość wdechu minimum 1200 ml Waga urządzenia bez maski i rezerwuaru tlenu nie więcej niż 450 g Wymiary (średnica x długość) nie więcej niż 150 X 290 mm Dostępność wszystkich części zamiennych przez okres minimum 5 lat</p>	5				
111.	<p>Fotel obrotowy z podłokietnikami , na kółkach z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacja wysokości , na 5-ciuramiennej podstawie . Podstawa metalowa , chromowana. Tapicerka zmywalna - skaj. Kolor do uzgodnienia</p>	5				
112.	<p>Laryngoskop - zestaw laryngoskopowy diodowy z kompletem łyżek (2 średnie , 1 duża w zestawie)</p>	4				

113.	<p>Niszczarka do likwidacji zbędnej dokumentacji</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość wejścia 230 mm - Jednorazowe niszczenie do 19 arkuszy papieru - Poziom bezpieczeństwo 2 DIN - Cięcie na paski o szerokości 3,8 mm - 20 lat gwarancji na noże tnące - Dwa osobne zestawy noży tnących do niszczenia papieru oraz płyt CD i kart plastikowych - Sensory automatycznie wstrzymujące pracę urządzenia, gdy pokrywa niszczarki zostanie podniesiona - System Energy Smart - oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi mocy w funkcji stand-by - Cichy napęd łańcuchowy zapewniający sprawne funkcjonowanie niszczarek - Trwałe noże odporne na zszwytki i spinacze - Niezawodna elektronika - Automatyczny start/stop zapewniający łatwą i bezpieczną obsługę - Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem - Silnik przystosowany do pracy ciągłej, dzięki specjalnemu systemowi chłodzenia - Automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na śinki - Przestworzone okno w obudowie pozwalające na kontrolę poziomu napełnienia kosza - Oddzielna szczelina do bezpiecznego niszczenia płyt CD i dyskiek - Wyjmowany, łatwy do oczyszczenia, zintegrowany pojemnik na śinki - Osobny pojemnik na śinki papieru oraz płyty CD i karty plastikowe - Pojemność kosza 40 <p>Ilość arkuszy A4 70g: 17/19 Poziom bezpieczeństwo DIN 32757: 2 Energy Smart: Tak Cięcie dyskiek: Nie Kruszenie płyt CD: Tak Cięcie kart plastikowych: Tak Automatyczny START / STOP: Tak Cięcie zszywek: Tak Cięcie małych spinaczy: Tak Sygnał świetlny otwarte drzwi / wyjęty kosz: Tak Optyczny wskaźnik napełnienia worka: Nie Silnik przystosowany do pracy ciągłej: Tak Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak Poziom hałasu (dba): 55 Moc (W): 250</p>																						
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Objętość pojemnika (litry): 38,5 + 1,5 Wymiar (długość / szerokość / wysokość) (cm): 39/30/59 Waga (kg): 13									
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wartość oferty netto: PLN
słownie: PLN

Wartość oferty brutto: PLN
słownie: PLN

Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę w tym koszty transportu wraz z ubezpieczeniem, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego.

1. Niniejsza oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferujemy termin dostawy i montażu (**do 8 tygodni**) tygodni od dnia podpisania umowy.
3. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres (**min. 24 miesiące**) miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.
4. Oferujemy termin płatności (60 dni) dni od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
5. Oferowany asortyment będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
6. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:
7. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym jest:
8. Adres e-mail, numer telefonu i faksu, na które Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje/awarie.....

Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2. Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze – zał. nr 11 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).

..... dn. 2013r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy 112/ZP/13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - pakiet 1

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na **dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla dwóch sal Bloku Operacyjnego Onkologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.**

Wykonawca: _____

Producent: _____

Nazwa / typ: _____

Uwaga:

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium i waga kryterium: cena – 100%

.....
podpis osoby upoważnionej



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Defibrylator / monitor przenośny - 1 szt.

Lp.	Parametry techniczne	Parametr wymagany	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/ opisać)
1.	Defibrylacja dwufazowa	Tak	
2.	Zakres wyboru energii w J min. 5 – 360 J	Tak	
3.	Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 20	Tak	
4.	Czas ładowania do energii 200 J max. 5 sek.	Tak	
5.	Defibrylacja ręczna	Tak	
6.	Defibrylacja półautomatyczna	Tak	
7.	Ekran monitora - kolorowy	Tak	
8.	Przekątna ekranu monitora min. 5 cali	Tak	
9.	Zasilanie sieciowo - akumulatorowe	Tak	
10.	Praca z zasilania akumulatorowego: Min. 3,5 godz monitorowanie lub Min. 140 defibrylacji z energia 360 J	Tak	
11.	Możliwość wykonania kardiowersji	Tak	
12.	Funkcja stymulacji przeskórnej z pełnym wyposażeniem: kabel + elektrody /2 kpl./	Tak	
13.	Ciężar max. 7,0 kg	Tak	
14.	Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci	Tak	
15.	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (komunikaty na ekranie i tryb doradczy)	Tak	
Monitorowanie EKG			
16.	Monitorowanie EKG min. 3 odpr.	Tak	
17.	Zakres pomiaru tętna dla dorosłych i dla dzieci min. 20 -350 u./min.	Tak	
18.	Wzmocnienie EKG w zakresie min. 0,25 – 4 cm/mV na co najmniej 7 poziomach	Tak	

.....
podpis osoby upoważnionej



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy 112/ZP/13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - pakiet 2

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na **dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla dwóch sal Bloku Operacyjnego Onkologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.**

Wykonawca: _____

Producent: _____

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium i waga kryterium: cena – 100%

.....
podpis osoby upoważnionej



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Meble medyczne i biurowe:

I. Opis technologiczny wykonania mebli biurowych

Lp.	Parametry techniczne	Parametr wymagany	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/ opisać)
1	Meble wykonane z płyty laminowanej grubości 18 mm , blaty 28 mm , krawędzie oklejone okleiną PCV .Brzegi blatów zaoblone	TAK	
2	Meble wykonane w kolorze - kolor płyty meblowej do uzgodnienia	TAK	
3	Szafki i szafy stacjonarne posadzone na mocnych , metalowych nóżkach o wysokości 100mm z regulacją wysokości	TAK	
4	Krzesła i fotele w kolorze (jeśli nie jest podany w wykazie) – do uzgodnienia z odbiorcą	TAK	
5	Przeszkolenie pracowników w zakresie użytkowania sprzętu, czyszczenia i konserwacji	TAK	

II. Opis technologiczny wykonania mebli medycznych

Lp.	Parametry techniczne	Parametr wymagany	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/ opisać)
1.	Korpusy szaf i szafek w całości wykonane z blach ocynkowanych lub ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż OH18N9 , malowanych farbami proszkowymi. Korpusy wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym (z wyłączeniem pleców) i pokryte lakierem proszkowym, zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność. Grubość ścianek bocznych ≥ 20 mm. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. Ściany wewnętrzne szaf i szafek wyposażone w rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów maksymalnie co 50 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek.	TAK	
3.	Korpusy szaf i szafek osadzone na nóżkach stanowiących integralną część mebla o wysokości min. 100 mm. Nóżki wyposażone w regulatory wysokości umożliwiający wy poziomowanie mebla.	TAK	

.....
podpis osoby upoważnionej



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

4.	Drzwi, fronty szuflad, uchwyty Drzwi i fronty szuflad o grubości ≥ 20 mm wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej lub ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż OH18N9 , malowanej farbami proszkowymi z wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać ich szczelne i ciche zamykanie. Na ściankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszkłone wyposażone w szyby wykonane ze szkła bezpiecznego. Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad wykonane ze stali lub metalu lakierowanego proszkowo w kształcie litery „C”.	TAK	
5.	Drzwi i fronty szuflad wyposażone w jednościenne uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo	TAK	
6.	Zawiasy Zawiasy do drzwi, wysokiej jakości, umożliwiające regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt $> 110^\circ$.	TAK	
7.	Pojemniki szuflad Pojemnik o różnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika, typu skrzynkowego ze stali kwasoodpornej, bez szczelin w połączeniach wewnętrznych, z wyoblonymi krawędziami.	TAK	
8.	Prowadnice szuflad Szuflady pracujące na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samodomykania	TAK	
9.	Półki Półki wykonane z blachy ocynkowanej lub ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż OH18N9 , malowanej proszkowo ze skokową regulacją wysokości położenia mocowane na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami uniemożliwiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem. Wyklucza się mocowanie półek na wspornikach – kółkach wykonanych z tworzywa sztucznego.	TAK	
10.	Błaty Błaty robocze ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż OH18N9 , bądź z materiału typu Corian o grubości minimum 30 mm lub równoważnego, tj. blatu z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność. Materiał blatów odporny na uderzenia i zarysowania, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z szerokiej palety barw.	TAK	
11.	Zlewy i umywalki wykonane z takiego samego materiału jak wbudowane w blaty gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią listwą z tworzywa.	TAK	
12.	Przeszkolenie pracowników w zakresie użytkowania sprzętu, czyszczenia i konserwacji	TAK	

..... podpis osoby upoważnionej

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

WARUNKI GWARANCJI

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla dwóch sal Bloku Operacyjnego Onkologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

W zakresie pakietu 1:

Lp.	Dodatkowe wymogi	Warunki wymagane	Warunki oferowane (tak/nie/podać)
1.	Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 24 miesiące	TAK	
2.	Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin – dotyczy dni roboczych	TAK	
3.	Możliwość zgłoszeń 24 h/dobę, 365 dni/rok/dotyczy dni roboczych	TAK	
4.	Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia (podzespołu) na nowy – max. 3 naprawy	TAK	
5.	Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – max. 7 dni roboczych	TAK	
6.	Autoryzowany serwis na terenie Polski /proszę podać siedzibę oraz kontakt: fax, e-mail, telefon/	TAK	
7.	W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 14 dni roboczych, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy	TAK	

W zakresie pakietu 2:

WARUNKI GWARANCJI			Warunki oferowane (tak/nie/podać)
<u>1.</u>	Czas (okres) gwarancji w miesiącach - min. 24 miesiące	TAK / PODAĆ	
<u>2.</u>	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez upoważnionego pracownika zamawiającego	TAK	

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić tabelę dotyczącą warunków gwarancji w zakresie danego pakietu/ów na które składa ofertę.

..... dn. 2013r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tj. Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późn zm.) oświadczam, w imieniu Wykonawcy, że Wykonawca:

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2.

posiada wiedzę i doświadczenie ¹ tak/nie
załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wiedzy i doświadczenia ² tak/nie

3.

dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ³ tak/nie
załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ⁴ tak/nie

4.

spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej ⁵ tak/nie
załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia sytuacji ekonomicznej i finansowej ⁶ tak/nie

..... dn. 2013r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie winno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.

¹ Należy wpisać „Tak” lub „Nie”.

² Należy wpisać „Tak” lub „Nie” i załączyć do oferty odpowiednie zobowiązanie.

³ Należy wpisać „Tak” lub „Nie”.

⁴ Należy wpisać „Tak” lub „Nie” i załączyć do oferty odpowiednie zobowiązanie.

⁵ Należy wpisać „Tak” lub „Nie”.

⁶ Należy wpisać „Tak” lub „Nie” i załączyć do oferty odpowiednie zobowiązanie.

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) według którego wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- 2) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
- 3) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
- 4) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub

- przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 - 11) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
 - 12) wykonawców będących spółką jawna, spółką partnerską, spółką komandytowa, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
 - 13) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
 - 14) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust 3 albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
 - 15) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 - 16) wykonawców; którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - 17) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

..... dn. 2013r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

Uwaga: Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla dwóch sal Bloku Operacyjnego Onkologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

Lp.	Przedmiot dostawy	Wartość brutto w PLN	Data wykonania		Odbiorca (nazwa, adres)	Numer pakietu którego wykazana dostawa dotyczy
			Początek (data)	Zakończenie (data)		
1.						
2.						
3.						
4.						

..... dn. 2013r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E
dotyczące wyrobów medycznych

/dotyczy pakietów 1 oraz pakietu 2 poz. 4,17,56 tabeli – wózki anestezyjologiczne/

1. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i spełnia wymogi opisane w rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. **Składam** dodatkowo komplet dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogu, czyli:
 - a. w zakresie **wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010r. włącznie oraz w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania po 17.09.2010r.** składamy:
 - **Deklarację Zgodności Producenta** – dla wyrobów medycznych wszystkich klas;
 - **Certyfikat jednostki notyfikowanej biorącej udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego (Certyfikaty CE)** – dla klasy wyrobu I sterylnej, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III;
 - dla wyrobów medycznych klasy IIa, IIb lub III - **oświadczenie wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela** wystawionego po przeprowadzeniu odpowiedniej dla danego wyrobu procedury oceny zgodności i potwierdzającego, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze, lub wskazujące, które z wymagań zasadniczych nie zostały spełnione, z podaniem przyczyn - obowiązek złożenia przez Wykonawcę w przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym wykonanym na zamówienie ;
 - w przypadku wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010 r. włącznie wniosek o przeniesienie danych do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu na informatycznych nośnikach danych zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679)
 - w przypadku wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - **zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu** (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli, w przypadkach wskazanych w ustawie);
lub
 - w przypadku dystributorów i importerów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprowadzili na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrób przeznaczony do używania na tym terytorium - **powiadomienie o tym wprowadzeniu Prezesa Urzędu** (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie dystrybutorów i importerów, w przypadkach wskazanych w ustawie).

Numer pakietu	Nazwa handlowa	Klasa wyrobu med.	Deklaracja Zgodności	Certyfikat CE	Wpisy/ zgłoszenia/powiadomienia/ przeniesienia do Rejestru Wyrobów Medycznych (ew. oświadczenie o braku obowiązku zgłoszenia oraz wskazanie czy dokument dotyczy wyrobów wprowadzonych do obrotu przed 17.09.2010r. czy po 17.09.2010r.)

* Wpisać „tak” , „nie” lub „nie dotyczy”

UWAGA!!! Tabelę należy wypełnić dla przedmiotu zamówienia lub części składowych przedmiotu zamówienia, dla których wystawione zostały w/w dokumenty.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia (pakiet) Zamawiający dopuszcza zmianę powyższego oświadczenia poprzez dodanie dodatkowych wierszy w powyższej tabeli.

..... dn. 2013r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

(pieczęć firmowa wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E
dotyczące szkoleń

Oświadczam, że zobowiązuję się do przeprowadzenia szkolenia osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzenia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 60 dni od daty podpisania protokołu odbioru technicznego w następującym wymiarze osób i godzin – **dotyczy pakietu 1:**

- **Pakiet 1***

10 osób spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego **po 1 godzinie**

Szkolenia odbędą się w siedzibie Zamawiającego.

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzeń.

Oświadczam, że zobowiązuję się do przeprowadzenia szkolenia osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia, czyszczenia i konserwacji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj: **w ciągu tygodnia od dnia montażu przedmiotu zamówienia**

- **Pakiet 2***

Szkolenia odbędą się w siedzibie Zamawiającego.

..... dn. 2013r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

***niepotrzebne skreślić**

(pieczęć firmowa wykonawcy)

**WSKAZANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY
PODWYKONAWCOM**

Oświadczam, że **nie powierzę** podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.*

Oświadczam, że **powierzę** podwykonawcom wykonanie zamówienia w następującym zakresie:*

Rodzaj części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę

..... dn. 2013r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

*należy skreślić niewłaściwy wariant

UMOWA nr 112/ZP/13/.....

z dnia

zawarta przez:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji

i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem **0000004955** (REGON 000295403 NIP 729 - 23 - 45 - 599)

z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowany przez **Wojciecha Szrajbera – Dyrektora**

zwany dalej **Zamawiającym**

z

firmą

z siedzibą w, ulica

wpisaną do rejestru

reprezentowaną przez.....

zwaną dalej **Wykonawcą**

w wyniku przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), na od dnia..... do dnia o łącznej wartości brutto.....zł. (słownie:.....)

§1

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wyszczególnionego asortymentowo i cenowo w załączniku nr 1 do umowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi o łącznej wartości zł brutto (słownie: zł) zwany w dalszej części umowy przedmiotem zamówienia lub

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i uruchomić przedmiot zamówienia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi – Łódź, ul. Pabianicka 62 w terminie **do tygodni** od dnia podpisania umowy.
2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego tj. bezpośrednio na Blok Operacyjny Onkologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi. Wykonawca dostarczy towar fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oryginalnie zapakowany w dniach roboczych w godzinach 7.30 –15.00. Koszty transportu i ubezpieczenia pokrywa Wykonawca.
3. Wykonawca zawiadomi telefonicznie Dział Zaopatrzenia i Transportu /42 689 57 94 o przewidywanym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, najpóźniej na dzień przed dostawą i montażem.
4. Zamawiający upoważnia następujące osoby do odbioru przedmiotu zamówienia:
1.....
2.....
5. Koszty i ryzyko związane z wykonaniem całości przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
6. Przedmiot zamówienia staje się własnością Zamawiającego z dniem podpisania protokołu odbioru technicznego.

7. Osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację umowy jest Kierownik Działu Zaopatrzenia i Transportu lub osoba przez niego upoważniona.

§3

1. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w kwocie wynagrodzenia opisanego w preambule niniejszej umowy stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
2. Płatność za zrealizowaną dostawę nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru technicznego i wystawieniu faktury VAT. Zamawiający dokona zapłaty za wystawioną fakturę przelewem bankowym w terminie dni od daty doreczenia faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie prawidłowo i w całości przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru technicznego.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego przez bank dłużnika.

§4

1. Wykonawca przekaze Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego dokumentację dotyczącą zakupionego przedmiotu zamówienia w języku polskim według następującej specyfikacji:
 - a. instrukcja obsługi (w dwóch egzemplarzach) wraz z parametrami technicznymi określonymi przez producenta w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu (po dwa egzemplarze), instrukcja obsługi urządzenia musi zostać przekazana Zamawiającemu w dniu odbioru sprzętu na nośniku cyfrowym w formacie pdf,
 - b. paszport techniczny, w którym będą rejestrowane wszelkie czynności serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji
 - c. książki gwarancyjne.
2. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy, w terminie 60 dni od daty zainstalowania urządzenia przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi oraz efektywnego wykorzystania urządzenia będącego przedmiotem zamówienia.

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego, wyprodukowanego wr. przedmiotu zamówienia i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji pełnej, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru technicznego na cały przedmiot zamówienia na okres miesięcy.
3. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych urządzenia i winny uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego przedmiotu zamówienia.
4. Koszty serwisu, przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
5. Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” wynosi max. 48 godzin, dotyczy dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia naprawy.
6. Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących Wykonawcę do wymiany urządzenia (podzespołu) na nowy – wynosi 3 naprawy.
7. Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: lub adres e-mail Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku.

8. W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie pogwarancyjnym.

§6

1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od zawiadomienia wymieni wadliwy towar na towar sprawny.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokościach:
 - a) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia.
 - b) niedotrzymanie terminu wykonania umowy (§2 ust. 1) – w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki
 - c) zwłoka w wykonaniu naprawy o której mowa w § 5 pkt. 5 w wysokości 0,1% wartości towarów wadliwych dostarczonych ze zwłoką za każdy dzień zwłoki, liczone od upływu terminu wyznaczonego na wykonanie naprawy.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§7

1. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy na podstawie Art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku:
 - a) podwyższenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena netto cena brutto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących.
 - b) obniżenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 ust. 2 ustawy kodeksu cywilnego.

§9

1. Cesja praw wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
2. Do dokonania cesji wierzytelności wymagana jest uprzednia zgoda podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
3. W przypadkach zmian organizacyjno – prawnych dotyczących Wykonawcy, które miały miejsce w okresie związania umową Wykonawca zobowiązany jest:
 - a) niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zmianach,
 - b) złożyć komplet dokumentów wskazujących następę prawnego.

§10

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu u Wykonawcy zgodnie z punktem 7.41 normy EN ISO 9001:2008 oraz normą ISO 27001:2007.
2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego.

4. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§11

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§12

W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, właściwym miejscowo będzie sąd powszechny dla Zamawiającego.

§13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą zastosowanie art. 552 KC.

§14

1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
2. Załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki:

- 1) Oferta cenowa Wykonawcy wraz ze szczegółowym opisem zamówienia
- 2) Warunki gwarancji i serwisu
- 3) Warunki szkoleń pracowników Zamawiającego
- 4) Kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru NIP
- 5) Kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru REGON
- 6) Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Wykonawca

Zamawiający

.....

.....

UMOWA nr 112/ZP/13/.....

z dnia

zawarta przez:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem **0000004955** (REGON 000295403 NIP 729 - 23 - 45 - 599)

z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowany przez **Wojciecha Szrajbera – Dyrektora**
zwaną dalej **Zamawiającym**

z

firmą

z siedzibą w, ulica,

wpisaną do rejestru

reprezentowaną przez

zwaną dalej **Wykonawcą**

w wyniku przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.),
na od dnia do dnia
o łącznej wartości brutto.....zł.
(słownie:.....)

§1

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wyszczególnionego asortymentowo i cenowo w załączniku nr 1 do umowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi o łącznej wartości zł brutto (słownie: zł) zwany w dalszej części umowy przedmiotem zamówienia lub

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować przedmiot zamówienia w Pododdziale Chemioterapii Jednego Dnia WSS im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62 terminie **do tygodni** od dnia podpisania umowy. Dostawa nastąpi jednorazowo.
2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę na Blok Operacyjny Onkologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi. Wykonawca dostarczy towar fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oryginalnie zapakowany w dniach roboczych w godzinach 7.30 –15.00. Koszty transportu i ubezpieczenia pokrywa Wykonawca.
3. Wykonawca zawiadomi telefonicznie Dział Zaopatrzenia i Transportu /42 689 57 94/ o przewidywanym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia, najpóźniej na dzień przed dostawą i montażem.
4. Zamawiający upoważnia następujące osoby do odbioru przedmiotu zamówienia:
 - a.
 - b.
5. Osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację umowy jest Kierownik Działu Zaopatrzenia i Transportu lub osoba przez niego upoważniona.
6. Koszty i ryzyko związane z wykonaniem całości przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
7. Przedmiot zamówienia staje się własnością Zamawiającego z dniem podpisania protokołu odbioru.

§3

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot umowy w terminie dni od daty otrzymania faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie w całości przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru.
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego przez bank dłużnika.

§4

1. Wykonawca przekaze Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru dokumentację dotyczącą zakupionego przedmiotu zamówienia w języku polskim według następującej specyfikacji:
 - a. instrukcja obsługi w języku polskim (w dwóch egzemplarzach)
 - b. karty gwarancyjne.
2. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia, czyszczenia i konserwacji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu tygodnia od dnia montażu przedmiotu zamówienia.

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego, wyprodukowanego wr. przedmiotu zamówienia i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji pełnej, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru na cały przedmiot zamówienia tj. na okres:miesiące.
3. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w kartach gwarancyjnych urządzenia i winny uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Karty gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Koszty serwisu, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
5. Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: lub adres e-mail Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku.

§6

1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawiadomienia wymieni wadliwy towar na towar sprawny.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokościach:
 - a) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia.
 - b) niedotrzymanie terminu wykonania umowy (§2 ust. 1) – w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§7

1. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy na podstawie Art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku:
 - a) podwyższenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena netto cena brutto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących.
 - b) obniżenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 ust. 2 ustawy kodeksu cywilnego.

§9

1. Cesja praw wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
2. Do dokonania cesji wierzytelności wymagana jest uprzednia zgoda podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
3. W przypadkach zmian organizacyjno – prawnych dotyczących Wykonawcy, które miały miejsce w okresie związania umową Wykonawca zobowiązany jest:
 - a) niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zmianach,
 - b) złożyć komplet dokumentów wskazujących następce prawnego.

§10

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu u Wykonawcy zgodnie z punktem 7.41 normy EN ISO 9001:2008 oraz normą ISO 27001:2007.
2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego.
4. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§11

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§12

W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, właściwym miejscowo będzie sąd powszechny dla Zamawiającego.

§13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą zastosowanie art. 552 KC.

§14

1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
2. Załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki:

1. Oferta cenowa Wykonawcy wraz ze szczegółowym opisem zamówienia
2. Warunki gwarancji i serwisu
3. Warunki szkoleń pracowników Zamawiającego
4. Kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru NIP
5. Kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru REGON
6. kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru.

Wykonawca

Zamawiający

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – dotyczy pakietu 1
sporządzony w dniu

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi, dotyczący przedmiotu umowy
nr zawartej w dniu

ZAMAWIAJĄCY: **Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**
 im. M. Kopernika w Łodzi
 ul. Pabianicka 62
 93 – 513 Łódź

reprezentowany przez:

1.
2.
3.
4.

niniejszym potwierdza przyjęcie w dniu r
od:

WYKONAWCA:

reprezentowany przez:

1.
2.

Następującego sprzętu:

Nazwa	Typ	Ilość	Numer seryjny

Zainstalowane urządzenia są kompletne i działają bez zastrzeżeń.

Dostarczono:

- Instrukcję obsługi w wersji papierowej i elektronicznej w języku polski,
- Paszport techniczny
-
-
-
-
-

Łódź, dnia

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

(pieczęć firmowa wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E
Wykonawcy

Oświadczam, że oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia w przypadku wyboru naszej oferty będzie dostarczony fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.

Oferowany przedmiot zamówienia:

Pakiet 1: Defibrylator – 1 szt.*

Pakiet 2: Meble medyczne i biurowe – 1 kpl.*

będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.

..... dn. 2013r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

* niepotrzebne skreślić

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E
dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na.....

dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi zgodnie z art. 26 ust. 2d Pzp (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., nr 50, poz. 331, z późn. zm.) oświadczam(y), że:

1. Nie należę/nie należymy do żadnej grupy kapitałowej*
2. Składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:*

—
—
—

..... dn. 2013r.

.....
podpis osoby upoważnionej
do sporządzania oferty

***niepotrzebne skreślić**

(pieczęć firmowa wykonawcy)

Załącznik nr 15 do SIWZ
Nr sprawy 112/ZP/13

OŚWIADCZENIE
Wykonawcy

/Dotyczy pakietu 2/

Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z opisem i wymaganiami zamawiającego zawartymi w SIWZ.

..... dn. 2013r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

(pieczęć firmowa wykonawcy)

**Załącznik nr 16 do SIWZ
Nr sprawy 112/ZP/2013**

O Ś W I A D C Z E N I E
Wykonawcy
/Dotyczy pakietu 2/

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

..... dn. 2013r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

(pieczęć firmowa wykonawcy)

**Załącznik nr 17 do SIWZ
Nr sprawy 112/ZP/2013**

**O Ś W I A D C Z E N I E
wykonawcy**

/Dotyczy pakietu 2/

Oświadczam, że:

- **zaoferowane blaty i płyty posiadają atest higieniczny**
- **zaoferowane blaty posiadają świadectwo normy PN-EN-438-1.**

..... dn. 2013r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)