



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 11

Fax. (042) 689 54 09

EZ/263/94/1433/2013

Łódź, dn. 24.10.2013r.

Nr sprawy: 94/ZP/13

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na **dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z jej zmianą

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie:

W związku ze sprawą 94/ZP/13, Pakiet nr 1, i wymogiem aby wkłady posiadały wytrzymałość ciśnieniową 400PSI. Prosimy o wycofanie tego zapisu lub dopuszczenie wkładów o ciśnieniu 375PSI. Prośbę motywujemy tym, że zapisy wprowadzone przez jedną z firm (za pomocą pytań) która najprawdopodobniej brała będzie udział w przetargu są niezgodne z artykułami 7 i m5 Ustawy Prawo zamówień publicznych i łamią zasady o uczciwej konkurencji.

Zgodnie z katalogami wstrzykiwacza CT 9000 osiąga on maksymalne ciśnienie 300PSI, w związku z tym wkłady o ciśnieniu powyżej 370PSI są w zupełności bezpieczne.

W wypadku braku zgody na naszą prośbę prosimy o przesłanie uzasadnienia oraz część instrukcji obsługi wstrzykiwacza CT 9000 mówiącej o wymaganej wytrzymałości wkładów

Odpowiedź:

Posiadana przez Zamawiającego automatyczna strzykawka Optivantage DH posiada możliwość ustawienia maksymalnej wartości ciśnienia 325PSI. Tolerancja kontroli systemu dla tego parametru wynosi ± 75 PSI (Peek PSI) co oznacza że podczas użytkowania automatycznej strzykawki w skrajnych przypadkach może osiągnąć wartość ciśnienia roboczego nawet do 400PSI. Praca ciągła na granicznych parametrach wytrzymałości materiału jest obciążona wysokim ryzykiem uszczerbku na zdrowiu pacjenta lub też uszkodzeniu aparatury wskutek rozlania się kontrastu. W związku z tym aby wyeliminować ryzyko rozszczelnienia wkładu bądź też pęknięcia, niezbędne jest zapewnienie marginesu bezpieczeństwa wytrzymałości materiałowej sprzętu jednorazowego. Dlatego też określony limit 400PSI jako minimalny jest to minimum wymagane aby zapewnić bezpieczną pracę urządzenia.

II. Zamawiający zmienia następujące terminy określone w SIWZ:

- Termin składania ofert określony w rozdziale IX pkt 2 SIWZ oraz termin wnoszenia wadium – na dzień **28.10.2013r. do godz. 10.00.**

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 11

Fax. (042) 689 54 09

- Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XIII SIWZ – na dzień **28.10.2013r.**
o godz. **11.00.**

Zamawiający zmienia powyższe terminy w ogłoszeniu o zamówieniu oraz termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów na: 25.10.2013r. godzina 15:00.

Pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA

dr n. med. Przemysław Bilski

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957

