KOPERNIK

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
Dział Zamówień Publicznych
Tel. (042) 689 59 10,11,12
Tel. (042) 689 58 18, 58 19, 54 04
Fax. (042) 689 54 09

Łódź, dn. 30.10.2013 r.
Nr sprawy 145/ZP/13

EZ/263/145/1482/2013

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

I. **W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 5, Wózki zabiegowe dwupoziomowe- wózek wyposażony w kółka fi 100mm?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 10, Kosz pedałowy- kosz o pojemności 30l i wymiarach: 320x380x560mm (dł. x szer. x wys.)?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 10, Kosz pedałowy- kosz o pojemności 60l i wymiarach: 380x440x710mm(dł. x szer. x wys.)?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 11, Kosz pedałowy- kosz o pojemności 60l i wymiarach: 380x440x710mm(dł. x szer. x wys.)?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 11, Kosz pedałowy- kosz o pojemności 100l i wymiarach: 415x440x910mm(dł. x szer. x wys.)?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 11, Kosz pedałowy- kosz wyposażony w cztery kółka fi 50mm w tym dwa z blokadą?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 48, Stolik do instrumentarium typu Mayo- stolik o wymiarach: 740x490x960/1370mm (dł. x szer. x wys.)?

KOPERNIK

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
Dział Zamówień Publicznych
Tel. (042) 689 59 10
Tel. (042) 689 59 11
Fax. (042) 689 54 09

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 48, Stolik do instrumentarium typu Mayo- stolik na 3 kołach, każde koło wyposażone w blokadę?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 55, Stojak- stojak o wymiarach: 560x580x850mm (dł x szer x wys)?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

10. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 55, Stojak- stojak wyposażony w pięć kół o średnicy 50mm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

11. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 81, Wózki zabiegowe dwupoziomowe- wózek wyposażony w kółka fi 100mm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

12. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 113, Wózki zabiegowe dwupoziomowe- wózek wyposażony w kółka fi 100mm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

13. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 148, Kosz pedałowy- kosz o pojemności 30l i wymiarach: 320x380x560mm (dł x szer x wys)?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy pozycji 49, 50, 90 – wózek anestezjologiczny

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o następujących parametrach technicznych:

- konstrukcja (szkielet i ściany boczne oraz tylna) wykonana z anodyzowanego aluminium – trwałego, lekkiego i nierdzewnego;
- blat, szuflady oraz podstawa wykonane z wysokiej jakości tworzywa poliuretanowego Baydur® - nie termoplastycznego, odpornego na zadrapania, promienie UV, uszkodzenia mechaniczne oraz łatwego w dezynfekcji;
- blat z czterema uniesionymi brzegami zabezpieczającymi przed zsuwaniem się przewożonych przedmiotów,
- szuflady jednoczęściowe w pełni otwierane (100%) dzięki zintegrowanym niemetalowym prowadnicom, wykonane w całości z tworzywa poliuretanowego Baydur®, łatwe do wyciągnięcia i do czyszczenia,
- fronty szuflad z HPL w 4 kolorach do wyboru, wyposażone w aluminiowe uchwyty do otwierania oraz miejsce do umieszczenia opisu identyfikującego zawartość każdej z nich;
- uchwyt ze stali nierdzewnej do prowadzenia wózka z boku
- 4 koła jezdne o średnicy 125mm, 3 z blokadą, 1 antystatyczne – ciche, niekorodujące oraz nie zostawiające śladów
- podstawa wózka zabezpieczona listwą odbojową
- wózek wyposażony w 4 szuflady o wymiarach 560x380 i wysokości: 1x105mm – obciążalność 2,5kg, 2x157mm – obciążalność 4 kg i 1x210mm – obciążalność 6,5kg
- centralna blokada szuflad na klucz

KOPERNIK

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
Dział Zamówień Publicznych
Tel. (042) 689 59 10
Tel. (042) 689 59 11
Fax. (042) 689 54 09

- nadstawka umieszczona na aluminiowym wysięgniku z zamocowanym wyposażeniem:
  - dwurzędowa nadstawka z 10-12 pojemnikami
  - tworzywowa półka z podziałem na 4 części o wymiarach 710x110mm
  - wieszak kroplówki
  - aluminiowa półka o wymiarach 710x240mm
  - uchwyt na pojemnik ze zużytymi igłami
    - wysuwany blat boczny
    - wysuwana szuflada boczna z aluminiowym wkładem na leki natychmiastowego użycia
    - kosz na odpady otwierany kolanem o pojemności 8l
    - uchylna kieszeń boczna
    - tworzywowa półka boczna
    - wymiary wózka 835x645x940mm?

Oferowany wózek stanowi idealne rozwiązanie dla przechowywania i transportu materiałów medycznych, zarówno jego konstrukcja jak i dodatkowe elementy wyposażenia są odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz łatwe w dezynfekcji, co z kolei gwarantuje ich długi okres użytkowy.



ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957

KOPERNIK

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
Dział Zamówień Publicznych
Tel. (042) 689 59 10
Tel. (042) 689 59 11
Fax. (042) 689 54 09

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

15. W nawiązaniu do opublikowanej w/w Specyfikacji proszę o informację, czy Zamawiający dopuści ofertę na m.in. lampy bakteriobójcze (**pakiet nr 1 pozycja 29, 30 i 97**) z kopułą o wymiarach 1240x187x95 mm (niewielkie różnice nie mają żadnego znaczenia dla skuteczności działania i funkcjonalności) a jednocześnie tak podane parametry i założona tolerancja wskazują jednoznacznie na konkretny wyrób określonego producenta, co w świetle Ustawy o Zamówieniach Publicznych jest zabronione. Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

16. Pakiet 1 – Gabinet badań nr. 1 , 2 , 3 ,4 , 7 Meble biurowe
Poz.7 Reflektor lekarski

1. Czy Zamawiający dopuści lampę z natężeniem światła w odległości 100 cm wynoszącą 55 000 lux ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z temperaturą barwową na poziomie 4500 K ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści lampę o całkowitej pobieranej mocy 30 W ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Czy w celu zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych Zamawiający wymaga aby lampa wyposażona była w maksymalnie 7 punktów świetlnych LED ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

17. Pakiet 1 – Gabinet badań nr. 1 , 2 , 3 ,4 , 7 Meble biurowe
Poz.25 – Fotel do chemioterapii

1. Czy Zamawiający dopuści fotel o wymiarach całkowitych 210 x 720 cm ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

18. Pakiet 1 – Gabinet badań nr. 1 , 2 , 3 ,4 , 7 Meble biurowe
Poz.49 – Wózek anestezjologiczny / 50 Wózek anestezjologiczny

1. Czy mając na uwadze ergonomie pracy personelu medycznego Zamawiający dopuści wózka o poniższym opisie:
Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodpornego tworzywa Baydur. Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. Pojemniki szuflad jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji. Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy 75mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające

KOPERNIK

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
Dział Zamówień Publicznych
Tel. (042) 689 59 10
Tel. (042) 689 59 11
Fax. (042) 689 54 09

zwrotność wózka. Wyposażenie podstawowe wózka:
- blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów,
- uchwyt do przetaczania,
- pojemnik do zużytych igieł,
- otwieracz ampułek,
- pojemnik na cewniki,
- pojemnik na butelki,
- dwa przezroczyste umożliwiający identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemnik „kieszeń"
- wysuwana spod blatu półkę do pisania,
- półkę na żel,
- uchwyt na butlę z tlenem,
- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu, jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikację. Wymienione wyposażenie nie powoduje zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka. Wózek wyposażony w 5 szuflad z czego 3 o wysokości 100mm oraz 2 o wysokości 150mm.

Wymiary zewnętrzne wózka:
- Wysokość: 91cm,
- Głębokość: 72cm,
- Szerokość: 83cm



KOPERNIK

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
Dział Zamówień Publicznych
Tel. (042) 689 59 10
Tel. (042) 689 59 11
Fax. (042) 689 54 09

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Czy Zamawiający wymaga , aby konstrukcja wózka stanowiła jedną całość – jednolity odlew , bez miejsc łączenia , będących potencjalnymi ogniskami kumulowania się brudu i powstawania infekcji ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Czy Zamawiający wymaga wysoce mobilnego układu jezdnego , kółka rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) znacznie zwiększające zwrotność wózka ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

19. Pakiet 1 – Gabinet badań nr. 1 , 2 , 3 ,4 , 7 Meble biurowe
Poz. 66 – Przygotowanie pacjenta nr.9 – Wózek do transportu chorych leżących

1. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy o wymiarach całkowitych 2040 x 810 mm ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści wózek którego konstrukcja wykonana jest z hartowanej , galwanizowanej stali gwarantująca długotrwałość i bezawaryjność , wózek oparty na konstrukcji dwu kolumnowej ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w narożnikach oraz po bokach w listwy odbojowe w pełni zabezpieczające zarówno wózek jak i ściany przed otarciami i uderzeniami?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w specjalnie wyprofilowane w barierkach bocznych uchwyty do prowadzenia wózka ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. Czy Zamawiający dopuści wózek o minimalnej wysokości leża od podłogi 620 mm , a maksymalnej 940 mm ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie do 90 ° ? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od opisanego
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne metalowe , lakierowane proszkowo zabezpieczające na całej długości , umieszczone po obu stronach , składane poniżej wysokości materaca ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. Czy Zamawiający dopuści wózek z maksymalnym obciążeniem roboczym na poziomie 250 kg ? Oferowany parametr jest korzystniejszy niż opisany
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Czy ze względu na łatwiejszą i szybszą dezynfekcję wózka Zamawiający dopuszcza wymóg rozwiązania kolumnowego , będącego łatwiejszym do utrzymania w czystości w stosunku do

starszych korbowych czy też pantografowych rozwiązań konstrukcyjnych charakteryzujących się dużą ilością miejsc trudnodostępnych będących potencjalnymi miejscami powstania infekcji ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

10. Czy z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający dopuszcza wymóg aby barierki zabezpieczały pacjenta na całej długości leża wózka? Wyłącznie barierki na całej długości leża optymalnie zabezpieczają leżącego pacjenta zarówno podczas transportu jak i w sytuacjach pozostawienia go w przypadku krótkookresowego pobytu szpitalu czy też oczekiwania na przydział miejsca
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

11. Czy Zamawiający kierując się wygodą pracy personelu medycznego Zamawiający dopuści wymóg aby wózek posiadał hydrauliczną regulację wysokości oraz funkcji Trendelenurga i anty Trendelenburga? Hydrauliczna regulacja w zdecydowany sposób ułatwia podnoszenie i opuszczanie leża wózka Dokonywana jest dźwignia nożną bez konieczności użycia rąk (swobodne ręce), pozwala na stały kontakt wzrokowy z pacjentem i nie wymaga użycia znacznej siły przez personel medyczny (bardzo często drobne pielęgniarki)
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

12. Czy Zamawiający mając na uwadze, iż główną funkcją sprzętu medycznego w tym wózków do przewożenia chorych jest jak najefektywniejsze ratowanie życia pacjentów dopuści wymóg, aby wózek wytrzymywał obciążenie min. 250 kg? Ciężar działający na wózek to nie tylko waga przewożonego pacjenta, Ale również wyposażenie dodatkowe oraz obciążenie dodatkowe w sytuacjach awaryjnych np. podczas konieczności przeprowadzenia nagłej reanimacji ratownik zmuszony jest do oddziaływania siłą czasami wejścia na wózek podczas przeprowadzania masażu serca uciska klatkę piersiową zwiększając tym samym ciężar oddziałujący na wózek . Wózki o mniejszym dopuszczalnym obciążeniu ni są przeznaczone do opisanych sytuacji.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

20. Pakiet 1 – Gabinet badań nr. 1 , 2 , 3 ,4 , 7 Meble biurowe
Poz.85- Fotel zabiegowy z elektryczną regulacją wysokości na kolumnie

1. Czy Zamawiający dopuści fotel nie posiadający misy spod leża ? Oferujemy fotel trzysegmentowy w którym nie ma konieczności odejmowania sekcji nóg i montowania misy
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści fotel niewyposażony w podpory ginekologiczne ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści fotel z elektryczną regulacją segmentu opacia pleców dokonywaną za pomocą pilota przewodowego w zakresie + 75 ° ? Oferowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści fotel o maksymalnej wadze 185 kg ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

KOPERNIK

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
Dział Zamówień Publicznych
Tel. (042) 689 59 10
Tel. (042) 689 59 11
Fax. (042) 689 54 09

5. Czy Zamawiający dopuści fotel o wymiarach całkowitych 59 x 210 cm , i wysokości całkowitej 143 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Czy Zamawiający wymaga aby fotel posiadał możliwość indywidulanej regulacji każdego z segmentów ? Oferowane rozwiązanie umożliwia uzyskanie większego komfortu zarówno dla pacjenta jak i obsługującego personelu

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. Czy Zamawiający wymaga aby fotel posiadał stałą wysokość nie przekraczająca 630 mm , w celu zagwarantowania jak najlepszej pracy personelu medycznego o niskim wzroście

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

21. Pakiet 1 – Gabinet badań nr. 1 , 2 , 3 ,4 , 7 Meble biurowe
Poz. 90 – Wózek anestezjologiczny

1. Czy mając na uwadze ergonomie pracy personelu medycznego Zamawiający dopuści wózek o poniższym opisie:

Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodpornego tworzywa Baydur. Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. Pojemniki szuflad jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji. Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy 75mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka.
Wyposażenie podstawowe wózka:
- blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów,
- uchwyt do przetaczania,
- pojemnik do zużytych igieł,
- otwieracz ampułek,
- pojemnik na cewniki,
- pojemnik na butelki,
- dwa przezroczyste umożliwiający identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemnik „kieszeń"
- wysuwana spod blatu półkę do pisania,
- półkę na żel,
- uchwyt na butlę z tlenem,
- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu, jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikację. Wymienione wyposażenie nie powoduje zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka. Wózek wyposażony w 5 szuflad z czego 3 o wysokości 100mm oraz 2 o wysokości 150mm.

Wymiary zewnętrzne wózka:
- Wysokość: 91cm,
- Głębokość: 72cm,
- Szerokość: 83cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

KOPERNIK

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
Dział Zamówień Publicznych
Tel. (042) 689 59 10
Tel. (042) 689 59 11
Fax. (042) 689 54 09

22. Pakiet 1 – Gabinet badań nr. 1 , 2 , 3 ,4 , 7 Meble biurowe
Poz. 91 – Reflektor lekarski

1. Czy Zamawiający dopuści lampę z natężeniem światła w odległości 100 cm wynoszącą 55 000 lux ?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z temperaturą barwową na poziomie 4500 K ?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści lampę o całkowitej pobieranej mocy 30 W ?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Czy w celu zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych Zamawiający wymaga aby lampa wyposażona była w maksymalnie 7 punktów świetlnych LED ?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

23. Pakiet 1 – Gabinet badań nr. 1 , 2 , 3 ,4 , 7 Meble biurowe
Poz. 104 – Fotel laryngologiczny

1. Czy Zamawiający dopuści fotel z elektryczną regulacją wysokości dokonywaną w zakresie 610-1100 mm ?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści fotel wyposażony w regulowany elektrycznie segment pleców w zakresie 0 -75 ° ?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści fotel trzysegmentowy w pełni funkcjonalny z możliwością indywidualnej regulacji każdego segmentu ?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści fotel o szerokości segmentu siedziska 590 mm ? Oferowany parametr jest korzystniejszy od opisanego
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu rotacji fotel ? Wymagany parametr mogą w pełni zastąpić cztery skrętne koła umożliwiające manewrowanie wózkiem o 360 ° ?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści fotel wyposażony w regulowany segment nóg w zakresie
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

24. Dotyczy pakietu 2:

1. Czy dopuszcza się zaoferowanie komory z szybą frontową ustawioną pod kątem / skośnie w stosunku do blatu roboczego (kąt odchylenia od pionu 80), co jest parametrem nieznacznie odbiegającym od podanego w SIWZ? Jeśli Zamawiający nie dopuści niniejszego parametru, prosimy o uzasadnienie.
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

KOPERNIK

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
Dział Zamówień Publicznych
Tel. (042) 689 59 10
Tel. (042) 689 59 11
Fax. (042) 689 54 09

2. Czy dopuszcza się zaoferowanie komory z równoważnym rozwiązaniem technicznym w kwestii sposobu czyszczenia wewnętrznej powierzchni szyby frontowej, realizowanym za pomocą opuszczania szyby poniżej blatu roboczego? Jeśli Zamawiający nie dopuści niniejszego parametru, prosimy o uzasadnienie.
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Czy dopuszcza się zaoferowanie komory bez informacji o włączonym zaworze gazu poprzez sygnalizację (świecące diody) na panelu sterowniczym?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Czy dopuszcza się zaoferowanie komory bez przyłącza dla gazu zabezpieczonego elektrozaworem z możliwością włączenia z poziomu panelu sterowania?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi
(2)
mgr Wojciech Szrajber

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957