



EZ / 263 / 153 / 1507 / 2013

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Łódź, dnia 07.11.2013r.
Nr sprawy 153/ZP/2013

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz modyfikację treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pilota przewodowego, ale z panelami sterującymi wbudowanymi w barierki od strony wewnętrznej i zewnętrznej oraz z panelem centralnym nie wbudowanym w ramę łóżka, ale z możliwością swobodnego umieszczenia go w półce na pościel bądź wieszania na szczytce lub ramie łóżka? Rozwiązanie to jest lepsze od żądanego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami dzielonymi, tworzywowymi, zabezpieczającymi pacjenta na 100% długości łóżka oraz zabezpieczające pacjenta w pozycji siedzącej z wbudowanymi panelami sterującymi od strony wewnętrznej i zewnętrznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 450 – 850 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji segmentu uda w zakresie 0-32°?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Pytanie nr 5

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko o udźwigu 230 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy Zamawiający dopuści uchwyt na kartę gorączkową wykonany z tworzywa ABS z metalowym klipssem do podtrzymywania dokumentów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy Zamawiający dopuści by wszystkie łóżka posiadały eurolistwy na dodatkowe akcesoria?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Dot. pakiet nr 6: wózek do transportu chorych leżących – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości leża w zakresie 590 – 970 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

Dot. pakiet nr 6: wózek do transportu chorych leżących – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem 2-segmentowym z regulacją oparcia pleców?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11

Dot. pakiet nr 6: wózek do transportu chorych leżących – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek z barierkami bocznymi wykonanymi ze stali nierdzewnej satynowanej, odchylanymi w dół do boku wózka, dzięki czemu nie powstaje przerwa transferowa?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

Dot. pakiet nr 7: dostawa i montaż maceratora do utylizacji – 1 szt.

Czy możliwe jest złożenie oferty w/w urządzenia o parametrze: odprowadzenie do kanalizacji – rura o śr. 70 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Dot. pakiet nr 7: Dostawa i montaż maceratora do utylizacji wydaliny i wydzieliny ustroju ludzkiego – 1 szt.

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wewnątrz komory posiadało otwory odpływowe o średnicy nie większej niż 10 mm? Takie rozwiązanie zapobiega przedostawaniu się większych ścieków lub niepożądanych przedmiotów do kanalizacji, a tym samym umożliwia zachowanie drożności odpływu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 14

Dot. pakiet nr 7: Dostawa i montaż maceratora do utylizacji wydaliny i wydzieliny ustroju ludzkiego – 1 szt.

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało specjalny uchwyt blokujący pokrywę podczas trwania cyklu? Taki system zapewni szczelność pomiędzy zawartością komory, a operatorem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 15

Dot. pakiet nr 7: Dostawa i montaż maceratora do utylizacji wydaliny i wydzieliny ustroju ludzkiego – 1 szt.

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w system zabezpieczający przed uruchomieniem urządzenia w przypadku (otwarcia pokrywy, braku wody, zablokowania odpływu, usterki mechanicznej)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 16

Dot. pakiet nr 7: Dostawa i montaż maceratora do utylizacji wydaliny i wydzieliny ustroju ludzkiego – 1 szt.

Czy Zamawiający wymaga, aby macerator posiadał górną pokrywę wykonaną z wysokiej jakości tworzywa z systemem ochrony antymikrobiologicznej? Rozwiązanie takie zmniejsza ryzyko wystąpienia zakażeń krzyżowych oraz jest znacznie lepsze od stali pokrytej farbą o właściwościach bakteriobójczych, ponieważ w przypadku zadrapania farba traci swoje właściwości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 17

Dot. pakiet nr 7: Dostawa i montaż maceratora do utylizacji wydaliny i wydzieliny ustroju ludzkiego – 1 szt.

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało silnik o mocy nie większej niż 0,6 [kW]? Taki silnik zapewni mały pobór prądu przy zachowaniu najwyższej efektywności maceracji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 18

Dot. pakiet nr 7: Dostawa i montaż maceratora do utylizacji wydaliny i wydzieliny ustroju ludzkiego – 1 szt.

Czy ze względu na zapobieganie zakażeniom krzyżowym w brudownikach, Zamawiający wymaga, aby cała powierzchnia maceratora była pokryta warstwą antybakteryjną?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 19

Dot. pakiet nr 7: Dostawa i montaż maceratora do utylizacji wydaliny i wydzieliny ustroju ludzkiego – 1 szt.

Czy ze względu na minimalizowanie kosztów eksploatacyjnych, Zamawiający wymaga, aby zużycie wody na jeden cykl wynosiło max. 18 litrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 20

Dot. pakiet nr 7: Dostawa i montaż maceratora do utylizacji wydaliny i wydzieliny ustroju ludzkiego – 1 szt.

Czy ze względu na zapobieganie zakażeniom krzyżowym w brudownikach i ergonomii pracy Personelu, Zamawiający wymaga bezdotykowego otwierania i zamykania górnej pokrywy maceratora?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 21

Dot. pakiet nr 5: Lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdnym.

Czy zamawiający dopuści lampę o średnicy oprawy 28 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22

Dot. pakiet nr 5: Lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdnym.

Czy zamawiający dopuści lampę o stałej średnicy pola operacyjnego 23 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23

Dot. pakiet nr 5: Lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdnym.

Czy zamawiający dopuści natężenie oświetlenia 50 000 lux/1 m

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

Dot. pakiet nr 5: Lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdnym.

Czy zamawiający dopuści współczynnik odwzorowania barw $R_a \geq 90$

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25

Dot. pakiet nr 5: Lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdnym.

Czy zamawiający dopuści temperaturę barwową 4200K.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26

Dot. pakiet nr 5: Lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdnym.

Czy zamawiający dopuści przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga nie większy niż 1 stopień C.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27

Dot. pakiet nr 4: Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów/ wyposażenie paneli gazów medycznych – 1 kpl.

Zdaniem Wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie przedmiotowego postępowania Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia (pakiet 4 poz. 2,3,4,5) w sposób wskazujący na konkretny typ wyrobów, którego producentem jest firma Flow Meter, przez co naruszył przepis art. 7 i art. 29 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z treści ust. 2 wynika, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Z treści art. 29 ust. 3 wynika natomiast, iż przedmiotu zamówienia nie można opisać poprzez wskazanie znaków towarowych patentu lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką zamówienia lub Zamawiający nie może opisać przedmiotu za pomocą dostatecznie dokładnych określeń a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne, lub inne równoznaczne wyrazy". Nie uzasadnia tego specyfika przedmiotu zamówienia, która uniemożliwiałaby Zamawiającemu opisać przedmiot zamówienia przy pomocy obiektywnych parametrów technicznych.

Na gruncie dotychczasowej praktyki zamówień publicznych, nie ulega wątpliwości, że opis przedmiotu zamówienia wzorowany na szczegółowych rozwiązaniach określonego producenta (np. co do szczegółowych parametrów technicznych) narusza zasadę uczciwej konkurencji, jeśli ogranicza krąg potencjalnych wykonawców i nie jest umotywowany konkretnymi, uzasadnionymi potrzebami zamawiającego. W praktyce, aby dowieść takiego naruszenia, np. w odwołaniu do KIO od treści siwz, wystarczy wykazać, że opis przedmiotu zamówienia może choćby tylko potencjalnie, w sposób nieuzasadniony ograniczać krąg wykonawców lub utrudniać części wykonawców udział w przetargu.

Wobec powyższego wnosimy o dopuszczenie:

W poz. 2. przepływomierza tlenowego o przepływie w zakresie 0-15l/min, w obudowie chromowanej, gwint do podłączenia butelki nawilżacza 9/16, pokrętło ustawienia przepływu w kolorze zielonym,

W poz. 3. Butli nawilżacza o poj. 300ml wykonanej z poliwęglanu (wielokrotnego użytku) z plastikowymi zaworkami kompatybilną z oferowanym przepływomierzem.

W poz. 4. Regulator próżni montowany bezpośrednio do punktu poboru o regulacji w zakresie 0-1000mbar, o przepływie 100 l/min, z wakuometrem w obudowie z wysokoodpornego materiału ABS, kolorystyka trwałych elementów w kolorze białoniebieskim, z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym oraz filtrem cząstek.

W poz. 5. Ssak iniektorowy zasilany sprężonym powietrzem z aluminium anodyzowanego z pokrętłem regulacji nastawu siły ssania, zabezpieczeniem przeciwprzelewowym oraz filtrem cząstek.

Powyższe wyroby spełniają parametry techniczne mające wpływ na użytkowanie, a nie spełniają, w niektórych zakresach, wymaganych przez zamawiającego wymiarów, kolorów i wag, które to nie mają wpływu na ich użytkowanie. Jednocześnie wnosimy o dokonanie właściwych zmian w tabeli parametrów technicznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie jako spełniające te same funkcje użytkowe. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 28

Dot. pakiet nr 4: Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów/ wyposażenie paneli gazów medycznych – 1 kpl.

Informujemy, że proponowane przez nas wyroby dopuszczone są do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych.

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga ssaków iniektorowych z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym, czy z filtrem antybakteryjnym? Powyższe rozwiązania są opcjonalne, ponieważ zabezpieczenie przeciwprzelewowe posiada w sobie filtr cząstek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ssaki z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym posiadającym filtr cząstek. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 29

Dot. pakiet nr 4: Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów/ wyposażenie paneli gazów medycznych – 1 kpl.

Zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować określony przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Ponadto, zgodnie z SIWZ, Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia, czyszczenia i konserwacji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. w ciągu tygodnia od dnia montażu przedmiotu zamówienia.

Z uwagi na to, że wyroby wyspecyfikowane w pakiecie nr 4 są urządzeniami łatwymi w obsłudze prosimy, aby Zamawiający dla tych urządzeń odstąpił od wymogu ich montażu, uruchomienia i przeszkolenia użytkowników w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia, czyszczenia i konserwacji oraz zmodyfikował zapisy SIWZ w tym zakresie. Nadmieniamy, że wszystkie niezbędne wytyczne odnośnie montażu, uruchomienia oraz prawidłowej obsługi urządzeń znajdują się w instrukcji obsługi, która zostanie dostarczona przy dostawie, a ujęcie w cenie kosztów montażu, uruchomienia i szkolenia pracowników w znacznym stopniu wpłynie na podniesienie ceny zaoferowanej Zamawiającemu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 4 odstępuje od wymogu montażu, uruchomienia i przeszkolenia użytkowników w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 30

Dot. pakiet nr 4: Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów/ wyposażenie paneli gazów medycznych – 1 kpl.

Zgodnie z warunkami umowy koszty serwisu, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca. W związku z tym, że część producentów urządzeń przeprowadza odpłatne przeglądy serwisowe i gwarancja nie obejmuje wymiany materiałów eksploatacyjnych, prosimy o zmianę zapisów warunków gwarancji w tym zakresie i potwierdzenie, że koszt materiałów eksploatacyjnych wymienianych podczas okresowych przeglądów jest po stronie Zamawiającego. Zwracamy uwagę, że ujęcie w cenie ofertowej kosztu materiałów eksploatacyjnych w znacznym stopniu wpływa na podniesienie ceny oferty, ponieważ wymiana np. manometru czy kopułki przez pracownika szpitala jest zdecydowanie tańsze niż wyjazd pracownika autoryzowanego serwisu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w zakresie pakietu nr 4 koszt materiałów eksploatacyjnych wymienianych podczas okresowych przeglądów pozostaje po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 31

Dot. pakiet nr 8: Drobny sprzęt i wyposażenie; Chłodziarka wolnostojąca.

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę wolnostojącą o mniejszej wysokości 1500 mm ale większej pojemności chłodziarki 173 l? Pragniemy nadmienić, że jest to rozwiązanie lepsze od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 32

Dot. pakiet nr 8: Drobny sprzęt i wyposażenie; Chłodziarka wolnostojąca.

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o poziomie hałasu 40 dB?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 33

Dot. pakiet nr 8: Drobny sprzęt i wyposażenie; Chłodziarka wolnostojąca przyblatowa

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności zamrażarki 15 l? Pragniemy nadmienić że chłodziarki przyblatowe o wysokości ok. 85 cm ze względu na ograniczenia „gabarytowe” nie posiadają pojemności zamrażalnika 115 l.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 34

Dot. pakiet nr 8: Drobny sprzęt i wyposażenie; Chłodziarka wolnostojąca przyblatowa

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę podblatową o poziomie hałasu 39 dB?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 35

Dot. pakiet nr 4: Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów/ wyposażenie paneli gazów medycznych – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści regulator próżni z możliwością regulacji podciśnienia w zakresie od 0 do -950 kPa zachowując wymaganą przez Zamawiającego wydajność ssania na poziomie 80 +/- 5 l/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 36

Dot. pakiet nr 4: Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów/ wyposażenie paneli gazów medycznych – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści regulator próżni o wadze 0,45 kg? Pragniemy nadmienić, że różnica pomiędzy wymaganiami Zamawiającego jest niewielka i niezauważalna z użytkowego punktu widzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 37

Dot. pakiet nr 4: Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów/ wyposażenie paneli gazów medycznych – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści regulator próżni posiadający system zabezpieczenia antyprzelewowego z mechanizmem wewnętrznym szybkiego odcinania z dodatkowym filtrem antybakteryjnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 38

Dot. pakiet nr 4: Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów/ wyposażenie paneli gazów medycznych – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści regulator próżni posiadający zawór bezpieczeństwa w postaci butli przelewowej z zaworem odcinającym ssanie przykręconej od spodu regulatora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 39

Dot. pakiet nr 4: Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów/ wyposażenie paneli gazów medycznych – 1 kpl.

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu „Waga nie więcej niż: 0,075 kg”? Zamawiający we wcześniejszej części parametrów technicznych określił już wagę regulatora próżni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 40

Dot. pakiet nr 6: Wózek do transportu chorych leżących – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości 2160 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 41

Dot. pakiet nr 6: Wózek do transportu chorych leżących – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości 650-960 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42

Dot. pakiet nr 6: Wózek do transportu chorych leżących – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem dwusegmentowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 43

Dot. pakiet nr 6: Wózek do transportu chorych leżących – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek z dwoma prowadzicami kaset RTG, jedną pod segmentem pleców, a drugą pod segmentem siedziska bez możliwości przesuwania kasety między nimi?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44

Dot. pakiet nr 6: Wózek do transportu chorych leżących – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek z barierkami bocznymi ze stali polerowanej o raz wieszakiem kroplówki montowanym na szynie akcesoryjnej w dowolnym jej miejscu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 45

Dot. pakiet nr 6: Wózek do transportu chorych leżących – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek z centralną blokadą kół bez koła kierunkowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46

Dot. pakiet nr 6: Wózek do transportu chorych leżących – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści materac bez uchwytych umożliwiających przenoszenie pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47

Dot. pakiet nr 1: łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez sygnalizacji włączenia do sieci? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i w żaden sposób nie powoduje obniżenia jego wartości użytkowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48

Dot. pakiet nr 1: łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w panel sterowniczy z możliwością zawieszenia go na dołnym szczyście łóżka od strony nóg pacjenta? Oferowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym jest tożsame z wymaganym i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 49

Dot. pakiet nr 1: łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym regulacja wysokości odbywa się w zakresie od 420mm do 840mm? Oferowane parametry gwarantują pełne bezpieczeństwo podczas opuszczania leżącego łóżka przez pacjentów o zróżnicowanym wzroście, przy czym parametr wysokości maksymalnej jest korzystniejszy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50

Dot. pakiet nr 1: łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym regulacja części nożnej odbywa się w zakresie od 0 do 40°? Oferowane rozwiązanie gwarantuje pełny komfort hospitalizowanym pacjentom i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51

Dot. pakiet nr 1: łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym regulacja pozycji Trendelenburga odbywa się w zakresie 0-130 i anty-Trendelenburga w zakresie 0-140? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 52

Dot. pakiet nr 1: łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez systemu bezpieczeństwa? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i w żaden sposób nie powoduje obniżenia jego wartości użytkowych, gdyż poszczególne funkcje elektryczne można zablokować.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 53

Dot. pakiet nr 1: łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone wyłącznie w obustronne uchwyty do zawieszania worków z moczem, a więc bez dodatkowych eurolistów? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 54

Dot. pakiet nr 1: łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości szafkę przyłóżkową o następujących parametrach:

- Szafka wyposażona w dwie szuflady oraz wolną przestrzeń między nimi do przechowywania podręcznych rzeczy pacjenta,
- Szafka z obrotowym korpusem umożliwiającym dwustronne ustawienie szafki,
- Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych, ramki szuflad i boki szafki wykonane z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo, blat górny, środkowy i półka boczna wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego,
- Wymiary zewnętrzne szafki: szerokość – 590mm, szerokość przy rozłożonym blacie – 1150mm, głębokość – 470mm, wysokość 890mm,
- Płynna regulacja wysokości blatu bocznego przy użyciu mechanizmu sprężyny gazowej – 770-1120mm,
- Możliwość regulacji kąta nachylenia blatu bocznego,
- Czółta szuflad wyposażone w uchwyty ze stali nierdzewnej,
- Wnętrze szuflad wypełnione wyjmowanym, tworzywowym wkładem z przegródkami,
- Blat górny zabezpieczony trzystronną galeryjką,
- Szafka wyposażona w cztery podwójne koła jezdne z niebrudzącym bieżnikiem i indywidualną blokadą?

Oferowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym jest tożsame z wymaganym i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 55

Dot. pakiet nr 5: lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdnym – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najwyższej jakości bezcieniową lampę operacyjną wykonaną w technologii HD-LED, której czaszą o kształcie koła posiada matrycę świetlną w postaci 3 paneli świetlnych z 39 diodami LED o wysokiej wydajności? Oferowane rozwiązanie gwarantuje uzyskanie znakomitych parametrów świetlnych co jest niezwykle istotne podczas przeprowadzania operacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 56

Dot. pakiet nr 5: lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdnym – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najwyższej jakości bezcieniową lampę operacyjną brytyjskiego producenta o natężeniu oświetlenia wynoszącym 140 000 Lux z odległości 1 m? Oferowany parametr jest znacznie korzystniejszy od wymaganego, gwarantując uzyskanie światła o jednolitym wysokim natężeniu równomiernie dystrybuowanym na całym oświetlanym polu tworząc jednnorodny obszar roboczy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 57

Dot. pakiet nr 5: lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdnym – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości bezcieniową lampę brytyjskiego producenta, w którym średnica czaszy wynosi 50 cm? Oferowane rozwiązanie, z uwagi na ultra cienką, kompaktową budowę czaszy zapewnia płynne, szybkie i precyzyjne ustawienie lampy podczas zabiegu, jednocześnie ułatwiając czyszczenie i dezynfekcję.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 58

Dot. pakiet nr 5: lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdnym – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości bezcieniową lampę brytyjskiego producenta posiadającą regulowaną średnicę pola w szerokim zakresie 14-31 cm? Oferowane parametry są korzystniejsze od wymaganego zapewniając szeroki zakres oświetlanego pola roboczego, a wytwarzany przez lampę jednnorodny strumień bezcieniowego światła o równomiernym rozkładzie na całym oświetlanym obszarze, także na obrzeżach wpływa na dużą funkcjonalność.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 59

Dot. pakiet nr 5: lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdnym – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mobilną lampę bezcieniową wyposażoną w 13 wysokowydajnych diod LED (HD-LED), o żywotności przekraczającej 40 000 godzin pracy, emitujące światło o natężeniu 50 000 Lux z odległości 1 m przy bardzo niskim zużyciu mocy < 30 W? Zastosowana przez producenta innowacyjna technologia HD-LED sprawia, że emitowane przez lampę światło o jednolitym wysokim natężeniu jest równomiernie dystrybuowane na całym oświetlanym polu tworząc jednnorodny obszar roboczy co bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 60

Dot. pakiet nr 5: lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdny – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości bezcieniową lampę brytyjskiego producenta, w którym średnica czaszy wynosi 25 cm? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 61

Dot. pakiet nr 5: lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdny – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową brytyjskiego producenta posiadającą regulowaną średnicę płamy świetlnej w zakresie 180mm – 360 mm? Oferowany parametr umożliwia oświetlenie dużego pola operacyjnego oraz indywidualne dostosowanie jego wielkości na potrzeby przeprowadzanego zabiegu. Ponadto szeroki zakres regulacji płamy świetlnej oraz jednolity strumień bezcieniowego światła o równomiernym rozkładzie na całym oświetlanym obszarze, także na obrzeżach, wpływa na dużą funkcjonalność lampy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 62

Dot. pakiet nr 5: lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdny – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę bezcieniową, której temperatura barwowa regulowana jest w przedziale od 3 700-5 000°K? Zastosowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego umożliwiając każdorazowe dostosowanie temperatury barwowej do potrzeb wykonywanego zabiegu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 63

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy dla Pakietu nr 1 Zamawiający wyrazi zgodę na termin płatności 30 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 64

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko szpitalne wyposażone w barierki boczne dwuczęściowe o wysokości 350 mm z możliwością blokowania i opuszczania barierki, obsługiwanych oburącz (w sposób świadomy – zgodnie z nową normą) w celu zapewnienia bezpieczeństwa, spełniające najnowszą normę EN 60601-2-52? Proponowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego i wynika z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 65

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko szpitalne, którego sterowanie elektryczne łóżka odbywa się przy pomocy pilota przewodowego oraz panelu sterowniczego z możliwością umieszczenia (schowania) w półce na pościel oraz zawieszenia na szczyście łóżka od strony nóg posiadającego wyraźne, czytelne piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku? Proponowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego i nie ma wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 66

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko szpitalne posiadające regulację elektryczną części nożnej: uda w zakresie 0° – 35° oraz podudzia 0° – 20°? Oferowane zakresy regulacji będą wystarczające podczas codziennego korzystania z łóżka i zapewnią wykorzystanie wszystkich funkcji stosowanych podczas opieki nad pacjentem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 67

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko szpitalne z możliwością odłączenia wszelkich regulacji na panelu niezależnie po przerwaniu czynności regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)? Oferowany parametr spełnia te same funkcje co wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 68

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko szpitalne wyposażone w układ elektryczny bez konieczności stosowania systemu bezpieczeństwa – systemu natychmiastowego odłączenia wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 69

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko szpitalne wyposażone w tabliczkę imienną, zamiast ramki do karty gorąckowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 70

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności, konstrukcja szafki wykonana z blachy stalowej ocynkowanej i profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym epoksydowym, odpornym na mycie, dezynfekcję oraz promieniowanie UV? Oferowany parametr wynika z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta i nie ma wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe szafki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 71

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 84 cm? Proponowana wysokość różni się jedynie o 1 cm od zakresu tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 72

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego: 74 cm – 104 cm? Proponowany zakres różni się minimalnie od wskazanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 73

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości 90 mm? Proponowana wysokość różni się jedynie o 5 mm od wskazanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 74

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem? Proponowane rozwiązanie będzie wystarczające, aby zapewnić właściwą mobilność szafki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 75

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w blat górny i boczny wykonany z płyty charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę, blat górny zabezpieczony z dwóch stron relingiem chroniącym przez spadaniem przedmiotów? Oferowane rozwiązanie będzie równie praktyczne jak opisane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 76

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z możliwością wyboru kolorystyki spośród 8 kolorów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 77

Dot. pakiet nr 9: Komputery medyczne - sprzęt informatyczny – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komputer medyczny spełniający wymagania normy EN60601-1 dla wyrobów medycznych ale nie zarejestrowany jako wyrób medyczny w klasie I?

Oferowany wyrób spełnia wszelkie wymagania określone wspomnianą normą dla wyrobów medycznych ale producent nie deklaruje klasy wyrobu zgodnie z nomenklaturą europejską.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 78

Dot. pakiet nr 6: Wózek do transportu chorych leżących – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych o długości całkowitej 2180 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 79

Dot. pakiet nr 6: Wózek do transportu chorych leżących – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści 7 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 80

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami o średnicy 50 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 81

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy Zamawiający dopuści 7 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 82

Dot. pakiet nr 6: Wózek do transportu chorych leżących – 1 szt.

Ad. p. 1 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wózka o szerokości 80 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 83

Dot. pakiet nr 6: Wózek do transportu chorych leżących – 1 szt.

Ad. p. 1 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wózka o szerokości 81,3 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 84

Dot. pakiet nr 6: Wózek do transportu chorych leżących – 1 szt.

Ad. p. 3 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wózka o budowie kolumnowej i regulacji wysokości 63-98 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 85

Dot. pakiet nr 6: Wózek do transportu chorych leżących – 1 szt.

Ad. p. 3 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wózka o budowie kolumnowej i regulacji wysokości 62,2-96 cm licząc do górnej powierzchni materaca (bez materaca 54,6-88,4)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 86

Dot. pakiet nr 6: Wózek do transportu chorych leżących – 1 szt.

Ad. p. 4 Czy Zamawiający oczekuje dostawy wózków o budowie kolumnowej czy pantografowej, czy każdy typ konstrukcji jest dopuszczony? Budowa kolumnowa zapewnia większy komfort dla personelu, jest zdecydowanie lepsza biorąc pod uwagę obrazowanie RTG, czyszczenie, konserwację czy dostęp do pacjenta. Warto zwrócić uwagę, że pytanie o określenie typu konstrukcji to pytanie generalne o klasę (i cenę) wózka, wózki pantografowe to zazwyczaj bardzo proste leżanki z kółkami a wózki kolumnowe są wielofunkcyjnym nowoczesnym wyrobem medycznym zgodnym z normami UE.

Odpowiedź: Zamawiający nie określił typu konstrukcji wózka. Zamawiający dopuszcza wszystkie typy konstrukcji.

Pytanie nr 87

Dot. pakiet nr 6: Wózek do transportu chorych leżących – 1 szt.

Ad. p. 3 i 8 Czy Zamawiający dopuszcza wózki o budowie kolumnowej a tym samym anty/trendelenburg (przechył wzdłużny) w takich typach i modelach uzyskiwany bez dodatkowych sprężyn gazowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 88

Dot. pakiet nr 6: Wózek do transportu chorych leżących – 1 szt.

Ad. p. 11 Czy Zamawiający dopuszcza wózki typu „Trauma” posiadające możliwości wyboru co najmniej 4 kolorów akcentów a nie 4 kolorów tapicerki? W modelach typu Trauma renomowanych producentów stosuje się 1 kolorystykę leża a zróżnicowane akcenty kolorystyczne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 89

Dot. pakiet nr 6: Wózek do transportu chorych leżących – 1 szt.

Ad. p. 14 Czy Zamawiający zgodzi się na wózki z materacami bezszwowymi bez dodatkowych uchwytych do przenoszenia pacjentów? Parametr ten jest charakterystyczny dla jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 90

Dot. pakiet nr 6: Wózek do transportu chorych leżących – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuszcza fabrycznie nowe wózki z datą produkcji 2012r?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 91

Dot. pakiet nr 6: Wózek do transportu chorych leżących – 1 szt.

Jaka jest wymagana minimalna grubość materaca wózka do transportu chorych, czy ma to być ok. 8 cm, 10 cm czy np. 12 cm (± 1 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie określił minimalnej grubości materaca.

Pytanie nr 92

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Ad. p. 1.9 Czy Zamawiający dopuszcza łóżka z barierkami wychodzącymi ponad leżę na wys. 386 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 93

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Ad. p. 1.11 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie łóżek bez dodatkowego sterownika znajdującego się w tylnym szczycie nisko w ramie a ze sterownikiem w szczycie od strony nóg na wysokości rąk personelu? Zaproponowane rozwiązanie zapewnia lepszą ergonomię pracy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 94

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Ad. p. 1.12 Czy Zamawiający dopuszcza łóżka których dolna regulowana wysokość wynosi 400 mm (odstępstwo 5 mm od wys. dopuszczonej) i czy wysokość ma być mierzona od podłoża do krawędzi bocznej leżą bez materaca?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza regulację dolnej wysokości leża 400 mm mierzonej od podłoża do krawędzi bocznej leża pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 95

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Ad. 1.13 Czy Zamawiający dopuszcza reg. oparcia plecowego $0-66^{\circ} + 17^{\circ}$ antytrendelenburga z ramy głównej co daje realne pochylenie 83° ? Wiadomo, że większy kąt w praktyce nie jest używany jak również jest niebezpieczny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 96

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Ad. p. 1.14 Czy Zamawiający zgodzi się na łóżka z regulacją sekcji nóg $0-28^{\circ}$? Pochylenie sekcji ud musi uwzględniać dodatkowo przechył w trendelenburgu czyli dodatkowe 17° co daje łącznie 45° .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 97

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Ad. P. 1.18 i 1.24 Czy Zamawiający zgodzi się na łóżka z CPR-em tylko mechanicznym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 98

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Ad. p. 1.20-1.23 Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę łóżek bez typowych dla Lineta funkcji deaktywacji / aktywacji funkcji? Dostarczane sterowniki jak również łóżko (w tym wypadku dość prosty model) posiada zabezpieczenia w formie niewidocznych dla użytkownika trybów stand-by. W naszej ocenie przyciski funkcji powinny być aktywne natychmiast a nie po wyszukaniu przycisku aktywującego co przy rotującym personelu i wielu typach łóżek będzie faktycznie obniżać bezpieczeństwo pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 99

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Ad. p. 1.26 Czy Zamawiający dopuszcza łóżka z kołami o średnicy 125 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 100

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Ad. p. 1.27 Czy Zamawiający dopuszcza łóżka o nośności max. 220 kg testowane siłą zniszczeniową 4 krotnie większą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 101

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy łóżka opisane w pakiecie nr 1 mają posiadać wskaźnik pochylenia płyty plecowej oznaczony w stopniach co bezpośrednio przy stosowaniu odpowiednich kątów ma wpływ na kondycję pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania.

Pytanie nr 102

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Ad. p. 1.29 Czy Zamawiający zgodzi się, by dostarczone łóżko posiadało standardowo pod każdą ramą euro-listwę z 2 uchwytyami np. na worki, koszyczki itp?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 103

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Ad.p. 1.30 Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę materaca nowej generacji z dodatkową terapią zanurzeniową a bez programowanego czasu pracy? Zaproponowany materac łączy wymagane funkcje z dodatkowymi o podwyższonych, udowodnionych klinicznie, cechach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 104

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Ad. p. 2.7 Czy Zamawiający dopuszcza szafki o wys. 963 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 105

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Ad. p. 2.10 Czy Zamawiający dopuszcza szafki na kółkach o średnicy 50 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 106

Dot. pakiet nr 5: Lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdny – 1 szt.

Ad. p. 7 i 8 Czy Zamawiający dopuszcza lampy z matrycą 18 diodową o mocy 80 klx?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 107

Dot. pakiet nr 5: Lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdny- 1 szt.

Ad. p. 9 Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie lampy o średnicy czasy 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 108

Dot. pakiet nr 5: Lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdny- 1 szt.

Ad.p. 11 Czy Zamawiający dopuszcza lampę o stałej średnicy $d10=16\text{ cm}$ (z 1 m)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 109

Dot. pakiet nr 5: Lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdny- 1 szt.

Czy Zamawiający oczekuje lamp zbudowanych wyłącznie z LED białych?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 110

Dot. SIWZ, rozdział I.4, załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 5

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisów na: „Oferowany sprzęt będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego oprócz materiałów eksploatacyjnych i elementów zużywalnych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 111

Dot. załącznik nr 10 do SIWZ – wzór umowy dla pakietów 1,4,5,6,7,8,9

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów/elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odpowiedź: Zamawiający przyjmuje powyższą interpretację.

Pytanie nr 112

Dot. SIWZ, rozdział II.1, załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 3

Czy Zamawiający zmieni brzmienie zapisu SIWZ w ten sposób, że przedłuży termin wykonania umowy o przedmiotowe zamówienie do 10 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 113

Dot. Załącznika nr 3 oraz Załącznika nr 10 do SIWZ – wzór umowy dla pakietów 1,4,5,6,7,8,9, par. 5 ust. 6

Czy Zamawiający chce zmienić zapis pkt. 6 Załącznika nr 4 na:

„maksymalnie trzy naprawy tego samego podzespołu w okresie gwarancji po których niesprawny podzespół urządzenia zostanie wymieniony na nowy”.

Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku dwukrotnej naprawy jednego z jego elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.

Wymiana całego urządzenia na nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu), tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem niniejszego postępowania są duże, bardzo skomplikowane technologicznie produkty, posiadające wyjątkowo dużą liczbę części i podzespołów. Również z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, co zaskutkować musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 114

Dot. Załącznika nr 3, pkt 7 wymogów dodatkowych:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?

Obowiązek taki ciąży na wykonawcy powodując, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 115

Dot. załącznik nr 10 do SIWZ – wzór umowy dla pakietów 1,4,5,6,7,8,9, par. 6 ust. 1

Prosimy o zmianę terminu wymiany wadliwego sprzętu na sprzęt sprawny na 21 dni od zawiadomienia Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 116

Dot. Załącznika nr 10 do SIWZ – wzór umowy dla pakietów 1,4,5,6,7,8,9, par. 6 ust. 2b

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis umowy w §6 ust. 2 b) na:

b) „...niedotrzymanie terminu wykonania umowy (§2 ust. 1) w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego sprzętu, za każdy dzień opóźnienia.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 117

Dot. Załącznika nr 10 do SIWZ – wzór umowy dla pakietów 1,4,5,6,7,8,9, par. 6 ust. 2c

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis umowy w §6 ust. 2 c) na:

c) zwłoka w podjęciu naprawy, o której mowa w par. 5 pkt 5, w wysokości 0,1% wartości towarów wadliwych, za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do naprawy.

Obecny zapis pozostaje w sprzeczności z zapisem par. 5 pkt 5, gdzie Zamawiający wyznacza określony czas na podjęcie naprawy, nie zaś na wykonanie naprawy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosowej modyfikacji w tym zakresie.

Pytanie nr 118

Dot. Załącznika nr 10 do SIWZ – wzór umowy dla pakietów 1,4,5,6,7,8,9, par. 7 ust. 1

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy na podstawie art. 144 Ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku:

a) Zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto, podczas gdy cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 119

Dot. Załącznika nr 10 do SIWZ – wzór umowy dla pakietów 1,4,5,6,7,8,9, par. 9 ust. 1

Wnosimy o wykreślenie niniejszego zapisu lub jego zmianę tak by otrzymał on treść:

„Do dokonania cesji wierzytelności wymagana jest uprzednia zgoda podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 120

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Dotyczy pkt.1.14 Czy Zamawiający dopuści łóżko z zakresem regulacji części nożnej w zakresie 34 stopni?

Zamawiający oczekuje zakres regulacji 50 stopni (+,-) 5, gdzie tak duży zakres spotykany jest sporadycznie. Z SIWZ wynika, że Zamawiający wyposaża oddział torakochirurgii, w związku z tym tak wysokie uniesienie części nożnej jest zbyteczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 121

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Dotyczy pkt.1.27 Czy zamawiający dopuści łóżko o max obciążeniu 230 kg?

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje na obciążenie 250 kg, gdzie takie obciążenie wskazuje na jednego dostawcę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 122

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Dotyczy pkt.1.29 Czy Zamawiający dopuści łóżko gdzie nie są zastosowane eurolistwy?

Wyjaśniamy, że większość łóżek dostępnych na rynku nie jest wyposażona w eurolistwy, a mocowanie wyposażenia dodatkowego nie sprawia najmniejszego kłopotu personelowi medycznemu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 123

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Dotyczy pkt.1.12 Czy zamawiający dopuści łóżko o regulacji wysokości leża w zakresie 460 mm – 840mm?

Różnica w tym przypadku pomiędzy oczekiwaniami Zamawiającego jest niewielka i nie ma wpływu na funkcjonalność łóżka (bezpieczeństwo pacjenta).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 124

Dot. SIWZ i projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia o 2 tygodnie od dnia podpisania umowy.

Wyjaśniamy, że łóżka szpitalne, stanowiące przedmiot zamówienia, pochodzą od producenta zagranicznego, z kraju spoza terenu UE, a realizacja zamówienia nie może nastąpić wcześniej, niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy. Określony przez Zamawiającego termin wykonania zadania 6 tygodni od daty podpisania umowy, może okazać się niewystarczający. Natomiast za przekroczenie terminu realizacji dostawy, Wykonawcy grożą bardzo wysokie kary, bo aż 1% wartości zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki.

W związku z powyższym, prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez wydłużenie terminu realizacji do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 125

Dot. SIWZ i projektu umowy

Dotyczy ust. 5 § 5 projektu Umowy: Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w dniach roboczych zapisu od pn - pt (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w wymaganym czasie reakcji serwisu.

Wyjaśniamy, iż serwis Wykonawcy pracuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w określonych godzinach, dlatego też prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pisząc dni robocze rozumie dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Pytanie nr 126

Dot. SIWZ i projektu umowy

Dotyczy rozdziału II pkt.4 SIWZ Zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 127

Dot. SIWZ i projektu umowy

Dotyczy pkt.7 Załącznika nr 2 do SIWZ Rozumiemy i prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, gdy Wykonawca zgodnie z pkt.7 zał.2, dostarczy urządzenie zastępcze (w przypadku naprawy przekraczającej wyznaczony termin), nie zostanie obciążony karą umowną wg ust. 2c) § 6 wzoru Umowy?

Wyjaśniamy, że aparat zastępczy w pełni zastępuje uszkodzony aparat, realizując wszystkie zaplanowane zabiegi i procedury, nie naruszając i nie zakłócając harmonogramu pracy Zamawiającego/Użytkownika. Nie ma więc podstaw, aby karać w takim przypadku Wykonawcę. Ponadto nie można karać dwukrotnie za to samo przewinienie: ządać aparatu zastępczego oraz naliczać kar umownych, w przypadku jeśli na czas przedłużającej się naprawy wykonawca zapewnia aparat zastępczy.

Odpowiedź: Zamawiający przyjmuje powyższą interpretację.

Pytanie nr 128

Dot. SIWZ i projektu umowy

Dotyczy ust.1c i 1d) § 7 wzoru Umowy Czy Zamawiający wyraża zgodę na przekształcenie postanowienia umownego w następujący sposób?

c) podwyższenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena netto cena brutto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących.

d) obniżenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących.

Uzasadnienie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej w zaproponowanym przez nas brzmieniu, która umożliwi dostosowanie ceny do stawki podatku zgodnej z przepisami obowiązującymi w chwili powstania obowiązku podatkowego. W ten sposób strony umowy o wykonanie zamówienia publicznego zabezpieczą się przed skutkami zmian prawa podatkowego. Wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej będzie zgodne z duchem prawa, które wyraźnie stwierdza, iż VAT jest podatkiem neutralnym. Przy obecnym brzmieniu umowy, na wypadek podwyższenia stawki podatku VAT, Wykonawca zmuszony jest do obniżenia cen jednostkowych netto. Wykonawca przewidując możliwość zmiany stawki podatku VAT jest zmuszony uwzględnić ryzyko z tym związane i zabezpieczyć się poprzez skalkulowanie cen swojej oferty tak, by marża pokryła dodatkowe wydatki związane z podwyżką podatku VAT – czyli obniżeniem cen jednostkowych netto. Konieczność uwzględnienia ryzyka związanego ze zmianą stawki podatku VAT powoduje, że brak odpowiedniej klauzuli waloryzacyjnej, może wywrzeć wpływ na warunki konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz niekorzystnie oddziaływać na wielkość składanych ofert. W takim bowiem przypadku prawdopodobne jest, iż wykonawcy z góry zakładają wzrost podatku VAT i zarazem cen jednostkowych brutto w ofercie, a zmiana podatku może wcale nie nastąpić w okresie obowiązywania umowy. Mając powyższe na uwadze, bez wątpienia, obecne brzmienie umowy jest niekorzystne dla Zamawiającego, który korzysta z publicznych środków finansowych – gdyż w takiej sytuacji Zamawiający będzie płacił zawyżoną cenę jednostkową brutto, która uwzględnia ryzyko Wykonawcy polegające na konieczności obniżenia cen jednostkowych netto.

Proponujemy Państwu wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej, która utrzymuje ceny jednostkowe netto i nie wywiera w momencie zawierania umowy żadnych niekorzystnych dla Zamawiającego skutków finansowych: z jednej strony w przypadku obniżenia stawki podatku VAT – następuje obniżenie cen brutto; z drugiej zaś – ceny zaoferowane w ofercie będą odpowiednio niskie, gdyż Wykonawca nie będzie kalkulował oferty z uwzględnieniem konieczności obniżenia cen netto na wypadek podniesienia stawki podatku VAT, co bez wątpienia odniesienie pozytywny skutek na wartość kontraktu jaki zawrze Zamawiający, jako podmiot zobowiązany do przestrzegania ścisłej dyscypliny finansów publicznych.

W związku z powyższym prosimy o pozytywne rozpatrzenie zadanego pytania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 129

Dot. SIWZ i projektu umowy

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, prosimy o umieszczenie zapisu, obciążającego również karą Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy, za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 130

Dot. pakiet nr 2: Meble medyczne – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 2, 2, 2.1, Stół roboczy- stół o szerokości 600mm? Prosimy zwrócić uwagę że technologicznie niemożliwe jest wykonanie stołu o szerokości 500 z baterią sztorcową i komory zlewomywakowej o szerokości 400mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 131

Dot. pakiet nr 2: Meble medyczne – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 2, 4, 4.7, Stolik opatrunkowy- stół o wymiarach blatu: 1000x650mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 132

Dot. pakiet nr 2: Meble medyczne – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 2, 4, 4.7, Stolik opatrunkowy- stół o wymiarach 865x720x880mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 133

Dot. pakiet nr 2: Meble medyczne – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 2, 4, 4.8, Szafka anestezjologiczna- szafkę o wymiarach 970x715x1100mm i wymiarach blatu 900x600mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 134

Dot. pakiet nr 2: Meble medyczne – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 2, 4, 4.8, Szafka anestezjologiczna- szafkę o wymiarach 920x715x1100mm i wymiarach blatu 820x600mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 135

Dot. pakiet nr 2: Meble medyczne – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 2, 4, 4.9, Szafka anestezjologiczna- szafkę o wymiarach blatu 1200x600mm i wymiarach 1270x715x1100mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 136

Dot. pakiet nr 2: Meble medyczne – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 2, 5, 5.1, Szafa medyczna dwuskrzydłowa- szafę o wymiarach: 1000x580x2000mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 137

Dot. pakiet nr 2: Meble medyczne – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 2, 5, 5.2, Szafka medyczna dwuskrzydłowa- szafkę o wymiarach: 1000x370x600mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 138

Dot. pakiet nr 2: Meble medyczne – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 2, 6, 6.1, Szafa medyczna dwuskrzydłowa- szafę o wymiarach: 800x580x2000mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 139

Dot. pakiet nr 2: Meble medyczne – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 2, 6, 6.2, Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca- szafkę o wymiarach: 800x370x600mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 140

Dot. pakiet nr 2: Meble medyczne – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 2, 9, 9.1, Szafa medyczna jednoskrzydłowa- szafę o wymiarach: 500x470x1800mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 141

Dot. pakiet nr 2: Meble medyczne – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 2, 9, 9.2, Szafa ubraniowa- szafę wyposażoną w zamek baszwilony, 3-punktowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 142

Dot. pakiet nr 2: Meble medyczne – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 2, 13, 13.2, Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca- szafkę o wymiarach: 900x370x600mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 143

Dot. pakiet nr 2: Meble medyczne – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 2, 15, 15.6, Stół opatrunkowy- stół o wymiarach blatu: 1000x650mm i wymiarach 1115x720x880mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 144

Dot. pakiet nr 2: Meble medyczne – 1 kpl.

Czy Zamawiający może określić w pakiecie nr 2, 19, 19.5, Szafa medyczna- z której dokładnie strony powinny znajdować się wysuwane uchwyty na endoskopy a z której cztery półki?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż cztery półki winny znajdować się z prawej strony natomiast z lewej uchwyty na endoskopy.

Pytanie nr 145

Dot. pakiet nr 2: Meble medyczne – 1 kpl.

Czy Zamawiający może określić w pakiecie nr 2, 20, 20.9, Kosz pedałowy- czy wymaga zaoferowania kosza bezdotykowego czy kosza wyposażonego w pokrywę otwieraną pedałem nożnym?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania kosza z pokrywą otwieraną pedałem nożnym.

Pytanie nr 146

Dot. pakiet nr 2: Meble medyczne – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 2, 20, 20.9, Kosz pedałowy- kosza o wymiarach: 780x440x710mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 147

Dot. pakiet nr 2: Meble medyczne – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 2, 21, 21.2, Parawan teleskopowy- parawan o długości w stanie rozłożonym 2060mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 148

Dot. pakiet nr 2: Meble medyczne – 1 kpl.

Czy Zamawiający może określić w pakiecie nr 2, 21, 21.7, Kosz pedałowy- czy wymaga zaoferowania kosza bezdotykowego czy kosza wyposażonego w pokrywę otwieraną pedałem nożnym?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania kosza z pokrywą otwieraną pedałem nożnym.

Pytanie nr 149

Dot. pakiet nr 2: Meble medyczne – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 2, 21, 21.7, Kosz pedałowy- kosza o wymiarach: 780x440x710mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 150

Dot. pakiet nr 2: Meble medyczne – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 2, 22, 22.4, Mały wózek do przewożenia czystej i brudnej bielizny- wózek o wymiarach: 670x1170x1100mm? Jeżeli nie to prosimy o określenie wymiarów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 151

Dot. pakiet nr 2: Meble medyczne – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 2, 23, 23.7, Wózek do przewożenia czystej i brudnej bielizny- wózek o wymiarach: 670x1170x1100mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 152

Dot. pakiet nr 2: Meble medyczne – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 2, Meble medyczne- ścianki frontowe wyposażone w uchwyty w kształcie litery C bez wgłębienia? Prosimy zwrócić uwagę na to że przestrzeń pomiędzy uchwytem a ścianką frontową jest wystarczająca i zapewnia swobodny dostęp.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 153

Dot. pakiet nr 2: Meble medyczne – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 2, Meble medyczne- miejsce styku blatów ze ścianą zabezpieczone wywnięciem na ścianę w formie fartucha 40mm? Prosimy zwrócić uwagę że nasz system nie wymaga dodatkowych elementów tworzywowych w których może gromadzić się brud oraz który może ulec szybkiemu zniszczeniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 154

Dot. pakiet nr 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego – 29 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacjami elektrycznymi, dokonywanymi za pomocą pilota przewodowego oraz panelu sterowniczego, z możliwością umieszczenia go na ramie leżą na wysuwanej półce oraz zawieszanej na szczytce łóżka, co stanowi rozwiązanie korzystniejsze niż opisane w SIWZ, posiadające wyraźne, czytelne piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 155

Dot. pakiet nr 5: lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdnym – 1 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 5 modułów po 3 diody każdy – 15 modułów LED?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 156

Dot. pakiet nr 5: lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdnym – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści natężenie oświetlenia 50 000 lux?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 157

Dot. pakiet nr 5: lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdnym – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści średnicę oprawy 21 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 158

Dot. pakiet nr 5: lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdnym – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści obszar roboczy 51 cm z odległości 1 m?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 159

Dot. pakiet nr 5: lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdnym – 1 szt.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu regulacji pola operacyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 160

Dot. pakiet nr 5: lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdnym – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści temperaturę barwową 4750°C?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 161

Dot. pakiet nr 5: lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdnym – 1 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyrost temperatury nie większy niż 1°C?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 162

Dot. pakiet nr 8: Drobnny sprzęt i wyposażenie – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści szafę ubraniową z drzwiami w kształcie litery "L" na nóżkach, o wymiarach gabarytowych. wys.1940mm, szer.400mm, głę.500mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

Pytanie nr 163

Dot. pakiet nr 8: Drobny sprzęt i wyposażenie – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści wózek uniwersalny do transportu brudnej bielizny o wymiarach dł. - 1030mm, szer. - 670mm, wys. - 846mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

II. Modyfikacja postanowień SIWZ:

A\ Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji zapisów rozdziału I SIWZ:

3. Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzeń, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu **30 dni** od daty podpisania protokołu odbioru technicznego w następującym wymiarze osób i godzin – **dotyczy pakietów nr: 1,5,6,7,8,9 (nie dotyczy pakietu nr 4).**

Pakiet 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego
15 osób spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 1 godzinie

~~Pakiet 4: Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów/wyposażenie paneli gazów medycznych~~
~~20 osób spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 2 godziny~~

Pakiet 5: Lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdnym
3 osoby spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 1 godzinie

Pakiet 6: Wózek do transportu chorych leżących
20 osób spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 1 godzinie

Pakiet 7: Dostawa i montaż maceratora do utylizacji wydaliny i wydzieliny ustroju ludzkiego
20 osób spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 1 godzinie

Pakiet 8: Drobny sprzęt i wyposażenie
6 osób spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 1 godzinie

Pakiet nr 9: Komputery medyczne - sprzęt informatyczny
34 osoby spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 1 godzinie

Szkolenia odbędą się w siedzibie Zamawiającego.

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzeń.

Pakiet nr 2: Meble medyczne

Pakiet nr 3: Meble biurowe

Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania przedmiotu



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

zamówienia, czyszczenia i konserwacji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj.: w ciągu tygodnia od dnia montażu przedmiotu zamówienia.

8. Wykonawca wyposaży urządzenia w **paszport techniczny**. Paszport będzie zawierał następujące informacje: rodzaj urządzenia, typ, nr fabryczny, nazwa producenta i datę produkcji. Dokument ten powinien posiadać także rubryki przeznaczone dla dokonywania aktualnych wpisów przez uprawniony personel techniczny w celu potwierdzenia naprawy, przeglądu i konserwacji – **dotyczy pakietów: 1,5,6,7,8,9 (nie dotyczy pakietu nr 4).**
9. Wykonawca do realizacji instalacji, uruchomienia i serwisowania będzie bazował na własnej organizacji serwisowej posiadającej potwierdzone przez producenta sprzętu uprawnienia do instalacji, uruchomienia i serwisowania przedmiotu zamówienia (**nie dotyczy pakietu nr 4).**

B\ Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji zapisów rozdziału V SIWZ:

5. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom

- g) Oświadczenie wykonawcy zobowiązujące do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale I SIWZ – **Załącznik nr 8 do SIWZ (nie dotyczy pakietu nr 4).**

C\ Zamawiający dokonuje modyfikacji następujących załączników do SIWZ:

Załącznik nr 2 – OFERTA

Pakiet nr 4: Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów/ wyposażenie paneli gazów medycznych – 1 kpl.

Zamawiający wykreśla:

- 1) Waga nie więcej niż: 0,075 kg
- 2) Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę w tym koszty transportu wraz z ubezpieczeniem. ~~montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego.~~

Pakiet nr 8: Drobnny sprzęt i wyposażenie – 1 kpl.

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w wymiarach wózka:

W SIWZ winno być:

Wózek uniwersalny. Wózek do transportu brudnej bielizny z pokrywą Maksymalne wymiary wózka : dł. 1100 mm x szer. 700 mm x wys. 1000 mm. Pojemność - 400 - 450 litrów Nośność min. 200 kg. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej, stali kwasoodpornej lub stopu aluminium Al , .Opuszczana , składana w dół ścianka podłużna do łatwego ładowania i rozładowywania. .Pokrywa na zawiasach.. Wózek na 4 kołach gumowych o śr. 100, 125 lub 200 mm (2 stałe , 2 obrotowe)..Hamulec przynajmniej na 1 koło.. Zawór spustowy (do mycia wnętrza wózka).

Załącznik nr 3 – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI

Pakiet nr 4: Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów/ wyposażenie paneli gazów medycznych – 1 kpl.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Zamawiający wykreśla:
Waga nie więcej niż: 0,075 kg

Pakiet nr 8: Drobnny sprzęt i wyposażenie – 1 kpl.

W SIWZ winno być:

Wózek uniwersalny. Wózek do transportu brudnej bielizny z pokrywą Maksymalne wymiary wózka : dł. 1100 mm x szer. 700 mm x wys. 1000 mm. Pojemność - 400 - 450 litrów Nośność min. 200 kg. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej , stali kwasoodpornej lub stopu aluminium Al , .Opuszczana , składana w dół ścianka podłużna do łatwego ładowania i rozładowywania. .Pokrywa na zawiasach.. Wózek na 4 kołach gumowych o śr. 100, 125 lub 200 mm (2 stałe , 2 obrotowe)..Hamulec przynajmniej na 1 koło.. Zawór spustowy (do mycia wnętrza wózka).

Załącznik nr 8 – Oświadczenie dotyczące szkoleń

Załącznik nr 10 – Wzór umowy – dotyczy pakietu 1,4,5,6,7,8,9

III. Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża następujące terminy:

- Termin składania ofert określony w rozdziale IX pkt. 2 SIWZ – na dzień 22.11.2013r. do godziny 10.00
- Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XIII SIWZ – na dzień 22.11.2013r. o godzinie 11.00

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.


Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi
mgr Wojciech Szrajber



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Załącznik nr 2 do SIWZ – zmieniony dniu 07.11.2013r.
Nr sprawy 153/ZP/13

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zamawiający
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 – 513 Łódź

OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi składam /y niniejszą ofertę.

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Pakietu 4 za kwotę:

L.p.	Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Stawka VAT	Wartość brutto (PLN)	UWAGI
1.	Półka (pod kardiomonitor) pełna wykonana z blachy ze stali kwasoodpornej z podwyższonymi krawędziami i uchwytem do podwieszania na znormalizowanych szynach sprzętowych do panelu FLUIDYS	5	szt.					
2.	Przepływomierz tlenu montowany do punktu poboru, wtyk do systemu DIN <ul style="list-style-type: none">• Możliwy nastaw przepływu w zakresie 0-15 l/min• Obudowa chromowana.• Wymiary: 136x33x82 mm, waga nie więcej niż: 0,230 kg• Max. cis. pracy 600 kPa• Gwint do podłączenia butelki nawilzacza 9/16• Pokrętko do ustawiania przepływu w kolorze białym z oznakowaniem kierunku nastawu	22	szt.					

3.	<p>Butelka nawilżacza 200 ml wykonana z poliwęglanu z chromowanymi zaworami, o wymiarach nie więcej niż 200x74x55 mm (do wielokrotnego użycia) - kompatybilna z przepływomierzem.</p> <p>Regulator próżni montowany bezpośrednio do punktu poboru</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonany z tworzywa (bez elementów metalowych) o uproszczonym sposobie obsługi • Zakres regulacji 0 – 1000 mbar • Maksymalny stopień ssania 80 l/min +/- 5 l/min do – 950 mbar • Waga nie więcej niż: 0,325 kg • System regulacji ssania za pomocą membrany stabilizującej • System precyzyjnego ustawienia siły ssania • Wakuometr w silikonowej obudowie zabezpieczającej przed zniszczeniem • System szybkiego odcinania siły ssania • Obudowa umożliwiająca dokonanie czyszczenia wewnętrznych elementów bez użycia jakichkolwiek narzędzi • Dla szybkiej identyfikacji regulator musi posiadać kolorystykę trwałych elementów urządzenia w kolorze żółtym – dedykowanym próżni • System zabezpieczenia antyprzelewowego z mechanizmem wewnętrznym szybkiego odcinania z obudową filtra bakterioobójczego • Zawór bezpieczeństwa o wymiarach nie mniej niż: 75x90x70 mm, • Wejście system DIN 	10	szt.						
4.	<p>Regulator próżni montowany bezpośrednio do punktu poboru</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonany z tworzywa (bez elementów metalowych) o uproszczonym sposobie obsługi • Zakres regulacji 0 – 1000 mbar • Maksymalny stopień ssania 80 l/min +/- 5 l/min do – 950 mbar • Waga nie więcej niż: 0,325 kg • System regulacji ssania za pomocą membrany stabilizującej • System precyzyjnego ustawienia siły ssania • Wakuometr w silikonowej obudowie zabezpieczającej przed zniszczeniem • System szybkiego odcinania siły ssania • Obudowa umożliwiająca dokonanie czyszczenia wewnętrznych elementów bez użycia jakichkolwiek narzędzi • Dla szybkiej identyfikacji regulator musi posiadać kolorystykę trwałych elementów urządzenia w kolorze żółtym – dedykowanym próżni • System zabezpieczenia antyprzelewowego z mechanizmem wewnętrznym szybkiego odcinania z obudową filtra bakterioobójczego • Zawór bezpieczeństwa o wymiarach nie mniej niż: 75x90x70 mm, • Wejście system DIN 	30	szt.						
5.	<p>Ssak inżektorowy zasilany sprężonym powietrzem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obudowa wykonana z aluminium anodowanego z pokrętem regulacji nastawu siły ssania i szybkiego odcinania znajdujący się w górnej części urządzenia. • urządzenie ze zintegrowaną pułapkę wodną 	3	szt.						



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

	zabezpieczającą zalanie								
	• wydzieloną								
	• posiada filtr antybakteryjny								
	• Wymiary: 210x45x85 mm waga 450 g								
	• maksymalne ciśnienia 730 mbar (550 mm Hg)								
	• maksymalny przepływ ssania 26,2 l/min								
	• wtyk DIN								
RAZEM:									X

Wartość oferty netto: PLN
słownie: PLN

Wartość oferty brutto: PLN
słownie: PLN

Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę w tym koszty transportu wraz z ubezpieczeniem.

1. Niniejsza oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferujemy termin dostawy i montażu (**do 6 tygodni**)..... tygodni od dnia podpisania umowy.
3. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres (**min. 24 miesiące**) miesiące od daty podpisania protokołu odbioru technicznego sprzętu.
4. Oferujemy termin płatności (60 dni) dni od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
5. Oferowany sprzęt będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
6. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:
7. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym jest:
8. Adres e-mail, numer telefonu i faksu, na które Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje/awarie.....

Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze – zał. nr 10 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.




WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
5. **Nie należymy / należymy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.**
- (* niepotrzebne skreślić)

..... dn. 2013r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Załącznik nr 2 do SIWZ – zmieniony dniu 07.11.2013r.
Nr sprawy 153/ZP/13

(pieczęć firmowa Wykonawcy)


Zamawiający
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 – 513 Łódź

OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi składam/y niniejszą ofertę.

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Pakietu 8 za kwotę:

L.p.	Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Stawka VAT	Wartość brutto (PLN)	UWAGI
1.	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L” na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm). Szafa typu "BASENOWA". Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Szafa wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny wizytownik. Drzwi szafy z perforacją. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy lakierowanej proszkowo o grubości min. 0,5 mm. Wymiary gabarytowe: 1800 x 400 x 400-500 mm (wys. x szer. x gł.). Ilość drzwi -2	9	szt.					
2.	Płyta ścienna LAMINOWANA z 5-ciooma podwójnymi haczykami do wieszania fartuchów, szer. 80 cm x wys. 100 cm	2	szt.					
3.	Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej o pojemności 5l; pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym; kosz wyposażony w uchwyt do przenoszenia; kosz wyposażony w wyjmowane plastikowe wiadro z pałąkiem	4	szt.					



ဟံ့

6.	<p>Lampy bakteriobójcze przepływowe przejezdne .Przepływowa lampka bakteriobójcza która umożliwia dezynfekcję powietrza w pomieszczeniach w obecności personelu i pacjentów.</p> <p>Napięcie zasilania 230V, 50Hz</p> <p>Moc pobierania z sieci – lampy energooszczędne- max 115 VA</p> <p>Element emitujący promieniowanie UV-C 2xTUV55W</p> <p>Okres pracy promiennika min. 8000 h</p> <p>Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C</p> <p>Wydajność wentylatora min 199 m³/h</p> <p>Dezynfekowana kubatura min 45-90m³</p> <p>Powierzchnia (zasięg) działania lampy min 18-36m²</p> <p>I Klasa zabezpieczenia przeciwpożarowego</p> <p>Obudowa IP 20</p> <p>Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej INOX</p> <p>Wymiary kopuły: 1120 x 220 x 130 +/-5mm</p> <p>Gabaryty całego urządzenia 600 x 1750 x 600 +/-10 mm</p> <p>Masa max 14 kg</p> <p>Lampa z elektronicznym licznikiem czasu pracy oraz czteropółkowym wyświetlaczem, o wskazaniach z dokładnością do 1 h, z akustycznym powiadomieniem o obowiązkowej wymianie promienników służącym do sumowania czasu pracy promienników</p> <p>Możliwość wymiany filtra bez użycia narzędzi; do każdej lampy dołączyć 5 zapasowych filtrów</p> <p>Montaż do statywu z obu stron lampy, przy pomocy uchwytów gwarantujących stabilne umocowanie lampy na statywie jezdnym</p>	4	szt.				
7.	<p>Chłodziarka wolnostojąca o wysokości 1600 (+/-50 mm), szerokości 600 (+/-30 mm), pojemność chłodziarki min. 150 l, pojemność zamrażarki min. 30 l, poziom hałasu mniejszy niż 40 dB, 3 półki z hartowanego szkła w chłodziarce i 2 szuflady w zamrażalce, klasa energetyczna min. A+, automatyczne odszranianie, materiały tworzywowe wewnątrz chłodziarki zawierające w swej strukturze antybakteryjny środek który chroni żywność przed pleśnią i bakteriami</p>	1	szt.				



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

8.	Wózek uniwersalny. Wózek do transportu brudnej bielizny z pokrywą Maksymalne wymiary wózka : dł.1100 mm x szer. 700 mm x wys. 1000 mm .Pojemność - 400 - 450 litrów Nośność min.200 kg. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej , stali kwasoodpornej lub stopu aluminium Al , .Opuszczana , składana w dół ścianka podłużna do łatwego ładowania i rozładowywania. .Pokrywa na zawiasach.. Wózek na 4 kołach gumowych o śr. 100, 125 lub 200 mm (2 stałe , 2 obrotowe)..Hamulec przynajmniej na 1 koło.. Zawór spustowy (do mycia wnętrza wózka).	1	szt.					
9.	Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej 18 / 0 polerowanej o pojemności 30l, pokrywa kosza otwierana przyciskiem pedałowym, metalowe mocowanie pokrywy do kosza, metalowy mechanizm podnoszenia pokrywy umieszczony na zewnątrz kosza, kosz wyposażony w wyjmowane plastikowe wiadro. Mechanizm otwierający wykonany w 100% z części metalowych. Podkładki antypoślizgowe	28	szt.					
				RAZEM:				
						X		X

Wartość oferty netto: PLN
słownie:

Wartość oferty brutto: PLN
słownie:

Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę w tym koszty transportu wraz z ubezpieczeniem, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego.

1. Niniejsza oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferujemy termin dostawy i montażu **(do 6 tygodni)**..... tygodni od dnia podpisania umowy.
3. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres **(min. 24 miesiące)** miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru technicznego sprzętu.
4. Oferujemy termin płatności (60 dni) dni od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
5. Oferowany sprzęt będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

6. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:
7. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym jest:
8. Adres e-mail, numer telefonu i faksu, na które Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje/awarie.....

Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze – zał. nr 10 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
5. **Nie należymy / należymy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.**

(* niepotrzebne skreślić)

..... dn. 2013r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Załącznik nr 3 do SIWZ – zmieniony dniu 07.11.2013r.
Nr sprawy 153/ZP/13

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zamawiający
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 – 513 Łódź

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI

dotyczy:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

Pakiet nr 4: Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów/wyposażenie paneli gazów medycznych – 1 kpl.

Wykonawca: _____

Producent: _____

Nazwa/typ: _____

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium i waga kryterium: cena – 100%

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

Pakiet nr 4: Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów/wyposażenie paneli gazów medycznych – 1 kpl.

Lp.	Parametry techniczne	Parametr wymagany	Odpowiedź oferenta
1.	<p>Półka (pod kardiomonitor) pełna wykonana z blachy ze stali kwasoodpornej z podwyższonymi krawędziami i uchwytem do podwieszania na znormalizowanych szynach sprzętowych do panelu FLUIDYS</p> <p>Przepływomierz tlenowy montowany do punktu poboru, wtyk do systemu DIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Możliwy nastaw przepływu w zakresie 0-15 l/min • Obudowa chromowana. • Wymiary: 136x33x82 mm, waga nie więcej niż: 0,230 kg • Max. cis. pracy 600 kPa • Gwint do podłączenia butelki nawilzacza 9/16 • Pokrętko do ustawiania przepływu w kolorze białym z oznakowaniem kierunku nastawu 	TAK	
2.	<p>Butelka nawilzacza 200 ml wykonana z poliwęglanu z chromowanymi zaworami, o wymiarach nie więcej niż 200x74x55 mm (do wielokrotnego użycia) - kompatybilna z przepływomierzem.</p>	TAK	
3.		TAK	

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

4.	<p>Regulator próżni montowany bezpośrednio do punktu poboru</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonany z tworzywa (bez elementów metalowych) o uproszczonym sposobie obsługi • Zakres regulacji 0 – 1000 mbar • Maksymalny stopień ssania 80 l/min +/- 5 l/min do – 950 mbar • Waga nie więcej niż: 0,325 kg • System regulacji ssania za pomocą membrany stabilizującej • System precyzyjnego ustawienia siły ssania • Wakuometr w silikonowej obudowie zabezpieczającej przed zniszczeniem • System szybkiego odcinania siły ssania • Obudowa umożliwiająca dokonanie czyszczenia wewnętrznych elementów bez użycia jakichkolwiek narzędzi • Dla szybkiej identyfikacji regulator musi posiadać kolorystykę trwałych elementów urządzenia w kolorze żółtym – dedykowanym próżni • System zabezpieczenia antyprzelewowego z mechanizmem wewnętrznym szybkiego odcinania z obudową filtra bakteriobójczego • Zawór bezpieczeństwa o wymiarach nie mniej niż: 75x90x70 mm, • Wejście system DIN 	TAK	
5.	<p>Ssak inżektorowy zasilany sprężonym powietrzem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obudowa wykonana z aluminium anodyzowanego z pokręteł regulacji nastawu siły ssania i szybkiego odcinania znajdujący się w górnej części urządzenia. • urządzenie ze zintegrowaną pułapką wodną zabezpieczającą zasilanie • wydzielina • posiada filtr antybakteryjny • Wymiary: 210x45x85 mm waga 450 g • maksymalne ciśnienia 730 mbar (550 mm Hg) • maksymalny przepływ ssania 26,2 l/min • wtyk DIN 	TAK	

Lp.	Dodatkowe wymogi	Warunki wymagane	Warunki oferowane (tak/nie/podać)
1.	Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 24 miesiące	TAK	
2.	Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin – dotyczy dni roboczych	TAK	
3.	Możliwość zgłoszeń 24 h/dobę, 365 dni/rok/dotyczy dni roboczych	TAK	
4.	Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia (podzespołu) na nowy – max. 3 naprawy	TAK	
5.	Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – max. 7 dni roboczych	TAK	
6.	Autoryzowany serwis na terenie Polski /proszę podać siedzibę oraz kontakt: fax, e-mail, telefon/	Podać	
7.	W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 14 dni roboczych, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy	TAK	

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Załącznik nr 3 do SIWZ – zmieniony dniu 07.11.2013r.
Nr sprawy 153/ZP/13

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zamawiający
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 – 513 Łódź

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI

dotyczy: *Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym WSS im. M. Kopernika w Łodzi.*

Pakiet nr 8: Drobny sprzęt i wyposażenie – 1 kpl.

Wykonawca: _____
Producent: _____
Nazwa/typ: _____

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium i waga kryterium: cena – 100%

(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

Pakiet nr 8: Drobný sprzęt i wyposażenie – 1 kpl.

L.p.	Parametry techniczne	Parametr wymagany	Odpowiedź oferenta
1.	Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L” na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm). Szafa typu "BASENOWA". Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Szafa wyposażona w dżążek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny wizytownik. Drzwi szafy z perforacją. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy lakierowanej proszkowo o grubości min. 0,5 mm. Wymiary gabarytowe: 1800 x 400 x 400-500 mm (wys. x szer. x gł.). Ilość drzwi -2	TAK	
2.	Płyta ścienna LAMINOWANA z 5-cio ma podwójnymi haczykami do wieszania fartuchów, szer. 80 cm x wys. 100 cm	TAK	
3.	Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej o pojemności 5l; pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym; kosz wyposażony w uchwyt do przenoszenia; kosz wyposażony w wyjmowane plastikowe wiadro z pałkami	TAK	
4.	Chłodziarka wolnostojąca przybłatowa o wysokości 850 (+/-20 mm), szerokości 550 (+/-30 mm), pojemność chłodziarki min. 95 l, pojemność zamrażarki min. 115 l, poziom hałasu mniejszy niż 39 dB, 2 półki w chłodziarce, klasa energetyczna min. A+, automatyczne odszranianie, materiały tworzywowe wewnątrz chłodziarki zawierające w swej strukturze antybakteryjny środek który chroni żywność przed pleśnią i bakteriami	TAK	
5.	Lampy bakteriobójcze przepływowe ściennie z licznikiem czasu pracy .Przepływowa lampa bakteriobójcza która umożliwia dezynfekcję powietrza w pomieszczeniach w obecności personelu i pacjentów. Napięcie zasilania 230V, 50Hz Moc pobierania z sieci – lampy energooszczędne- max 115 VA Element emitujący promieniowanie UV-C 2xTUV55W Okres pracy promiennika min. 8000 h Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C Wydajność wentylatora min 199 m³/h Dezynfekowana kubatura min 45-90m³ Powierzchnia (zasięg) działania lampy min 18-36m² I Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego Obudowa IP 20 Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej INOX Wymiary kopuły: 1120 x 220 x 130 +/-5mm	TAK	

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

<p>Gabaryty całego urządzenia 600 x 1750 x 600 +/-10 mm Masa max 14 kg Lampa z elektronicznym licznikiem czasu pracy oraz czteropolowym wyświetlaczem, o wskazaniach z dokładnością do 1 h, z akustycznym powiadomieniem o obowiązku wymiany promienników służącym do sumowania czasu pracy promienników Możliwość wymiany filtra bez użycia narzędzi; do każdej lampy dołączyć 5 zapasowych filtrów Montaż do ściany przy pomocy uchwytów gwarantujących stabilne umocowanie lampy Lampy bakteriobójcze przepływowe przejezdne. Przepływowa lampa bakteriobójcza która umożliwia dezynfekcję powietrza w pomieszczeniach w obecności personelu i pacjentów. Napięcie zasilania 230V, 50Hz Moc pobierania z sieci – lampy energooszczędne- max 115 VA Element emitujący promieniowanie UV-C 2xTUV55W Okres pracy promiennika min. 8000 h Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C Wydajność wentylatora min 199 m³/h Dezynfekowana kubatura min. 45-90m³ Powierzchnia (zasieg) działania lampy min 18-36m² I Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego Obudowa IP 20 Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej INOX Wymiary kopuły: 1120 x 220 x 130 +/-5mm Gabaryty całego urządzenia 600 x 1750 x 600 +/-10 mm Masa max 14 kg Lampa z elektronicznym licznikiem czasu pracy oraz czteropolowym wyświetlaczem, o wskazaniach z dokładnością do 1 h, z akustycznym powiadomieniem o obowiązku wymiany promienników służącym do sumowania czasu pracy promienników Możliwość wymiany filtra bez użycia narzędzi; do każdej lampy dołączyć 5 zapasowych filtrów Montaż do statywu z obu stron lampy, przy pomocy uchwytów gwarantujących stabilne umocowanie lampy na statywie jezdnym</p>	<p>TAK</p>
<p>Chłodziarka wolnostojąca o wysokości 1600 (+/-50 mm), szerokości 600 (+/-30 mm), pojemność chłodniarki min. 150 l, pojemność zamrażarki min. 30 l, poziom hałasu mniejszy niż 40 dB, 3 półki z hartowanego szkła w chłodziarce i 2 szuflady w zamrażalce, klasa energetyczna min. A+, automatyczne odszranianie, materiały tworzywowe wewnątrz chłodniarki zawierające w swej strukturze antybakteryjny środek który chroni żywność przed pleśnią i bakteriami Wózek uniwersalny. Wózek do transportu brudnej bielizny z pokrywą Maksymalne wymiary wózka : dł.1100 mm x szer. 700 mm x wys. 1000 mm .Pojemność - 400 - 450 litrów Nośność min.200 kg. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej , stali kwasoodpornej lub stopu aluminium Al ,Opuszczana , składana w</p>	<p>TAK</p>
<p>Wózek uniwersalny. Wózek do transportu brudnej bielizny z pokrywą Maksymalne wymiary wózka : dł.1100 mm x szer. 700 mm x wys. 1000 mm .Pojemność - 400 - 450 litrów Nośność min.200 kg. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej , stali kwasoodpornej lub stopu aluminium Al ,Opuszczana , składana w</p>	<p>TAK</p>

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

	dół ścianka podłużna do łatwego ładowania i rozładowywania. Pokrywa na zawiasach.. Wózek na 4 kołach gumowych o śr. 100, 125 lub 200 mm (2 stałe , 2 obrotowe)..Hamulec przynajmniej na 1 koło.. Zawór spustowy (do mycia wnętrza wózka).	
9.	Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej 18 / 0 polerowanej o pojemności 30l, pokrywa kosza otwierana przyciskiem pedałowym, metalowe mocowanie pokryw do kosza, metalowy mechanizm podnoszenia pokryw umieszczony na zewnątrz kosza, kosz wyposażony w wyjmowane plastikowe wiadro. Mechanizm otwierający wykonany w 100% z części metalowych. Podkładki antypoślizgowe	TAK

Lp.	Dodatkowe wymogi	Warunki wymagane	Warunki oferowane (tak/nie/podać)
1.	Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 24 miesiące	TAK	
2.	Czas reakcji „przyjęcie zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin – dotyczy dni roboczych	TAK	
3.	Możliwość zgłoszeń 24 h/dobę, 365 dni/rok/dotyczy dni roboczych	TAK	
4.	Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia (podzespołu) na nowy – max. 3 naprawy	TAK	
5.	Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – max. 7 dni roboczych	TAK	
6.	Autoryzowany serwis na terenie Polski /proszę podać siedzibę oraz kontakt: fax, e-mail, telefon/	Podać	
7.	W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 14 dni roboczych, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy	TAK	

(pieczęć firmowa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE dotyczące szkoleń

dotyczy: *Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym WSS im. M. Kopernika w Łodzi.*

Oświadczam, iż w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzeń, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu **30 dni** od daty podpisania protokołu odbioru technicznego w następującym wymiarze osób i godzin – **dotyczy pakietów nr: 1,5,6,7,8,9 (nie dotyczy pakietu nr 4).**

Pakiet 1: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie oraz wyposażenie stanowiska chorego*
15 osób spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 1 godzinie

~~Pakiet 4: Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów/wyposażenie paneli gazów medycznych*~~
~~**20 osób spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 2 godziny**~~

Pakiet 5: Lampa operacyjna zabiegowa na statywie jezdnym*
3 osoby spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 1 godzinie

Pakiet 6: Wózek do transportu chorych leżących*
20 osób spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 1 godzinie

Pakiet 7: Dostawa i montaż maceratora do utylizacji wydaliny i wydzielin ustroju ludzkiego*
20 osób spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 1 godzinie

Pakiet 8: Drobný sprzęt i wyposażenie*
6 osób spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 1 godzinie

Pakiet nr 9: Komputery medyczne - sprzęt informatyczny*.
34 osoby spośród wyznaczonego personelu Zamawiającego po 1 godzinie

Szkolenia odbędą się w siedzibie Zamawiającego.

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzeń.

Pakiet nr 2: Meble medyczne *

Pakiet nr 3: Meble biurowe

Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia, czyszczenia i konserwacji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj: **w ciągu tygodnia od dnia montażu przedmiotu zamówienia.**

..... dn. 2013r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

***niepotrzebne skreślić**

UMOWA nr 153/ZP/13/.....

z dnia

zawarta przez:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem **0000004955** (REGON 000295403 NIP 729 - 23 - 45 - 599) z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowany przez **Wojciecha Szrajbera – Dyrektora**

zwany dalej **Zamawiającym**

z

firmą

z siedzibą w, ulica,

wpisaną do rejestru

reprezentowaną przez,

zwaną dalej **Wykonawcą**

w wyniku przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), na od dnia do dnia o łącznej wartości bruttozł. (słownie:.....)

§1

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wyszczególnionego asortymentowo i cenowo w załączniku nr 1 do umowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi o łącznej wartości zł brutto (słownie: zł) zwany w dalszej części umowy przedmiotem zamówienia lub sprzętem.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i uruchomić¹ przedmiot zamówienia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62 terminie **do tygodni** od dnia podpisania umowy.
2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego tj. bezpośrednio na Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej WSS im. M. Kopernika w Łodzi. Wykonawca dostarczy towar fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych prawnych oryginalnie zapakowany w dniach roboczych w godzinach 7.30 –15.00. Koszty transportu i ubezpieczenia pokrywa Wykonawca.
3. Wykonawca zawiadomi telefonicznie Dział Zaopatrzenia i Transportu /42 689 57 94/ o przewidywanym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, najpóźniej na dzień przed dostawą i montażem.
4. Zamawiający upoważnia następujące osoby do odbioru przedmiotu zamówienia:
 - a.
 - b.
5. Koszty i ryzyko związane z wykonaniem całości przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
6. Przedmiot zamówienia staje się własnością Zamawiającego z dniem podpisania protokołu odbioru sprzętu.
7. Osobami merytorycznie odpowiedzialnymi za realizację umowy są:
 - a) w zakresie odbioru aparatury i sprzętu – Kierownik Działu Zaopatrzenia i Transportu lub osoba przez niego upoważniona oraz użytkownik aparatury i sprzętu
 - b) w zakresie realizacji uprawnień Zamawiającego opisanych w §5 niniejszej umowy – Kierownik Działu Aparatury Medycznej lub osoba przez niego upoważniona.

¹ Nie dotyczy pakietu nr 4

§3

1. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w kwocie wynagrodzenia opisanego w preambule niniejszej umowy stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
2. Płatność za zrealizowaną dostawę nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru sprzętu i wystawieniu faktury VAT. Zamawiający dokona zapłaty za wystawioną fakturę przelewem bankowym w terminie dni od daty doręczenia faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie prawidłowo i w całości przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru sprzętu.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego przez bank dłużnika.

§4

1. Wykonawca przekaze Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru sprzętu dokumentację dotyczącą zakupionego przedmiotu zamówienia w języku polskim według następującej specyfikacji:
 - a. instrukcja obsługi (w dwóch egzemplarzach) wraz z parametrami technicznymi określonymi przez producenta w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu (po dwa egzemplarze), instrukcja obsługi urządzenia musi zostać przekazana Zamawiającemu w dniu odbioru sprzętu na nośniku cyfrowym w formacie pdf,
 - b. paszport techniczny, w którym będą rejestrowane wszelkie czynności serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji (dotyczy pakietów: 1,5,6,7,8,9)
 - c. książki gwarancyjne.
2. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy, w terminie 30 dni od daty zainstalowania urządzenia przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi oraz efektywnego wykorzystania urządzenia będącego przedmiotem zamówienia (dotyczy pakietów: 1,5,6,7,8,9).

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2013r. przedmiotu zamówienia i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji pełnej, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu na cały przedmiot zamówienia na okres miesięcy.
3. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych i winny uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru sprzętu.
4. Koszty serwisu, przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie², dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
5. Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” wynosi max. 48 godzin, dotyczy dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia naprawy.
6. Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących Wykonawcę do wymiany urządzenia (podzespołu) na nowy – wynosi 3 naprawy.
7. Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: lub adres e-mail Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku.
8. W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie pogwarancyjnym.

§6

1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od zawiadomienia wymieni wadliwy sprzęt na sprzęt sprawny.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokościach:
 - a) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia.
 - b) niedotrzymanie terminu wykonania umowy (§2 ust. 1) – w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki

² Koszty przeglądów oraz części podlegających wymianie – nie dotyczy pakietu nr 4

- c) zwłoka w podjęciu naprawy, o której mowa w par. 5 pkt 5, w wysokości 0,1% wartości towarów wadliwych, za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do naprawy.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.
 4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§7

1. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy na podstawie Art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku:
 - a) podwyższenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena netto cena brutto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących.
 - b) obniżenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 ust. 2 ustawy kodeksu cywilnego.

§9

1. Cesja praw wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
2. Do dokonania cesji wierzytelności wymagana jest uprzednia zgoda podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
3. W przypadkach zmian organizacyjno – prawnych dotyczących Wykonawcy, które miały miejsce w okresie związania umową Wykonawca zobowiązany jest:
 - a) niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zmianach,
 - b) złożyć komplet dokumentów wskazujących następce prawnego.

§10

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu u Wykonawcy zgodnie z punktem 7.41 normy EN ISO 9001:2008 oraz normą ISO 27001:2007.
2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego.
4. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§11

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§12

W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, właściwym miejscowo będzie sąd powszechny dla Zamawiającego.

§13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą zastosowanie art. 552 KC.

§14

1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
2. Załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki:

1. Oferta cenowa Wykonawcy wraz ze szczegółowym opisem zamówienia
2. Warunki gwarancji i serwisu
3. Warunki szkoleń pracowników Zamawiającego
4. Kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru NIP
5. Kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru REGON
6. kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru.

Wykonawca

.....

Zamawiający

.....