KOPERNIK

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Łódź, dn. 29.11.2013 r.
Nr sprawy 123/ZP/13

EZ/263/123/1609/2013

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 Euro **na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej Transplantacyjnej i Genetyki i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi**

Zmiana treści SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego

1. Zamawiajacy dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:

   1. Załącznika Nr 2 do SIWZ – pakiet 5 „Zestaw do diagnostyki na aparacie GeneXpert" – cechy wymagane - poprzez wykreślenie następującej pozycji parametrów wymaganych : „Wynik wyrażony jako % komórek z mutacją wg skali międzynarodowej (IS) z uwzględnionym correction factor". Zmieniony Załącznik w załączeniu do niniejszego pisma.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
dr n. med. Przemysław Biliński

.....
(dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ
Numer sprawy 123/ZP/13

OFERTA - Zmiana

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 200 000 EURO **na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej Transplantacyjnej i Genetyki i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi** oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Pakiet nr 5 - Zestawy do diagnostyki na aparacie GeneXpert

Lp.	Asortyment	Cechy wymagane	Potwierdzenie spełnienia wymogów przez Wykonawcę. Należy wpisać TAK/NIE
1	**Kardridże do oznaczania czynnika II i czynnika V Leiden do aparatu Gene Expert firmy Biomedica**	Kardridże do oznaczania mutacji Leyden i mutacji w genie protrombiny do aparatu GeneXpert firmy Biomedica lub równoważny	
		Zintegrowana izolacja DNA, amplifikacja i detekcja w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki;	
		badania próbki klinicznej bez wstępnej ekstrakcji DNA,	
		jednoczesna detekcja Czynnika II i Czynnika V Leiden w krwi obwodowej,	
		Zestaw opatrzony certyfikatem IVD.	
		Dedykowane do aparatu GeneXpert firmy Biomedica.	
		Termin ważności: minimum 6 miesięcy.	

.....
data i podpis osoby upoważnionej