

Łódź, dn. 12.03. 2014 r.
Nr sprawy **2/ZP/14**

EZ/263/2/1336/2014

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego **prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO** na **dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Medycyny Paliatywnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść odpowiedzi udzielonych w dniu 03.03.2014 r. (pismo EZ/263/2/194/2014) w zakresie pytań III. 6, 20 oraz udziela kolejnych odpowiedzi o następującej treści:

I. Zamawiający dokonuje zmiany odpowiedzi z dnia 03.03.2014 r. w następującym zakresie:

1. Pytanie III. 6

Było:

6. dotyczy pakietu nr 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne o wysokości minimalnej 430 mm, który to parametr odbiega nieznacznie od wymaganego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Winno być:

6. dotyczy pakietu nr 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne o wysokości minimalnej 430 mm, który to parametr odbiega nieznacznie od wymaganego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Pytanie III. 20

Było:

20. dotyczy łóżko szpitalne sterowane elektrycznie – Czy Zamawiający dopuści łóżko o udźwigu 200 kg?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Winno być:

20. dotyczy łóżko szpitalne sterowane elektrycznie – Czy Zamawiający dopuści łóżko o udźwigu 200 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że jest to obciążenie bezpieczne.

II. Zamawiający przekazuje Wykonawcom odpowiedzi na pytania o następującej treści:

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. dotyczy Pakiet 5 pozycja 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu chłodziarki, której szerokość wynosi 59,7 cm? Jest to różnica zaledwie 2 mm od dopuszczonej poprzez pytania chłodziarki oraz spełniająca pozostałe wymogi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.


2. dotyczy Pakiet numer 1 pozycja 1 – Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie – szt. 8
Czy w związku z wymogiem Zamawiającego dotyczącym spełniania przez barierki w łóżku normy EN 60601-2-52 Zamawiający dopuści łóżka z barierkami dzielonymi, zabezpieczającymi pacjenta na całej długości leża, bez wolnych przestrzeni pomiędzy barierkami, a szczytem, a także bez wolnych przestrzeni pomiędzy barierkami, opuszczanymi i blokowanymi za pomocą jednej ręki, spełniającymi aktualnie obowiązującą normę EN-60601-2-52?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. dotyczy Pakiet numer 1 pozycja 2 – Łóżko szpitalne 2-segmentowe – szt. 8
Czy w związku z wymogiem Zamawiającego dotyczącym spełniania przez barierki w łóżku normy EN 60601-2-52 Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne jednoczęściowe, spełniające normę EN 60601-2-52, zabezpieczające $\frac{3}{4}$ powierzchni leża, których konstrukcja zabezpiecza pacjenta zarówno przed zakleszczeniem jak i przed wypadnięciem z łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

dr n. med. Przemysław Biliński