

EZ/263/93/...../2014 <sup>915</sup>

Łódź, dnia 26.08.2014 r.

Numer sprawy: 93/ZP/14

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro na **świadczenie 4 – letniej obsługi serwisowej urządzenia SPECT/CT Symbia T o numerze seryjnym 1314 oraz stacji roboczej Symbia.net o numerze seryjnym 1459 dla Pionu Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.**

#### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- I. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **świadczenie 4 – letniej obsługi serwisowej urządzenia SPECT/CT Symbia T o numerze seryjnym 1314 oraz stacji roboczej Symbia.net o numerze seryjnym 1459 dla Pionu Medycyny Nuklearnej.**

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania i prośby o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

##### Pytanie 1:

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 29 zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, że wymóg ujęty w SIWZ, Rozdz. I ust 4 pkt 1.3 "Modyfikacje wraz z materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia modyfikacji" w ppkt c) dotyczyć miałyby aktualizacji oprogramowania skanera SPECT/CT i stacji roboczej w ramach dostarczonej z aparatem wersji oprogramowania.

Producent w trosce o najwyższą jakość produktów rozwija platformę software'ową w ramach danej wersji oprogramowania.

W odróżnieniu od istniejącego i dedykowanego produktu (tym samym możliwego do wyceny) jakim jest rozwój platformy software'owej i hardware'owej w zakresie aparatów rezonansu magnetycznego (w tym także dla aparatów posiadanych przez Zamawiającego) producent nie posiada analogicznego produktu w zakresie SPECT/CT i stacji roboczej.


Niewykluczona jest natomiast sytuacja, że w trakcie trwania umowy pojawi się nowa wersja oprogramowania dla skanera SPECT/CT i stacji roboczej. Producent nie potwierdza takiej informacji, ale również jej nie wyklucza. W związku z tym Wykonawca, będący autoryzowanym przedstawicielem producenta aparatu, tym samym nie jest w stanie przewidzieć takiej sytuacji i podjąć się kalkulacji takiej aktualizacji oprogramowania do nowszej wersji, co jest niezbędne do przygotowania wyceny usługi w proponowanym przez Zamawiającego zakresie.

Z uwagi na powyższe wnioskujemy jak na wstępie; a w przypadku pojawienia się nowszej wersji oprogramowania jesteśmy gotowi złożyć Państwu stosowną ofertę.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż aktualizacja oprogramowania skanera i stacji roboczej do najnowszej wersji wraz z wymianą elementów hardware'u dotyczy oprogramowania dostarczonego wraz z aparatem.**

**Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

Z poważaniem

  
mgr Wojciech Szrajber

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957

Dział Zamówień Publicznych tel. 42 689 59 10, 11,12; 58 18, 19; 54 04 fax. 42 689 54 09

