

EZ/263/113/1129/2014

Łódź, dnia 02.10.2014 r.
Numer sprawy: 113/ZP/14

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy stentgraftów piersiowych i brzusznych, protez naczyniowych samorozprężalnych do naczyń obwodowych oraz stentów dedykowanych do TIPSS dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 907) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy stentgraftów piersiowych i brzusznych, protez naczyniowych samorozprężalnych do naczyń obwodowych oraz stentów dedykowanych do TIPSS dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

- I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania i prośby o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie dotyczy przedmiotu zamówienia Pakiet nr 3

Czy w zakresie pakietu 3 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował dwa rodzaje stentgraftów: stentgrafty zbudowane ze szkieletu nitinolowego oraz stentgrafty zbudowane ze szkieletu stalowego?

Odpowiedź:

W zakresie pakietu 3 Zamawiający wymaga dwóch rodzajów stentgraftów: stentgraftów zbudowanych ze szkieletu nitinolowego oraz stentgraftów zbudowanych ze szkieletu stalowego

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Z poważaniem
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi
mgr Wojciech Szrajber