

EZ/263/122/1213/2014

Łódź, dnia 16.10.2014 r.

Nr sprawy 122/ZP/14

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Endokrynologicznej oraz holterów ciśnienia z rejestratorem dla Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu – Oddział Neurologiczny WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

- I. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 - tekst jednolity z późn. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dotyczy treści SIWZ:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia w zakresie Pakietu nr 6 tj. stół opatrunkowy 1 szt. do 5 tygodni od daty podpisania umowy? Obecny termin z uwagi na bardzo często przedłużającą się procedurę przetargową oraz końcówkę roku jest zbyt krótki na prawidłową realizację zamówienia. Poza tym przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności za dostarczony sprzęt z 60 na 30 dni od daty otrzymania faktury?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet nr 6 Stół opatrunkowy – 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół opatrunkowy o szerokości całkowitej 550mm? Podana szerokość jest wystarczająca dla zapewnienia komfortu podczas badań i zabiegów medycznych wśród pacjentów o różnych gabarytach, poza tym różnica rzędu kilku centymetrów jest niezauważalna w praktyce.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół opatrunkowy bez uchwytu na rolkę z prześcieradłem jednorazowym? Nie jest to konieczny element wyposażenia stołu zabiegowego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Czy dla zapewnienia większej funkcjonalności Zamawiający będzie oczekiwał aby oferowany stół opatrunkowy wyposażony był dodatkowo w podkolanniki, wieszak kroplówki, podpórki rąk oraz regulowaną poduszkę pod głowę? Są to podstawowe akcesoria przydatne podczas wykonywania prostych zabiegów i badań medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dodatkowego wyposażenia stołu opatrunkowego.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

dr n. med. Przemysław Biliński