



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

EZ/263/116/¹⁴⁰⁸/2014

Łódź, dnia ²⁴.....11.2014r
Nr sprawy 116/ZP/14

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA SIWZ

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedź na pytanie oraz zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawy sprzętu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

1. W toku postępowania i po dokładnej analizie Zamawiający zmienia udzieloną odpowiedź w dniu 17.11.2014r pismem nr EZ/263/116/1366/2014

Jest:

2.Pakiet nr 2 poz. 2

W w/w pozycji zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu służącego do precyzyjnego śródoperacyjnego dopasowywania wielkości implantu piersiowego (tzw. „sizer”).

Czy poprzez ten zapis zamawiający rozumie, że wszystkie implanty z całego oferowanego zakresu w pakiecie nr 2 poz. 1 mają mieć swój odpowiednik w postaci „sizeru”?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga sizerów o rozmiarach 200,250,300,350,400

Na:

2.Pakiet nr 2 poz. 2

W w/w pozycji zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu służącego do precyzyjnego śródoperacyjnego dopasowywania wielkości implantu piersiowego (tzw. „sizer”).


Czy poprzez ten zapis zamawiający rozumie, że wszystkie implanty z całego oferowanego zakresu w pakiecie nr 2 poz. 1 mają mieć swój odpowiednik w postaci „sizeru”?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga sizerów o rozmiarach 200,250,300,350,400. Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiarów +/- od 10% do 15%.

2. W związku z udzieloną odpowiedzią zmianie ulegają następujące terminy:

- termin złożenia ofert do dnia 2 grudnia 2014r do godz. 10:00
- termin wpłaty wadium do dnia 2 grudnia do godz. 10:00
- termin otwarcia ofert w dniu 2 grudnia o godz. 11:00

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi

mgr Wojciech Szrajber

