

EZ/263/180/43/20145

Łódź, dn. 14.01.2015r
Nr sprawy: 180/ZP/14

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania oraz wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 1 pkt. b-e :

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającego kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

- c/ za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 1% wartości **brutto** nie dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii towaru** – chyba że nie ponosi winy;
- d/ za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 1% wartości **brutto** towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji** – chyba, że nie ponosi winy;
- e/ za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa a § 3 pkt. 1 i 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 2,5% wartości **brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy opóźnienie w dostarczeniu dokumentów**, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy opóźnienie w dostarczeniu dokumentów** – chyba, że nie ponosi winy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie do zadania 11

" Czy zamawiający w zadaniu 11 zrezygnuje z wymogu utworzenia depozytu na rzecz sukcesywnych dostaw w terminie 5 dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Ad par. 4 ust. 5

Prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że ograniczenie zakupionej ilości towarów nie przekroczy 20% wartości umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

dot. wzoru umowy par. 6 pkt.1c i 1d

Prosimy o zmianę kar umownych: na 0,2% wartości brutto niedostarczonego towaru /towaru dostarczanego z wadami, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

dot. wzoru umowy par. 6 pkt.1b

Prosimy o zmianę kar umownych za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca na 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy par.6 pkt. 1e

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Ad par. 7 ust. 1g)

Prosimy o dopisanie zastrzeżenia: „za zgodą obu stron”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Prosimy o dopisanie do paragrafu 9 wzoru umowy zapisu: „Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Zadanie nr 3, pozycja 2

Zwracam się do zamawiającego o możliwość przystąpienia do przetargu z rampą trójdzielną o wytrzymałości 250-500 psi. Prośbę swoją argumentuje tym, że 1000 psi nie ma uzasadnienia klinicznego. Zestawy przez nas oferowane są z powodzeniem stosowane w wielu Klinikach na terenie Polski i cieszą się bardzo dużym uznaniem ze względu na najwyższą jakość.


Odpowiedź. Zamawiający w warunkach koniecznych zaznaczył, iż wymaga następujących parametrów:

Rampy trójdrożne z ruchomą zastawką
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- płynny ruch kraników i zastawki obrotowej

Parametr Jakość: 30pkt. - wytrzymałość na ciśnienie co najmniej 1000psi. - 30pkt. Stanowi parametr oceniany dodatkowo i nie stanowi on wymogu bezwzględnego.

Zadanie nr 3, pozycja 2

W celu przedłożenia oferty konkurencyjnej cenowo, prosimy o dopuszczenie introducerów radialnych w rozmiarach 5Fr, 6Fr oraz 7Fr do wyboru Zamawiającego o długościach: 8cm i 13cm (dodatkowy atut wyboru długości) i udowy o rozmiarach 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr o długości 11 cm, z przewodnikiem prostym o średnicy 0.021" oraz standardową igłą do wkłucia 20/21G. **Dodatkowym atutem naszej oferty jest jednorazowy skalpel w komplecie.** Zestawy te są z powodzeniem stosowane w wielu Klinikach na terenie Polski i cieszą się bardzo dużym uznaniem ze względu na najwyższą jakość:



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Zadanie nr 5, pozycja 2

W celu przedłożenia oferty konkurencyjnej cenowo, prosimy o dopuszczenie przewodników diagnostycznych o dł. 150 cm, 180 cm, 260 cm, o średnicach standardowych 0,032, 0,035, ale również dostępnych o średnicy 0,018 do 0,025.

Proponowana przez nas zmiana parametrów nie wpłynie z całą pewnością na poziom bezpieczeństwa personelu i pacjenta a umożliwi złożenie oferty większej liczbie oferentów co wpłynie korzystnie na sytuację finansową szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

2. Zamawiający wyjaśnia sposób oceny ofert ze względu na możliwość różnego sposobu przyznawania punktów.

W punkcie VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opisany jest sposób obliczenia wartości punktowej poszczególnych pakietów.

Szpital wyjaśnia, iż w przypadku pakietów składających się z więcej niż jedna pozycja wartości punktowe brane do porównania z innymi ofertami stanowią będą sumę punktów ze wszystkich pozycji czyli suma punktów przy ocenie **FUNKCJONALNOŚCI i SUMA BRUTTO** danego pakietu.

Zamawiający wyjaśnia, że w pakiecie nr 6 poza cenowe kryterium ofert **JAKOŚĆ** jest równoznaczna z oceną **FUNKCJONALNOŚĆ**.

Pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi
mgr Wojciech Szrajber

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957

