



EZ.28.90. .... 2015.I.P.

Łódź, dn. 1.06.2015r.  
Nr sprawy: **90/ZP/15**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę urządzeń medycznych w postaci: **łóżo laminarnej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.**

#### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

- I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przekazujemy zmianę SIWZ:**

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóża laminarnej o wymiarach przestrzeni roboczej, nieznacznie odbiegających od określonych w odpowiedziach z dnia 25.05 br. i wynoszących: 1266 x 644 x 710 mm? Nadmieniamy, że wymiary nie zostały określone w pierwotnym zestawieniu parametrów technicznych w SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe wymiary.**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Lecznictwa

Akceptacja Dyrektora Szpitala .....

dr n med. Przemysław Bilifski