

EZ.28.67...*820*.....2015

Łódź, dnia *19*.*06*.2015r.
Numer sprawy: *67/ZP/15*

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 2, 4, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 907) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania i prośby o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Pakiet nr 1 poz. 1, 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostki miary ze sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania oraz o dopuszczenie podania ceny za ww. opakowanie. Podanie cen za opakowania nie będzie zaważyło całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałyby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zaoferowania takiej ilości opakowań, która odpowiada 300 000 szt. z poz.1 i 5 000 szt. z poz.2 pakietu . Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Pakiet nr 1 poz. 1, 2

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wycenę opakowań, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto do czterech miejsc po przecinku, co nie będzie zaważyło całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałyby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zmiany jednostki miary. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Pakiet nr 1 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody okrągłej o rozm. 45 x 42 mm (średnica – 42 mm, średnica z języczkiem ułatwiającym zdejmowanie – 45 mm), pozostałe parametry przedmiotu zamówienia pozostaną bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Pakiet nr 3 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do EKG Schiller Cardiovit AT 2 o rozm. 210 x 280 mm x 240 kartek, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 180 składanek.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Pakiet nr 3 poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do EKG Biomedica o rozm. 210 x 300 mm x 200 kartek, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 15 składanek.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Pakiet nr 3 poz. 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora Lifepack o rozmiarze 107 mm x 23 m.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Pakiet nr 3 poz. 12

Prosimy o wyjaśnienie czy papier w ww. pozycji ma być gładki czy w kratkę?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje zaofiarowania papieru w kratkę. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Pakiet nr 3 poz. 13

Prosimy o wyjaśnienie czy papier w ww. pozycji ma być gładki czy w kratkę?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje zaofiarowania papieru w kratkę. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Pakiet nr 15 poz. 1

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do videoprintera o rozm. 110 mm x 20 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 525 rolek, ponieważ papiery tego typu zarówno oryginalne jak i kompatybilne od 2009 r. produkowane są o długości 20 metrów zamiast 21 metrów.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Pakiet nr 15 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie jaki typ papieru należy zaofiarować w ww. pozycji. Czy Zamawiający oczekuje papieru K61B czy innego?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje zaofiarowania papieru typu K61B lub równoważnego o takich samych parametrach. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Pakiet nr 15 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy zaofiarować papier oryginalny czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaofiarowania zamiennika papieru oryginalnego?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje zaofiarowania papieru typu K61B lub równoważnego o takich samych parametrach. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Projekt umowy - §1 ust. 4 (zał. Nr 10 do SIWZ)

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko

ul. Pabianicka 82, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Zamawiający we wzorze umowy oświadcza, iż oszacował ilość zamawianego towaru w należytej starannością w oparciu o dane z lat ubiegłych. Ze względu na losowy charakter zapotrzebowania nie jest w stanie określić minimalnej procentowej ilości, deklaruje jednakże dodatkowo, że zamówienia na towary będące przedmiotem niniejszego postępowania realizowane będą tylko na podstawie umowy zawartej w tym postępowaniu.

Pytanie 13

Projekt umowy - §6 ust. 1 lit. b) (zał. Nr 10 do SIWZ)

Prosimy o odniesienie kary umownej przewidzianej w §6 ust. 1 lit. b) do wartości niezrealizowanej części umowy brutto, a nie, jak przewidziano we wzorze umowy, do wartości całej umowy. Kary w aktualnej wysokości są w naszej ocenie wysokie. Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa nie przewiduje kar dla Zamawiającego za nieterminowe płatności. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn.. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie 14

Projekt umowy - §6 ust. 1 lit. c) i d) (zał. Nr 10 do SIWZ)

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w par. 6 ust. 1 lit. c) i d) umowy poprzez zmianę wysokości kary umownej z 2% na 0,5% i zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany

Wskazanie 2% wartości nie dostarczonej w terminie partii towaru lub 2% wartości towaru stanowiącego przedmiot reklamacji za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surrogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego towaru lub wymiany wadliwego towaru w trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy 2% wartości niezrealizowanego zamówienia w przypadku zwłoki jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.

Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany". Dotychczasowe brzmienie zapisu umownego próbuje wymusić na Wykonawcy zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem. Zgodnie z art. 488 § 1 kc świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (a taką umową jest umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani jesteśmy dostarczyć Państwu towar, a zapłata za niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaoferuje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to, że prawem naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw w przypadku zwłoki z zapłatą przez Państwa ustalonej ceny, z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie 15

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakresie pozycji 1 oraz 2 Pakietu 13 Zamawiający wymaga, aby zaoferowane przewody wielorazowe do elektrody biernej jednorazowego użytku pasowały do elektrod biernych wyspecyfikowanych w poz. 3 Pakietu 13 (dot. zwłaszcza odpowiedniej szerokości wtyku zapewniającego kompatybilność z zaoferowanymi elektrodami biernymi).

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia w poz. 1, poz. 2 oraz poz. 3 w zakresie pakietu nr 13. W załączeniu do niniejszego protokołu zmodyfikowany załącznik nr 2 w zakresie pakietu nr 13. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Z uwagi na konieczność zapewnienia 100% bezpieczeństwa operowanym pacjentom, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pakiecie 13 poz. 3 pod pojęciem "elektroda bierna jednorazowa żelowa typ E7509B lub równoważna" wymaga zaoferowania elektrod biernych jednorazowych o następujących parametrach:

- elektroda dwudzielna o wymiarach 11,5 x 18,5cm (+/- 3%)
- niekierunkowa
- z grubą warstwą przewodzącego hydrożelu w części aktywnej (o zawartości wody co najmniej 50% - z tego względu nie stwarza zagrożenia pożarem lub wybuchem), zapewniającego ścisłe przyleganie elektrody do ciała pacjenta nawet podczas kilkugodzinnych operacji.

UWAGA: Jest to bardzo istotny parametr mający bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjenta. Jeżeli doszłoby do wyschnięcia elektrody biernej podczas zabiegu i częściowej utraty kontaktu z ciałem pacjenta, drastycznie wzrasta ryzyko poparzenia pacjenta.

- z systemem ścisłego przylegania brzeżnego o szerokości co najmniej 1cm, zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym (elektroda wodoszczelna również dzięki piankowej strukturze materiału wierzchniego).
- współpracująca z aktywnymi systemami zabezpieczania pacjenta przed poparzeniami (system typu REM - nieprzerwanie mierzy oporność na styku elektrody powrotnej i porównuje wynik ze standardowym zakresem bezpieczeństwa (1 – 135 Ω), co pozwala wyeliminować fałszywe alarmy wynikające z małych zmian oporności. System REM ma ponadto zdolność dostosowania się do konkretnego pacjenta dzięki pomiarowi początkowej oporności między pacjentem a elektrodą powrotną i obniżenie oporności bazowej w razie spadku oporności styku.) oraz zapewniająca działanie systemu badania oporności tkanek stosowanego w użytkowanych przez Zamawiającego w generatorach elektrochirurgicznych Force Triad oraz zapewniająca prawidłowe działanie systemów bezpieczeństwa w generatorach ERBE oraz EMED.
- elektroda w pełni bezłateksowa

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia w poz. 1, poz. 2 oraz poz. 3 w zakresie pakietu nr 13. W załączeniu do niniejszego protokołu zmodyfikowany załącznik nr 2 w zakresie pakietu nr 13. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Prosimy o zmianę zapisów umowy § 2 ust. 9
Faktura oraz inny dokument potwierdzający dostawę towaru winny bezwzględnie obejmować towar tylko z niniejszej umowy

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18

Prosimy o zmianę zapisów umowy § 3 ust. 2
Wykonawca, pod rygorem prawa Zamawiającego do jednostronnego wypowiedzenia niniejszej umowy z winy Wykonawcy, zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego dostarczyć Zamawiającemu komplet aktualnych dokumentów (oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia) dopuszczających do obrotu i użytkowania na terytorium RP wyroby medyczne, których dostawa stanowi przedmiot niniejszej umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19

Prosimy o zmianę zapisów umowy § 6 ust. 1 lit. e e/ za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto całej dostawy (według stanu na dzień naruszenia)

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20

Pakiet 1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 48mm?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21

Pakiet 1, pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22

Pakiet 6, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści golarki medyczne z ostrzem o długości 1mm i szerokości 37mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Pakiet 15
Czy Zamawiający dopuści papier o długości 20m?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Pakiet 6
Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych pakowanych indywidualnie w tekturową osłonkę?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga golarek medycznych pakowanych w taki sposób, aby każde ostrze posiadało nakładkę (osłonkę na ostrze), ale nie wymaga aby golarka była pakowana indywidualnie w tekturową osłonkę. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25

Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych z pojedynczym ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytym platyną oraz teflonem?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga golarek z pojedynczym ostrzem. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26

Pakiet 12, poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradeł o szerokości 59 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza prześcieradła o szerokości 59cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27

Pakiet nr 9

Pozycja 3

- Prosimy o dopuszczenie pokrycia na kozetkę z chłonnej celulozy laminowanej.
- Czy Zamawiający wydzieli pozycje nr 3 w osobny pakiet ?

Odpowiedź

Zamawiający w pakiecie nr 9 nie wyspecyfikował pozycji nr 3. W przypadku zapytania odnoszącego się dopuszczenia pokrycia na kozetkę z chłonnej celulozy laminowanej Zamawiający wymaga zaferowania prześcieradeł wykonanych z celulozy dwuwarstwowej. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28

Pakiet 6

Zwracamy się o możliwość zaferowania: Golarki medyczne jednorazowe z podwójnym ostrzem (reszta parametrów bez zmian) o wymiarach: długość ok. 4cm, szerokość około 1cm, głębokość około 0,01cm

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 29

Pytanie do pakietu nr 16.

Czy Zamawiający może wydzielić z pakietu nr 16 poz. 6 i 7 (baseny i kaczki), lub pozwolić na składanie w tym pakiecie ofert na poszczególne pozycje asortymentowe ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.


II. Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminów wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Termin składania ofert określony w rozdziale IX do dnia 13.07.2015 do godziny 10:00,
- Termin otwarcia określony w rozdziale XIII do dnia 13.07.2015 do godziny 11:00,

Zamawiający załącza do niniejszego pisma zmodyfikowany formularz cenowy (załącznik nr 2) w zakresie pakietu nr 13.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych i Finansowych

mgr Ryszard Świddecki

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów medycznych dla W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi w trybie przetargu

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę (PLN):

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (4.x.7.)	9.	10. (8.+9)	11.	12.	13.
Opis	pozycja	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	J.M.	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE	cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy
13	1.	Wielorazowy przewód do elektrody biernej jednorazowego użytku, wtyk ERBE typ E0560E lub równoważny Wymagany jest kabel z wtyczką do aparatu Erbe z klipsem od strony elektrody o szer. 2,5 lub 4 cm	50	szt.								
13	2.	Wielorazowy przewód do elektrody biernej jednorazowego użytku, wtyk Valleylab typ E0560 lub równoważny Wymagany jest kabel z wtyczką do aparatu Valleylab z klipsem od strony elektrody o szer. 2,5 lub 4 cm	20	szt.								
13	3.	Elektroda bierna jednorazowa, elektroda bierna żelowa typ E7509B lub równoważna (elektrody bierne jednorazowe, dwudzielne o powierzchni min. 100 cm ² , niekierunkowe z warstwą hydrożelu, systemem ścisłego przylegania brzośnego, współpracujące z systemem zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem - typu REM, beziateksowe). Elektrody muszą posiadać taką samą szerokość wtyku jak kable z pozycji 1 i 2.	40	op.= 600 szt.								
								suma				

..... (podpis osoby upoważnionej)