



EZ.28.113.762.....2015.AG

Łódź, dnia 12.06.2015r.

Nr sprawy 113/ZP/15

Odowiedzi na pytania zadane do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę: **zestawu do trudnej intubacji dotchawicznej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.**

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Firma zwraca się z zapytaniem dotyczącym przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania:

Zestaw resuscytacyjny zawiera: maski silikonowe dla noworodków i wcześniaków nr 1 i 0, 1 zastawkę bezzwrotną pacjenta, 1 przezroczysty worek samorozprężalny, 1 rezerwuar tlenu i przewód tlenowy długości 2 m.

Zestaw wykonany jest z silikonu. Umożliwia wycucie wielkości ciśnienia.

Zestaw znajduje się w trwałej plastikowej obudowie.

Resuscytator posiada zastawkę oddechową w kształcie stożka umożliwiającą użycie maski ustno-nosowej lub podłączenie rurki dotchawicznej.

Cały zestaw może być łatwo sterylizowany w autoklawie w temperaturze do 134°C. Istnieje także możliwość dezynfekcji metoda zanurzenia, termiczno-chemicznej i mechanicznego mycia i dezynfekcji resuscytatora w płynach.

Pojemność worka resuscytacyjnego: 280ml

Zawór bezpieczeństwa: 40 cm H₂O

Zbiornik na tlen z końcówką do podawania tlenu: 600ml

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

dr n. med. Przemysław Biliński