

Łódź, dn. 12.08.2015 r.
Nr sprawy **75/ZP/15**

EZ.28.75.1284.2015.BWCH

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na **dostawy sprzętu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

I. Zgodnie z art. 38 ust. 2,4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* w **pakiecie w 10** wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu do wielokrotnego pobierania płynów/leków z automatyczną zastawką otwierającą drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki dla ochrony przed przypadkowym wyciekami płynu, długim kolcem zapewniający stabilne mocowanie w opakowaniu oraz płaskim portem, umożliwiającym dezynfekcję, kompatybilny z końcówką luer i luer-lock.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* w **pakiecie 3** w pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu do przetoczeń z precyzyjnym regulatorem przepływu z regulacją od 0 do 250ml/h, o długość linii głównej 273 cm i objętości napełniania 17,9 ml, z z łącznikiem do dodatkowych iniekcji zamieszczonym na przebiegu linii głównej oraz z wbudowanym filtrem 15 µm. Ilość sztuk w kartonie 90.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Pakiet nr 13 pozycja 4 – 8

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek z rozszerzeniem o 20%. Strzykawki tego typu są z powodzeniem stosowane na terenie placówek w całym kraju.

Odpowiedź: Wykonawca zadał pytanie mało precyzyjnie. W formularzu cenowym w Pakiecie 13 nie ma pozycji 4-8.

Pytanie 4

Pakiet 17 pozycja 1, 2, 4 - 6

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanej z poliuretanu, posiadającej koreczek z wewnętrzną częścią powyżej krawędzi koreczka. Posiada zastawkę antyzwrotną. Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Pakiet 17 pozycja 3

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli poliuretanowej, koreczek z wewnętrzną częścią powyżej krawędzi, w rozmiarach i o przepływach jak niżej :

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Kolor	Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
Zielony	18 G	1,20 x 45 1,20 x 38	90
Różowy	20 G	1,00 x 32	57
Niebieski	22 G	0,80 x 25	33

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Pakiet 22 pozycja 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej z zabezpieczeniem automatycznym z portem, wykonanej z poliuretanu, zatyczka odpowietrzająca z filtrem hydrofobowym, koreczek z wewnętrzną częścią powyżej krawędzi koreczka, 3 paski widoczne w RTG, informacja na opakowaniu o materiale z jakiego została wykonana, w rozmiarach i o przepływach jak niżej :

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Zielony	18 G	1,3 x 45 1,3 x 32	96 ml/min 103 ml/min
Różowy	20 G	1,0 x 32	59 ml/min
Niebieski	22 G	0,9 x 25	42 ml/min

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7

Pakiet 23 pozycja 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie aparatu do przetoczeń z komora kroplową o długości 60mm, z igła biorcza ściętą standardowo. Przyrządy posiadają uniwersalny ostry kolec pozwalający na łatwe wprowadzanie do małych butelek i całkowite opróżnienie butelki. Posiadają odpowietrzniki z filtrem przeciwbakteryjnym, komora kroplowa wolna od PVC, przezroczysta komora kroplowa pozwala na lepsze ustalenie poziomu płynu. Kroplomierz 20 kropli + 1, 15 um filtr płynu. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej dla bezpieczeństwa po użyciu. Komora z otwieranym odpowietrznikiem. Sterylizowane radiacyjnie, apirogenne, nietoksyczne, jednokrotnego użytku, łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną. Szczelne połączenie z workiem. Miękki elastyczny silikonowy dren o długości 150 cm, pozbawiony PVC. Opakowanie typu folia – papier. Zastosowanie różnych kolorów opakowania umożliwi szybką i łatwą identyfikację rodzaju przyrządu. Zgoda na powyższe pozwoli zaoferować dobrej jakości asortyment w atrakcyjnej cenie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Pakiet 5

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie igieł typu motylek 0,5 x 20 mm 25 G.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9

Pakiet 8 Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły 25G o długości 90 mm z przewodnicą o dł. 32 mm, reszta zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10

Pakiet 8 Pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły 18 G o dł. 90 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11

Pakiet 8 Pozycja 5

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły 25G.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12

Pakiet 8 Pozycja 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły 1,1 do 1,2 x 90 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13

Pakiet 9

Prosimy o dopuszczenie przyrządu wyposażonego w samouszczelniający się i samodomykający się zawór bezigłowy, zapobiegający wyciekowi leku po odłączeniu strzykawki, eliminujący tym samym konieczność zastosowania osłony portu. Jest to rozwiązanie bardziej ekonomiczne gdyż pozwala na stosowanie dłużej niż 24 h. Reszta parametrów jak w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Pakiet 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu o wyższym poziomie filtracji niż 0,45 µm - wyposażony w filtr hydrofobowy bakteryjny 0,2µm, posiadający samouszczelniający się i samodomykający się zawór bezigłowy, zapobiegający wyciekom po odłączeniu strzykawki, eliminujący tym samym konieczność stosowania zatyczki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Pakiet 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie korka do venflonów z wewnętrznym elementem powyżej krawędzi koreczka, którego konstrukcja oraz opakowanie zapewniają intuicyjną i aseptyczną aplikację. Nadmieniamy, że oferowane przez nas koreczki firmy Becton Dickinson posiadają wyraźnie zaznaczony obszar uchwytu oraz wyraźnie wskazujący kierunek zakładania trzpień wystający poza obwód koreczka. Koreczki te pakowane są w blisterze w pozycji pionowej, w pojedynczych komorach dostosowanych precyzyjnie do kształtu koreczka, co gwarantuje, iż uchwyt koreczka trafia bezpośrednio w palec użytkownika, a trzpień jednoznacznie wskazuje kierunek aplikacji.

Niezależnie od konstrukcji koreczka, dotknięcie stroną, która wejdzie w kontakt z kaniulą, jakiegokolwiek niejałowej, nierównej powierzchni (np. fartuch, pidżama, prześcieradło, rękawice etc.) ze względów aseptycznych powinno skutkować utylizacją koreczka i użyciem nowego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16

Pakiet 17 Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wkłuc dożylnych neonatologicznych 0,6 firmy Becton Dickinson, wykonanych z PTFE, bez pasków radiocieniujących, widocznych w USG.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

Pakiet 17 Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wkłuc dożylnych neonatologicznych 0,7 firmy Becton Dickinson stosowanych na terenie Państwa Placówki, wykonanych z PTFE, bez pasków radiocieniujących, widocznych w USG.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Pakiet 17 Pozycja 3-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze:

- 1,1 x 32mm (1 ¼ cala) zamiast 1,1 x 33 mm (1 ¼ cala);
- 1,3 x 32 mm(1 ¼ cala) zamiast 1,3 x 33 mm (1 ¼ cala)
- 20G x 32 mm (1 ¼ cala) zamiast 20G x 33 mm (1 ¼ cala)

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Pragniemy zauważyć, że długość 32 mm i 33 wyrażona w calach wynosi tyle samo czyli 1 ¼ cala.

- 17 G x 1,5 mm zamiast 17 G x 1,4 mm (zgodnie z międzynarodową skalą kaniule 17 G to kaniule średnicy zewnętrznej 1,4 i 1,5 mm)

- 16 G x 1,8 mm zamiast 16G x 1,7 mm (zgodnie z międzynarodową skalą kaniule 16 G to kaniule średnicy zewnętrznej 1,6; 1,7 i 1,8 mm)

- 14 G x 2,0 zamiast 14G x 2,2mm (zgodnie z międzynarodową skalą kaniule 14 G to kaniule średnicy zewnętrznej 1,9; 2,0; 2,1 i 2,2 mm)

Pragniemy zauważyć iż kaniula 2,0 jest kaniulą o mniejszej średnicy niż wymagana przez Zamawiającego przez co jest mniej traumatyzująca dla naczynia. Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

Pakiet 17 Pozycja 3-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wkłucia dożylnego z poliuretanu, z minimum 4 paskami radiocieniującymi w rozmiarach 1,1 20G x 32 mm zamiast 1,1 20G x 25 mm i 33 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Pakiet 18

Prosimy o dopuszczenie bezpiecznego wkłucia dożylnego z poliuretanu, wyposażonego w automatyczny zatrask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi poprzez posiadanie systemu kapilar, na opakowaniu informacja o materiale z jakiego wykonano kaniulę w rozmiarach 0,9(25mm), 1,1(32mm), 1,3(32mm i 45mm).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

Pakiet 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze:

- 1,1 20G x 32mm (1 ¼ cala) zamiast 1,1 20G x 33 mm (1 ¼ cala);

- 1,3 18G x 32 mm(1 ¼ cala) zamiast 1,3 18G x 33 mm (1 ¼ cala)

Pragniemy zauważyć, że długość 32 mm i 33 wyrażona w calach wynosi tyle samo czyli 1 ¼ cala.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Pakiet 17,18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z korkiem z wewnętrznym elementem powyżej krawędzi koreczka co zapewnia intuicyjną i aseptyczną aplikację. Nadmieniamy, że oferowane przez nas koreczki firmy Becton Dickinson posiadają wyraźnie zaznaczony obszar uchwytu oraz wyraźnie wskazujący kierunek zakładania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23

Pakiet 17,18

Czy związku z tym, że zgodnie z normą PN-EN ISO 10555 -5 „Jałowe cewniki wewnątrznacyniowe do jednorazowego użytku. Część 5 cewniki obwodowe wprowadzane na igły” kaniula ma być wyposażona w zatyczkę odpowietrzającą definiowaną w normie jako „Umocowana na stałe lub zdejmowana zatyczka pozwalająca na wypuszczenie powietrza przy równoczesnym ograniczeniu lub jeszcze lepiej niedopuszczeniu do wypływu krwi”, która może występować w postaci zastawki antyzwrotnej albo filtra hydrofobowego. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wkłuc dożylnych z zastawką antyzwrotną , która spełnia oprócz funkcji, którą pełni filtr hydrofobowy tj. wypuszczenie powietrza przy równoczesnym ograniczeniu lub jeszcze lepiej niedopuszczeniu do wypływu krwi, dodatkowo pozwala na potwierdzenie momentu wkłucia u pacjenta z niskim ciśnieniem krwi żyłnej (pacjent na SORZ-e, w karetkie, we wstrząsie hipowolemicznym, z naczyniami zmienionymi miażdżycowo).

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24

Pakiet 23 Pozycja 1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie standardowego przyrządu do przetaczania bez dodatkowego otworu do umieszczenia igły biorczej po użyciu, bez nazwy producenta na zacisku

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25

Pakiet 23 Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów o długości min. 55 mm z dwukanałową igłą biorczą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26

Pakiet 2

Czy aparat typu Intrafix ma posiadać potwierdzoną zaświadczeniem producenta skuteczność filtra p/bakteryjnego jeżeli chodzi o zatrzymywanie bakterii minimum 99,99999% i bakterii minimum 99,999%

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 27

Pakiet 9

Czy przyrządy typu Mini Spike dla pewności bezpiecznego użytkowania i uzasadnienia procedury mają posiadać badania potwierdzające czas użytkowania przez okres do 72 godzin.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 28

Pakiet 15 poz.1 i 2

Czy kraniki dla ochrony przed silnie działającymi lekami mają być wykonane z poliamidu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 29

Pakiet 15 poz.1 i 2

Czy kraniki mają posiadać łącznik rotacyjny umożliwiający obrót kranika bez skręcania linii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 30

Pakiet 17 poz.1

Proszę o dopuszczenie kaniuli teflonowej bez pasków RTG, z zastawką dla krwi, standardowym koreczkiem,

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 31

Pakiet 24 poz.1,2,3.

Proszę o dopuszczenie zestawów z igłą długości 7,00 cm zamiast podanych 6,35cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 32

Pakiet 24 poz.1,2,3

Proszę o dopuszczenie zestawów z prowadnicą niklowo-tytanową w rozmiarze 0,89mm /50cm zamiast podanych 0,81mm/45cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 33

Pakiet 24. poz.1,2,3

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Proszę o dopuszczenie zestawów z automatycznymi bezigłowymi zastawkami otwierające drogę dla płynów/krwii tylko w chwili przyłączenia strzykawki zamiast koreczków z membraną które wymagają użycia igły lub odkręcenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 34

Pakiet 24 poz. 1,2,3

Proszę o dopuszczenie przewodnic w zestawach niklowo-tytanowych całkowicie odpornych na załamania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 36

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów **§ 6 ust 1:**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającego kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

- a/ jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostaw lub przerwie wykonywanie dostaw towaru, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto – chyba że nie ponosi winy;
- b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto;
- c/ za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości **0,5%** wartości nie dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba że nie ponosi winy, **jednak nie więcej niż 10% wartości nie dostarczonej w terminie partii towaru.**
- d/ za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości **0,5%** wartości towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba, że nie ponosi winy, **jednak nie więcej niż 10% wartości towaru stanowiącego przedmiot reklamacji.**
- e/ za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa w § 3 pkt. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto całej umowy (według stanu na dzień naruszenia); chyba, że nie ponosi winy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 37

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów **wzoru umowy w § 4 ust. 2** poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 38

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów bursztynowy z komorą jednoczęściową?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 39

Pakiet 3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby aparat do przetoczeń posiadał miejsce na podwieszenie końcówki drenu przy regulatorze.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 40

Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści igłę motylek w rozmiarze 0,5x19mm dł 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Pytanie 41**Pakiet 16**

Czy Zamawiający dopuści koreczki do venflonów z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42**Pakiet 20**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zewnętrznych ze strzykawką niskooporową 10ml, cewnikiem epiduralnym 100cm z dodatkowym łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie cewnika do igły Tuohy, igła Tuohy 18Gx90, płaski filtr epiduralny 0,2µm, łącznik do cewnika epiduralnego, piankowy stabilizator cewnika, piankowy stabilizator filtra ułatwiający mocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta, samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 43**Pakiet 21**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cytostatyków z komorą, jednocześciową?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 44**Pakiet 21**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby aparat do przetoczeń posiadał miejsce na podwieszenie końcówki drenu przy regulatorze.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45**Pakiet 23, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści aparat do przetaczania krwi TS w całości pozbawiony ftalanów, z komorą kroplową wykonaną z PCV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46**Pakiet 23, pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby na zaciskaczu rolkowym znajdowała się nazwa producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47**Pakiet 23, pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby zacisk rolkowy posiadał możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48**Pakiet 23, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści aparat do przetaczania płynów infuzyjnych IS z komorą kroplową o długości ok. 5cm wykonaną z PCV, przyrząd w całości pozbawiony ftalanów, z dwukanałowym, ostrym kolcem komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49**Pakiet 23, pozycja 2**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby na zaciskaczu rolkowym znajdowała się nazwa producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Pytanie 50

Pakiet 23, pozycja 2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby zacisk rolkowy posiadał możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51

Pakiet 27, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych dostępny tylko o długości 150cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w **pakiecie 6** igieł do portu naczyniowego G 20 x 20mm; G 20 x 27mm Ambix Intrastick System?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie w pakiecie 6 igieł do portu naczyniowego G 20 x 20 mm, nie wyraża zgody na igły G 20 x 27 mm.

Pytanie 53

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w **pakiecie 9** sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, z filtrem odpowietrzającym (bakteryjnym) 3µm i filtrem cząsteczkowym (płynów) 5 µm, posiadający ostry kolek wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 54

Dotyczy § 6 ustęp 1 punkt b umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 55

Dotyczy § 4 ustęp 1 umowy

Czy Zamawiający zaakceptuje faktury wystawione przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesłane w formie elektronicznej, w formacie PDF, co jest zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528) oraz ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.)? Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej Zamawiającego, na który powinny być przesyłane faktury wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 56

dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - dział VIII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT

Prosimy o doprecyzowanie czy w kryterium oceny „Czas realizacji reklamacji” dla Pakietu Nr 31 Zamawiający ma na myśli dni robocze?

Zgodnie z § 5 REKLAMACJE ust. 1 Projektu Umowy dla Pakietu Nr 31 reklamacja ma być rozpatrzona w terminie 5 dni od zgłoszenia danej reklamacji. Prosimy o potwierdzenie, że zarówno w kryterium oceny ofert w tym zakresie jak również w projekcie umowy Zamawiający ma na myśli dni robocze.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 57

dot. Projektu Umowy dla Pakietu Nr 31 – Załącznik nr 8 do SIWZ:

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Dot. § 1 PRZEDMIOT UMOWY ust. 4 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:

„4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania umowy **w zakresie 30% wartości umowy brutto** całości. Realizacja umowy uzależniona jest od faktycznej ilości pacjentów dla których leczenia niezbędny okaże się zakup towaru danego rodzaju.”

Uzasadnienie: Zamawiający ogłaszając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powinien wcześniej oszacować swoje potrzeby co do ilości potrzebnego asortymentu. 30% wartości umowy brutto powinno stanowić minimalne zobowiązanie Zamawiającego co do zakupu zamawianego asortymentu, aby nie powstała sytuacja, w której Zamawiający podpisuje z Wykonawcą „martwą” umowę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, wskazując jednocześnie, że jakiegokolwiek zapotrzebowanie na sprzęt medyczny ma charakter losowy i uzależniony od rodzaju schorzeń pacjentów Zamawiającego. W związku z czym Zamawiający nie może zagwarantować określonego poziomu zakupów, to jednak podkreślić należy, że zamawiana ilość została oszacowana z należytą starannością w oparciu o dane z lat ubiegłych, a Zamawiający nie zawrze umowy na ten sam zakres z innym podmiotem – co wystarczająco zabezpiecza interesy Wykonawcy.

Pytanie 58

Dot. § 2 REALIZACJA DOSTAW ust. 6 - Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:

„6. Wykonawca dostarczy zamówiony towar nowy wolny od wad fizycznych i prawnych do wskazanego na zamówieniu magazynu sprzętu medycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika przy ul. Pabianickiej 62 w Łodzi, w dzień roboczy w godzinach 7.30 – 14.30, oryginalnie zapakowany, ~~wraz z oryginałem faktury i dwoma jej kopiami~~ a dokumenty pozwalające Zamawiającemu przyjąć do magazynu, w zgodzie z obowiązującym prawem, przedmiot danej dostawy, tj. w szczególności fakturę, wyśle faksem na podany przez Zamawiającego nr faksu lub mailem na podany adres e-mail.”

Uzasadnienie: Magazyn firmy, skąd wysyłany jest towar, znajduje się poza siedzibą spółki gdzie jest wystawiana faktura VAT. Obowiązek dostarczania faktury VAT wraz z dostawą wiąże się z dodatkowymi kosztami, co ma bezpośredni wpływ na cenę ofertowa zaoferowaną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przepisy księgowo-podatkowe nie narzucają również obowiązku wystawiania faktury w oryginale i 2 egz. kopii, dlatego prosimy o dopuszczenie możliwości wysłania faktury w formie kopii/skanu faksem bądź mailem w dniu dostawy towaru.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 59

Dot. § 3 DOKUMENTY ust. 2 - Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:

„2. Wykonawca, ~~pod rygorem prawa Zamawiającego do jednostronnego wypowiedzenia niniejszej umowy z winy Wykonawcy, zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawą towaru dostarczyć Zamawiającemu komplet aktualnych dokumentów (oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia) dopuszczających do obrotu i użytkowania na terytorium RP wyroby medyczne, których dostawa stanowi przedmiot niniejszej umowy.”~~

Uzasadnienie: Prosimy o wykreślenie tego ustępu. Magazyn, z którego wysyłany jest towar znajduje się poza siedzibą spółki a dokumenty dopuszczające do obrotu są wysyłane z siedziby spółki. Poza tym Zamawiający już na etapie przetargu będzie w posiadaniu kompletu wymaganych certyfikatów, ponieważ należy dołączyć je do oferty. Alternatywnie prosimy o możliwość wysłania dokumentów dopuszczających do obrotu w dniu pierwszej dostawy towaru na podany przez Zamawiającego nr faksu lub adres e-mail.

W związku z powyższym prosimy o dodanie ustępu o następującej treści:

„2. Wykonawca, pod rygorem prawa Zamawiającego do jednostronnego wypowiedzenia niniejszej umowy z winy Wykonawcy, prześle aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania przy pierwszej dostawie danego asortymentu na podany przez Zamawiającego nr faksu lub adres e-mail oraz na każde wezwanie Zamawiającego.”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie § 3 ust. 2 wzoru umowy na następujące:

Wykonawca, pod rygorem prawa Zamawiającego do jednostronnego wypowiedzenia niniejszej umowy z winy Wykonawcy, zobowiązany jest **najpóźniej wraz z pierwszą dostawą towaru** dostarczyć Zamawiającemu komplet aktualnych dokumentów (oryginał lub poświadczona za zgodność z

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



oryginałem kopia) dopuszczających do obrotu i użytkowania na terytorium RP wyroby medyczne, których dostawa stanowi przedmiot niniejszej umowy. **Zmieniony wzór umowy w załączeniu.**

Pytanie 60

Dot. § 4 ust. 1 – Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób:

„1. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w wystawionej przez niego fakturze w ciągu 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu wystawienia prawidłowej wystawionej faktury. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca przesłał fakturę na podany przez Zamawiającego nr faksu lub adres e-mail w dniu dostawy towaru.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 61

Dot. § 5 ust. 1 – Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób:

„1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub braków ilościowych w dostarczonym towarze Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub dostarczy brakujący towar zgodnie z zamówieniem (co do rodzaju, jakości i ilości) – w terminie nie dłuższym niż _____ dni **roboczych (tj. bez sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych)** od zgłoszenia danej reklamacji (max. 5 dni **roboczych**).”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 62

Dot. § 6 KARY UMOWNE – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:

„1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającego kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

- a/ jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostaw lub przerwie wykonywanie dostaw towaru, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto – chyba że nie ponosi winy;
 - b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto;
 - c/ za opóźnienie zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 2% 1% wartości nie dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zwłoki – chyba że nie ponosi winy;
 - d/ za opóźnienie zwłokę w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 2% 1% wartości towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zwłoki – chyba, że nie ponosi winy.
 - e/ za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 10% 1% wartości brutto całej umowy (według stanu na dzień naruszenia), chyba, że nie ponosi winy. – *prosimy o zmniejszenie wysokości kary za niedostarczenie dokumentów dopuszczających do obrotu i używania; kara jest niewspółmierna do wydarzenia a Zamawiający powinien – zgodnie z licznym orzecznictwem KIO – miarkować kary umowne; Zamawiający może zweryfikować fakt posiadania lub nie aktualnych dokumentów dopuszczających również na podstawie innych źródeł informacji (np. bezpośrednio u producenta oferowanego asortymentu, w jednostkach certyfikujących).*
2. Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych należności z tytułu kar umownych z wzajemnych wierzytelności Wykonawcy wynikających z wystawionych przez niego faktur.
 3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego jeżeli szkoda, która została wyrządzona Zamawiającemu, przewyższa wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych do wartości faktycznie poniesionej i udowodnionej szkody.

oraz o dodanie kolejnych ustępów o następującej treści:

„4. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



5. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego,

6. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, gdy zwłoka w zapłacie przekracza 30 dni ponad termin płatności określony w §4 ust. 1, ponadto Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy do momentu spłacenia zaległości z tytułu wynagrodzenia za wykonane dostawy,

7. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy."

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 63

Dot. § 10 AUDIT I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:

„1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu u Wykonawcy zgodnie z punktem 7.4.1 normy EN ISO 9001:2008 oraz normą ISO 27001:2007, chyba że Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające certyfikację na zgodność z normą EN ISO 9001:2008 oraz normą ISO 27001:2007.

Prosimy o modyfikację jw.. Jako Wykonawca zainteresowany udziałem w w/w postępowaniu posiadamy certyfikaty na zgodność z wymienionymi przez Zamawiającego normami, dlatego też nie ma potrzeby przeprowadzania dodatkowych auditów. Pragniemy również nadmienić, że norma ISO 27001:2007 – dot. produkcji, wdrażania i serwisu oprogramowania dla sektora usług medycznych - nie ma zastosowania w przypadku w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę Strony w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien Strony powinny traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest Strony zobowiązane są do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego.

4. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych do wartości faktycznie poniesionej i udowodnionej szkody."

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 64

Dotyczy Pakietu nr 3:

Czy Zamawiający dopuści aparaty do przetaczania płynów z regulatorem typu równoważnego do Exadrop, o kształcie walca z podwójną skalą dla płynów i lipidów, bez miejsca na podwieszenie końcówki drenu przy regulatorze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65

Dotyczy Pakietu nr 6:

Czy Zamawiający dopuści igły 20 G x19 mm? Różnice w długościach wynikają z przyjętego zaokrąglenia przy przeliczaniu jednostek imperialnych na metryczne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 66

Dotyczy Pakietu nr 22:

Czy Zamawiający dopuści igły z wygodnymi, odpinanymi uchwytami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 67

Pakiet 2, Pozycja 1

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego aparatu do przetaczania płynów bursztynowy, bez zawartości DEHP, zacisk rolkowy z możliwością podłączenia drenu, z jednoczęściową komorą kroplową? Obecne zapisy umożliwiają zaoferowanie tylko i wyłączenie jednego producenta tj. firmy BBraun co uniemożliwia innym Wykonawcom na złożenie ważnej ofert, a Zamawiającemu uzyskanie znacznie korzystniejszych cenowo ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 68

Pakiet 3, Pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego aparatu do przetaczania płynów z regulatorem przepływu, bez DEHP, z zaciskiem rolkowym posiadającym miejsce na podwieszenie drenu, bez zastawki bezzwrotnej, ale z możliwością całkowitego zamknięcia przepływu? Obecne zapisy umożliwiają zaoferowanie tylko i wyłączenie jednego producenta tj. firmy BBraun co uniemożliwia innym Wykonawcom na złożenie ważnej ofert, a Zamawiającemu uzyskanie znacznie korzystniejszych cenowo ofert.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69

Pakiet 19, Pozycja 1

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, aby oferowane osłony posiadały przylepiec umożliwiający szczelne zabezpieczenie butelki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 70

Pakiet 21, Pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego zestawu infuzyjnego do cytostatyków bez PCV, z filtrem 0,2µm, komora kroplowa jednoczęściowa, z zaciskiem rolkowym posiadającym miejsce na podwieszenie drenu? Obecne zapisy umożliwiają zaoferowanie tylko i wyłączenie jednego producenta tj. firmy BBraun co uniemożliwia innym Wykonawcom na złożenie ważnej ofert, a Zamawiającemu uzyskanie znacznie korzystniejszych cenowo ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 71

Pakiet 9

Czy Zamawiający w pakiecie 9 dopuści Korek typu Mini - Spike przyrząd do wielokrotnego pobierania leków i płynów, Filtr cząsteczkowy 5 µm, filtr aerozolowy 0,2 µm . Bez zastawki. Samo-domykająca się zatyczka, Stała boczna osłona portu do przyłączenia strzykawki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 72

Pakiet 10

Czy Zamawiający w pakiecie 10 dopuści Korek typu Mini - Spike do butelek (zielony) Spike przyrząd do wielokrotnego pobierania leków i płynów, filtr p/bakteryjny 0,45 µm. Zastawka automatyczna otwierająca drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki. Samo-domykająca się zatyczka, Stała boczna osłona portu do przyłączenia strzykawki

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 73

Pakiet 18

Czy Zamawiający w pakiecie 18 dopuści wkłucie dożylnie z zabezpieczeniem automatycznym bez dodatkowych elementów na zewnątrz kaniuli. Z podwójnie oczyszczonego teflonu , zatyczka odpowietrzająca z filtrem hydrofobowym, koreczek z wewnętrzną częścią poniżej krawędzi koreczka, paski widoczne w RTG, na opakowaniu informacja o materiale z jakiego wykonano kaniulę 0,9 22G(25mm) 1,1 20G(32mm) 1,3 18G(45mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Pytanie 74

Pakiet 24

Czy Zamawiający w pakiecie 24 **pozycji 1** dopuści cewniki centralne jednorazowe 1 –światłowe 14Ga/15 cm - 20 cm. w skład zestawu wchodzi : cewnik poliuretanowy , prowadnica ze stali nierdzewnej w J o średnicy 1,1mm/53 cm, igła punkcyjna 16Ga/7 cm ,rozszerzadło , skrzydełka mocujące , strzykawka 5 ml , produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 75

Pakiet 24

Czy zamawiający w pakiecie 24 **pozycji 2** dopuści cewniki centralne jednorazowe 2 –światłowe 7Fr/15 cm - 20 cm (16,16) w skład zestawu wchodzi : cewnik poliuretanowy , prowadnica ze stali nierdzewnej w J o średnicy 0,9mm/53 cm, igła punkcyjna 18Ga/7 cm ,rozszerzadło , skrzydełka mocujące , koreczki z membraną, strzykawka 5 ml, skalpel, produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 76

Pakiet 24

Czy Zamawiający w pakiecie 24 **pozycji 3** dopuści cewniki centralne jednorazowe 3 –światłowe 7,5Fr/16 cm - 20 cm (18,18,14Ga) w skład zestawu wchodzi : cewnik poliuretanowy , prowadnica ze stali nierdzewnej w J o średnicy 0,88mm/ 60 cm , igła punkcyjna 18Ga/7 cm ,rozszerzadło , skrzydełka mocujące , koreczki z membraną, strzykawka 5 ml, skalpel, produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 77

Czy Zamawiający, w zakresie **pakiету 17**, dopuści złożenie oferty z kaniulami z portem, wykonanymi z poliuretanu, wyposażonymi w uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do żyły, igłę z trójpłaszczyznowym ścięciem, przezroczystą komorę kontrolną, elastyczne skrzydełka o gładkiej powierzchni po stronie przylegającej do skóry, cienkościenny cewnik kaniuli posiadający 3 paski kontrastujące w promieniach RTG, atraumatyczna końcówka cewnika w kształcie stożka, filtr hydrofobowy, sterylna, nietoksyczna, apirogenna, pakowana pojedynczo, opakowanie jednostkowe umożliwiające aseptyczne wyjęcie kaniuli, na opakowaniu informacja o przepływie oraz materiały z jakimi jest wykonana kodowanie kolorystyczne zgodne z normą ISO, dostępnymi w następujących rozmiarach:

- 26G - dł. 19mm; przepływ 19 ml/min
- 24G - dł. 19mm; przepływ 29 ml/min
- 22G - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min
- 20G - dł. 32mm; przepływ 59 ml/min
- 18G - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min
- 18G - dł. 45mm; przepływ 96 ml/min
- 17G - dł. 45mm; przepływ 155 ml/min
- 16G - dł. 45mm; przepływ 225 ml/min
- 14G - dł. 45mm; przepływ 290 ml/min ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 78

Czy Zamawiający, w **zakresie pakiету 18**, dopuści złożenie oferty z bezpiecznymi kaniulami z portem, wyposażonymi w pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem, wykonanymi z poliuretanu, wyposażonymi w uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do żyły, igłę z trójpłaszczyznowym ścięciem, przezroczystą komorę kontrolną, elastyczne skrzydełka o gładkiej powierzchni po stronie przylegającej do skóry, cienkościenny cewnik kaniuli posiadający 3 paski kontrastujące w promieniach RTG, atraumatyczna końcówka cewnika w kształcie stożka, filtr hydrofobowy, sterylna, nietoksyczna, apirogenna, pakowana pojedynczo, opakowanie jednostkowe umożliwiające aseptyczne wyjęcie kaniuli, na opakowaniu informacja o przepływie oraz materiały z jakimi jest wykonana kodowanie kolorystyczne zgodne z normą ISO, dostępnymi w następujących rozmiarach:

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



- 22G - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min
- 20G - dł. 32mm; przepływ 59 ml/min
- 18G - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min
- 18G - dł. 45mm; przepływ 96 ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 79

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia aby w **pakiecie 26** maski tlenowe dla dzieci i dorosłych pozbawione były PCV oraz szkodliwych ftalanów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 80

dotyczy wzoru umowy, załącznik 8 do SIWZ: Ad par. 1 ust. 4

Prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że ograniczenie zakupu nie przekroczy 20% wartości umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 81

dotyczy wzoru umowy, załącznik 8 do SIWZ: Ad par. 5 ust. 5

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

Poza uprawnieniami wymienionymi w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą towarów będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamych co do rodzaju i ilości, w dostępnej dawce, niekoniecznie zgodnej z umową, nawet bez konieczności zawiadomienia o tym i wzywania Wykonawcy do wykonania niezrealizowanej w terminie dostawy **lub – odpowiednio - po wezwaniu Wykonawcy do wymiany wadliwych rzeczy**, a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienia nie zamykają Zamawiającemu drogi do żądania kar umownych, o których mowa w § 6 poniżej, przy czym za dzień zrealizowania dostawy przyjmuje się dzień jej zrealizowania przez Wykonawcę zastępczego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 82

dotyczy wzoru umowy, załącznik 8 do SIWZ: Ad par 6 ust. 1

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na następujące:

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającego kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

a/ jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostaw lub przerwie wykonywanie dostaw towaru, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto – chyba że nie ponosi winy; **wyjątkiem jest sytuacja, gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 30 dni;**

b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto;

c/ za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości **0,2%** wartości nie dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba że nie ponosi winy;

d/ za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości **0,2%** wartości towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba, że nie ponosi winy;

~~e/ za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa a § 3 pkt. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto całej umowy (według stanu na dzień naruszenia); chyba, że nie ponosi winy.~~

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, wskazując jednocześnie, że jakiegokolwiek zapotrzebowanie na sprzęt medyczny ma charakter losowy i uzależniony od

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



rodzaju schorzeń pacjentów Zamawiającego. W związku z czym Zamawiający nie może zagwarantować określonego poziomu zakupów, to jednak podkreślić należy, że zamawiana ilość została oszacowana z należytą starannością w oparciu o dane z lat ubiegłych, a Zamawiający nie zawrze umowy na ten sam zakres z innym podmiotem – co wystarczająco zabezpiecza interesy Wykonawcy.

Pytanie 83

dotyczy wzoru umowy, załącznik 8 do SIWZ: **Ad par. 7 ust. 2**

Prosimy o wykreślenie zdania drugiego z powyższego ustępu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 84

Prosimy o dopisanie do paragrafu 9 ust. 1 wzoru umowy zapisu: „Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 85

dotyczy pakietu 28

Czy Zamawiający dopuści worek ileostomijny do przycięcia od 15-60mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 86

Dotyczy: pakiet 31, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietu 31 pozycji 2, tj:

„Jednorazowe wkłady kontrastu 150ml, kompatybilny z wstrzykiwaczem typu Medrad Marc V pro VIS będącym na wyposażeniu szpitala”, tak by pozycja ta stanowiła osobny pakiet?

Zgoda Zamawiającego umożliwi większej ilości firmom (specjalizującym się wyłącznie w tego typu produktach medycznych) złożenie ofert korzystniejszych cenowo i jakościowo, niż w przypadku ograniczenia w/w asortymentu do jednego, wspólnego pakietu.

Argumentem przemawiającym za wyodrębnieniem tej pozycji jest również fakt, iż z pewnością będzie miało to wpływ na korzystniejsze wydatkowanie środków publicznych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 87

Dotyczy pakietu 8 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 8 poz.1 igieł typu Pencan 25G o długości 90 mm spełniające wszystkie pozostałe kryteria opisu przedmiotu zamówienia,

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 88

Dotyczy pakietu 8 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 8 poz.2 igieł typu Pencan 25G o długości 100 mm spełniające wszystkie pozostałe kryteria opisu przedmiotu zamówienia,

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 89

Dotyczy pakietu 8 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 8 poz.3 igieł typu Perican 18G o długości 90 mm spełniające wszystkie pozostałe kryteria opisu przedmiotu zamówienia,

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 90

Dotyczy pakietu 24 poz. 1,2 i 3

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 8 poz.1, 2 i 3 cewniki centralne posiadające w zestawie igły punkcyjne 18G o długości 7 cm spełniające wszystkie pozostałe kryteria opisu przedmiotu zamówienia,

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 91

Dotyczy pakietu 24 poz. 1,2 i 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 8 poz.1, 2 i 3 cewniki centralne posiadające w zestawie igły punkcyjne 18G o długości 7 cm spełniające wszystkie pozostałe kryteria opisu przedmiotu zamówienia,

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 92

Dotyczy Pakiet nr 31:

Czy Zamawiający będzie wymagać od wykonawców zaoferowania dopuszczonych przez producenta urządzeń lub/i jego organizację serwisową, materiałów eksploatacyjnych, które są w pełni kompatybilne z przedmiotowymi aparatami i które nie spowodują usterek w działaniu eksploatowanych wstrzykiwaczy Vistron CT i Mark V ProVis, ani nie będą powodem wyłączenia praw gwarancji/rękojmi udzielanych standardowo po wszelkich interwencjach serwisowych dotyczących tych urządzeń (kompatybilność potwierdzona przez co najmniej jeden z w/w podmiotów, w dokumentach wybranego w postępowaniu przetargowym wykonawcy, towarzyszących dostawie nabywanego obecnie asortymentu)?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 93

Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy, w zakresie punktu 1.b/ § 6 o treści (cyt.):

b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto;

i nada mu proponowany zapis:

b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości umowy brutto ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 94

Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy, w zakresie punktu 1.e/ § 6 o treści (cyt.):

e/ za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto całej umowy (według stanu na dzień naruszenia), chyba, że nie ponosi winy.

i nada mu proponowany zapis:

e/ za niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego do ich niezwłocznego dostarczenia, Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (według stanu na dzień naruszenia), chyba że nie ponosi winy ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 95

Dotyczy Pakietu 22

W związku z wdrożeniem Dyrektywy 2010/32/UE dla placówek w rozporządzeniu dotyczącym ochrony przed zranieniem ostrymi narzędziami i koniecznością stosowania bezpiecznych wyrobów, zwracamy

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



się z zapytaniem, czy Zamawiający wymaga aby oferowane igły do portu były wyposażone w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 96

Dotyczy Pakietu 30

Uprzejmie prosimy o określenie jakiej klasy testów Zamawiający wymaga: testów wieloparametrowych kl. 4 czy testów zintegrowanych kl. 5?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zintegrowanych testów klasy 5.

Pytanie 97

Dotyczy Pakietu 30

Asortyment zaoficerowany w Pakiecie 30 nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. nr 107, poz. 679/2010). Jest on dopuszczony do obrotu i stosowania na podstawie Deklaracji zgodności. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stosowne oświadczenie producenta danego wyrobu.

II. W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiający przedłuża następujące terminy:

- termin **składania ofert** określony w rozdziale IX SIWZ do dnia **07.09.2015r.** do godziny 10:00,
- termin **otwarcia** określony w rozdziale XIII SIWZ do dnia **07.09.2015 r.** do godziny 11:00,

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.


SEKRETARIAT
Wojciech Szrajber
Szpitala Specjalistycznego
Kopernika w Łodzi
(2)
mgr Wojciech Szrajber

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957

