

EZ.28.198.1008..... 2015.BWCH

Łódź, dnia 19.11.2015 r.

Nr sprawy **198/ZP/15**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro **na pogwarancyjny kompleksowy 4 letni serwis urządzeń będących wyposażeniem Pracowni PET Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

I. Zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazujemy Państwu zmianę oraz odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu

A. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. dotyczy – Wzór umowy § 1 ust. 11

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 9 dotyczące Wzoru Umowy par 1 ust 11 i przedstawionego Państwu uzasadnienia zwracamy się ponownie o rozpatrzenie naszej prośby.

Zwracamy uwagę na fakt, że zgodnie z Załącznikiem nr 2 umowy, w zakresie obsługi serwisowej urządzenia Eclipse HP Cyclotron, SN: 1063 w punkcie I. Zakres czynności serwisowych dla cyklotronu, ppkt 3 Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego dostarczenia drugiego źródła jonów i upgrade do poprawy stabilności produkcji (jednorazowa dostawa dwóch targetów tantalowych), których rozliczenie nastąpić ma w trakcie 4-letniego okresu trwania umowy. Wyłączenie urządzenia z umowy przez Zamawiającego w dowolnym momencie i bez wskazanych szczegółowo, obiektywnych i uzasadnionych podstaw umownych do podjęcia takich działań, spowoduje w konsekwencji brak możliwości uzyskania przez Wykonawcę wynagrodzenia za poczynioną ww. inwestycję i zaburza równowagę obu stron. Prosimy zatem o doprecyzowanie niniejszego zapisu, że w przypadku wystąpienia takiej sytuacji, tj. wyłączenia urządzenia z umowy, Zamawiający zwróci Wykonawcy wartość niespłaconej, do dnia wycofania urządzenia z zakresu umowy, inwestycji Wykonawcy. Alternatywnie, ponownie prosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w par. 1 ust. 11 Wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji w tym zakresie. Zmianie ulega Rozdział I SIWZ, punkt 4 ust. 2 ppkt I.1 oraz Załączniki: nr 8 do SIWZ - Wzór umowy – Zał. Nr 3 do Umowy – punkt 1 ust. 2 ppkt I.1

Zmieniony wzór umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ wraz z załącznikiem nr 3 do Umowy w załączeniu.

W związku z udzieloną odpowiedzią zmianie ulega Rozdział I do SIWZ punkt 4 ust. 2 ppkt I.1.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Dz. Lecznictwa
dr hab. n. med. Przemysław Błakosz
z poważaniem

