

EZ.28.100.1360.2016.MJ

Łódź, dn. 05.09.2016r
Nr sprawy: 100/ZP/16

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego i rękawic dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015., poz. 2164.) przekazujemy Państwu odpowiedź na pytanie oraz zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:

Prosimy o zmianę zapisów umowy w § 6 pkt. 1 b na zapis o brzmieniu:

„jeśli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie, lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 13

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 13 jednorazowego pistoletu do biopsji grubo-igłowej z dwiema sprężynami zapewniającymi bardzo dużą szybkość strzału igły i mandrynu odcinającego w rozmiarach 14G, 16G, 20G- dł 8 cm, 10 cm, 12 cm, 16 cm, 20cm, 18G - dł 8 cm, 10 cm, 12 cm, 16 cm, 20 cm, 25 cm. Dopuszczenie w/w parametrów umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 14

Czy jednorazowy system płuczaco-ssący z Pakietu nr 14 będzie używany przez Zamawiającego również z kompatybilnymi elektrodami do koagulacji wprowadzanymi przez kaniulę zestawu, które nie są przedmiotem tego postępowania? Takie zastosowanie uzasadniałoby zakup systemu wykonanego z włókna szklanego. W przeciwnym razie stosowanie systemu płuczaco-ssącego z włókna szklanego nie daje wymiernych korzyści a jedynie podnosi ponad dwukrotnie koszt takiego systemu w porównaniu do standardowych systemów płuczaco-ssących innych producentów. Wnosimy o odstąpienie od wymogu aby jednorazowy system płuczaco-ssący był wykonany z włókna szklanego. System płuczaco - ssący wykonany z włókna szklanego posiada w swojej ofercie tylko jedna firma, tj. firma (..). Odstąpienie od w/w wymogu umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Opisany sprzęt w SIWZ spełnia wymogi urologicznej pediatrii zabiegowej. W czasie trwania zabiegu operacyjnego Zamawiający w każdej chwili może skorzystać z użycia koagulacji, co ma bardzo duży

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



wpływ na a zdrowie i życie pacjenta.

Dotyczy pakietu nr 15 pozycja 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie drutu hydrofilnego z rdzeniem nitylowym z końcówką prostą lub zagiętą o długości 3cm lub 8cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie dot. pakietu nr 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drutu wiodącego z rdzeniem nitylowym, (pokryciem hydrofilnym) o końcówce miękkiej, prostej o długości 7 cm oraz końcówce miękkiej, zagiętej o długości 3 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 13 jednorazowych pistoletów do biopsji grubo-igłowej posiadających 2 widoczne sprężyny zapewniające bardzo dużą szybkość strzału igły i mandrynu odcinającego w rozmiarach 14G, 16G, 20G dł. 10cm, 16cm, 20cm, 18G-dł 10cm, 16cm, 20cm, 25cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu 12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy w Pakiecie 12, Zamawiający oczekuje rękawic chirurgicznych z lateksu, bezpudrowych pokrytych polimerem, o maksymalnym poziomie AQL 1,0 a tym samym w punktacji dotyczącej tego parametru zaszła oczywista omyłka i rękawice o poziomie AQL powyżej 1,0 nie tylko nie otrzymają punktu, ale zostaną odrzucone jako nie spełniające wymogów siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ

2. Zamawiający dokonuje zmian SIWZ:

a) VIII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT

II. Pakiety nr 8-12

4. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium Jakość/Funkcjonalność (JF):

Pakiet nr 12 – po zmianie			
RĘKAWICE CHIRURGICZNE LATEKSOWE, BEZPUDROWE OD ROMIARU 6,0 DO 8,5			
- sterylne	Tak/nie	tak	xxx
- sterylizowane radiacyjnie	Tak/nie	tak	xxx
- zgodnie z normą PN-EN 455 (1,2,3)	Tak/nie	tak	xxx
- anatomiczny kształt	Tak/nie	tak	xxx
-oznakowanie CE	Tak/nie	tak	xxx
-poziom AQL max.1,0	parametr do punktacji		1,0-0 pkt; 0,6 - 5 pkt; 0,4 i mniej 10pkt








ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



- mankiet	parametr do punktacji		mankiet rolowany 5 pkt; zakończony w inny sposób 0 pkt;
- z syntetyczną warstwą wewnętrzną –podać z czego wykonana jest warstwa	Tak/nie	tak	xxx
- z niską zawartością protein i substancji drażniących poniżej 30 ug / g	Tak/nie	tak	xxx
- długość całkowita:	Tak/nie	tak	xxx
6; 6,5 – 270 mm +/- 10 mm	Tak/nie	tak	xxx
7; 7,5 ; 8 – 280 mm +/- 10 mm	Tak/nie	tak	xxx
8,5 – 285 mm +/- 10 mm	Tak/nie	tak	xxx
- odporne na rozerwanie	Tak/nie	tak	xxx
przed przyspieszonym starzeniem min.12 N	parametr do punktacji		12 i poniżej N- 0 pkt; 13-15N - 2 pkt; 16-18N - 3 pkt; 19-21N - 4 pkt; 22 i powyżej 5 pkt;
po przyspieszonym starzeniu min. 9 N	parametr do punktacji		9 i poniżej N- 0 pkt; 10-12N - 2 pkt; 13-15N - 3 pkt; 16-18N - 4 pkt; 19 i powyżej 5 pkt;
- pewność uchwytu-powierzchnia mikroporowata	Tak/nie	tak	xxx
- łatwe otwieranie opakowania	parametr do punktacji		tak 3 pkt; nie - 0 pkt;
- czytelne informacje na opakowaniu (tj. rozmiar rękawic, rodzaj rękawic, data ważności)	parametr do punktacji		punkty przyznane na podstawie oceny użytkownika tak 2 pkt; nie - 0 pkt;
- zgodność z normą PN-EN 374-3	parametr do punktacji		tak 5 pkt; nie - 0 pkt;
- zgodność z normą ASTM F1671	parametr do punktacji		tak 5 pkt; nie - 0 pkt;

b) załącznik nr 2a (w złączeniu do niniejszego pisma)

c) terminy:

- termin składnia ofert do dnia 19.09.2016r godz. 10:00
- termin wpłaty wadium do dnia 19.09.2016r do godz. 10:00
- termin otwarcia ofert w dniu 19.09.2016r o godz. 11:00

Zmianie ulega również ogłoszenie w powyższym zakresie.

Pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

mgr inż. *[Signature]* Kłusprzyk
ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
 Tel. (42) 689 50 10/ fax (42) 689 50 11
 e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Oświadczamy, że zaofiarowane rękawiczki w postępowaniu nr 100/ZP/16 charakteryzują się następującymi cechami:

Pakiet	L.p	Nazwa Asortymentu,	Parametry oceniane			Przyznana punktacja za jakość
			Potwierdzenie spełnienia parametrów tak/nie lub podać.	Parametr obligatoryjny		
		Rękawice Vinylowe – bezpudrowe z mankietem. Niesterylne diagnostyczno-laboratoryjne XS, S, M, L, XL				
		niesterylne	Tak/nie	tak	xxx	
		pasujące na obie dłonie	Tak/nie	tak	xxx	
		zgodnie z obowiązującą normą PN -EN 455	Tak/nie	tak	xxx	
		oznakowanie CE	Tak/nie	Tak	xxx	
		rolowany mankiet	Tak/nie	tak	xxx	
		bezpudrowe	Tak/nie	tak	xxx	
		odporne na rozzerwanie	Tak/nie	tak	xxx	
		poziom AQL max. 1,5	podać		1,5 – 0 pkt	
					1 – 2 pkt	
					<1 – 5 pkt	
		przed przyspieszonym starzeniem min. 3,6 N	podać		3,6 N – 0 pkt	
					>3,6 N i ≤6 N- 2 pkt.	
					>6 N i ≤8 N – 4 pkt	
					>8 N – 6 pkt.	
		po przyspieszonym starzeniu min. 3,6N	podać		3,6 N – 0 pkt	
					>3,6 N i ≤6 N- 2 pkt.	
					>6 N i ≤8 N – 4 pkt	
					>8 N – 6 pkt	
		łatwe w nakładaniu	Tak/nie		Informacja w dokumentach przedmiotowych „łatwe w nakładaniu” – 1pkt.	
					Jeden punkt zostanie przyznany na podstawie oceny użytkownika rękawiczek: - 1 pkt.	
					Stwierdzenie: Tak – 5 pkt.	
					Stwierdzenie: Nie – 0 pkt	
		dobrze dopasowane (możliwość wykonania precyzyjnych manipulacji)	Tak/nie		Informacja w dokumentach przedmiotowych „dobrze dopasowane- możliwość wykonania precyzyjnych manipulacji lub podobna ” – 1 pkt. Jeden punkt zostanie przyznany na podstawie oceny użytkownika rękawiczek:	
					Stwierdzenie: Tak – 5 pkt.	
					Stwierdzenie: Nie – 0 pkt.	
		grubość rękawicy w części dłoniowej i w strefie palców 0,10mm +/- 0,02mm	podać		Tak: 5 pkt Nie: 0 pkt	
		Badania na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 16712	Tak/nie		Tak: 5 pkt Nie: 0 pkt	

Oświadczamy, że zaofertowane rękawiczki w postępowaniu nr 100/ZP/16 charakteryzują się następującymi cechami:

Pakiet	L.p	Nazwa Asortymentu,	Potwierdzenie spełnienia parametrów tak/nie lub podać	Parametr obligatoryjny	Przyznana punktacja za jakość
		Rękawiczki chirurgiczne lecznicze rozm. Od 6,5 do 8,5			
		sterylne	Tak/nie	tak	xxx
		sterylizowane radiacyjnie	Tak/nie	tak	xxx
		zgodnie z normą PN-EN 455 (1,2,3)	Tak/nie	tak	xxx
		anatomiczny kształt	Tak/nie	tak	xxx
		oznakowanie CE	Tak/nie	tak	xxx
		bezpieczne (zapewniające sterylne) otwieranie opakowania	Tak/nie		Punkty zostaną przyznane na podstawie oceny użytkownika rękawiczek: Stwierdzenie: Tak – 3 pkt. Stwierdzenie: Nie – 0 pkt.
		Lateksowo - nitylowe	Tak/nie		xxx
		Wewnętrzna warstwa rękawic chirurgicznych pokryta dodatkowo formułą kosmetyczno-leczniczą (gliceryna, provitamina VB5, chitosan, glukonolactone) chroniącą, wspierającą procesy odbudowy, nawilżającą i wygładzającą skórę dłoni.	Podać rodzaj warstwy wewnętrznej		xxx
		długość całkowita:	podać wartość		xxx
		• 6; 6,5 – 270 mm +/- 10 mm			xxx
		• 7; 7,5; 8 – 280 mm +/- 10 mm			poniżej 9 N – 0 pkt 10-12 N - 1 pkt 13-14 N - 2 pkt
		• 8,5; – 285 mm +/- 10 mm			powyżej 14 N - 3 pkt
		odporne na rozzerwanie	Tak/nie		poniżej 6 N – 0 pkt 7-10 N - 1 pkt 11-12 N – 2 pkt powyżej 12 N - 3 pkt
		- siła zerwania przed przyspieszonym starzeniem min. 9 N	podać wartość		Punkty zostaną przyznane na podstawie oceny użytkownika rękawiczek: Stwierdzenie: Tak – 3 pkt. Stwierdzenie: Nie – 0 pkt
		- siła zerwania po przyspieszonym starzeniu min. 6N	podać wartość		Punkty zostaną przyznane na podstawie oceny użytkownika rękawiczek: Stwierdzenie: Tak – 3 pkt. Stwierdzenie: Nie – 0 pkt
		łatwość w nakładaniu (czy w trakcie nakładania nie ma oporu, czy rękawica nie jest posklejana)	Tak/nie		Punkty zostaną przyznane na podstawie oceny użytkownika rękawiczek: Stwierdzenie: Tak – 3 pkt. Stwierdzenie: Nie – 0 pkt
		dobre dopasowanie (możliwość wykonania precyzyjnych manipulacji)	Tak/nie		Punkty zostaną przyznane na podstawie oceny użytkownika rękawiczek: Stwierdzenie: Tak – 3 pkt. Stwierdzenie: Nie – 0 pkt
		mankiet	Tak/nie		Mankiet rolowany: 3 pkt
			Tak/nie		Zakończony w inny sposób: 0 pkt
9	1				

Oświadczamy, że zaofiarowane rękawiczki w postępowaniu nr 100/ZP/16 charakteryzują się następującymi cechami:

Pakiet	L,p	Nazwa Asortymentu,	Parametry oceniane		Przyznana punktacja za jakość
			Potwierdzenie spełnienia parametrów tak/nie lub podać	Parametr obligatoryjny	
		poziom AQL max 1,0	podać wartość		1,0 - 0 pkt 0,6 - 1 pkt 0,4 i mniej - 2 pkt
		informacja o czasach przenikania substancji chemicznych (zgodnie z normą PN-EN 374-3); (z wyłączeniem paragrafu 5.3.2)	Tak/nie		Tak: 5 pkt Nie: 0 pkt
		badania na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 16713	Tak/nie		Tak: 5 pkt Nie: 0 pkt
		pakowane w zewnętrzną warstwę	podać rodzaj zewnętrznej warstwy		Folia - folia - 2 pkt Folia - papier - 1 pkt Papier - papier - 0 pkt Czytelny rozmiar: 2 pkt; nieczytelny: 0 pkt
		czytelne informacje na opakowaniu zewnętrznym, (tj. rozmiar rękawic, rodzaj rękawic)	Tak/nie		Kolorystyka opakowania sugerująca rodzaj rękawic : 2 pkt brak kolorystyki: 0 pkt czytelna data ważności: 2 pkt nieczytelna: 0pkt
		Informacja o rozmiarze na opakowaniu wewnętrznym	Tak/nie		Tak: 2 pkt Nie: 0 pkt

Oświadczamy, że zaofiarowane rękawiczki w postępowaniu nr 100/ZP/16 charakteryzują się następującymi cechami:

Pakiet	L.p	Nazwa Asortymentu,	Parametry oceniane		Przyznana punktacja za jakość
			Potwierdzenie spełnienia parametrów tak/nie lub podać	Parametr obligatoryjny	
10	1	REKAWICE CHIRURGICZNE SYNTETYCZNE NIE ZAWIERAJĄCE LATEKSU OD ROZMIARU 6,0 DO 8,5			
		- sterylne	Tak/nie	tak	xxx
		- sterylizowane radiacyjnie	Tak/nie	tak	xxx
		- zgodnie z normą PN-EN 455 (1,2)	Tak/nie	tak	xxx
		- anatomiczny kształt	Tak/nie	tak	xxx
		- oznakowanie CE	Tak/nie	tak	xxx
		- poziom AQL max.1,0	parametr do punktacji		1,0 - 0 pkt; 0,5 - 4 pkt; mniej 10 pkt;
		- mankiet	parametr do punktacji		mankiet rolowany - 5 pkt; zakończony w inny sposób - 0 pkt;
		- bezwłóknista warstwa polimerowa o strukturze sieci ułatwiająca zakładanie rękawic	Tak/nie	tak	xxx
		- na opakowaniu jednostkowym fabrycznie umieszczona informacja o wewnętrznej warstwie syntetycznej	Tak/nie	tak	xxx
- długość całkowita:	podać wartość	TAK	XXX		
16; 6,5 – 270 mm +/- 10 mm					
7; 7,5 ; 8 – 280 mm +/- 10 mm					
8,5 – 285 mm +/- 10 mm					
- polizopren	Tak/nie	tak	xxx		
- odporne na rozierwanie	Tak/nie	tak	xxx		
przed przyspieszonym starzeniem min.9 N	parametr do punktacji		9 i poniżej N- 0 pkt; 10-11N - 2 pkt; 13N - 3 pkt; 16N - 4 pkt; 16 i powyżej 5 pkt;		
12-14					
16-16					
po przyspieszonym starzeniu min. 6 N	parametr do punktacji		6 i poniżej N- 0 pkt; 10-12N - 2 pkt; 13-15N - 3 pkt; 18N - 4 pkt; 19 i powyżej 5 pkt;		
xxx					
- pewność uchwytu-powierzchnia mikroporowata	Tak/nie	tak	xxx		
- łatwe otwieranie opakowania	Parametr do punktacji		Tak- 5 pkt. Nie-0		
- czytelne informacje na opakowaniu (tj. rozmiar rękawic, rodzaj rękawic, data ważności)	Tak/nie	tak	xxx		
- zgodność z normą PN-EN 374-3	Parametr do punktacji		Tak-5 pkt. Nie-0 pkt.		
- zgodność z normą ASTM F1671	parametr do punktacji		tak 5 pkt; nie - 0 pkt;		

Oświadczamy, że zaofiarowane rękawiczki w postępowaniu nr 100/ZP/16 charakteryzują się następującymi cechami:

Pakiet	L.p	Nazwa Asortymentu,	Parametry oceniane			Przyznana punktacja za jakość
			Potwierdzenie spełnienia parametrów tak/nie lub podać	Parametr obligatoryjny		
		RĘKAWICE CHIRURGICZNE Z NISKĄ ZAWARTOŚCIĄ PUDRU I PROTEIN OD ROZMIARU 6,0 DO 8,5				
		- sterylne	Tak/nie	tak	xxx	
		- sterylizowane radiacyjnie	Tak/nie	tak	xxx	
		- zgodnie z normą PN-EN 455 (1,2,3)	Tak/nie	tak	xxx	
		- anatomiczny kształt	Tak/nie	tak	xxx	
		- oznakowanie CE	Tak/nie	tak	xxx	
		- poziom AQL max.1,5	parametr do punktacji		1,5-0 pkt; 1,4 - 1 - 2 pkt; 0,9-0,5 - 4 pkt; 0,5 i mniej 10 pkt;	
		- mankiet	parametr do punktacji		mankiet rolowany 5 pkt; zakorczony w inny sposób 0 pkt;	
		- z niską zawartością pudru	Tak/nie	tak	xxx	
		- z niską zawartością protein i środków drażniących poniżej 60 ug/	Tak/nie	tak	xxx	
		B				
		- długość całkowita:	Tak/nie	tak	xxx	
		6; 6,5 – 270 mm +/- 10 mm	Tak/nie	tak	xxx	
		7; 7,5 ; 8 – 280 mm +/- 10 mm	Tak/nie	tak	xxx	
		8,5 – 285 mm +/- 10 mm	Tak/nie	tak	xxx	
		- odporne na rozierwanie	Tak/nie	tak	xxx	
		przed przyspieszonym starzeniem min.12 N	parametr do punktacji		12 i poniżej N- 0 pkt; 13-15N - 2 pkt; 16-18N - 3 pkt; 19-21N - 4 pkt; 22 i powyżej 5 pkt;	
		po przyspieszonym starzeniu min. 9 N	parametr do punktacji		9 i poniżej N- 0 pkt; 10-12N - 2 pkt; 13-15N - 3 pkt; 16-18N - 4 pkt; 19 i powyżej 5 pkt;	
		- pewność uchwytu-powierzchnia mikroporowata	Tak/nie	tak	xxx	
		- łatwe otwieranie opakowania	parametr do punktacji		tak 3 pkt; nie -0 pkt;	
		- czytelne informacje na opakowaniu (tj. rozmiar rękawic, rodzaj rękawic, data ważności)	parametr do punktacji		punkty przyznane na podstawie oceny użytkownika tak 2 pkt; nie - 0 pkt;	
		- zgodność z normą PN-EN 374-3	parametr do punktacji		tak 5 pkt; nie - 0 pkt;	
		- zgodność z normą ASTM F1671	parametr do punktacji		tak 5 pkt; nie - 0 pkt;	

Oświadczamy, że zaofiarowane rękawiczki w postępowaniu nr 100/ZP/16 charakteryzują się następującymi cechami:

Pakiet	L.p	Nazwa Asortymentu,	Parametry oceniane			Przyznana punktacja za jakość
			Potwierdzenie spełnienia parametrów tak/nie lub podać	Parametr obligatoryjny		
		RĘKAWICE CHIRURGICZNE LATEKSOWE, BEZPUDROWE OD ROMIARU 6,0 DO 8,5				
		- sterylne	Tak/nie	tak	xxx	
		- sterylizowane radiacyjnie	Tak/nie	tak	xxx	
		- zgodnie z normą PN-EN 455 (1,2,3)	Tak/nie	tak	xxx	
		- anatomiczny kształt	Tak/nie	tak	xxx	
		- oznakowanie CE	Tak/nie	tak	xxx	
		- poziom AQL max.1,0	parametr do punktacji		1,0-0 pkt; 0,6 - 5 pkt; 0,4 i mniej 10pkt	
		- mankiet	parametr do punktacji		mankiet rolowany 5 pkt; zakończony w inny sposób 0 pkt;	
		- z syntetyczną warstwą wewnętrzną –podać z czego wykonana jest warstwa	Tak/nie	tak	xxx	
		- z niską zawartością protein i substancji drażniących poniżej 30 ug/g	Tak/nie	tak	xxx	
		- długość całkowita:	Tak/nie	tak	xxx	
		6; 6,5 – 270 mm +/- 10 mm	Tak/nie	tak	xxx	
		7; 7,5 ; 8 – 280 mm +/- 10 mm	Tak/nie	tak	xxx	
		8,5 – 285 mm +/- 10 mm	Tak/nie	tak	xxx	
		- odporne na rozzerwanie	Tak/nie	tak	xxx	
	1	przed przyspieszonym starzeniem min.12 N	parametr do punktacji		12 i poniżej N- 0 pkt; 13-15N - 2 pkt; 16-18N - 3 pkt; 21N - 4 pkt; powyżej 5 pkt;	19; 22 i
		po przyspieszonym starzeniu min. 9 N	parametr do punktacji		9 i poniżej N- 0 pkt; 10-12N - 2 pkt; 13-15N - 3 pkt; 16-18N - 4 pkt; 19 i powyżej 5 pkt;	
		- pewność uchwytu-powierzchnia mikroporowata	Tak/nie	tak	xxx	
		- łatwe otwieranie opakowania	parametr do punktacji		tak 3 pkt; nie - 0 pkt;	
		- czytelne informacje na opakowaniu (tj. rozmiar rękawic, rodzaj rękawic, data ważności)	parametr do punktacji		punkty przyznane na podstawie oceny użytkownika tak 2 pkt; nie - 0 pkt;	
		- zgodność z normą PN-EN 374-3	parametr do punktacji		tak 5 pkt; nie - 0 pkt;	
		- zgodność z normą ASTM F1671	parametr do punktacji		tak 5 pkt; nie - 0 pkt;	