

EZ.28.100. MM 2016.MJ

Łódź, dn. 15.09.2016r
Nr sprawy: 100/ZP/16

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego i rękawic dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015., poz. 2164.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:

PAKIET nr. 5


Prosimy o dopuszczenie portów (kraj Producenta – Francja) z czystego tytanu (obudowa i komora) wraz z pełnym zestawem do jego implantacji.

Parametry portów :

- obudowa i komora : **CZYSTY TYTAN**
- wysokość obudowy i komory : **11mm**
- kształt : **OWAL**
- średnica membrany silikonowej do nakłuć : **13mm**
- średnica podstawy : **24mm**
- ilość otworów do stabilizacji portu : **5**
- waga : **10,5g**

Parametry cewnika (do wyboru Zamawiającego - cewnik **ODŁĄCZANY** lub na **STAŁE**):

- materiał cewnika : **silikon**
- rozmiar cewnika 8,4 F średnica (wew. / zew.) : **1,1mm / 2,8mm**
- długość : **60cm (z podziałką na cewniku)**



PEŁNY ZESTAW DO IMPLANTACJI :

Igła do nakłucia ZAKOŃCZONA systemem **BLS (Blood Less System)**- tj systemem zapobiegającym **WYPŁYWOWI KRWI PODCZAS WPROWADZANIA PROWADNIKA**

Igła prosta typ Huber – a (22G (0,7mm)) dł. 25mm

Igła typ Hubsite (20G (0,9mm)) dł. 20mm z drenem przedłużającym dł. 20cm

Igła do tunelizacji – dł. 26cm

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957

Prowadnik nitinolowy w podajniku zapewniającym płynne i szybkie wysuwanie i wprowadzanie.

Rozszerzacz - typ rozrywalna Desillet

Łącznik do połączenia portu z cewnikiem - x 2

Przyrząd do unoszenia żył

Przyrząd do aspiracji (nasadka na strzykawkę podłączana do końcówki cewnika) i płukania cewnika

Strzykawka 10ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań opisu przedmiotu zamówienia.

Do pakietu nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 dopuści port naczyniowy tytanowy w zestawie z akcesoriami wprowadzającymi: port żylny, jednokomorowy, kształt delty, wysokość 12,5mm , waga 11.8gram, średnica membrany 12,7mm ,3 silikonowe wypełnienie i uszy ,3wypustki ułatwiające palpacyjne znalezienie portu pod skórą pacjenta, posiadające membranę umożliwiającą do 2000 wktuć ,port umożliwiający wykonywanie badań TK i MR, z możliwością podawania kontrastu bo badań do 300psi.

Cewnik 8F , długość 610cm z oznakowaną na cewniku długością (oznakowanie co 1 cm, opis co 5 cm)

- dwa łączniki do połączenia cewnika z komorą posiadające zabezpieczenie przeciw załamaniu
- dwie igły prosta, zakrzywiona ze szlifem tyżeczkowym G22x25mm
- podnośnik żylny
- igła Seldingera G18x70mm
- drut prowadnik J w podajniku 0,038" x70cm, 0,038" x 45cm
- osłonka rozrywalna z rozszerzaczem naczynia
- tunelizator o łępych zakończeniach
- strzykawka 12ml
- igła ze szlifem tyżeczkowym ze skrzydełkami oraz drenem i zaciskiem G20x25mm
- karta identyfikacyjna i instrukcja dla pacjenta w języku polskim
- poradnik dla pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań opisu przedmiotu zamówienia..

Dotyczy części nr 5:

1. Czy Zamawiający dopuści porty naczyniowe do podawania chemioterapii różniące się względem SIWZ:

- poliuretanowy cewnik 7,8 Fr (rozszerzadło o rozmiarze 8,5 Fr)
- w kształcie krateru o podstawie okrągłej
- małe otwory przeznaczone do przysycia portu (wrastanie tkanki w ograniczonym stopniu)
- wysokość portu 14,7 mm, ciężar 10g
- silikonowa membrana o średnicy 11,4mm z możliwością do 2000 wktuć
- cewnik oznaczony co 5 cm i opisany co 10 cm

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



- cewnik o średnicy wewnętrznej 1,6 mm, średnicy zewnętrznej 2,6 mm, długości 760 mm
- możliwość zastosowania portu w CT do iniekcji pod wysokim ciśnieniem (300 psi) oraz w MRI
- zestaw wprowadzający zawiera: cewnik, 1 łącznik zintegrowany z dyszą portu (w proponowanym rozwiązaniu nie ma potrzeby dodawania drugiego łącznika), prostą igłę 20G, igłę zagiętą 20G, tępą igłę, hal żylny, cienkościenną igłę wprowadzającą 18G, zestaw kaniula rozrywalna/ rozszerzadło rozmiar 8,5Fr, prowadnicę „J”, igłę do wlewu z odpinanymi skrzydełkami i mechanizmem zabezpieczającym przed samozakłuciem w rozmiarze 20Gx25mm, drenem i zaciskiem, dwie strzykawki, przyrząd do tunelizacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie dotyczące Pakietu nr 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w/w pozycji rękawic z neoprenu, który ma identyczne właściwości jak wymagany poliizopren.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie dotyczące Pakietu nr 10

Proszę o odstąpienie od wymogu zaoferowania w w/w pakiecie rękawic z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci. Nowoczesna technologia produkcji rękawic pozwala osiągnąć identyczne walory użytkowe przy zastosowaniu innych metod. Rękawice znajdujące się w naszej ofercie posiadają wewnętrzną warstwą polimerową, która umożliwia zakładanie rękawic nawet na mokrą dłoń.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie dotyczące Pakietu nr 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby na opakowaniu jednostkowym znajdowała się informacja o wewnętrznej warstwie syntetycznej i zaakceptowanie oświadczenia producenta, jako potwierdzenia posiadania przez oferowane rękawice wewnętrznej warstwy syntetycznej

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie dotyczące Pakietu nr 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nieznacznie różniących się parametrami tj, o długości zgodnej z normą EN455, dla poszczególnych rozmiarów:

6 – 302mm; 6,5-301 mm; 7,0-302 mm; 7,5-303mm;8-305mm; 8,5-303mm ,

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie dotyczące Pakietu nr 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie rękawic poliizoprenowych o długości min. 300 mm dla wszystkich rozmiarów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie dotyczące Pakietu nr 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na potwierdzenie parametrów dotyczących zgodności z normą EN 455-1,2,3 kartą danych technicznych producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie dotyczące Pakietu nr 11

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nieznacznie różniących się parametrami tj, o długości zgodnej z normą EN455, dla rozmiarów:

6; 6,5-285 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 dotyczące Pakietu nr 12

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nieznacznie różniących się parametrami tj, o długości zgodnej z normą EN455, dla rozmiarów:

6; 6,5-285 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dotyczące Pakietu 8,10,11,12

Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie ilości próbek wymaganych dla poszczególnych pakietów , oraz możliwość załączenia próbek dla wybranych rozmiarów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 8 poz.1

Prosimy o dopuszczenie rękawic winylowych o grubości rękawicy w części dłoniowej 0,14mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, ponieważ jest to parametr oceniany

Pakiet nr 11 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych z zawartością protein max. 70ug/g

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 11 poz.1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic o odporności na rozerwanie przed starzeniem min.9 N.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, ponieważ jest to parametr oceniany

Pakiet nr 11 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawicy nr 6; 6,5 o długości 270mm + 15mm (długość 280 – 285 mm)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Pakiet nr 12 poz.1

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o odporności na rozerwanie przed starzeniem min.9 N.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, ponieważ jest to parametr oceniany.

Pakiet nr 12 poz.1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawicy nr 6; 6,5 o długości 270mm + 15 mm (długość 280 – 285 mm).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

SIWZ rozdz. V pkt. 5 a)

Prosimy o dopuszczenie możliwości przedłożenia innych dokumentów producenta niż oryginalne ulotki producenta, potwierdzające parametry zamawianego sprzętu medycznego np. raporty z badań producenta, karty techniczne producenta.

Odpowiedź: : Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą zgodnie z rozdziałem V SIWZ następujących dokumentów:

5a).Oryginalne ulotki producenta, katalogi w języku polskim potwierdzające wymagane parametry oferowanego asortymentu (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski) – wraz z ofertą

5c).raport z badań producenta i/lub raport jednostki niezależnej (raport musi potwierdzać spełnianie parametrów rękawic określonych w załączniku nr 2 do SIWZ) – z podaniem numeru pakietu, którego dotyczy w zakresie:

- raport z badania rękawic na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą PN-EN 374-3 –pakiety nr 9,10,11,12
- raportu z badania rękawic na przenikalności wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671- pakiety nr 8,9,10,11,12

Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści rękawice z antypoślizgową warstwą zapewniającą pewny chwyt na całej długości rękawicy? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści rękawice z wewnętrzną warstwą polimerową nakładaną w sposób ciągły? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści rękawice z zawartością protein poniżej 137 ug/g? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści rękawice z antypoślizgową warstwą zapewniającą pewny chwyt na całej długości rękawicy? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści rękawice z zawartością protein poniżej 50 ug/g? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści rękawice z antypoślizgową warstwą zapewniającą pewny chwyt na całej długości rękawicy? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości całkowitej:

- 6; 6,5 – 290 mm (+/- 10 mm)
- 7 ;7,5;8 – 290 mm (+/- 10 mm)
- 8,5 – 300 mm?

Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie grubości na palcu i na dłoni wynoszącej min. 0,07 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, ponieważ jest to parametr oceniany.

Pakiet 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z wewnętrzną powłoką kosmetyczno-leczniczą zawierającą wskazane w SIWZ składniki (glicerynę, provitaminę B5, chitosan i glukonolakton o średniej długości min. 295 mm, ale posiadającej podłużne i poprzeczne wzmocnienia zapobiegające zsuwaniu się.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pakiet 10, 11,

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy będzie weryfikować dostawy również na podstawie opakowania dozującego poprzez sprawdzenie podstawowych cech produktu takich jak nazwa, numer katalogowy producenta, AQL. Takie oznaczenie każdego opakowania dozującego umożliwi jednoznaczne określenie zgodności dostaw z ofertą przetargową.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, że dla potwierdzenia skuteczności procesu sterylizacji Zamawiający oczekuje powszechnie stosowanych wskaźników sterylizacji na każdym dozującym opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pakiet 11

Zamawiający opisał w opisie przedmiotu zamówienia rękawice chirurgiczne lateksowe, które nie mogą przekraczać określonego poziomu protein tj. <60 ug/g. Jest to niezwykle istotny parametr z punktu widzenia ryzyka alergii na proteiny lateksowe wśród personelu medycznego, w związku z tym prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy poziom protein ma być potwierdzony aktualnym (nie starszym niż 36 miesięcy) raportem niezależnego laboratorium?

Odpowiedź: Informacja dotycząca poziomu protein musi wynikać z załączonej dokumentacji.

Pakiet 12

Zamawiający opisał w opisie przedmiotu zamówienia rękawice chirurgiczne lateksowe, które nie mogą przekraczać określonego poziomu protein tj. <30 ug/g. Jest to niezwykle istotny parametr z punktu widzenia ryzyka alergii na proteiny lateksowe wśród personelu medycznego, w związku z tym prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy poziom protein ma być potwierdzony aktualnym (nie starszym niż 36 miesięcy) raportem niezależnego laboratorium?

Odpowiedź: Informacja dotycząca poziomu protein musi wynikać z załączonej dokumentacji.

Dotyczy Pakietu 11

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych z lateksu, lekko pudrowanych o długości całkowitej dla wszystkich rozmiarów 285mm +/-5mm. Pragniemy wyjaśnić, że rękawice chirurgiczne wyższej jakości zwykle charakteryzują się większą długością rękawicy (starannie dobraną w zależności od rodzaju rękawicy), która jest ich zaletą, poprawiającą komfort i bezpieczeństwo personelu. Dlatego też podanie dopuszczanej górnej granicy długości rękawic (tak nieznacznie różniącej się od dopuszczonych normą EN 455-2 minimalnych długości) ogranicza możliwość zaoferowania lepszych rękawic i znacznie utrudnia uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych z lateksu, bezpudrowych pokrytych polimerem o długości całkowitej dla wszystkich rozmiarów 295mm +/-5mm. Pragniemy wyjaśnić, że rękawice chirurgiczne wyższej jakości zwykle charakteryzują się większą długością rękawicy (starannie dobraną w zależności od rodzaju rękawicy), która jest ich zaletą, poprawiającą komfort i bezpieczeństwo personelu. Dlatego też podanie dopuszczanej górnej granicy długości rękawic (tak nieznacznie różniącej się od dopuszczonych normą EN 455-2 minimalnych długości) ogranicza możliwość zaoferowania lepszych rękawic i znacznie utrudnia uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 10

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych syntetycznych z poliizoprenu bezpudrowych pokrytych polimerem o

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



długości całkowitej dla wszystkich rozmiarów 300mm +/-5mm. Pragniemy wyjaśnić, że rękawice chirurgiczne wyższej jakości zwykle charakteryzują się większą długością rękawicy (starannie dobraną w zależności od rodzaju rękawicy), która jest ich zaletą, poprawiającą komfort i bezpieczeństwo personelu. Dlatego też podanie dopuszczanej górnej granicy długości rękawic (tak nieznacznie różniącej się od dopuszczonych normą EN 455-2 minimalnych długości) ogranicza możliwość zaoferowania lepszych rękawic i znacznie utrudnia uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Dotyczy Pakietu 10

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu fabrycznie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym informacji o wewnętrznej warstwie syntetycznej, na rzecz potwierdzenia pokrycia rękawic poliizoprenowych polimerem dokumentem producenta. Pragniemy dodać, że ta informacja dla użytkownika nie ma to dużego znaczenia gdyż cała rękawica poliizoprenowa jest syntetyczna i jako taka nie stanowi zagrożenia dla osób uczulonych na naturalny lateks, a więc umieszczanie jej na opakowaniu nie jest konieczne.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Dotyczy zapisów siwz

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty kart katalogowych importera przygotowanych na podstawie danych technicznych otrzymanych od producenta?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pakiet 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic winylowych o grubości rękawicy w części dłoniowej $\geq 0,05\text{mm}$ i strefie palców $\geq 0,06\text{mm}$?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, ponieważ jest to parametr oceniany.

Pakiet 12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pakiet 12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice chirurgiczne z zawartości protein $\leq 50 \text{ ug/g}$?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

dot. zapisów SIWZ:

Pkt V. ppkt 5c. Czy Zamawiający dopuści załączenie karty danych technicznych potwierdzającej spełnienie normy ASTM F1671 w miejsce raportu z badań – dot. pakietu 11 i 12?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. par. 2 ust. 1).

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 4 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 1

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającego kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto;

c/ za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii towaru – chyba że nie ponosi winy

d/ za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru – chyba, że nie ponosi winy;

e/ za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto (według stanu na dzień naruszenia) – chyba, że nie ponosi winy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający stosuje ujednoczone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstraszający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



4. W związku z zapisem par.11 ust.1 projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada.

Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2014 r. oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający przedstawia stan majątkowy w załączeniu. Pozostałe dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego

Dotyczy § 5 ust. 5 wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 5 ust. 5 wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu [..... "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi."

Zaproponowane przez Zamawiającego warunki powodują znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron a pozostawienie niezmienionego zapisu sprawia, że strony umowy nie będą równoprawne, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Dotyczy § 6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 10% wartości umowy brutto za odstąpienie od umowy, wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy.

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia (czyli umowy).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający stosuje ujednolicone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstraszający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy § 6 ust. 1 lit. c), d), e) wzoru umowy

W celu miarkowania kar umownych wnosimy do Zamawiającego o dokonanie modyfikacji postanowień przyszłej umowy w § 6 ust. 1 lit. c), d), e):

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

c) za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru – w wysokości 0,5%

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. OŁÓDŹ 62124015451111000011669957



wartości netto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki;

d) za opóźnienie w załatwieniu reklamacji – 0,5% **wartości netto towaru dostarczonego z wadami za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia dostawy.....**

e) za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 2 – 0,5% **wartości brutto niezrealizowanej części umowy**

Ustalona przez zamawiającego kara umowna w wysokości 2% (lit. c, d) i 10% (lit. e) sprawia, że strony umowy nie są równoprawne, ponieważ w wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.” i art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Dlatego też wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający stosuje ujednoczone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstraszający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy § 8 ust. 2 wzoru umowy

W/w paragraf zawiera informację: „Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy: - w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w razie powtarzających się opóźnień w dostawie towaru (więcej, niż 3) lub powtarzających się dostaw towaru wadliwego, niezgodnego z SIWZ lub z zamówieniem (więcej, niż 3)”.

Zapis taki sprawia, że strony nie są równoprawne.

Zdarzyć się może, że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesnym naliczeniem Dostawcy kar umownych oraz odstąpieniem od umowy. Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w ppkt ze wzoru umowy lub wprowadzenie jego modyfikacji poprzez dopisanie treści: [„.....za wyjątkiem sytuacji kiedy zwłoka w realizacji dostaw jest wynikiem braku płatności ponad termin określony umową”.]

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Projekt umowy - par. 6 pkt.1 lit. c)

Prosimy o zmianę kary umownej na 1% wartości brutto niedostarczonej dostawy za każdy dzień zwłoki. Kara w obecnej wysokości jest w naszej ocenie za wysoka. Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn.. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający stosuje ujednolicone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstraszący. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Projekt umowy - par. 6 pkt.1 lit. d)

Prosimy o zmianę kary umownej na 1% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji za każdy dzień zwłoki. Kara w obecnej wysokości jest w naszej ocenie za wysoka. Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn.. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego.

SIWZ rozdz. V pkt. 5 d)

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Prosimy o dopuszczenie możliwości zmniejszenia ilości próbek do pakietu nr 11 oraz pakietu nr 12 do 5 par z każdego rozmiaru rękawicy ze względu na wysoki koszt oferowanych próbek.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SIWZ

wzór umowy pakiety nr 1-4 oraz 6-16

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Zważywszy na treść § 1 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie może zagwarantować realizacji umowy w całości lecz oświadcza, że oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością w oparciu o dane z lat ubiegłych. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania umowy w całości ze względu na to, że faktyczne zapotrzebowanie na zamawiany towar uzależnione będzie od czynników niezależnych od Zamawiającego, to jest od ilości pacjentów oraz rodzaju świadczeń zdrowotnych udzielanych im przez Zamawiającego a także od aktualnej wiedzy medycznej i innej, związanej z działalnością podstawową Zamawiającego (działalność lecznicza).

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości umowy brutto” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej części umowy brutto”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy (tak jak np. w § 6 ust. 1 lit. a), nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. OŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający stosuje ujednoczone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. c) i d) wzoru umowy słowa „opóźnienie”, „opóźnienia” zostały zastąpione odpowiednio słowami „zwłokę”, „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzenie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający stosuje ujednoczone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Ponadto zgodnie z zapisami wzoru umowy kara umowna nie należy się, jeżeli Wykonawca nie ponosi winy (świadczy o tym zwrot: „chyba, że nie ponosi winy”). Dlatego też, pomimo użycia terminu „opóźnienie”, Zamawiający de facto nalicza kary umowne za zwłokę.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 2 wzoru umowy zostało wykreślone wyrażenie „w szczególności”? W razie odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie – o jakie konkretnie przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy chodzi w § 8 ust. 2 wzoru umowy (poza przypadkami wymienionymi w tym przepisie po wyrażeniu „w szczególności”)?

Aktualna treść § 8 ust. 2 wzoru umowy nie precyzuje wystarczająco przesłanek rozwiązania umowy i dlatego wymaga doprecyzowania. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym np. w wyroku z dnia 31 sierpnia 2011 r. KIO 1758/11 „...możliwość odstąpienia od umowy musi być bardzo precyzyjnie określona

i nie można grozić zastosowaniem tej sankcji bez względu na okoliczność zawinienia czy przyczynienia się do powstania strat przez wykonawcę."

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Zamawiający wyjaśnia, iż nie jest w stanie określić wszystkich przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, stąd też nie wyraża zgody na wykreślenie słów „w szczególności”.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SIWZ

Zważywszy, że § 11 ust. 1 wzoru umowy zawiera oświadczenie wykonawcy, iż jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego, jaki jest aktualnie stan majątkowy Zamawiającego? Proszę o krótki opis. Czy Zamawiający zalega z płaceniem swoich zobowiązań?

Odpowiedź: **Odpowiedź:** Zamawiający przedstawia stan majątkowy w załączeniu. Pozostałe dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 3 wzoru umowy w zdaniu drugim zostało dodane wyrażenie „, chyba że zwłoka w zapłacie ceny za dostarczony towar przekracza 60 dni”?

§ 11 ust. 3 wzoru umowy ma na celu zmuszenie wykonawcy do dostarczania towaru nawet pomimo braku zapłaty za wcześniejsze dostawy. Wykonawca nie powinien być jednak zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy, a w konsekwencji zagrozić zdolności wykonawcy do dalszego wykonywania zamówienia publicznego. Skuteczność § 11 ust. 3 wzoru umowy może być kwestionowana np. na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SIWZ

Pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi (2)
mgr Wojciech Szrajber

UMOWA PRZECHOWANIA

zwana dalej Umową, zawarta w dniu pomiędzy:

..... z siedzibą w wpisanym

do.....pod

numerem....., NIP.....,

REGON.....,

reprezentowanym przez:

1).....,

2),

zwanym dalej Przechowawcą

a

..... z siedzibą w wpisaną do

....., IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS:, NIP:, REGON

.....,

reprezentowanym przez:

1).....,

2),

zwanym dalej Składającym.

§1

1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia w asortymencie i cenach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.

2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku operacyjnym, które znajduje się _____
– osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan _____

§2

1. Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania Umowy.
2. Przyjęcie Przedmiotu przechowania dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego Załącznikiem nr 2 do Umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron Umowy.
3. Szczegółowy opis stanu technicznego Przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy.

§3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Przedmiotu przechowania tak, by zachować go w stanie nie pogorszonym.

§4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia Przedmiotu przechowania.

§5

Składający może odebrać Przedmiot przechowania po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faksem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

§6

1. Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy zachowaniu procedur opisanych w Umowie.
2. O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
3. Za pobrany Przedmiot przechowania Składający obciąża Przechowawcę na podstawie faktury VAT z terminem zapłaty 30 dni od daty doręczenia jej do Przechowawcy. Ceny za zakupiony Przedmiot przechowania Składający ustali zgodnie z postanowieniami umowy dostawy, o której mowa w par.1 ust.1 Umowy.
4. Przechowawca zobowiązuje się do pobierania Przedmiotu przechowania według daty ważności, począwszy od najkrótszej dla danego asortymentu.

§7

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy towarów oddanych na przechowanie, zgodnie z zamówieniami przekazanymi przez Przechowawcę pisemnie, faksem lub telefonicznie i przy zachowaniu przez niego procedur opisanych w § 2 Umowy.

§8

1. Składający może dokonać spisu z natury Przedmiotu przechowania u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.
2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

§9

1. Umowa została zawarta na czas określony od do
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 Umowy.

§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§11

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§12

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez Sąd,j, zgodnie z zasadami arbitrażu określonymi w regulaminie i statucie tego Sądu.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY

PRZECHOWAWCA

RAPORT O ZUŻYCIU IMPLANTU

1. PEŁNE DANE SZPITALA

NR KLIENTA :

2. Data zabiegu:.....

3. Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę)

A)

B)

4. Zużyte elementy

.....

Proszę o uzupełnienie- **PILNE!**

Pieczątką i podpis

Załącznik nr 2

Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu..... został przyjęty towar w ilości
i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

1.

2.

3.

Data i podpis osoby przyjmującej

Sytuacja majątkowa WSS im. M. Kopernika w Łodzi

wg danych na dzień 31.07.2016.

1. Aktywa trwałe	170 147 358,81 zł
2. Aktywa obrotowe	55 973 178,88 zł
3. Suma pasywów	226 120 537,69 zł
4. Zobowiązania i rezerwy	272 823 952,26 zł
a) zobowiązania krótkoterminowe	81 583 449,94 zł
- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	
• objęte spłatami ratalnymi	0,00 zł
• wymagalne	10 053 853,36 zł