

EZ.28.156.185.2016.MJ

Łódź, dn. 29.12.2016r

Nr sprawy: 156/ZP/16

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi..

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015., poz. 2164 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 26 cewników reperfuzyjnych o długościach całkowitych 153cm i 139 cm? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 18

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 18 załącznika nr 2a do siwz koszulki zbrojonej niskoprofilowej typu Crossover” o długości 40cm i średnicy: 5.5 i 6F oraz koszulki zbrojonej niskoprofilowej prostej o długości 45cm i 90cm o średnicy 5, 6F i 55cm o średnicy 4, 5, 6F

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015., poz. 2164 ze zm.) w przypadku odpowiedzi na pytania, które wpłynęły po upływie terminu połowy wyznaczonego terminu składania ofert nie musi być zachowany termin 6 dni (od dnia udzielenia odpowiedzi) do dnia składania ofert

Zamawiający wymaga aby w przypadku złożenia oferty na pakiet, w którym Zamawiający dopuścił w drodze pytań sprzęt należy dopuszczenie uwzględnić w formularzu ofertowym.

2. Zamawiający ujednotolica zapisy SIWZ i wyjaśnia, iż pakiety 1-26 stanowią bazę natomiast 27-31 zwykłą dostawę. Powyższe dotyczą również wzorów umów.

Pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

dr hab. n. med. Przemysław Biliński