

EZ .28.180.367.2017.AO

Łódź, dnia 15.03.2017 r.  
Nr sprawy 180/ZP/16

**SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I MODYFIKACJA  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na **dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.**

- I. Zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dokonuje sprostowania do odpowiedzi udzielonej w dniu 07.03.2017 r (pismo znak: EZ.28.180.328.2017.AO) na pytanie dotyczące pakietu nr 10

*Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 10, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawu do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową w składzie:*

- igła typu trokar o parametrach 18 G 26 cm
- stabilizator sztywny ze zgrubieniem zapobiegającym marszczeniu się cewnika
- stabilizator giętki
- cewnik o dł. 25 cm, średnica 8.5 Fr lub 10.2 Fr lub 12 Fr. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego znakomitą widoczność, stożkowata końcówka z otworami drenującymi z powłoką hydrofilną na 5 centymetrach, znacznik rtg na 5 centymetrze. Cewnik posiada specjalny system Mac-Loc zapewniający utrzymanie kształtu i wielkości 25mm pigtaila z możliwością jego otwierania i zamykania. Kompatybilny z przewodnikiem 0,038"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 10 zaferowanie w miejsce pierwotnych parametrów, zestawu do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową o powyższym składzie.

- II. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Zamawiający informuje, iż modyfikacji ulegają następujące terminy:

- a) Termin składania ofert określony w rozdziale XIII pkt. 2 SIWZ i termin wniesienia wadium – do dnia 22.03.2017 roku do godziny 10.00
- b) Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XIII pkt. 3 SIWZ – w 22.03.2017 roku o godzinie 11.00

**Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

Z poważaniem,

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Wojewódzkiego Specjalistycznego  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi (1)  
*mgr Wojciech Szrajber*