

EZ.28.6.\_\_\_\_.2017.MJ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015., poz. 2164 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**I. W toku postępowania zostało zadane następujące pytanie:**

Czy w Pakiecie nr 29 (prowadniki) , Zamawiający dopuści złożenie oferty z prowadnikami z nitinolu pokrytymi warstwą hydrofilną o długości 150, 180 i 260 cm , o długości ściętej końcówki 3 cm, kształcie atraumatycznej końcówki: prosta i zagięta 45 stopni, rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z kontrolą trójki 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej, trwała powłoka hydrofilna na całej długości, atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu dostępne w wersji sztywności shaftu sztywny (STIFF) i standard, dostępne w opcji z kształtowalną końcówką, powłoka poliuretanowa gwarantująca zachowanie integralności prowadnika nawet po kilku zastosowaniach ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**II. W związku z zachowaniem 6-dniowego terminu od dnia udzielenia odpowiedzi do dnia w którym upływa termin składania ofert, Zamawiający zmienia następujące terminy:**

- termin składania ofert: 03.2017r.. godzina 10:00
- termin otwarcia ofert: 03.2017 r. godzina 11:00,

**Z poważaniem**

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi (1)  
mgr Wojciech Szrajber