

EZ.28.208.nyO.2017.MJ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015., poz. 2164 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:

1. Dotyczy punktu XI.1.2) c) SIWZ (warunki udziału w postępowaniu):

Czy zamawiający dopuści możliwość wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej, poprzez przedstawienie realizacji kilku dostaw o łącznej wartości wymaganej przez Zamawiającego dla odpowiedniego pakietu w punkcie XI.1.2) c) SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ**

2. Dotyczy przedmiotu umowy (pakiet nr 1):

Czy Zamawiający uwzględni możliwość realizacji składanych zamówień cząstkowych w ilościach odpowiadających krotnościom ilości towarów w opakowaniach zbiorczych?

Wyroby będące przedmiotem zamówienia określonym w pakiecie nr 1 dystrybuowane są w opakowaniach zbiorczych odpowiednio po 20 sztuk (zestaw do wstrzykiwań wielorazowego użytku – zestaw dwunastogodzinny) oraz po 50 sztuk (dren spiralny jednorazowego użytku). Ze względów m.in. bezpieczeństwa nie jest możliwa dekompletacja tych opakowań (konfekcjonowanie).

W związku z powyższym wnosimy o uwzględnienie możliwość realizacji składanych zamówień cząstkowych w ilościach odpowiadających krotnościom ilości towarów w opakowaniach zbiorczych, np. poprzez dodanie odpowiedniego zapisu do wzoru umowy: „Zamówienia będą składane na ilości odpowiadające krotnościom ilości towarów w opakowaniach zbiorczych (jeśli dotyczy).”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

3. Dotyczy § 5 ust. 5 wzoru umowy:

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu § 5 ust. 5 wzoru umowy na następującą:

*Poza uprawnieniami wymienionymi w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą towarów będących przedmiotem danego zamówienia niewymienionych w terminie o którym mowa w ust. 1, tożsamy co do rodzaju i ilości, w dostępnej dawce, niekoniecznie zgodnej z umową, nawet bez konieczności zawiadomienia o tym i wzywania Wykonawcy do wykonania niezrealizowanej w terminie dostawy lub wzywania Wykonawcy do wymiany wadliwych rzeczy, a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienia nie zamykają*

Zamawiającemu drogi do żądania kar umownych, o których mowa w § 6 poniżej, przy czym za dzień zrealizowania dostawy przyjmuje się dzień jej zrealizowania przez Wykonawcę zastępczego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ**

4. Dotyczy § 6 ust. 1 pkt b wzoru umowy:

Czy Zamawiający dopuści zmianę podstawy naliczenia kary umownej określonej w § 6 ust. 1 pkt b umowy (kara liczona od wartości całej umowy) na karę liczoną od wartości niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnione jest aby kara umowna w sytuacji przywołanej w § 6 ust. 1 pkt b umowy, była naliczana od wartości niedostarczonych towarów, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku terminowej realizacji znacznej części zamówienia, kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towarów niedostarczonych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ**

5. Dotyczy § 6 ust. 1 pkt c – d wzoru umowy:

Czy Zamawiający dopuści zmianę wysokości kar umownych określonych w § 6 ust. 1 pkt c – d umowy z 2% wartości niedostarczonego lub reklamowanego towaru na 0,5 % odpowiedniej wartości. Kary na obecnym poziomie są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zawinienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ**

6. Dotyczy § 6 ust. 1 pkt e wzoru umowy:

Czy Zamawiający dopuści zmianę wysokości kary umownej określonej w § 6 ust. 1 pkt e umowy z 10% wartości brutto całej umowy (wg stanu na dzień naruszenia) na 5 % tej wartości. Kara na obecnym poziomie jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do zawinienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ**

7. Dotyczy § 6 ust. 3 wzoru umowy:

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu § 6 ust. 3 wzoru umowy na następującą:

*Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na drodze postępowania cywilnego jeżeli szkoda, która została wyrządzona Zamawiającemu, przewyższa wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ**

8. Dotyczy § 9 ust. 1 wzoru umowy:

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu § 9 ust. 1 wzoru umowy na następującą:

**Strony umowy mają Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.**

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ**

Czy w Pakiecie nr 6 (prowadniki) , Zamawiający dopuści złożenie oferty z przewodnikami z nitinolpokrytymi warstwą hydrofilną o długości 150, 180 i 260 cm , o długości ściętej końcówki 3 cm, kształcie atraumatycznej końcówki: prosta i zagięta 45 stopni, rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z kontrolą trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej, trwała powłoka hydrofilna na całej długości, atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu dostępne w wersji sztywności shaftusztwywny (STIFF) i standard, dostępne w opcji z kształtowalną końcówką, powłoka poliuretanowa gwarantująca zachowanie integralności przewodnika nawet po kilku zastosowaniach ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ**

Pytanie 1 - dotyczy pakietu 7:

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości od europejskiego producenta, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie koszulek rozrywalnych SPEŁNIAJĄCYCH KLUCZOWE WYMAGI TECHNICZNE SIWZ o średnicy 0.038" (wymagane 0.035") I DŁUGOŚCI KOSZULKI 13,5cm z przewodnikiem o długości 50cm (wymagane 40cm) w rozmiarach 5-16Fr;

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ**

**dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 1 - Zestaw materiałów zużywalnych wielokrotnego użytku do zastosowania ze wstrzykiwaczem MedradStellant–Załącznik nr 2a do SIWZ:**

Prosimy o wyłączenie z zestawów dwunastogodzinnych jako zestawy jednorazowego użytku koniecznej do zabezpieczenia ciągłości pracy w jednostce medycznej ilości zestawów j. uż. do wstrzykiwacza kontrastu MEDRAD Stellant. Według naszej najlepszej wiedzy przy małej ilości zaplanowanych badań z kontrastem w ciągu dnia lub pilnym jednym badaniem na cito nieoptymalne - z ekonomicznego punktu widzenia - jest stosowanie wkładów dwunastogodzinnych.

W związku z powyższym prosimy o oszacowanie koniecznych ilości sprzętu j.u. oraz utworzenie Pakietu nr 1a zachowując pozostałe wymagania SIWZ (np. konieczność wniesienia wadium) o następującym składzie:  
Zestaw kompatybilny z MEDRAD StellantCT Dual składający się z:

**A:**

- wkład o poj. 200 ml
- ostrze spike
- złącze szybkiego napełniania
- złącze niskiego ciśnienia o długości 150 cm z trójnikiem i zaworkiem antyzwrotnym o wytrzymałości ciśnieniowej 375 PSI

**B:**

- wkład o poj. 200 ml
- ostrze spike
- złącze szybkiego napełniania

Opakowania po 25 zestawów

i o zmianę Formularza asortymentowo-cenowego dla Zadania nr 1a (Załącznik nr 2a) jak niżej:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Należy potwierdzić spełnienie parametrów w bezwzględnie wymagane. Należy wpisać TAK/NIE	jm	Ilość na 24 miesiące	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa katalogowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
1	1	Zestaw materiałów zużywalnych jednorazowego użytku do zastosowania ze wstrzykiwaczem MedradStellant: A: - wkład o poj. 200 ml - ostrze spike - złącze szybkiego napełniania - złącze niskiego ciśnienia o długości 150 cm z trójnikiem i zaworkiem antyzwrotnym o wytrzymałości ciśnieniowej 375 PSI  B: - wkład o poj. 200 ml - ostrze spike - złącze szybkiego napełniania  Opakowania po 25 zestawów		ZESTAW	??								

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, wymaga zgodnie z SIWZ

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z pakietu 1 odpunktu 2. Produkt w podpunkcie pierwszym (dwunastogodzinne zestawy do wstrzykiwaczy kontrastu) dostarcza w tej chwili jedna firma co może znacząco wpłynąć na cenę obu produktów.

Jednorazowe sterylne dreny pacjenta do wstrzykiwacza Medrad Stellant sprzedawane są przez wiele firm, wobec tego po wydzieleniu tego podpunktu do osobnego pakietu uzyskana cena będzie znacznie atrakcyjniejsza.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, wymaga zgodnie z SIWZ. Zaoferowany sprzęt w poz. nr 1 i nr 2 w pakiecie nr 1 musi być kompatybilny i posiadać zastawki antyzwrotne.

**II. Zamawiający zmienia następujące zapisy SIWZ:**

- a) poprawia omyłkę pisarską w załączniku nr 2a w pakiecie nr 4 – zmieniony załącznik w załączeniu do niniejszego pisma
- b) zmienia załącznik nr 6 stanowiący wzór umowy – zmieniony załącznik w załączeniu do niniejszego pisma
- c) terminy:
  - termin składania ofert: 31.03.2017r. do godziny 10:00
  - termin wpłaty wadium do dnia 31.03.2017r do godz. 10:00
  - termin otwarcia ofert: 31.03.2017 r. godzina 11:00,

Z poważaniem

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Wołospecjalistycznego  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi (1)  
mgr Wojciech Szrajber

UMOWA NR 208/ZP/16/\_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_

zawarta przez:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi  
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,  
fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX  
Wydział KRS pod numerem **0000004955**, REGON 000295403, NIP 729 - 23 - 45 - 599)  
z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowany przez .....

zwany dalej **Zamawiającym**

z

firmą .....  
(REGON ..... NIP .....)  
z siedzibą w ....., ulica .....,  
wpisaną do ..... pod numerem .....  
reprezentowaną przez.....,  
zwaną dalej **Wykonawcą**

wyłonioną w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia  
29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity ) na **dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego  
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi obowiązująca od dnia  
\_\_\_\_\_ do dnia \_\_\_\_\_** o łącznej wartości ..... zł  
brutto (słownie: .....)

## § 1

### PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa **sprzętu medycznego** wyszczególnionego asortymentowo i cenowo  
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanych dalej również **towarem** lub **wyrobem** za ogólną cenę brutto nie  
przekraczającą ..... zł ( słownie: ..... złotych ).
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik Apteki Szpitalnej mgr farm  
Marcin Borek lub osoba przez niego upoważniona. Tel. 42 689-51-01, fax 42 689-51-02, e-mail.  
apteka@kopernik.lodz.pl
3. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi sukcesywnie w okresie **24 miesięcy** na podstawie zamówień cząstkowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania umowy w całości. Realizacja umowy uzależniona jest od  
faktycznej ilości pacjentów dla których leczenia niezbędny okaże się zakup towaru danego rodzaju.

## § 2

### REALIZACJA DOSTAW

1. Zamówienie cząstkowe na dostawę towaru, zawierające zestawienie asortymentowo – ilościowe  
uzależnione od bieżącego zapotrzebowania na towary, Zamawiający prześle do Wykonawcy za  
pośrednictwem faksu na nr ..... lub via e-mail .....  
Zamówienia będą składane na ilości odpowiadające krotnościom ilości towarów w opakowaniach zbiorczych  
(jeśli dotyczy).

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



2. Osobą upoważnioną do składania zamówienia jest Kierownik Apteki Szpitalnej mgr farm Marcin Borek lub inna upoważniona przez niego do tej czynności osoba.
3. Za dowód złożenia danego zamówienia przez Zamawiającego, a tym samym otrzymania go przez Wykonawcę, uznaje się potwierdzenie nadania zamówienia faksem lub via e-mail z faksu lub komputera Zamawiającego na powyżej wskazany numer faksu Wykonawcy lub jego adres e-mail.
4. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o istniejących brakach towaru, natychmiast po otrzymaniu zamówienia w formie faksu.
5. Zamówiony towar dostarczony będzie w terminie do .... dni roboczych, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, od daty złożenia danego zamówienia przez Zamawiającego na faks lub e-mail Wykonawcy podany w niniejszej umowie.
6. Wykonawca dostarczy zamówiony towar nowy wolny od wad fizycznych i prawnych do wskazanego na zamówieniu magazynu sprzętu medycznego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi przy ul. Pabianickiej 62 w Łodzi, w dzień roboczy w godzinach 9.00 – 14.00, oryginalnie zapakowany, wraz z oryginałem faktury i dwoma jej kopiami pozwalającym Zamawiającemu przyjąć do magazynu, w zgodzie z obowiązującym prawem, przedmiot danej dostawy.
7. Towar powinien być wydany w opakowaniu określonym Polskimi Normami lub normami branżowymi, a jeśli nie ma norm to w opakowaniu odpowiadającym właściwości towaru i środka transportu.
8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wyroby medyczne z terminami ważności nie krótszymi niż \_\_\_ miesiące licząc od dnia ich dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy zawierającej towar o krótszym niż wskazany w umowie terminie ważności.
9. Faktura oraz inny dokument potwierdzający dostawę winny bezwzględnie obejmować wyroby tylko z niniejszej umowy i zawierać wskazanie numeru niniejszej umowy oraz numeru zamówienia (zamówień), w związku z którymi nastąpiła dostawa.
10. Zamawiający zobowiązuje się do każdorazowego odbioru zamówienia dostarczonego zgodnie ze złożonym co do ilości i tożsamości zamówieniem oraz do zapłaty uzgodnionej ceny.
11. Dostawa przedmiotu umowy odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

### § 3

#### DOKUMENTY

1. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy będzie o jakości zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ, ze złożoną przez niego ofertą przetargową oraz posiadać będzie wymagane prawem pozwolenia, dopuszczenia do obrotu i atesty.
2. Wykonawca, pod rygorem prawa Zamawiającego do jednostronnego wypowiedzenia niniejszej umowy z winy Wykonawcy, zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawą towaru dostarczyć Zamawiającemu komplet aktualnych dokumentów (oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia) dopuszczających do obrotu i użytkowania na terytorium RP wyroby medyczne, których dostawa stanowi przedmiot niniejszej umowy.
3. Wykonawca, bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych przez niego, w ramach niniejszej umowy Zamawiającemu, wyrobów medycznych zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiegokolwiek zmianie w ww. zakresie, pod rygorem całkowitej i wyłącznej odpowiedzialności Wykonawcy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji
4. Towar powinien być każdorazowo wydany w opakowaniu określonym Polskimi Normami lub normami branżowymi, a jeśli nie ma norm – w opakowaniu odpowiadającym jego właściwości oraz właściwości środka transportu, a w szczególności w opakowaniu zaopatrzonym we wskaźnik temperatury.

### § 4

#### ZAPŁATA ZA TOWAR

1. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w wystawionej przez niego fakturze w ciągu **60 dni** od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiegokolwiek błędy pod względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie przez

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Wykonawcę skorygowana, natomiast termin płatności dla dostawy, której ta faktura dotyczy, będzie biegł na nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej. Korekta faktur VAT powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia błędów przez Zamawiającego.

4. Data dostarczenia danej faktury do Zamawiającego nie może być wcześniejsza niż dzień dostawy przedmiotu umowy którego ta faktura dotyczy.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

## § 5

### REKLAMACJE

1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub braków ilościowych w dostarczonym towarze Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub dostarczy brakujący towar zgodnie z zamówieniem (co do rodzaju, jakości i ilości) – w terminie nie dłuższym niż .... dni od zgłoszenia danej reklamacji.
2. Reklamacje Zamawiającego składane będą w formie faksu na numer: ..... . Reklamacja uznana zostanie za złożoną w sytuacji posiadania przez Zamawiającego dowodu jej przesłania na ustalony przez strony numer faksu.
3. Termin płatności faktur dotyczących dostawy, w której został stwierdzony wadliwy towar, rozpoczyna swój bieg od dnia wymiany wadliwego towaru na wolny od wad.
4. Dostarczenie faktur korygujących nastąpi w ciągu 3 dni od daty dostarczenia towaru wadliwego.
5. Poza uprawnieniami wymienionymi w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą towarów będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamych co do rodzaju i ilości, w dostępnej dawce, niekoniecznie zgodnej z umową, nawet bez konieczności zawiadamiania o tym i wzywania Wykonawcy do wykonania niezrealizowanej w terminie dostawy lub wzywania Wykonawcy do wymiany wadliwych rzeczy, a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienia nie zamykają Zamawiającemu drogi do żądania kar umownych, o których mowa w § 6 poniżej, przy czym za dzień zrealizowania dostawy przyjmuje się dzień jej zrealizowania przez Wykonawcę zastępczego.
6. Postępowanie reklamacyjne określone w niniejszym paragrafie nie wyklucza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi przy sprzedaży określonych w kodeksie cywilnym. Zamawiający ma prawo wyboru reżimu realizacji reklamacji.
7. Wykonawca dostarczy zamówiony towar do apteki szpitalnej z \_\_\_ miesięcznym terminem ważności.

## § 6

### KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

a/ jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostaw lub przerwie wykonywanie dostaw towaru, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto – chyba że nie ponosi winy;

b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto;

c/ za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 2% wartości nie dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba że nie ponosi winy;

d/ za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 2% wartości towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień (24h) opóźnienia – chyba, że nie ponosi winy.

e/ za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto całej umowy (według stanu na dzień naruszenia), chyba, że nie ponosi winy.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





2. Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych należności z tytułu kar umownych z wzajemnych wierzytelności Wykonawcy wynikających z wystawionych przez niego faktur.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego jeżeli szkoda, która została wyrządzona Zamawiającemu, przewyższa wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych.

## § 7

### ZMIANY UMOWY

1. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen towaru będącego przedmiotem umowy na zasadach określonych w art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych w następujących przypadkach:
- a) zmiany cen na korzyść Zamawiającego – w każdym przypadku, gdy jest to możliwe,
  - b) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega cena brutto, natomiast cena netto pozostaje bez zmian,
  - c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zostanie przez Wykonawcę udowodnione;
  - d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zostanie przez Wykonawcę udowodnione;
2. O propozycji zmiany cen towarów, o której mowa w ust. 1 lit. a i b strona zainteresowana zmianą winna pisemnie poinformować drugą stronę załączając stosowny projekt aneksu, wraz z uzasadnieniem, obejmujący propozycje nowych cen wraz z wykazem towarów, których te zmiany będą dotyczyć, wyznaczając stosowny termin do akceptacji zmian, nie krótszy jednak niż 30 dniowy od otrzymania uzasadnionej, pisemnej propozycji przez drugą stronę. W przypadku wzrostu stawki podatku VAT, jeżeli realizacja umowy będzie nadmiernym obciążeniem finansowym dla Zamawiającego, Zamawiający może odmówić podpisania aneksu a strony ustalą warunki rozwiązania umowy (w braku porozumienia umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, w trakcie którego, jeżeli zamówienia cząstkowe będą składane, zastosowanie znajdą nowe, podwyższone stawki podatku VAT).
3. Zmiany wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 lit. c, będą dokonywane wg. następujących zasad:
- a) zmiana cen umownych może być dokonana tylko o wysokość równą max. 50 % zmiany (różnicy) minimalnego wynagrodzenia w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu składania oferty,
  - b) w przypadku zwiększenia ww. wynagrodzenia Wykonawca zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu wraz z uzasadnieniem i odpowiednimi dokumentami uzasadniającymi zmianę. Zmiany będą obowiązywały po podpisaniu przez strony stosownego aneksu do umowy. W przypadku, gdy aneks do umowy nie zostanie zawarty w terminie 1 m-ca od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę, Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia w trakcie którego, jeżeli zamówienia cząstkowe będą składane, zastosowanie będą miały ceny dotychczasowe,
  - c) w przypadku zmniejszenia ww. wynagrodzenia Zamawiający zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien złożyć do Wykonawcy pisemny wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu z propozycją dotyczącą zmian zgodną z niniejszą umową. Zmiany będą obowiązywały od dnia wejścia w życie przepisów zmniejszających wysokość wynagrodzenia minimalnego.
4. Zmiany wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 lit. d, będą dokonywane wg. następujących zasad:
- a. zmiana cen umownych może być dokonana maksymalnie do wysokości 50 % zmiany wynikającej z powyższego tytułu w stosunku do wysokości obciążeń obowiązujących w dniu składania oferty,
  - b. w przypadku zwiększenia ww. obciążeń Wykonawca zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu wraz z uzasadnieniem i odpowiednimi dokumentami uzasadniającymi zmianę. Zmiany będą obowiązywały po podpisaniu przez strony stosownego aneksu do umowy. W przypadku, gdy aneks do umowy nie zostanie zawarty w terminie 1 m-ca od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę, Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia w trakcie którego, jeżeli zamówienia cząstkowe będą składane, zastosowanie będą miały dotychczasowe ceny,

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



- c. w przypadku zmniejszenia ww. obciążeń Zamawiający zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien złożyć do Wykonawcy pisemny wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu z propozycją dotyczącą zmian zgodną z niniejszą umową. Zmiany będą obowiązywały ze skutkiem od dnia wejścia w życie przepisów przewidujących nowe, zmniejszone ceny.
5. Niezależnie od powyższego Strony uzgadniają, że w przypadku stosowania przez producentów towaru okresowych upustów, bonifikat lub promocji na towar objęty umową Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wymienionych form w realizacji dostaw częściowych.
6. Wykonawca oświadcza, że w cenie towaru zawarte są wszystkie koszty pośrednie, w szczególności: koszt opakowania, ubezpieczenia i transportu do magazynu Zamawiającego w związku z czym zmiany tych kosztów nie będą stanowić podstawy do proponowania zmiany umowy – za wyjątkiem zmian czynników opisanych w ust. 1 lit. b, c i d.

## § 8

### POZOSTAŁE ZMIANY ISTOTNYCH ELEMENTÓW UMOWY

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której nastąpił wybór wykonawcy, umowy na zasadach określonych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a Wykonawca wyraża na to zgodę, w następujących przypadkach:
- a) zmiana wielkości opakowania, w sytuacji wprowadzenia przez producenta/producentów danego produktu innej niż wskazana w załączniku do umowy opakowania, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez Kierownika Apteki Szpitalnej, na czas ustalony z Kierownikiem Apteki Szpitalnej, jeżeli zmiana ta będzie wprowadzona na czas dłuższy niż 30 dni,
- b) zmiana ilości poszczególnych pozycji w pakietach przy zachowaniu maksymalnej wartości umowy bez zmian w sytuacji gdy:
- nastąpi zmiana w zakresie liczby pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych Zamawiającego, bądź;
  - wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, bądź;
  - w wyniku zmiany prawa możliwe będzie dzięki temu podniesienie poziomu/jakości świadczeń wykonywanych przez Zamawiającego, bądź;
  - w innych sytuacjach uzasadnionych wykonywaną przez Zamawiającego działalnością medyczną
- c) wprowadzenia na rynek nowego, tańszego zamiennika sprzętu medycznego. Wówczas Zamawiający ma prawo zażądać zmiany zaproponowanego w ofercie produktu na nowy, tańszy zamiennik, a w przypadku odmowy Wykonawcy Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. W przypadku zmiany wielkości opakowania, w okresie krótszym niż 30 dni, w sytuacji gdy zmiana taka będzie spowodowana zmianami u producenta danego produktu lub inna pilną i zasadną sytuacją, strony dopuszczają wprowadzenie takiej zmiany, bez konieczności podpisywania aneksu jednakże na pisemny wniosek Kierownika Apteki lub po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika Apteki Szpitalnej.
3. Strony dopuszczają zmianę umowy polegającą na zamówieniu dodatkowych dostaw towaru od Wykonawcy (nieobjętych zamówieniem początkowym) jeżeli stały się Zamawiającemu niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- a) Zamawiający nie może zmienić wykonawcy z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego
- b) Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego
- c) Wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
4. Strony dopuszczają inne zmiany istotnych postanowień umowy również jeżeli zostały spełnione następujące warunki:
- a) Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



- starannością, nie mógł przewidzieć,
- b) Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
  5. Zmiana istotnych postanowień umowy wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności (aneks do umowy). W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 (dodatkowe dostawy) oraz w ust. 4 (okoliczności nieprzewidziane) Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy odpowiednio BZP lub przekazuje ogłoszenie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
  6. W przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych zmiana umowy może dotyczyć również zmiany Wykonawcy. Dotyczy to w szczególności przypadku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
  7. Zmiany postanowień umowy w żadnym wypadku nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy lub umowy ramowej.
  8. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
    - a) zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu;
    - b) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
      - zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
      - zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,
      - zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,
      - polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  9. W każdym przypadku strony mogą dokonać odpowiedniej zmiany umowy w zakresie elementów nieistotnych, a w zakresie postanowień istotnych – poza przypadkami określonymi w umowie również w razie zaistnienia okoliczności siły wyższej. Strony mogą w szczególności: wydłużyć termin płatności oraz zmienić umowę w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do przedmiotu zamówienia, w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian.
  10. Przy zachowaniu maksymalnej wartości brutto umowy bez zmian strony mają zawsze prawo wydłużyć okres obowiązywania o czas określony (maksymalnie 1 rok), z tym zastrzeżeniem, że łączny okres obowiązywania umowy nie może trwać dłużej niż 4 lata – w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do umowy w terminie na jaki umowa została zawarta, przy zachowaniu ogólnej wartości brutto umowy bez zmian.

## § 9

### ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym gdy:
  - w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w razie powtarzających się opóźnień w dostawie towaru (więcej, niż 3) lub powtarzających się dostaw towaru wadliwego, niezgodnego z SIWZ lub z zamówieniem (więcej, niż 3),
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w następujących sytuacjach:
  - a. w razie pogorszenia sytuacji finansowej Zamawiającego w trakcie trwania umowy,
  - b. w razie zmiany metody leczenia skutkującej spadkiem ilości zamówień jednostkowych,
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub jej części w sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## § 10

### ZAKAZ CESJI WIERZYTELNOŚCI I OBOWIĄZEK INFORMOWANIA

1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

2. Każda ze stron zobowiązana jest :

- a/ powiadomić niezwłocznie drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych,
- b/ złożyć komplet dokumentów wskazujących następcę prawnego.

## § 11

### AUDIT I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

1. W ramach nadzoru nad Wykonawcą Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego oraz dokumentach powiązanych.
4. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych, niezależnie od przewidzianych kar umownych.

## § 12

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca oświadcza że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2 ustawy k.c.
2. W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do pozasądowego, polubownego załatwienia sprawy, a gdy nie odniesie to skutku, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą zastosowanie art. 552 KC.
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - formularz asortymentowo - cenowy

Załącznik nr 2 - kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru NIP

Załącznik nr 3 - kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru REGON

Załącznik nr 4 - kopia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

.....  
**Wykonawca**

.....  
**Zamawiający**

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Należy potwierdzić spełnienie parametrów bezwzględnie wymagane. Należy wpisać TAK/NIE	Jm	ilość na 24 miesiące	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa katalogowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
1	1	Zestaw materiałów zużywalnych wielokrotnego użytku do zastosowania ze wstrzykiwaczem Medrad Stellant o minimalnie 12 godzinnym okresie użytkowania zawierający; 2 wkłady wielokrotnego napełniania (12 godzinne); 2 zestawy transferowe z zaworami antywrrotnymi i zintegrowanymi spikami ; 1 złącze wielorazowego użytku (12 godzinne)		ZESTAW	1 000								
	2	Jednorazowy dren spiralny, tzw.linia pacjenta długości minimum 250 cm przy pełnym rozciągnięciu z dwoma zintegrowanymi zastawkami antywrrotnymi kompatybilny z zestawem "Multi-patient" dla wstrzykiwacza Medrad Stellant.		SZT	15 000								
<b>1.SUMA</b>					<b>1.SUMA</b>								

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	L.p	Nazwa Asortymentu	Należy potwierdzić spełnienie parametrów bezwzględnie wymagane. Należy wpisać TAK/NIE	jm	ilość na 24 miesiące	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa katalogowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
	1	Cewniki diagnostyczne radiologiczne Szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2), Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter (1; 3); Hockey Stick; Hook (0,8; 1,0); KAZ; Mani; Mikaelsson; Modified Cerebral; Modified Hook (1; 2; 3); Modified Simmons; Motarjeme; Motarjeme Cane; Multipurpose A1; MW2; Newton (1; 2; 3; 4); Osborne; Renal Double Curve; Reuter; RIB; RIM; Shepherd Hook (0,8; 1,0); Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral; Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush; UAC		szt	6 000								
	2	Dostępne rozmiary: 4F i 5F Doskonałe widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą Cewniki zbrojone stalowym opilotem Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność Kompatybilne z przewodnikiem 0,035" - 0,038" Długości cewników 40 cm – 125 cm Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium Doskonała pamięć kształtu											

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Należy potwierdzić spełnienie parametrów bezwzględnie wymagane. Należy wpisać TAK/NIE	jm	ilość na 24 miesiące	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa katalogowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego	
3	1	<p>Cewniki diagnostyczne radiologiczne z pokryciem hydrofilnym</p> <p>Szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter 1; KA 2; Miani; Multipurpose; RBI; Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral</p> <p>Pokrycie hydrofilne odporne na ścieranie</p> <p>Dostępne rozmiary: 4F i 5F</p> <p>Doskonałe widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą</p> <p>Cewniki zbrojone stalowym opłotem</p> <p>Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność</p> <p>Kompatybilne z przewodnikiem 0,035" - 0,038"</p> <p>Długości cewników 40 cm – 125 cm</p> <p>Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium</p> <p>Doskonała pamięć kształtu</p>		szt	1 000									

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Należy potwierdzić spełnienie parametrów bezwzględnie wymagane. Należy wpisać TAK/NIE	Jm	ilość na 24 miesiące	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa katalogowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
	1	Cewniki kalibracyjne krzywizny: Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush; Ultra Bolus Flush średnice: 5F długości: 65 cm; 90 cm i 100 cm Ilość markerów 2 Odstęp pomiędzy markerami: 2 cm Kompatybilne z prowadnikiem 0,035" Doskonała pamięć kształtu		szt	30								
	2	Cewniki kalibracyjne krzywizny: Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush; średnice: 5F długości: 65 cm; 90 cm i 100 cm Ilość markerów 11 Odstęp pomiędzy markerami: 1 cm Kompatybilne z prowadnikiem 0,035" Doskonała pamięć kształtu		szt	150								
4	3	Cewniki kalibracyjne krzywizny: Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush; Bolus Flush średnice: 4F i 5F długości: 65 cm; 90 cm i 100 cm Ilość markerów 20 Odstęp pomiędzy markerami: 1 cm Kompatybilne z prowadnikiem 0,035" Doskonała pamięć kształtu		szt	200								
<b>SUMA 4</b>					<b>SUMA 4</b>								



W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Należy potwierdzić spełnienie parametrów bezwzględnie wymagane. Należy wpisać TAK/NIE	j.m	ilość na 24 miesiące	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa katalogowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
5	1	Mikrosfery do chemoembolizacji; precyzyjnie kalibrowane partykuły; w rozmiarach 40µm, 75µm, 100µm; partykuły w ampulkostrzykawkach 2ml i 3ml; możliwość nasączenia dokсорubicyną 100mg/2ml (1 ampulkostrzykawka); możliwość nasączenia irinotecanem 100mg/2ml (1 ampulkostrzykawka); możliwość nasączenia ampułkostrzykawką; możliwość nasączenia irinotecanem 150mg/3ml (1 ampulkostrzykawka); biokompatybilne i obojętne biologicznie - brak reakcji zapalnych, alergicznych, nie ulegają metabolizowaniu; brak efektu sklejania się poszczególnych sfer		szt	11								
6	1	<b>Prowadnik hydrofilny nitinolowy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>średnice 0.018" / 0,020" / 0,025" / 0,032" / 0,035" / 0,038"</li> <li>długości 50, 80, 120, 150, 180, 220, 260, 300 cm</li> <li>długości elastycznej końcówki 10, 30, 50 lub 80 mm</li> <li>rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie,</li> <li>odporność na zalamanie struktury podłużnej, wykonany z jednego kawałka, kontrola trąkacji 1:1</li> <li>poliuretan zatopione nitki wolframowe</li> <li>atraumatyczna końcówka</li> <li>trwała powłoka hydrofilna</li> <li>z prostą / zakrzywioną końcówką / końcówką zakrzywioną w kształcie litery J / krzywizna Bolla / z końcówką kształtowalną</li> <li>szttywność standardowa, półsztywne, sztywne</li> </ul>		szt	1 200								


W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Pakiet	Lp	Nazwa Asortymentu	Należy potwierdzić spełnienie parametrów bezwzględnie wymagane. Należy wpisać TAK/NIE	Jm	Ilość na 24 miesiące	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa katalogowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
7	1	<p>Introduktor – zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów</p> <p>Koszulka z zastawką średnice od: 3F do 12F</p> <p>Długość 60cm dla 3F i 11cm dla 4F do 12F</p> <p>Prowadnik typu J 0,035 dl 40cm</p> <p>Rozszerzacz dl. 18cm</p> <p>Igła prosta 21G 3,8cm, 19G, 18G dl. 7cm</p> <p>Kranik trójdrożny</p>		szt.	3 400								

do pytanie do pakietu nr 6

główny dostawca wyrobów medycznych,  
rozwiązań z tworzyw sztucznych i systemów farmaceutycznych

**Poseidon™ Prowadnik nitinolowy z pokryciem hydrofilnym**



**Srednice**

Ø 0.018" / 0,46 mm  
Ø 0.025" / 0,63 mm  
Ø 0.032" / 0,81 mm  
Ø 0.035" / 0,89 mm  
Ø 0.038" / 0,96 mm

**Długość**

30 - 260 cm

**Pokrycie**

Pokryty hydrofilnie - Black

**Rodzaj końcówki dystalnej**

Zakrzywiona

Prosta

Kształtowalna

**Sztywność shaftu**

Standard

Sztywny - Stiff

**Sztywność końcówki**

Standard

Soft

Floppy

Wyrób specjalny z podwójną  
kończówką elastyczną

Jeden koniec z zakrzywioną  
kończówką "angled" standardową,  
drugi koniec prosty typu soft.

Sztywny shaft.

Dostępne w dwóch długościach:  
150 i 180 cm.

Inne produkty dostępne na  
życzenie klienta.

**Opis systemu kodowania  
numeru katalogowego**

- [redacted]
- Pokrycie hydrofilne
- Rdzeń nitinolowy
- Kończówka prosta
- Kończówka zakrzywiona
- Kończówka kształtowalna
- Sztywność standardowa końcówki
- Sztywność końcówki Soft
- Sztywność końcówki Floppy
- Średnica prowadnika
- 0,018" (0,46 mm)
- 0,025" (0,63 mm)
- 0,032" (0,81 mm)
- 0,035" (0,89 mm)
- 0,038" (0,96 mm)
- Shaft sztywny Stiff
- Shaft Standard
- Długość prowadnika  
(od 30 - 260 cm)

