

EZ.28.77. ...1313... 2017.SD

Łódź, dnia 12.07.2017r.
Nr sprawy: 77/ZP/17

Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy **sprzętu medycznego jednorazowego użytku** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2, 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania do treści SIWZ wraz z jej zmianą.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści SIWZ.

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr 2, poz.1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 48 mm ?

Gwarantujemy elektrodę z bardzo mocnym klejem, który zapewnia doskonałą przyczepność do skóry pacjenta- większą niż większość konkurencyjnych elektrod o średnicy 50 mm. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza elektrodę o średnicy 48 mm

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 2, poz.1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 54 mm ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 3

Pakiet nr 8- golarki medyczne jednorazowe z pojedynczym ostrzem, o wymiarach ostrza: długość 1 cm, szer. 4,3 cm, głęb. 0,01 cm, z ostrzem które można odłamać od ręczki. Czy Zamawiający dopuści golarki medyczne jednorazowe z pojedynczym ostrzem o wymiarach długość 1,0 szerokość 4,2 głębokość 0,02 z ostrzem które można odłamać od ręczki?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4

Pakiet nr 10

Pozycja nr 2

Prosimy o dopuszczenie prześcieradeł o szerokości rolki 59-60cm, co mieści się w granicy błędu producenta i rolki nie zawsze mają równe 60cm

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5:

Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga golarek, które są zarejestrowane jako produkt medyczny?

ODPOWIEDŹ: Tak

Pytanie nr 6:

Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga golarek pakowanych indywidualnie w tekturową osłonkę?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga golarek pakowanych indywidualnie. Pakowanie golarek będzie przedmiotem oceny w ramach kryterium oceny ofert. Zamawiający oczekuje, by golarki były pakowane w sposób profesjonalny, wykluczający możliwość zranienia użytkownika przy rozpakowaniu.

Pytanie nr 7:

Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych z pojedynczym ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytym platyną oraz teflonem - potwierdzone dokumentem producenta?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie (ale nie wymaga)

Pytanie nr 8:

pakiet 5

poz. 1

Czy Zamawiający wymaga jednorazowej kwadratowej kaczki męskiej z pulpy higienicznej, biodegradowalnej, do maceratora o pojemność – ok. 850 ml o wymiarach 18 x 11 x 6,5 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga jednorazowej kaczki męskiej z pulpy higienicznej, biodegradowalnej, o pojemności 1000 ml, o dowolnych wymiarach

Pytanie nr 9

Poz. 3

Czy Zamawiający wymaga basen płaski 2 l z pulpy o wymiarach 38 x 29 x 9.5 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza basen 2l o podanych wymiarach

Pytanie nr 10

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę na opakowanie a'144 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści wycenę produktu w opakowaniach à 144 szt. Zamawiana ilość 36 720 szt. odpowiada 255 opakowaniom po 144 szt.

Pytanie nr 11

Pakiet nr 1 poz.10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora Lifepack o rozmiarze 107 mm x 23 mm.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12

Pakiet nr 1 poz. 13

Prosimy o wyjaśnienie czy papier w ww. pozycji ma być gładki czy w kratkę?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowanie papieru gładkiego

Pytanie nr 13

Pakiet nr 1 poz.14

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do videoprintera o rozm. 110 mm x 20 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj 1575 rolek, ponieważ papiery tego typu zarówno oryginalne jak i kompatybilne od 2009 r. produkowane są o długości 20 metrów zamiast 21 metrów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowanie papieru do videoprintera o rozm. 110 mm x 20 m.

Pytanie nr 14

Pakiet nr 1 poz.14

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy zaoferować papier oryginalny czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zamiennika papieru oryginalnego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania papieru videoprinter do USG SONY UPP-110HG o wymiarze 110 mm x 20 m (dopuszcza się papier producenta SONY i Mitsubishi)

Pakiet nr 15

Pakiet nr 1 poz.16

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o informacje czy w/w papier ma być z nadrukiem czy bez nadruku.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania papieru do defibrylatora Bene Heart D3 Mindray o rozmiarze 50 mm x 30 m z nadrukiem

Pytanie nr 16

Pakiet nr 1 poz.17

Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka co do rozmiaru papieru: papier termiczny szer 100x200 w rolce?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki. Zamawiający wymaga zaoferowania papieru do uroflowmetru FLOMEX PWS23 o wymiarze 112 mm x 20 m gładki

Pytanie nr 17

Pakiet nr 1 poz.17

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji papieru termicznego w rozmiarze 110x 20m lub 110x30 m.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga papieru o wymiarze 112 mm x 20 m

Pytanie nr 18**Pakiet nr 1 poz.19**

Prosimy o podanie rozmiaru papieru w/w pozycji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania papieru termicznego do podręcznego sterylizatora SUN II 22-11P o wymiarze 56 mm x 30 mm

Pytanie nr 19**Pakiet nr 1 poz.22**

Prosimy o podanie rozmiaru papieru w/w pozycji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania papieru do EKG Aspel Ascard Mr Blue o rozmiarze 112 mm x 25 mm z nadrukiem

Pytanie nr 20**Projekt umowy – par. 1 ust. 7**

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 21**Projekt umowy – par. 4 ust. 1 ppkt.a)**

Prosimy o zmianę kary umownej na 1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zapis zawarty w par. 4 ust. 1 ppkt. a) odnoszący się kary umownej jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa w przypadku nieterminowych płatności przewiduje karę dla Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

ODPOWIEDŹ: Zdaniem Zamawiającego 1 % brutto opóźnionej dostawy nie jest karą wygórowaną. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 22**Projekt umowy – par. 4 ust. 1 ppkt.c)**

Prosimy o zmianę kary umownej na 1% wartości brutto opóźnionej wadliwej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zapis zawarty w par. 4 ust. 1 ppkt. c) odnoszący się kary umownej jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa w przypadku nieterminowych płatności przewiduje karę dla Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzekają, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 23**Pytanie 1: (Pakiet nr 1 , poz. 1)**

Prosimy Zamawiającego o określenie czy papier ma być z nadrukiem czy gładki ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania papieru do EKG Ascard 3 rozmiar 104 mm x 40 mm z nadrukiem

Pytanie nr 24**Pytanie 2: (Pakiet nr 1 , poz. 8)**

Prosimy Zamawiającego o podanie pełnego wymiaru papieru (ile metrów w rolce powinien posiadać papier)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania papieru do EKG Ascard Mr Gold o rozmiarze 210mm x 25mm

Pytanie nr 25**Pytanie 3: (Pakiet nr 1 , poz. 14)**

Prosimy Zamawiającego o określenie czułości papieru oraz o producenta Videoprintera (Sony, Mitsubishi) ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania papieru videoprinter do USG SONY UPP-110HG o wymiarze 110 mm x 20 mm (dopuszcza się papier producenta SONY i Mitsubishi)

Pytanie nr 26**Pytanie 4: (Pakiet nr 1 , poz. 14)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie papieru w rozmiarze 110mmx20mm ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania papieru w rozmiarze 110mm x 20mm

Pytanie nr 27

Pytanie 5: (Pakiet nr 1 , poz. 16)

Prosimy Zamawiającego o podanie rozmiaru papieru? Czy papier ma być z nadrukiem czy gładki ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania papieru do defibrylatora Bene Heart D3 Mindray o rozmiarze 50 mm x 30 m z nadrukiem

Pytanie nr 28

Pytanie 6: (Pakiet nr 1 , poz. 17)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie papieru w rozmiarze 112mmx20m , gładki. Według informacji producenta firmy Japal uroflowmetru FLOMEX typ PW23 papier ten występuje w papierze 112mmx20m.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania papieru do uroflowmetru FLOMEX PWS23 o wymiarze 112 mm x 20 m gładki

Pytanie nr 28

Pytanie 7: (Pakiet nr 1 , poz. 19)

Prosimy Zamawiającego o podanie rozmiaru papieru ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania papieru termicznego do podręcznego sterylizatora SUN II 22-11P o wymiarze 56 mm x 30 m

Pytanie nr 29

Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG 210x300x200 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 30

Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści golarki medyczne o wymiarach ostrza 0,8cm, szer. 3,6cm, głęb. 0,01cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 31

Pakiet 10, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła jednorazowe na rolce o szer. 60cm i długości 80m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 32

Pakiet 10, pozycja 1, 2

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje wyceny za rolki czy za metry?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania ceny za 1 rolkę o dł. 50 m.

II. Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmianie ulega załącznik nr 2A do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia zostaje doprecyzowany zgodnie z treścią powyższych odpowiedzi na pytania (zmieniony formularz w załączeniu do niniejszego pisma).

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi (1)
mgr Wojciech Szrober

Załącznik nr 2A do SIWZ - ZMIENIONY
Nr sprawy 77/ZP/17

Zamawiający:
Wojewódzkie Włospecialistyczne
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
92 - 513 Łódź

OFERTA - Formularz cenowy

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla W.W.C.O. i T. im. M. Kopernika w Łodzi** o wartości przekraczającej 209 000 euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:

Pakiet	L.p	Nazwa Asortymentu	ilość	j.m.	cena jednostkowa netto	Wartość netto w PLN	VAT w %	Wartość brutto w PLN	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
PAKIET NR 1												
1	1	Papier do EKG Ascard 3 rozmiar: 104mm x 40m z nadrukiem	120	rolka								
1	2	Papier do EKG Delta 3/6 rozmiar: 112 x 100 x 300	20	składka								
1	3	Papier do EKG Multicard E-30 rozmiar: 100 x 40	20	rolka								
1	4	Papier do EKG Schiller Cardiovit AT 2 rozmiar: 210 x 280 x 215	350	ryza								
1	5	Papier do EKG Ascard A4 rozmiar: 112 x 25, średnica zewn. rolki z papierem - 45mm	6 000	rolka								
1	6	Papier do EKG Biomedica rozmiar: 210 x 300 x 300	10	ryza								

8	1	Golarki medyczne jednorazowe, z pojedynczym ostrzem, o wymiarach ostrza: długość 1 cm, szer., 4,2-4,3 cm; głęb. 0,01-0,02 cm, z ostrzem, które można odlaminować od rączki	40 000	szt.																
---	---	--	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PAKIEC NR 9																			
9	1	termometr na podczerwień do mierzenia temperatury w sposób bezdotykowy zasilany bateriami AA	80	szt.															
9	2	termometr medyczny do mierzenia temperatury pod pachą pacjenta, bezręciowy, wypełniony surogatem rtęci, przeciw alergiczny, bez baterii tworzyw sztucznych i substancji toksycznych	400	szt.															
																		Suma	

PAKIEC NR 10																			
10	1	Prześcieradło jednorazowe na rolce o szer. 50 cm (białe, dwu warstwowe, wykonane z celulozy)	12 000	rolka dł. 50m															
10	2	Prześcieradło jednorazowe na rolce o szer. 59-60 cm (białe, dwu warstwowe, wykonane z celulozy)	5 000	rolka dł. 50m															
																		Suma	

PAKIEC NR 11																			
11	1	Worki strunowe 150 x 300 mm. (grubość 0,035mm- 0,040mm) zamykane po krótszym boku	850	op. = 100 szt.															

