

EZ.28.50.Ba.2017.MJ

Łódź, dn. 22.03.2017r  
 Nr sprawy: 50/ZP/17

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę **sprzętu medycznego** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015., poz. 2164 ze zm.) przekazujemy odpowiedzi na pytania zadane do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:

Numer pakietu	Pytanie	Odpowiedź
7	Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt renomowanej amerykańskiej firmy (...) będącej liderem na rynku światowym w postaci cewnika typu Malecot wykonanego z innowacyjnego materiału C-Flex (materiał inny niż poliuretan) standardowy bądź z długą końcówką (Re-Entry 15 -18 cm). Długość robocza cewnika 35 cm, zewnętrzna średnica 14,16,20, 24 Fr (do wyboru przez zamawiającego). Zestaw zawiera: cewnik C-Flex malecot, dwie elastyczne sondy, dren do podłączenia worka drenażowego.	Zamawiający dopuszcza szerokość 14F, pozostałe parametry wymaga zgodnie z SIWZ
7	Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Malecot wykonanego z poliuretanu, wyposażonego w usztywniający sztylet prostujący, w rozmiarach: CH 10, CH 12, o długości 30 cm.	Zamawiający dopuszcza
8	Prosimy o dopuszczenie cewników Foley`a 100%silikon pediatrycznych dwudrożnych w rozmiarach CH6 – 1,5ml, CH8-3ml. W przypadku cewników pediatrycznych taka pojemność balonu jest wystarczająca by pewnie umiejscowić cewnik.	Zamawiający dopuszcza

8	Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Foleya z balonem o pojemności: 1,5 ml dla rozmiaru CH 6 oraz 3-5 ml dla rozmiarów: CH 8 oraz CH 10. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	Zamawiający dopuszcza
2	Pakiet 2 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nadłonowego drenażu składającego się z cewnika 8CH typu Pigtail z poliuretanu z lejkowatym łącznikiem do worka na mocz, z rozrywalnej igły punkcyjnej, 2L worka na mocz, silikonowej tulejki do mocowania cewnika oraz zacisku.	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
2	Pakiet 2 poz. 1 Czy Zamawiający oczekują aby zestaw do nadłonowego drenażu zawierał 2L worek na mocz i silikonowej tulejki do mocowania cewnika?	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
3	Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przezskórnej nefrostomii w rozmiarach: CH 6, CH 8, CH 10,5. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	Zamawiający dopuszcza
3	pakiet 3 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostimii składającego się z cewnika typu Pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan w rozmiarach 6, 8, 10CH z 2-częściową igłą widoczną w USG, zestawem rozszerzadeł, prowadnicą, łącznikiem do worka na mocz z mechanizmem obrotowym oraz kranikiem.	Zamawiający dopuszcza
3	Pakiet 3 poz. 1 Czy Zamawiający oczekuje, aby zestaw do nefrostimii zawierał cewnik z materiału miękkiego z zewnątrz co zmniejsza dyskomfort u pacjenta i sztywnego od środka, co gwarantuje drożność układu oraz łącznik do worka na mocz z mechanizmem obrotowy?	Zamawiający potwierdza
11	Czy Zamawiający dopuszcza zestaw do szynowania w rozmiarze 3Ch o długości 15cm?	Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ
11	Czy Zamawiający dopuszcza zestaw do szynowania w rozmiarze 4Ch o długościach 12cm, 15cm, 18cm, 20cm, 22cm?	Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ
11	Czy Zamawiający dopuszcza zestaw do szynowania w rozmiarze 4.8Ch o długościach 12cm, 15cm, 18cm, 20cm, 22cm, 24cm, 26cm?	Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

11	Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów w rozmiarze 4.8CH o długościach 24cm, 26cm, 28cm, 30cm?	Zamawiający dopuszcza rozmiar 4,8Ch natomiast pozostałe parametry wymaga zgodnie z SIWZ.
11	Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt renomowanej amerykańskiej firmy (..) będącej liderem na rynku światowym w postaci zestawu stentu [REDACTED] w skład którego wchodzi: stent do szynowania moczowodu wykonany z innowacyjnego materiału percuflex z osłoną hydrofilową ułatwiającą jego wprowadzenie, obustronnie otwarty typu DJ, zapewniający możliwość przebywania w ciele pacjenta do 12 miesięcy, z możliwościami rozmiarowymi 10-30 cm dla średnicy 4,8Fr oraz długościami 20-30cm ze średnicami 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr. -pozycjoner długości 45 cm - drut prowadzący PTFE 0,035" z elastyczną końcówką 3 cm, długość 150 cm	Zamawiający dopuszcza stent o szerokości 4,8F, natomiast pozostałe parametry wymaga zgodnie z SIWZ
11	Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów bez nakładki uszczelniającej.	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. W opisie przedmiotu brak nakładki uszczelniającej
11	Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów w rozmiarach: CH 3, dł. 10,12,14 cm; CH 4, dł. 12,15,18,20,22,24 cm; CH 4,7, dł. 16,20,22,24,26,28,30.	Zamawiający dopuszcza szerokość cewników, natomiast pozostałe parametry wymaga zgodne z SIWZ
11	Pakiet nr 11, Pozycja nr 1 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawów do szynowania moczowodów o rozmiarach: · CH 3 dł. 10,12,14 cm; · CH 3.7 dł. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 cm · CH 4.7 dł. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 cm	Zamawiający dopuszcza
6	Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski z nebulizatorem dla dzieci, zestaw o potwierdzonych w badaniach producenta parametrach frakcji respirabilnej na poziomie 72% oraz przeciętnej średnicy cząsteczek aerozolu (MMAD) - 2,4 µm, przeznaczony do przeprowadzania szybkich nebulizacji przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 3,3 min. (+/- 0,1 min.).	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

**Pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.**

*[Faint, illegible text]*

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
**ds. Lecznictwa**  
*dr hab. n. med. Przemysław Bilski*