

EZ .28.102. ~~1810~~ .2017.AO

Łódź, dnia 13.09.2017r.

Nr sprawy 102/ZP/17

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na **dostawy sprzętu medycznego** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

- I. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania i prośby o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie dotyczy projektu umowy

*Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:*

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającego kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
  - b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto;
  - c/ za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości **0,5%** wartości **brutto** nie dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii towaru** chyba że nie ponosi winy;
  - d/ za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości **0,5%** wartości **brutto** towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru** – chyba, że nie ponosi winy;

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



e/ za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa w § 3 pkt. 1, 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości **0,5%** wartości brutto niezrealizowanej części umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy**, chyba, że nie ponosi winy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie dotyczy projektu umowy

W związku z zapisem § 12 ust. 1 projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada. Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2015 r. oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok.

Odpowiedź:

Sytuacja majątkowa w załączeniu. Szczegółowe informacje dotyczące finansów Szpitala dostępne w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat Ekonomiczny – tel. 42 689 59 20 w godzinach pracy Administracji Szpitala tj. od poniedziałku do piątku 7.30- 15.05.

Pytanie dotyczy pakietu nr 15

Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na aparaturę RTG w kształcie czepka o średnicy około 80cm oraz 140cm po rozciągnięciu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 15 sterylny pokrowiec na aparaturę RTG w kształcie czepka o średnicy około 80cm oraz 140cm po rozciągnięciu. Pozostałe wymagania zgodnie z siwz.

Pytanie dotyczy pakietu nr 17

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje linii do próbkowania gazu o długości 300cm czy 200cm?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie nr 17 oczekuje linii do próbkowania gazu o długości 200cm, dopuszcza linię do próbkowania gazu o długości 300cm. Pozostałe wymagania zgodnie z siwz.

Pytanie dotyczy pakietu 17

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, aby linia posiadała tryb złącza męsko-męski czy męsko-żeński?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie nr 17 oczekuje, aby linia posiadała tryb złącza męsko-męski. Pozostałe wymagania zgodnie z siwz.

Pytanie dotyczy pakietu nr 6 poz. 1

*Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z dodatkową rozciągliwą rurą od 0,6 do 1,8 m, spełniający wszystkie pozostałe wymagania?*

Odpowiedź:

**Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie dotyczy pakietu nr 11

*Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 11 poz. 1 – 3 cewników centralnych o długościach 15 cm i 20 cm w zestawach z igłą punkcyjną 18Ga/7 cm – pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.*

Odpowiedź:

**Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie dotyczy pakietu nr 10

*Prosimy o dopuszczenie sterylnej osłony na kamerę video wykonanej z folii PE w rozmiarze 13x240cm, z tekturową podkładką do aplikacji i dodatkową taśmą lepłą, osłona złożona teleskopowo. Opakowanie posiada informację o dacie i nr serii w formie min.2 naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej.*

Odpowiedź:

**Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 10 osłonę na kamerę video wykonaną z folii PE w rozmiarze 13x240cm, z tekturową podkładką do aplikacji i dodatkową taśmą lepłą, osłona złożona teleskopowo. Opakowanie posiada informację o dacie i nr serii w formie min.2 naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Pozostałe wymagania zgodnie z siwz.**

Pytanie dotyczy pakietu nr 14

*Prosimy o dopuszczenie sterylnego foliowego pokrowca na aparaturę RTG w kształcie czepka  $\varnothing$  75 cm (130 cm po rozciągnięciu spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.*

Odpowiedź:

**Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 14 zaferowanie sterylnego foliowego pokrowca na aparaturę RTG w kształcie czepka  $\varnothing$  75 cm (130 cm po rozciągnięciu spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.**

Pytanie dotyczy pakietu nr 17

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazowej linii monitorującej z tworzywa nietoksycznego biologicznie czystej, tak jak obecnie stosowanej w Państwie Placówce?*

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 17 zaoferowanie gazowej linii monitorującej z tworzywa nietoksycznego biologicznie czystszej. Pozostałe wymagania zgodnie z siwz.

Pytanie dotyczy wzoru umowy

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie faktury drogą elektroniczną w formie dokumentu .pdf?*

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie dotyczy Ad par. 6 ust. 1 a/ i b/

*Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 10% wartości niezrealizowanej części umowy.*

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie dotyczy Ad par. 6 ust. 1c/ i 1d/

*Prosimy o zmianę wysokości kar umownych do 0,2% wartości odpowiednio niedostarczonej w terminie partii towaru za każdy dzień zwłoki oraz wartości towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy dzień zwłoki.*

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie dotyczy pakietu nr 6 pozycja 1

*Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy typu rura w rurze, dwuświatłowy, zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 30 mm i długości 1,6 m, do aparatów do znieczulania, z dodatkową rurą 0,5 m, z 2l workiem bezłateksowym, z testerem szczelności umożliwiającym dokładne i niezależne sprawdzenie wewnętrznego i zewnętrznego światła rur pod kątem szczelności w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika, wszystkie elementy w jednym oryginalnym opakowaniu producenta, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe.*

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie dotyczy pakietu nr 6 pozycja 2

*Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy typu rura w rurze, dwuświatłowy, zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 30 mm i długości 1,6 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, z testerem szczelności umożliwiającym dokładne i niezależne sprawdzenie wewnętrznego i zewnętrznego światła rur pod kątem szczelności w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika, wszystkie elementy w jednym oryginalnym opakowaniu producenta, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe.*

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie dotyczy wzoru umowy Ad par. 6 ust. 1

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na następujące:

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającego kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

a/ jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostaw lub przerwie wykonywanie dostaw towaru, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto – chyba że nie ponosi winy; wyjątkiem jest sytuacja, gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 30 dni.

b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy brutto;

c/ za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,2% wartości nie dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba że nie ponosi winy;

d/ za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,2% wartości towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba, że nie ponosi winy.


e/ ~~za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto całej umowy (według stanu na dzień naruszenia), chyba, że nie ponosi winy.~~

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

  
DYREKTOR  
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi (1)  
mgr Wojciech Szrajber

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
mgr Agnieszka Ornoch




## Sytuacja majątkowa

**Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego  
Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi**  
wg danych na dzień 30.06.2017.

1. Aktywa trwałe	159 262 663,44 zł
2. Aktywa obrotowe	56 979 497,51 zł
3. Suma pasywów	216 242 160,95 zł
4. Zobowiązania i rezerwy	251 131 487,35 zł
a) zobowiązania krótkoterminowe	77 700 599,09 zł
- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	
	43 816 974,43 zł

w tym:

- objęte spłatami ratalnymi 0,00 zł
- wymagalne 2 015 155,04 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Agnieszka Kociszewska