

EZ.28.113.2016.2017.MJ

Łódź, dn. 11.10.2017r
 Nr sprawy: 113/ZP/17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę **sprzętu medycznego** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017., poz. 1579.) przekazujemy Państwu zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:

Numer pakietu	Pytanie	Odpowiedź
17	Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów <i>Zamawiający</i> w pakiecie 17 wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu typu spike do pobierania płynów z opakowań płynów infuzyjnych z automatyczną zastawką otwierającą drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki dla ochrony przed przypadkowym wyciekami płynu, z płaskim portem umożliwiającym dezynfekcję oraz z długim kolcem zapewniającym stabilne połączenie z butelką lub workiem. W IFU wspomnianego spika znajduje się informacja, że może on być używany przez 96h.	Zamawiający dopuszcza
14	Pakiet 14 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści aparat do przetoczeń krwi TS z komorą kroplową wykonaną z PCV w całości pozbawioną ftalanów, z zaciskiem bez możliwości zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym zamiast na zacisku? Przyrządów do przetaczania krwi nie powinno rozłączać się z workiem, w związku z czym wymóg aby przyrząd posiadał pochewkę jest irracjonalny i naraża zamawiającego na prawdopodobieństwo praktyki niezgodnej z obowiązującymi przepisami: "Składniki krwi przetacza się za pomocą jednorazowych sterylnych zestawów (Art. 12. p. 6) „Przez jeden zestaw można przetaczać, podczas jednego zabiegu, jedna jednostkę krwi lub jej składnika, Zestaw należy zmienić również w przypadku, gdy po zakończonym przetoczeniu podaje się	Zamawiający zmienia zapisy SIWZ i wymaga zgodnie ze zmianą

	<p>płyny infuzyjne” (Art. 12. p. 14) oraz „Po przetoczeniu pojemniki z pozostałością po przetoczeniu wraz z zestawami do przetoczenia opisane nazwiskiem i imieniem pacjenta oraz datą i godziną przetoczenia należy przechować w temperaturze od 2°C do 6°C przez 72 godziny w specjalnie do tego celu przeznaczonej chłodziarce, a następnie zutylizować w sposób uniemożliwiający pozyskanie danych osobowych pacjenta przez osoby nieuprawnione.” (Art. 12 p. 16).</p> <p>Pragniemy dodać, iż bieżący opis wskazuje tylko i wyłącznie na produkt firmy (...) którego dystrybutorem jest firma (...) co stoi w sprzeczności z zasadami równego traktowania wykonawców.</p>	
14	<p>Pakiet 14 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści aparat do przetoczeń płynów IS w całości pozbawiony ftalanów, z komorą kroplową wykonaną z PCV o długości całkowitej 60mm (część przezroczysta 55mm), z igłą biorczą wykonaną z ABS-u bez wzmocnienia włóknem szklanym, z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym zamiast na zacisku?</p> <p>Pragniemy dodać, iż bieżący opis wskazuje tylko i wyłącznie na produkt firmy (...), którego dystrybutorem jest firma (...) co stoi w sprzeczności z zasadami równego traktowania wykonawców.</p>	Zamawiający zmienia zapisy SIWZ i wymaga zgodnie ze zmianą
3	<p>Czy Zamawiający dopuści bursztynowy aparat do przetaczania płynów infuzyjnych, bez osłony na kolec aparatu zintegrowanej z zaciskiem rolkowym, z jednoczęściową komorą kroplową?</p>	Zamawiający dopuszcza bursztynowy aparat, wymaga jednak aby pozostałe parametry były zgodne z SIWZ.
8	<p>Czy Zamawiający dopuści wycenę nożyków za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości?</p>	Tak, Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem przeliczenia dającego wymaganą przez Zamawiającego ilość
10	<p>Czy Zamawiający dopuści igłę motylek 0,5 x 19mm dł. 30cm 25G?</p>	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

14	<p>Pakiet 14 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści aparat do przetoczeń krwi TS z komorą kroplową wykonaną z PCV w całości pozbawiony ftalanów, z zaciskiem bez możliwości zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym zamiast na zacisku?Przyrządów do przetaczania krwi nie powinno rozłączać się z workiem, w związku z czym wymóg aby przyrząd posiadał pochewkę jest irracjonalny i naraża zamawiającego na prawdopodobieństwo praktyki niezgodnej z obowiązującymi przepisami:"Składniki krwi przetacza się za pomocą jednorazowych sterylnych zestawów (Art. 12. p. 6)„Przez jeden zestaw można przetaczać, podczas jednego zabiegu, jedna jednostkę krwi lub jej składnika, Zestaw należy zmienić również w przypadku, gdy po zakończonym przetoczeniu podaje się płyny infuzyjne” (Art. 12. p. 14) oraz „Po przetoczeniu pojemniki z pozostałością po przetoczeniu wraz z zestawami do przetoczenia opisane nazwiskiem i imieniem pacjenta oraz datą i godziną przetoczenia należy przechować w temperaturze od 2°C do 6°C przez 72 godziny w specjalnie do tego celu przeznaczonych chłodziarce, a następnie zutylizować w sposób uniemożliwiający pozyskanie danych osobowych pacjenta przez osoby nieuprawnione.” (Art. 12 p. 16).Pragniemy dodać, iż bieżący opis wskazuje tylko i wyłącznie na produkt firmy (...), co stoi w sprzeczności z zasadami równego traktowania wykonawców.</p>	Zamawiający zmienia zapisy SIWZ i wymaga zgodnie ze zmianą
14	<p>Pakiet 14 poz.2 Czy Zamawiający dopuści aparat do przetoczeń płynów IS w całości pozbawiony ftalanów, z komorą kroplową wykonaną z PCV o długości całkowitej 60mm (część przezroczysta 55mm), z igłą biorczą wykonaną z ABS-u bez wzmocnienia włóknem szklanym, z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym zamiast na zacisku? Pragniemy dodać, iż bieżący opis wskazuje tylko i wyłącznie na produkt firmy (...), co stoi w sprzeczności z zasadami równego traktowania wykonawców.</p>	Zamawiający zmienia zapisy SIWZ i wymaga zgodnie ze zmianą
17	Czy Zamawiający dopuści aparat typu Mini-Spike z filtrem p/bakteryjnym 1,2µm, bez zastawki automatycznej?	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
2	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy?	nie

2	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów w opakowaniu zbiorczym po 10 szt., gdyż tylko tak producent pakuje swoje wyroby? Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę w formularzu cenowym j.m. ze szt. na op. i przeliczenie wymaganej ilości.	Tak, Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem przeliczenia dającego wymaganą przez Zamawiającego ilość
15	Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 15 dopuści: wkłucie dożylnie, kaniula poliuretanowa, zatyczka odpowietrzająca z filtrem hydrofobowym, koreczek z wewnętrzną częścią powyżej krawędzi koreczka, 3 dobrze widoczne w RTG paski, na opakowaniu informacja o materiale z jakiego wykonana jest kaniula, dostępna w rozmiarach: • 24G (0,74)- dł. 19mm; przepływ 29 ml/min • 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min • 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min • 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min • 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ 96 ml/min • 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/min • 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ 225 ml/min • 14G (2,00)- dł. 45mm; przepływ 290 ml/min • 26G (0,64) – dł. 19mm, przepływ 19ml/min ?	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
17	Czy Zamawiający w Pakiecie 17 wyrazi zgodę na sterylny przyrząd (...) do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, z filtrem odpowietrzającym (bakteryjnym) 3µm i filtrem cząsteczkowym (płynów) 5 µm, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim? Pragniemy zauważyć, że szpital ma obecnie aktywną umowę na płyny w opakowaniach stojących, do których pasuje proponowany przez nas przyrząd.	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
3	Pakiet 3, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści aparat do przetaczania płynów bursztynowy bez zawartości DEHP. Osłona na kolec aparatu po użyciu zintegrowana z zaciskiem rolkowym. Komora kroplowa jednoczęściowa?	Zamawiający dopuszcza bursztynowy aparat, wymaga jednak aby pozostałe parametry były zgodne z SIWZ.
10	Pakiet 10, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści igłę motylek 0,5 x 20 mm długość 30 cm 25G?	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ


14	Pakiet 14, poz. 1 Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu z przyrządem do przetaczania krwi TS. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.	Zamawiający zmienia zapisy SIWZ i wymaga zgodnie ze zmianą
14	Pakiet 14, poz. 1, 2 Czy Zamawiający dopuści aparat do przetaczania krwi TS oraz do przetaczania płynów IS, którego komora kroplowa wykonana jest z medycznego PVC? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	Zamawiający zmienia zapisy SIWZ i wymaga zgodnie ze zmianą
14	Pakiet 14, poz. 2 Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd o długości komory min 62 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	Zamawiający zmienia zapisy SIWZ i wymaga zgodnie ze zmianą
14	Pakiet 14, poz. 2 Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd o długości komory min 55 mm w części przezroczystej? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	Zamawiający zmienia zapisy SIWZ i wymaga zgodnie ze zmianą
14	Pakiet 14, poz. 2 Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd z igłą standardowo ściętą dwukanałową wykonaną z ABS, bez dodatkowego wzmocnienia włóknem szklanym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	Zamawiający zmienia zapisy SIWZ i wymaga zgodnie ze zmianą
14	Pakiet 14, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści przyrząd posiadający: <ul style="list-style-type: none"> • uniwersalny ostry kolec pozwalający na łatwe wprowadzanie także do małych butelek i całkowite opróżnienie butelki oraz szczelne połączenie z workiem • Igła biorcza dwukanałowa posiada odpowietrzniki z filtrem • Komora kroplowa o długości 45 mm • Kroplomierz 20 kropli + 1 • 15 µm filtr płynu • Precyzyjny zacisk rolkowy • Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną • Dren długości 150 cm • Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku • Opakowanie typu folia • Zawiera ftalany 	Zamawiający zmienia zapisy SIWZ i wymaga zgodnie ze zmianą

14	<p>Pakiet 14, poz. 2</p> <p>Czy Zamawiający dopuści przyrząd posiadający:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uniwersalny ostry kolec pozwalający na łatwe wprowadzanie także do małych butelek i całkowite opróżnienie butelki oraz szczelne połączenie z workiem • Igła biorcza dwukanałowa posiada odpowietrzniki z filtrem • Komora kroplowa o długości 45 mm • Kroplomierz 20 kropli + 1 • 15 µm filtr płynu • Precyzyjny zacisk rolkowy • Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną • Dren długości 150 cm • Sterylny, apirogeny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku • Opakowanie typu blister • Wolny od ftalanów 	Zamawiający zmienia zapisy SIWZ i wymaga zgodnie ze zmianą
15	<p>Pakiet 15, poz. 1-6</p> <p>Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul z zastawką antyzwrotną pełniącą tę samą funkcję co filtr hydrofobowy. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.</p>	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
15	<p>Pakiet 15, poz. 1</p> <p>Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli 22G w rozmiarze: 22G 0,80 x 25 mm zamiast 22G 0,9 x 25 mm. Pozostałe parametry z SIWZ.</p>	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
15	<p>Pakiet 15, poz. 1</p> <p>Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul 20 G w jednym rozmiarze tj.: 20G 1,00 x 32 zamiast 20G 1,1 x 33 mm i jednocześnie odstąpienie od wymogu kaniuli 20G w drugim rozmiarze, czyli 20G 1,1 x 25 mm. Pozostałe parametry z SIWZ.</p>	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
15	<p>Pakiet 15, poz. 1</p> <p>Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul 18G w rozmiarze: 18G 1,20 x 45 mm zamiast 18G 1,3 x 45 mm oraz 18G 1,20 x 38 mm zamiast 18G 1,3 x 33 mm. Pozostałe parametry z SIWZ.</p>	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
15	<p>Pakiet 15, poz. 4</p> <p>Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli 17G w rozmiarze: 17G 1,5 zamiast 17G 1,4. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.</p>	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

15	Pakiet 15, poz. 1-6 Czy Zamawiający dopuszcza kaniule wykonane z biokompatybilnego teflonu FEP? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
15	Pakiet 15, poz. 1-6 Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul z trzpieniem koreczka umieszczonym powyżej krawędzi korka. Takie rozwiązanie pozwala sprawniej nałożyć i zakręcić koreczek, gdyż wystający trzpień pełni funkcję przewodnika, dzięki czemu trudniej krzywo wkręcić koreczek (co jest z kolei możliwe, gdy trzpień jest schowany poniżej krawędzi korka).	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
15	Pakiet 15, poz. 1-6 Czy Zamawiający dopuszcza kaniule wykonane z biokompatybilnego teflonu FEP? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
16	Pakiet 16, poz. 1 Czy Zamawiający dopuszcza aplikator typu mini Spike bez zastawki i bez zaworu bezigłowego, z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w SIWZ?	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
16	Pakiet 16, poz. 2 Czy Zamawiający dopuszcza aplikator typu mini Spike bez zastawki, z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w SIWZ?	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
16	Pakiet 16, poz. 2 Czy Zamawiający dopuszcza aplikator typu mini Spike z filtrem 1,2 μm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
16	Pakiet 16, poz. 2 Czy Zamawiający dopuszcza aplikator typu mini Spike z filtrem 0,1 μm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
18	Pakiet 18, poz. 1, 2 Czy Zamawiający oprócz otworu w dolnej części worka wymaga także wycięcia na szczycie umożliwiającego zawieszenie butelki, dodatkowy pasek klejący pozwalający na zamknięcie worka?	Zamawiający nie wymaga

20	Pakiet 20, poz. 1 Czy Zamawiający dopuszcza przedłużacze tylko o długości 150 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
5	Pakiet nr 5, ilość pozycji 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści - system do bezpiecznej infuzji leków cytostatycznych przez personel medyczny, w celu zapobiegania wszelkiego rodzaju kontaminacji. Zestaw ten oferuje szeroki zakres linii centralnych, który wraz z regulatorem przepływu leku cytostatycznego może tworzyć kompletny system. Zestaw zawiera w szczególności: kołec wlotowy z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, przeźroczyste dreny, 2 dodatkowe wloty, bezigłowy konektor Luer-Lock, pojemnik wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linia podaży leku przeźroczysta o długości 160cm, regulator przepływu leku cytostatycznego, bezigłowy port typu Y wraz z konektorem Luer-Lock z samopłuczającą się nakrętką, zakrętki hydrofobowe. Regulator przepływu leku cytostatycznego jest liderem na rynku i może być stosowany zamiast elektrycznych pomp tworząc kompletny system i regulując koszty. Produkt pakowany pojedynczo w kartonie zbiorczym po 20 sztuk produktu.	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
16	Pakiet nr 16, ilość pozycji 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści - system do bezpiecznej infuzji leków cytostatycznych przez personel medyczny, w celu zapobiegania wszelkiego rodzaju kontaminacji. Zestaw ten oferuje szeroki zakres linii centralnych, który wraz z regulatorem przepływu leku cytostatycznego może tworzyć kompletny system. Zestaw zawiera w szczególności: kołec wlotowy z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, przeźroczyste dreny, 2 dodatkowe wloty, bezigłowy konektor Luer-Lock, pojemnik wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linia podaży leku przeźroczysta o długości 160cm, regulator przepływu leku cytostatycznego, bezigłowy port typu Y wraz z konektorem Luer-Lock z samopłuczającą się nakrętką, zakrętki hydrofobowe. Regulator przepływu leku cytostatycznego jest liderem na rynku i może być stosowany zamiast elektrycznych pomp tworząc kompletny system i regulując koszty. Produkt pakowany pojedynczo w kartonie zbiorczym po 20 sztuk produktu.	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

14	<p>pakiet 14 poz. 2</p> <p>Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, - rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?</p>	Zamawiający zmienia zapisy SIWZ i wymaga zgodnie ze zmianą
14	<p>Pakiet 14 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści przyrząd IS bez uchwytu na dren?</p>	Zamawiający zmienia zapisy SIWZ i wymaga zgodnie ze zmianą
14	<p>Pakiet 14 Poz. 1-2</p> <p>Czy Zamawiający dopuści przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie ? Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe.</p>	Zamawiający zmienia zapisy SIWZ i wymaga zgodnie ze zmianą
19	<p>Pakiet 19 Pytanie dotyczy masek tlenowych dla dzieci oraz masek tlenowych dla dorosłych.</p> <p>Czy Zamawiający dopuści te maski ale łącznie z drenem?</p>	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
11	<p>Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 11 poz. 1 igły typu Pencan 25G x 88-90mm z prowadnicą 0,9 x 38 mm.</p>	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
11	<p>Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 11 poz. 2 igły typu Perican 18G x 88-90mm.</p>	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
21	<p>Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 21 poz. 1 kompletnego zestawu do drenażu opłucnej zawierającego: igłę do wkłucia, cewnik z poliuretanu z dilatatorem, linię łączącą z kranikiem, strzykawkę 10ml, skalpel, adaptor, worek na wydzielinę, chustę na stolik zabiegowy.</p>	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
21	<p>Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w pakiecie 21 poz. 1 Zamawiający wymaga zestawu do drenażu opłucnej zawierającego zawór Heimlicha.</p>	Zamawiający nie wymaga. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

5	<p>Pakiet 5, Pozycja 1</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych zestawów infuzyjnych włoskiej produkcji o poniższych parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> · wbudowany filtr płynu 0,2µm umożliwiający filtrację leku przed podaniem · z możliwością podaży leków cytostatycznych · komora kroplowa wykonana z materiałów wolnych od PCV · ostry kołec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami typu worek · odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową kłapką · elastyczna komora kroplowa · kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml · uniwersalne całkowicie przezroczyste zakończenie drenu luer-lock · precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy · miękki elastyczny dren wykonany z poliuretanu · łącznik do dodatkowych iniekcji typu Y · pozbawiony w całości DEHP, lateksu, PCV · sterylny 	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
3	1. Pakiet 3. Proszę o dopuszczenie aparatu w kolorze bursztynowym zamiast czarnego i nie gorszą ochrona w zakresie UV, pozostałe parametry bez zmian.	Zamawiający dopuszcza
9	Pakiet nr 9 . Z jakiego materiału mają być wykonane kraniki?	Zamawiający wymaga kraników trójdrożnych bez ftalanów

15	3. Pakiet 15 poz.2. Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanej z FEP z zatyczką odpowietrzająca zamiast membrany hydrofobowej z koreczkiem z wewnętrznym elementem ponad krawędzią koreczka, z dwoma paskami widocznymi w RTG	Zamawiający dopuszcza
	4. Czy Zamawiający dla weryfikacji zgodności oferty z wymaganiami SIWZ przewiduje możliwość wezwania oferentów do przesłania wzorów produktu?	Zamawiający nie przewiduje
16	1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 dopuszcza zaoferowanie aplikatora typu „mini spike” z wbudowanym na stałe filtrem aerozolowym 0,1 µm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? Proponowany parametr jest lepszy od wymaganego, a Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie korzystnej oferty cenowej i jakościowej.	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
3	Pakiet 3. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z jednoczęściową komorą kroplową i przezroczystym drenem.	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
5	Pakiet 5. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu infuzyjnego do cytostatyków z jednoczęściową komorą kroplową bez miejsca na podwieszenie kolca.	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
9	Pakiet 9 . Prosimy o wyjaśnienie czy zaoferowane kraniki mają posiadać białe trójramienne pokrętko?	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
9	Pakiet 9 Czy Zaoferowane kraniki mają być wyposażone w wyczuwalny i optyczny indykator pozycji otwarty zamknięty ?	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
10	Pakiet 10 1. Prosimy o dopuszczenie igły motylek 0,5 x 20 mm 25G?	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

11	<p>Pakiet 11</p> <p>. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 igły 25G o długości 90 mm (tak jak w pozycji 4 i 5. Ponadto Ppragniemy nadmienić, iż długość 88 mm i 90 wyrażona w calach wynosi tyle samo czyli 3 ½" cala) z prowadnicą o dł. 32 mm?</p>	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
11	<p>Pakiet 11</p> <p>Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 igły o dł. 90 cm?</p>	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
11	<p>Pakiet 11</p> <p>W związku z tym, iż norma daje możliwość podawania rozmiaru zzarówno w mm jak i Gauge, prosimy zamawiającego o możliwość zaoferowania w pozycji 3 igły 25 G?</p>	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
14	<p>Pozycja 1,2</p> <p>1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie standardowego przyrządu do przetaczania bez dodatkowego otworu do umieszczenia igły biorczej po użyciu, bez nazwy producenta na zacisku. Pragniemy wskazać, iż opis wskazuje jednoznacznie na jednego producenta i wykonawcę.</p>	Zamawiający zmienia zapisy SIWZ i wymaga zgodnie ze zmianą
14	<p>Pakiet 14 Pozycja 2</p> <p>1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów o długości min. 55 mm z dwukanałową igłą biorczą z ABS bez dodatkowego otworu do umieszczenia igły biorczej po użyciu, bez nazwy producenta na zacisku.</p>	Zamawiający zmienia zapisy SIWZ i wymaga zgodnie ze zmianą
15	<p>Pakiet 15</p> <p>Poz. 1</p> <p>. Prosimy o dopuszczenie kaniuli tylko w jednym rozmiarze 20G na 32mm. Pragniemy nadmienić, iż długość 32 mm i 33 wyrażona w calach wynosi tyle samo czyli 1 ¼ cala.</p>	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

15	Pakiet 15 Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 18 G na 32 mm. Pragniemy nadmienić, iż długość 32 mm i 33 wyrażona w calach wynosi tyle samo czyli 1 ¼ cala.	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
15	Pakiet 15 Poz. 2,3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z korkiem z wewnętrznym elementem powyżej krawędzi koreczka co zapewnia intuicyjną i aseptyczną aplikację. Nadmieniamy, że oferowane przez nas koreczki firmy (...) posiadają wyraźnie zaznaczony obszar uchwytu oraz wyraźnie wskazujący kierunek zakładania.	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
15	Pakiet 15 Poz. 2,3 Prosimy o dopuszczenie kaniul dziecięcych w rozmiarze 0,6 i 0,7 (26 i 24 G) widocznych w usg, wykonanych z PTFE podwójnie czyszczonego teflonu), wyposażonych w zastawkę antyzwrotną i korkiem z wewnętrznym elementem powyżej krawędzi koreczka co zapewnia intuicyjną i aseptyczną aplikację.	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
15	Pakiet 15 Poz. 1 – 6 Prosimy o dopuszczenie kaniul widocznych w USG wykonanych z PTFE (podwójnie czyszczony teflon)?	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
15	Pakiet 15 Poz. 1 – 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wkłuc dożylnych (...) z zastawką antyzwrotną , która spełnia oprócz funkcji, którą pełni filtr hydrofobowy tj. wypuszczenie powietrza przy równoczesnym ograniczeniu lub jeszcze lepiej niedopuszczeniu do wypływu krwi, dodatkowo pozwala na potwierdzenie momentu wkłucia u pacjenta z niskim ciśnieniem krwi żyłnej (pacjent na SORZ-e, w karetce, we wstrząsie hipowolemicznym, z naczyniami zmienionymi miażdżycowo).	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
15	Pakiet 15 Poz. 1,4,5,6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z korkiem z wewnętrznym elementem powyżej krawędzi koreczka co zapewnia intuicyjną i aseptyczną aplikację. Nadmieniamy, że oferowane przez nas koreczki firmy (...) posiadają wyraźnie zaznaczony obszar uchwytu oraz wyraźnie wskazujący kierunek zakładania.	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

15	<p>Pakiet 15 Poz. 1,4,5,6 Prosimy o doprecyzowanie czy kaniula ma posiadać samodmoykający się port oraz samo domykający się korek portu górnego?</p>	Zamawiający wymaga aby kaniula posiadała samodomykający się korek portu górnego
15	<p>Pakiet 15 Poz. 1,4,5,6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z korkiem z wewnętrznym elementem powyżej krawędzi koreczka co zapewnia intuicyjną i aseptyczną aplikację. Nadmieniamy, że oferowane przez nas koreczki firmy Becton Dickinson posiadają wyraźnie zaznaczony obszar uchwytu oraz wyraźnie wskazujący kierunek zakładania.</p>	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
15	<p>Pakiet 15 Poz. 4.. W związku z tym, iż norma daje możliwość podawania rozmiaru kaniul zarówno w mm jak i Gauge, prosimy zamawiającego o możliwość zaoferowania kaniuli w rozmiarze prosimy o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,5 17G</p>	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
15	<p>Pakiet 15 Poz. 5 W związku z tym, iż norma daje możliwość podawania rozmiaru kaniul zarówno w mm jak i Gauge, prosimy zamawiającego o możliwość zaoferowania kaniuli w rozmiarze prosimy o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,8 16 G?</p>	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
15	<p>Pakiet 15 Poz. 6 W związku z tym, iż norma daje możliwość podawania rozmiaru kaniul zarówno w mm jak i Gauge, prosimy zamawiającego o możliwość zaoferowania kaniuli w rozmiarze prosimy o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 2,0 14 G?</p>	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
15	<p>Pakiet 15 Poz. 6 W związku z tym, iż norma daje możliwość podawania rozmiaru kaniul zarówno w mm jak i Gauge, prosimy zamawiającego o możliwość zaoferowania kaniuli w rozmiarze</p>	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
16	<p>Pakiet 16. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do wielokrotnego pobierania i wstrzykiwania leków z koreczkiem chroniącym port dostępu.</p>	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

17	<p>Pakiet 17. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do wielokrotnego pobierania leków i płynów z filtrem przeciwbakteryjnym 0,2 mikrona, który posiada ponad dwa razy lepszą (wyższą) skuteczność filtracji, z koreczkiem chroniącym port dostępu przed skażeniem.</p>	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
19	<p>Pakiet 19 Poz. 1, 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w trosce o bezpieczeństwo pacjenta maska tlenowa dla dorosłych oraz dla dzieci ma być pozbawiona szkodliwych substancji tj. DEHP i BPA oraz posiadać potwierdzenie tych cech na oryginalnym opakowaniu producenta?</p>	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
19	<p>Pakiet 19 Poz. 3,4 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga masek tlenowych dla dzieci i dorosłych z nebulizatorem o potwierdzonych w badaniach producenta: frakcji respirabilnej na poziomie 79,7% i przeciętnej średnicy cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 μm?</p>	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
19	<p>Pakiet 19 Poz. 3,4 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby dren tlenowy do nebulizatora posiadał jedną końcówkę wyprofilowaną w sposób zapewniający szczelność jak i łatwy montaż, dedykowaną do nebulizatora kodowaniem kolorystycznym barwy dyfuzora.</p>	Zamawiający wymaga aby dren tlenowy do nebulizatora posiadał jedną końcówkę wyprofilowaną w sposób zapewniający szczelność jak i łatwy montaż, pozostałe parametry zgodne z SIWZ
23	<p>Czy Zamawiający wymaga aby filtr infuzyjny posiadał hydrofilową membranę wykonaną z polieterosulfonu (PES), materiału który nisko wiąże białka i zapewnia wysokie wartości przepływu?</p>	Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

23	Prosimy o dopuszczenie zestawu o całkowitej objętość wypełnienia 6 ml, tj. filtra wraz z drenami?	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ
23	Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje aby dren filtra wykonany był z materiału zalecanego w Karcie Charakterystyki Produktu leczniczego podczas podaży leków cytostatycznych m.in. docetaxelu, paclitaxelu.	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
23	Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby oferowany filtr wyposażony był w dodatkowy port igłowy do iniekcji na drenie i łącznik obrotowy do łatwego wpięcia do wkłucia?	Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

Pytania do umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej o której mowa w §6 ust. 1 pkt. c/ z 2% na 1%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający stosuje ujednolicone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej o której mowa w §6 ust. 1 pkt. d/ z 2% na 1%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający stosuje ujednolicone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki pisarskiej w części X SIWZ - „Ofertę należy złożyć w odniesieniu do całości zamówienia”?

Odpowiedź: Zamawiający poprawia SIWZ i wymaga zgodnie ze zmianą

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie faktury drogą elektroniczną w formie dokumentu .pdf?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Ad par. 6 ust. 1 a/ i b/

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający stosuje ujednolicone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad par. 6 ust. 1c/ i 1d/

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych do 0,2% wartości odpowiednio niedostarczonej w terminie partii towaru za każdy dzień zwłoki oraz wartości towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający stosuje ujednolicone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy § 6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 10% wartości umowy brutto za odstąpienie od umowy, wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy.

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane **od wartości niezrealizowanej umowy** podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia (czyli umowy).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający stosuje ujednolicone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy § 6 ust. 1 lit. c), d), e) wzoru umowy

W celu miarkowania kar umownych wnosimy do Zamawiającego o dokonanie modyfikacji postanowień przyszłej umowy w § 6 ust. 1 lit. c), d), e):

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w

wysokościach:

- c) za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru – w wysokości 0,5% **wartości netto niedostarczonej partii towaru za każdy dzień opóźnienia;**
- d) za opóźnienie w załatwieniu reklamacji – 0,5% **wartości netto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia dostawy.....**
- e) za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 2 – 0,5% **wartości brutto niezrealizowanej części umowy**

Ustalona przez zamawiającego kara umowna w wysokości 2% (lit. c, d) i 10% (lit. e) sprawia, że strony umowy nie są równoprawne, ponieważ w wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.” i art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Dlatego też wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający stosuje ujednolicone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy § 9 ust. 2 wzoru umowy

W/w paragraf zawiera informację: „Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy: - w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w razie powtarzających się opóźnień w dostawie towaru (więcej, niż 3) lub powtarzających się dostaw towaru wadliwego, niezgodnego z SIWZ lub z zamówieniem (więcej, niż 3)”.

Zapis taki sprawia, że strony nie są równoprawne.

Zdarzyć się może, że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesnym naliczeniem Dostawcy kar umownych oraz odstąpieniem od umowy. Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w ppkt ze wzoru umowy lub wprowadzenie jego modyfikacji poprzez dopisanie treści: [„.....za wyjątkiem sytuacji kiedy zwłoka w realizacji dostaw jest wynikiem braku płatności ponad termin określony umową”.]

Odpowiedź: Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy § 6 ustęp 1 punkt b umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części przedmiotu umowy, naliczanie kar od całości jest wyraźnie zawyżona.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający stosuje ujednolicone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym

szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

b) Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w następującym zakresie:

➤ pkt. III.4 na:

1. Przedmiot zamówienia został podzielony na pakiety. Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane pakiety. Zamawiający wymaga składania ofert na wszystkie pozycje w ramach pakietów.

➤ załącznik nr 2a do SIWZ (w załączeniu)

➤ terminów:

- termin składania ofert: 31 10 .2017r.. godzina 10:00
- termin wpłaty wadium do dnia 31 10 2017r do godz. 10:00
- termin otwarcia ofert: 31 10 .2017r. godzina 11:00,

Pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi (1)
mgr Wojciech Szrajber

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:																
Pakiet	lp.	Nazwa towaru/ OPIS	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych. Należy wpisać TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź	J.m.	Ilość	Zaferowane opakowanie	Cena Jednostkowa netto PLN	Wartość netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa katalogowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego	
2	1	Zestaw drenów płuczących do histeroskopu z igłami kompatybilny z pompą Karl Storz Hamou Endomat (HYS) sterylny.			szt	180										
8	1	Jalowy nożyk do testów alergologicznych			szt	120 000										

W odpowiedzi na ogłoszenie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:													
Pakiet op.	Nazwa towaru/ OPIS	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych. Należy wpisać TAK/NIE	W przypadku złożeń oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa katalogowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
1	Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych ROV			szt	2 000								
3	Aparat do przetwarzania płynów czarny typu Intrafix bez zawartości DEHP. Osłona na kolec aparatu po użyciu zintegrowana z zaciskiem rolkowym. Komora kropłowa dwuczściowa, lub równoważny.			szt	27 500								
4	Przedłużacz Heidelberga 30cm średnica 3,0x4,1 mm, lub równoważny.			szt	6 000								
5	Zestaw infuzyjny do cytostatyków bez PCV z filtrem 0,2 µm. Komora kropłowa dwuczściowa, osłona na kolec aparatu po użyciu w zacisku rolkowym. Miejsce na podwieszenie końcówki drenu w zacisku rolkowym.			szt	1 800								
6	Igła do portów naczyniowych z motykiem 22G i drenem zakrzywionym o szlifie atraumatycznym.			szt	300								
7	Przyrząd, nasadka do bezpiecznego przygotowywania leków. Umożliwia bezpośrednie przeniesienie leku z fiolki do butelki typu Ecoflac. Dwa kolce umieszczone wewnątrz osłon, z których jedna pasuje do fiolek z wykończaniem szyjki o średnicy 20mm i druga szersza obejmująca wejście z portami opakowania płynu infuzyjnego. Wykonany z przejrzystego tworzywa. Bez zawartości DEHP.			szt	5 000								
9	Kranik trójdrożny zamknięcia Luer-lock. Nakrętka ruchoma osiowo i promieniście dla łatwego włączenia w linię			szt	24 000								
10	Igła motylek 0,5x15mm dł 30cm 25G			szt	4 400								
1	Igła typu Pencan 25G 0,53 x 88 z prowadnicą 0,9 x 35mm z przyrządem wewnątrz obsadki igły sygnalizującym wypływ płynu zmianą barwy			szt	650								
2	Igła typu Perican G 18 x 80 mm			szt	1 650								
3	Igła typu Spinocan 0,53 x 88-90mm z prowadnicą z przyrządem wewnątrz obsadki igły sygnalizującym wypływ płynu zmianą barwy.			szt	2 700								

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:														
Pakiet	Lp.	Nazwa towaru/OPIS	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych. Należy wpisać TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa katalogowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
11	4	Igła typu Spinocan 0,7 x 88-90mm z prowadnicą z przyrządem wewnątrz obsadki igły sygnalizującym wypływ płynu zmianą barwy.			szt	3 700								
	5	Igła typu Spinocan 0,9 x 88-90mm z prowadnicą z przyrządem wewnątrz obsadki igły sygnalizującym wypływ płynu zmianą barwy.			szt	2 000								
	6	Igła typu Spinocan 1,1-1,3 x 88-90mm z prowadnicą z przyrządem wewnątrz obsadki igły sygnalizującym wypływ płynu zmianą barwy.			szt	350								
1. Suma							11 Suma							
12	1	Zestaw do znieczulenia zewnątrz - oponowych typu Perifix . Cewnik zewnątrzoponowy 100cm z miękką końcówką 3mm, zatrzaskowy łącznik filtra, igła Tuohy 18Gx80mm, filtr zewnątrzoponowy, mocowanie filtra do skóry pacjenta, dołączone mocowanie cewnika w miejscu wkłucia z opatrunkiem, strzykawka niskoporowa 10ml.			szt	50								

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:																
Pakiet	lp.	Nazwa towaru/ OPIS	Potwierzenie parametrów bezwzględnie wymaganych. Należy wpisać TAX/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa katalogowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego		
13	1	Worek ileostomiijny otwarty do docięcia w zakresie od 10 - 90mm			szt	1 800										
	1	Aparaty do przetoczeń krwi TS - Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kropłowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolonystyczne folia-papier, sterylny.			szt	170 000										
14	2	Aparaty do przetoczeń płynów IS - Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kropłowa wykonana z PP o długości min 65 mm, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczowa wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolonystyczne folia-papier, sterylny			szt	1 100 000										
	14 Suma							14 Suma								

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:														
Pakiet	lp.	Nazwa towaru/ OPIS	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych. Należy wpisać TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa katalogowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
	1	Wkładce dożylnie kamula poliuretanowa , zatyczka odpowietrzająca z filtrem hydrofobowym , koreczek z wewnętrzzną częścią poniżej krawędzi koreczka, min. 4 paski widoczne w RTG, na opakowaniu informacja o materiale z jakiego wykonano kaniulę 0,9 22G(25mm) ; 1,1(25mm i 33mm) 20G(25mm i 33mm); 1,3 18G(33mm i 45mm)			szt	460 000								
	2	Wkładce dożylnie 0,6 , kaniuła poliuretanowa , zatyczka odpowietrzająca z filtrem hydrofobowym, koreczek z wewnętrzzną częścią poniżej krawędzi koreczka, min. 4 paski widoczne w RTG, na opakowaniu informacja o materiale z jakiego wykonano kaniulę 26G			szt	6 100								
	3	Wkładce dożylnie 0,7 , kaniuła poliuretanowa , zatyczka odpowietrzająca z filtrem hydrofobowym, koreczek z wewnętrzzną częścią poniżej krawędzi koreczka, min. 4 paski widoczne w RTG, na opakowaniu informacja o materiale z jakiego wykonano kaniulę 24G			szt	19 000								
	4	Wkładce dożylnie kaniuła poliuretanowa , zatyczka odpowietrzająca z filtrem hydrofobowym, koreczek z wewnętrzzną częścią poniżej krawędzi koreczka, min. 4 paski widoczne w RTG, na opakowaniu informacja o materiale z jakiego wykonano kaniulę 1,4 17G			szt	16 500								
	5	Wkładce dożylnie 1,7 kaniuła poliuretanowa , zatyczka odpowietrzająca z filtrem hydrofobowym, koreczek z wewnętrzzną częścią poniżej krawędzi koreczka, min. 4 paski widoczne w RTG, na opakowaniu informacja o materiale z jakiego wykonano kaniulę 16G			szt	6 100								
	6	Wkładce dożylnie kaniuła poliuretanowa , zatyczka odpowietrzająca z filtrem hydrofobowym, koreczek z wewnętrzzną częścią poniżej krawędzi koreczka, min. 4 paski widoczne w RTG, na opakowaniu informacja o materiale z jakiego wykonano kaniulę 2,2 14G.			szt	1 200								
	15													
	15						15	Suma						

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:																
Pakiet	Opis	Nazwa towaru/ OPIS	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych. Należy wpisać TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa katalogowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego		
16	1	<p>Aplikator typu " mini spike" służący do wielokrotnego pobierania i wstrzykiwania leków,</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeznaczony do pracy z lekami cytotatycznymi (aplikator typu " chemo"), - standardowy kolec, - sterylny, - niezawierający: lateksu, PCV, DEHP, - wbudowany na stałe filtr aerolowy 0,2 µm, - wbudowany na stałe filtr cząsteczkowy 5 µm, - samouszczelniający się, bezigłowy port aktywowany po przyłączeniu strzykawki Luer-Lock, port o płaskiej powierzchni <p>Uwaga: zamawiający dopuszcza zaoferowanie aplikatora posiadającego port osłonięty zatyczką w przypadku aplikatora posiadającego zastawkę automatycznie otwierającą drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki, aktywowane połączeniem Luer-Lock (końcówka z zastawką chroniącą przed wyciekami leku przy odłączonej strzykawce).</p> <p>Zamawiający wymaga 2 sztuk próbek.</p>			szt	41 200										
17	1	<p>Korek typu Mini - Spike do butelek (zielony) Spike przyrząd do wielokrotnego pobierania leków i płynów, filtr p/bakteryjny 0,45 µm. Zastawka automatyczna otwierająca drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki. Samo-domykająca się zatyczka. Stała boczna osłona portu do przyłączenia strzykawki</p>			szt	133 300										

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:														
Pakiet	Opis	Nazwa towaru/ OPIS	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych. Należy wpisać TAK/NIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa katalogowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
18	1	Worek do osłony butelek zawierających leki wrazilwe na światło, pojemności 100-250ml, z otworem w dolnej części umożliwiającym podanie leku w worku osłaniającym, za wyjątkiem koloru czarnego.			szt	31 100								
	2	Worek do osłony butelek zawierających leki wrazilwe na światło, pojemności 500-1000ml, z otworem w dolnej części umożliwiającym podanie leku w worku osłaniającym, za wyjątkiem koloru czarnego.			szt	31 100								
18 Suma								18 Suma						
19		Maska tlenowa dla dorosłych			szt	50 200								
		Maska tlenowa dla dzieci			szt	1 300								
		Maska tlenowa z nebulizatorem dla dorosłych			szt	13 300								
		Maska tlenowa z nebulizatorem dla dzieci			szt	6 200								
19 Suma								19 Suma						
20	1	Przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy Luer - Lock długość od 90 do 150 mm			szt	37 000								
		Przedłużacz do pomp infuzyjnych Luer - Lock biały długość od 90 do 150 mm			szt	44 600								
21	1	Zestaw do drenażu opłucnej zawiera: igła do wkłucia, cewnik z kranikiem trójdrożnym, strzykawka 60 ml, worek			szt	1 900								

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:														
Pakiet	Lp.	Nazwa towaru/OPIS	Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych. Należy wpisać TAK/NIE	W przypadku złożeń oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto PLN	VAT	Wartość brutto PLN	Producent	Nazwa katalogowa	Numer katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
22	1	Sterylny, apirogenny, jednorazowy zestaw do napełniania strzykawek przy użyciu pompy perystaltycznej roztworem radiofarmaceutyku 18F – FDG. Pełna kompatybilność z dyspenserem Althea. W zestawie muszą się znajdować identyczne pod względem funkcjonalnym elementy jak w zestawie : " Filling Kit A GEMINI code 3821402005 "			szt	780								
	2	Sterylny, apirogenny, jednorazowy zestaw do napełniania strzykawek przy użyciu pompy perystaltycznej roztworem radiofarmaceutyku 18F – FDG . Pełna kompatybilność z dyspenserem Althea. W zestawie muszą się znajdować identyczne pod względem funkcjonalnym elementy jak w zestawie: „KIT PERFORATING SET Code 38A1A10008”			szt	780								
	3	Sterylna, apirogenna, jednorazowa strzykawka napełniana przy użyciu pompy perystaltycznej w dyspenserze Althea roztworem radiofarmaceutyku 18F – FDG. Pełna kompatybilność z dyspenserem Althea. W zestawie muszą się znajdować identyczne pod względem funkcjonalnym elementy jak w zestawie: „Filling Kit B GEMINI code 3821402004”			szt	15 600								
22 SUMA								22 SUMA						
23	1	Filtr infuzyjny z odpowietrzeniem z filtrem hydrofilowym, membraną o średnicy porów nie większej niż 0,2µm z odpowietrzeniem niezależnym od położenia filtra, końcówka typu Luer-Lock. Efektywna powierzchnia filtracyjna nie mniej niż 4,0 cm2, objętość obudowy do 0,8 ml, obudowa płaska.			szt.	500								