

EZ.28.113.233.2017.MJ

Łódź, dn. 21.10.2017r
Nr sprawy: 113/ZP/17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę **sprzętu medycznego** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017., poz. 1579.) przekazujemy Państwu odpowiedź na pytanie zadane do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 11.10.2017 proszę o wyjaśnienie, pytanie dotyczyło samodomykającego portu i samodomykającego koreczka. Czy w odpowiedzi nie nastąpiła pomyłka z powodu sposobu zadania pytania. Czy nie chodziło o samodomykający (nie wymagający udziału użytkownika) port. W związku z tym prosimy o wymaganie samodomykającego portu oraz koreczka nad nim z blokadą przed przypadkowym otwarciem. Te dwie cechy decydują o bezpieczeństwie tego dostępu. Pytanie zadajemy z powodu niejasności ponieważ w opisie w SIWZ nie było zawartych wymagań odnośnie portu górnego

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga samodomykającego się portu. W opisie przedmiotu zamówienia nie ma wymagań co do koreczka, dlatego też Zamawiający dopuszcza koreczek z blokadą przed przypadkowym otwarciem.

Zamawiający podkreśla, iż odpowiada na pytanie pomimo upływu zapytania po upływie połowy terminu wyznaczonego do składania ofert

Pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.


ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
dr hab. n. med. Przemysław Biliński