

EZ.28.175.01.2018.BWCH

Łódź, dnia 27.03.2018 r.
Numer sprawy: 175/ZP/17

Odpowiedzi na pytania
Zmiana SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę **sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi**

I. Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2,4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane w przedmiotowym postępowaniu oraz zmianę SIWZ i ogłoszenia

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. dotyczy: Pakiet 1 poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie: z racji odpowiedzi Zamawiającego o dopuszczeniu w poz. nr 1 igieł pakowanych po max 3 szt. w jednym opakowaniu zbiorczym (igły o dł. 25 cm i dł. części grzewczej 3 cm) – prosimy o podanie ilości igieł i/lub opakowań (3 igły w opakowaniu), które Zamawiający ma zamiar wykorzystać. Prosimy Zamawiającego o utworzenie osobnej pozycji na w/w asortyment, pozwoli to na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie pozycji 1 oraz wydziela ilości do odrębnego Pakietu.

2. dotyczy: Pakietu 1 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie elektrody z oznaczoną na drenie elektrody strefą, którą należy umieścić w oznakowanym strzałkami bloku pompy, co wyklucza błędne umieszczenie drenu na pompie, jednocześnie odstępując od oznaczenia drenów strzałkami. Strzałki na bloku pompy wskazują kierunek do elektrody (kończącej dren), natomiast początek drenu stanowi wkłucie do pojemnika z płynem chłodzącym. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie rozwiązania z wydzieloną strefą.

II. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W zakresie Formularza cenowego - Załącznik nr 2A do SIWZ – Pakiet nr 1 oraz wydziela się część ilości z pozycji 1 do odrębnego Pakietu 1A. Zmieniony załącznik w załączeniu do niniejszego pisma.

2. Zapisów Rozdziału III SIWZ punkt 2 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Było:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje **1 pakiet składający się z 4 pozycji asortymentowych**. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. **Oferta musi obejmować całość zamówienia i dla swojej ważności musi być złożona na wszystkie pozycje w pakiecie.**

Winno być:

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na **2 pakiety:**
Pakiet 1 – Igły do termoablacji, elektrody bierne, generator do termoablacji - dzierżawa
Pakiet 1A – Igły do termoablacji

Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane pakiety.

3. Zapisów Rozdziału XV SIWZ pkt. 1 – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Było:

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: **4 280,00 zł** przed upływem terminu składania ofert.

Winno być:

2. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: **4 280,00 zł**, słownie: cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych.
Podział kwot na poszczególne pakiety przedstawia się następująco:

Pakiet	Kwota wadium
1	3 710,00 zł
1A	570,00 zł

III. Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przedłuża następujące terminy:

- termin **składania ofert** określony w rozdziale XVIII pkt.2 SIWZ do dnia **12.04.2018 r.** do godziny 10:00,
- termin **otwarcia** określony w rozdziale XVIII pkt. 3 SIWZ do dnia **12.04.2018 r.** do godziny 11:00.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi (1)
mgr Wojciech Szrajber