

EZ.28.57.2164.2018.MJ

Łódź, dn. 14. 09. 2018r  
Nr sprawy: 57/ZP/18

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę **sprzętu medycznego** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017., poz. 1579.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**1. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:**

**Pakiet 21 - Ekspandery piersiowe anatomiczne**

Pozycja nr 1 – Ekspandery piersiowe anatomiczne

Prosimy o doprecyzowanie jaki rodzaj gwarancji zamawiający na myśli. Ekspandery piersiowe nie pozostają w ciele pacjentki dożywotnio. Są przeznaczone do czasowego 6-miesięcznego rozprężania. Czy zamawiający ma na myśli gwarancję 6 miesięczną?

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis przedmiotu i wymaga zgodnie ze zmianą.**

Pozycja nr 1 – Ekspandery piersiowe anatomiczne

Czy zamawiający wymaga aby oferowane ekspandery miały możliwość stabilizowania przy pomocy haftek?

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis przedmiotu i wymaga zgodnie ze zmianą.**

Pozycja nr 3 – Implanty piersiowe anatomiczne

Czy zamawiający wymaga aby dożywotnia gwarancja producenta obejmowała również wystąpienie ALCL?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby dożywotnia gwarancja obejmowała wystąpienie chłoniaka zależnego od implantu.**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji punktu 1.b/ § 6 wzoru umowy (cyt.):

*b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto;*

i nada mu proponowane brzmienie:

*b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości umowy brutto ?*

**UZASADNIENIE:**

Kara jaka potencjalnie może zostać nałożona na Wykonawcę za zawinione lub niezawinione przez niego rozwiązanie umowy, musi być adekwatna do wysokości doznanych szkód i w żadnej mierze nie powinna być wygórowana, nie powinna też być naliczana od tej części umowy, która została wykonana należycie i z najwyższą starannością. Jest to szczególnie istotne w świetle faktu, że Zamawiający w projekcie umowy nie przewidział czynników tzw. siły wyższej, na które Wykonawca nie ma wpływu.

Zapis pkt. 1.b/ § 6 wzoru umowy o postulowanej, zmodyfikowanej, treści będzie pozostawał w zgodzie z art. 484 ust. 2 Kodeksu Cywilnego, którego §2 stanowi o tym, iż (cyt.): *Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.*

**Odpowiedź: Nie.** Zamawiający stosuje ujednoczone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie 2

Czy Zamawiający dokona modyfikacji 1.e/ § 6 projektu umowy (cyt.):

*e/ za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 3 pkt. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto całej umowy (według stanu na dzień naruszenia), chyba, że nie ponosi winy.*

i nada mu proponowane brzmienie:

*e/ za niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego do ich niezwłocznego dostarczenia, Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości **10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy** (według stanu na dzień naruszenia), chyba że nie ponosi winy ?*

#### UZASADNIENIE:

Proponowana przez Zamawiającego kara jest znacząco wygórowana, szczególnie wobec faktu, iż *de facto* jej potencjalne naliczenie nie dotyczy realizacji przedmiotu zamówienia, a jedynie (nie-)przedłożenia dokumentacji potwierdzającej dopuszczenie do obrotu i użytkowania na terenie RP wyrobów medycznych, będących przedmiotem umowy. Ze względu na fakt, że w/w dokumentacja jest istotna dla potrzeb właściwej realizacji warunków zawartej umowy, Zamawiającemu powinno przysługiwać prawo do naliczenia kary za uchybienie przez Wykonawcę obowiązkowi, jednak jej wysokość nie może być nieadekwatna i rażąco wygórowana w stosunku do popełnionego przewinienia.

**Odpowiedź: Nie.** Zamawiający stosuje ujednoczone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie 3

Czy Zamawiający dokona modyfikacji punktu 6 § 2 projektu umowy (cyt.):

*6. Wykonawca dostarczy zamówiony towar nowy wolny od wad fizycznych i prawnych do wskazanego na zamówieniu magazynu sprzętu medycznego WWCOiT im. M. Kopernika przy ul. Pabianickiej 62 w Łodzi, w dzień roboczy w godzinach 9.00 – 14.00, oryginalnie zapakowany, wraz z oryginałem faktury i dwoma jej kopiami pozwalającym Zamawiającemu przyjąć do magazynu, w zgodzie z obowiązującym prawem, przedmiot danej dostawy.*

i nada mu proponowane brzmienie:

*6. Wykonawca dostarczy zamówiony towar nowy wolny od wad fizycznych i prawnych do wskazanego na zamówieniu magazynu sprzętu medycznego WWCOiT im. M. Kopernika przy ul. Pabianickiej 62 w Łodzi, w dzień roboczy w godzinach 9.00 – 14.30, oryginalnie zapakowany, wraz z oryginałem faktury i dwoma jej kopiami pozwalającym Zamawiającemu przyjąć do magazynu, w zgodzie z obowiązującym prawem, przedmiot danej dostawy. Dopuszcza się możliwość przesłania faktury VAT mailem na adres: .....*

lub faksem na nr: ..... w dniu realizacji zamówienia, przy zachowaniu warunku niezwłocznego wysłania pocztą poleconą oryginału faktury wraz z dwiema jej kopiami.

**UZASADNIENIE:**

Dostawy towaru realizowane są z magazynu oddalonego o około 50 km od biura Wykonawcy, gdzie wystawiane są faktury VAT. Nie jest możliwe dołączanie do przesyłki oryginału faktury VAT ani żadnych dokumentów, będących w dyspozycji biura.

Doraźne potrzeby Zamawiającego w zakresie przyjęcia towaru na magazyn, sprawdzenie jego kompletności zgodnie ze złożonym zamówieniem, w wystarczający sposób zabezpieczy zapis w umowie, jaki proponujemy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację, wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 4**

Wobec faktu umieszczenia we wzorze umowy (pkt 1 § 12) zapisu o treści:

1. Wykonawca oświadcza że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2 ustawy k.c.

wzywamy Zamawiającego do zapoznania Wykonawców z sytuacją finansową i wypłacalnością szpitala.

**UZASADNIENIE:**

Art. 490.

§ 1. Jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaoferuje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia.

§ 2. Uprawnienia powyższe nie przysługują stronie, która w chwili zawarcia umowy wiedziała o złym stanie majątkowym drugiej strony.

Odwoływanie się przez Zamawiającego w treści umowy do art. 490 § 2 ustawy k.c., nie może mieć racji bytu bez odniesienia się do art. 490 § 1 k.c. Musi to oznaczać wcześniejsze, przed terminem składania ofert, zapoznanie potencjalnych oferentów ze stanem majątkowym Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający przedstawia sytuację majątkową na dzień 30.06.2018r:**

• Aktywa trwałe	170 089 554,82 zł
• Aktywa obrotowe	73 210 289,83 zł
• Suma pasywów	243 299 844,65 zł
• Zobowiązania i rezerwy	275 464 314,61 zł
a) zobowiązania krótkoterminowe	93 780 052,25 zł
- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 961 636,69 zł
w tym:	
• objęte spłatami ratalnymi	0,00 zł
• wymagalne	4 014 782,48 zł

**Dotyczy wzoru umowy §6 ust. 1**

Prosimy o zmianę kar umownych na następujące:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającego kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

- a) jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostaw lub przerwie wykonywanie dostaw towaru, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto – chyba że nie ponosi winy;
- b) jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 5% wartości umowy brutto;

- c) za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości nie dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba że nie ponosi winy;
- d) za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba, że nie ponosi winy.
- e) za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto całej umowy (według stanu na dzień naruszenia), chyba, że nie ponosi winy.

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający stosuje ujednoczone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Dotyczy Przedmiotu Zamówienia opisanego w Pakiecie nr 21, poz. 3:**

Czy zamawiający dopuści implanty anatomiczne, sterylne, o 3 wysokościach i 3 projekcjach, nie bezpośrednio kompatybilne z ekspanderami, bez dedykowanego miernika, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

Równocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji nr 3 oraz utworzenie z niej odrębnego Pakietu lub o możliwość startowania na poszczególne pozycje.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na podział, wymaga zgodnie z SIWZ

Pakiet 24 poz.1. Proszę o dopuszczenie Sterylny przyrząd do pobierania leków cytostatycznych z fiolek z gumowym korkiem z filtrem 0,45 µm w odpowietrzniku. Reszta parametrów bez zmian,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

Pakiet 24 poz.1. Czy przyrząd ma posiadać udokumentowaną badaniami kompatybilność chemiczną produktu z dziesięcioma powszechnie stosowanymi cytostatykami.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pakiet 24 poz.1. Czy przyrząd ma posiadać udokumentowaną badaniami szczelność chemiczną filtra areozolu w rekonstrukcji leków cytostatycznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pakiet 24 poz.1. Czy przyrząd ma posiadać udokumentowaną badaniami zamkniętość systemu zgodnie z NIOSH.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

**Dotyczy pakietu 18.**

W przypadku wyboru naszej oferty, zwracamy się z prośbą o umożliwienie podpisania umowy w trybie korespondencyjnym?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia kart charakterystyki, w przypadku produktów, które nie są odczynnikami i nie wymagają kart charakterystyki.

**Odpowiedź:** Zamawiający odstępuje od wymogu

Dotyczy Wzoru umowy §6 ust. 1 b). Zwracamy się z prośbą o naliczanie kar umownych od wartości niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający stosuje ujednoczone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Dotyczy Wzoru umowy §6 ust. 1 c). Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych do 1%.

**Odpowiedź:** Zamawiający stosuje ujednoczone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

## **2. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ:**

### ➤ **pkt. III.2 na:**

Przedmiot zamówienia został podzielony na **42 pakiety**. Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane pakiety. Oferta dla swojej ważności w danym pakiecie musi być złożona na wszystkie pozycje. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pozycje w ramach pakietów

### ➤ **pkt IV. na:**

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez Wykonawcę sukcesywnie przez okres:
  - a) 36 miesięcy – pakiet nr 1 poz. 2-4,2-29, 31-34,36-42
  - b) 24 miesięcy – pakiet nr : 1 poz. 1,30,35
2. Realizacja przyszłej umowy będzie nadzorowana przez: Dział Sprzętu Medycznego.
3. Miejsce realizacji dostawy: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Dział Sprzętu Medycznego, ul. Pabianicka 62.
4. Płatność za zrealizowaną dostawę nastąpi po dostarczeniu zamówionego przedmiotu zamówienia do Apteki Szpitalnej Zamawiającego i wystawieniu faktury VAT. **Termin płatności** wynosi **60 dni** od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

### ➤ **pkt XV.2 na:**

2. Podział kwot wadium na poszczególne pakiety przedstawia się następująco:

Nr pakietu	Kwota wymaganego wadium
1	43,60 zł
2	3 376,00 zł
3	278,16 zł
4	622,00 zł
5	8 250,00 zł
6	408,00 zł

7	21 900,00 zł
8	6 916,00 zł
9	150,00 zł
10	600,00 zł
11	11 687,88 zł
12	672,00 zł
13	2 000,00 zł
14	13 816,80 zł
15	2 346,00 zł
16	60,00 zł
17	50,40 zł
18	158,40 zł
19	3 955,00 zł
20	276,00 zł
21	35 483,00 zł
22	2 723,00 zł
23	1 399,68 zł
24	5 806,08 zł
25	4 050,00 zł
26	54,00 zł
27	34,00 zł
28	420,00 zł
29	144,00 zł
30	650,00 zł
31	2 024,00 zł
32	247,00 zł
33	50,00 zł
34	52,00 zł
35	960,00 zł
36	1 920,00 zł
37	454,00 zł
38	294,00 zł
39	142,00 zł
40	216,00 zł
41	360,00 zł
42	900,00 zł

W przypadku złożenia oferty częściowej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danej części. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę wadium ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z poszczególnych części zamówienia, zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione.

➤ **Zamawiający rezygnuje z zapisu w pkt XXXI.8 :**

~~8. Zamawiający wymaga złożenia kart charakterystyki dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z pierwszą dostawą do Apteki Szpitalnej i Sekcji BHP – w formie papierowej i na nośniku elektronicznym.~~

➤ **Załączniki nr 2a i 6 ( w załączeniu)**

➤ **Zamawiający zmienia następujące terminy:**

- termin składania ofert do dnia 02.10.2018r do godz. 10:00
- termin wpłaty wadium do dnia 02.10.2018r do godz. 10:00
- termin otwarcia ofert w dniu 02.10.2018r o godz. 11:00.

**Pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.**

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi (A)  
mgr Wojciech Szrajber

Przy wyborze do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargowym o wartości przewyższającej 271 000 Euro na podstawie specyfikacji wymagań i warunków wykonania zamówienia na następujących warunkach.

**1. Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:**

Numer pozycji	Nazwa	Fornicowanie bezopłatnie w ramach wyliczonego wycenienia	W przypadku świadczenia usługi nieopłatnie w ramach wyliczonego wycenienia	Jm	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość brutto	Procent	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ważność met.
1	Zestaw do wewnętrznej żyłowania nacieków, 20 do 36 gwintów bocznych, marker, dł. 30 cm & 17 podwójne zgłębiarki z drutem prowadzącym o średnicy 97 mm, przosty z elastyczną końcówką 3 cm. W skład zestawu wchodzi: sztywny mocznik, przycięty sztywny, drut prowadzący			szt.	10							
2	Cewnik Thomas bez mandryny zgłębiarki dł. 20 do 36 gwintów z gładką, odporną na zardzewienie PCV lub szkloną, przystosowaną do kontroli wlewkowej drenowanych wydzielin, linia kontrastująca w RTG na całej długości drenu, znacznik głębokości do 2 cm, anatomiczne otwory drenujące położone spiralnie, umożliwiająca skuteczny drenaż oraz zapobiegające zatykaniu się drenu, zgłębiarki pod kątem 90 stopni, długość 50 - 55 cm, pakowany podwójnie.			szt.	100							
3	Korbowa do odsysania pola operacyjnego o parametrach: OP - 150/100/100; 200/100/100 - robota rotacyjna			szt.	100							
4	Złącznik obracający kątowny / system do odsysania, sterylizy			szt.	30							
						SUMA 1			X			
1	Nitynobowe kosze Durmia, czteroprzewodowe, montowany w uchwyty, średnica zewnętrzna płaszcza 1,9 Fr., 120 cm, średnica kosza 12 mm, materiał poliamid/PTEE			szt.	100							
2	Koszyk nitynobowy do wysoybiania złogów w układzie moczowym. Składa się z trzonu o wymiarze 1,9 Fr./4-drurowej, bekołdowej kłach, węgla się do 2 drutów, aby zaizolować lekarowi większą kontrolę i niezależną manipulację zarówno koszylem, jak i workiem lasera. Długość 120 cm, średnica kosza 11-15 mm			szt.	100							
3	Nitynobowe kosze, czteroprzewodowe, średnica zewnętrzna płaszcza 1,3 Fr., 120 cm, średnica kosza 11 mm, ręcha do obracania kosza 350 st.			szt.	2							
						SUMA 2			X			
3	Jalowa wkładka do tacki. Sterylizy, jednorazowego użytku zestaw wkładek do wydziałania teści do przeniesienia transportu endoskopów. Wykonane z elastycznego materiału w trzech kolorach oznakowanych odpowiednio każdej, jedna wkładka koloru przezroczystego do wydziałania teści. Druga wkładka służąca jako powłoka o kolorze niebieskim z napisem "czysty". Trzecia wkładka służąca jako powłoka o kolorze czerwonym z napisem "zakazony". Zestaw wkładek umożliwiał szybkie odróżnienie, który aparat jest czysty, a który jest przeznaczony do dezynfekcji. Zestaw kompatybilny z posiadzonymi tacami i workiem transportowym będącym na stanie oddziału, rozmiar 165 x 400 x 400. Opak. 200 szt			op.	12							
4	Worek do oprony butelek zawierających lek wrażliwy na światło, pojemność 100-250ml, z otworem w dolnej części umożliwiającym podanie leku w woreku osłoniętym, ze wyjątkiem koloru czarnego.			szt.	31.100							
2	Worek do oprony butelek zawierających lek wrażliwy na światło, pojemność 500-1000ml, z otworem w dolnej części umożliwiającym podanie leku w woreku osłoniętym, ze wyjątkiem koloru czarnego.			szt.	31.100							
						SUMA 4			X			
5	Dworkalowe igły do biopsji mammotomicznej pod USG 80/1105 kompatybilne z posiadzonym urządzeniem, zintegrowany z igłą system zarządzania tkankami i umożliwiający transport każdej pobranej próbki do osobnego pojemnika			szt.	350							
2	Znaczniki tkankowe 861 105; skład znaczników: elementy ceramiczne, węglowodorowe, silikonowe, zintegrowany z igłą system długoterminowej widoczności w basenie USG, mamografii oraz MRI (tzw. igły)			szt.	250							
3	Wymieniony pojemnik próżniowy 800cc			szt.	550							
						SUMA 3			X			



## OIETA - IZOMULAT CEMOWY - po zmianie

Przyjęcie do porównania o odwołaniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu, prowadzonego o wartości przekraczającej 20 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Centrum Onkologii i Hematologii im. M. Kopernika w Łodzi. Celem jest wyłonienie wykonawcy na realizację poniższych warunków:

## 1. Ofertujemy wykonanie zamówienia za następującą ceną:

Numer pozycji	Opis	Nazwa	Fabryczne parametry bezpieczeństwa (IAC, III)	W przypadku złożenia oferty nie spełniających warunków bezpieczeństwa	pn	ilość	Cena jedn. netto	Wzrost, albo	Wzrost, albo	Wzrost, albo	Procent	Nazwa handlowa	Nr homologowy	Data wyrobu med.
6	1	Rezorator wkłady kontinental 150cm, kompresyjny i wtryskiwanym typem Medrad Mark IV pro V15 będącym na wyposażeniu szpitala		ist.	ist.	1 200								
7	1	Mikrocewniki do embolizacji obwodowej; typowany 2,8F; długość 40cm; 0,035". Krzywizny: straight 55° swan. Długość 110cm, 130cm, 150cm. Średnica wewnętrzna 0,020". Przenikalność: poddawane próbom kontrastowym, technicej i embolizacyjnym. Do wstępnego obciążenia (100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700, 1750, 1800, 1850, 1900, 1950, 2000, 2050, 2100, 2150, 2200, 2250, 2300, 2350, 2400, 2450, 2500, 2550, 2600, 2650, 2700, 2750, 2800, 2850, 2900, 2950, 3000, 3050, 3100, 3150, 3200, 3250, 3300, 3350, 3400, 3450, 3500, 3550, 3600, 3650, 3700, 3750, 3800, 3850, 3900, 3950, 4000, 4050, 4100, 4150, 4200, 4250, 4300, 4350, 4400, 4450, 4500, 4550, 4600, 4650, 4700, 4750, 4800, 4850, 4900, 4950, 5000, 5050, 5100, 5150, 5200, 5250, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500, 5550, 5600, 5650, 5700, 5750, 5800, 5850, 5900, 5950, 6000, 6050, 6100, 6150, 6200, 6250, 6300, 6350, 6400, 6450, 6500, 6550, 6600, 6650, 6700, 6750, 6800, 6850, 6900, 6950, 7000, 7050, 7100, 7150, 7200, 7250, 7300, 7350, 7400, 7450, 7500, 7550, 7600, 7650, 7700, 7750, 7800, 7850, 7900, 7950, 8000, 8050, 8100, 8150, 8200, 8250, 8300, 8350, 8400, 8450, 8500, 8550, 8600, 8650, 8700, 8750, 8800, 8850, 8900, 8950, 9000, 9050, 9100, 9150, 9200, 9250, 9300, 9350, 9400, 9450, 9500, 9550, 9600, 9650, 9700, 9750, 9800, 9850, 9900, 9950, 10000). Kompatybilne z materiałami embolizacyjnymi (cząstki 1 mikrometra < 700µm oraz sztalami embolizacyjnymi 0,4mm/0,018", powłoka zewnętrzna - PTFE). Niekorozyjne, biologicznie powłoka zewnętrzna wykonana z poliimidego charakteryzująca się optymalnym wzrostem elastyczności. Elastyczny odciniek dystalny 200mm. Pakiety hydrofilne na dystalnym 80cm. Marker cieniutki umieszczony 4,3mm. przykrywalnie do końcówki dystalnej. Wytrzymałość ściskania 800Psi.		ist.	ist.	750								
8	1	Mikrocewniki do embolizacji obwodowej. Profil mikrocewnika 2,4 F i 2,8 F. Długości mikrocewnika 100, 150, 185cm. Dobrane kątowo (90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°, 360°). Max. średnica zewnętrzna 0,020". Max. długość 100cm. Max. długość 150cm. Max. długość 185cm. Dostępne w wersji z mikropowadkami i bez mikropowadki. Kompatybilne z cewnikami diagnostycznymi 0,035" i 0,038". Maksymalne ciśnienie 1700PSI. Możliwość podania cząstek embolizacyjnych do 900 mikrometrów (2,8F).		ist.	ist.	247								
9	1	Manipulator (rotator) na prowadznik średnicy 0,035 i 0,014		ist.	ist.	750								
10	1	Implanty o gładkiej powierzchni, wypełnione żelatem silikonowym wysokoelastycznym zawierające kawałek suwalnego telefonu (tw. rymę, długość której nie ma niebezpieczeństwa przerwania implantu podczas jego montowania. Implanty sterylne, pakowane pojedynczo, w opakowaniu samoprzylepnie etykiety min. 4 szt. Implanty /kier w 4 rozmiarach (5ml/g; 12ml/g; 21ml/g; 27ml/g 35ml/g).		ist.	ist.	30								
11	1	Rezorator i reaktor stapiera endoskopowego z wbudowaną artykulacją, przeniesionego do ładunków wywołujących zespolenie o długości posiadająca dwie obwężnie zamkniętej i spastową do ramienia 44cm		ist.	ist.	150								
2		Rezoratorowe ładunki liniowe do stapiera endoskopowego artykulacyjnego, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60mm, ładowane w szczerki stapiera, zszywką zamknięte się do 11mm, 15mm, 19mm, 23mm (zmasowanej karci zrozu obręci reaktor z szywką przy szczytowo zamkniętej).		ist.	ist.	642								
3		Rezoratorowe ładunki liniowe do stapiera endoskopowego artykulacyjnego, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60 mm (zmasowanej karci zrozu obręci reaktor z szywką przy szczytowo zamkniętej się do 2, 3, 3mm).		ist.	ist.	108								
SUMA 11														x

Przyjęcie do porównania o odwołaniu zamówienia publicznego sformułowanego w typie przetargu negocjacyjnego o wartości szacunkowej 22 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego do Wojewódzkiego Wojewódzkiego Centrum Onkologii i Hematologii im. M. Erapanki w Łodzi, obejmujący wykonanie zamówienia na następujące wyroby:

### 1. Odniesiony wykonanie zamówienia za następującymi cenami:

Nazwa produktu	ip.	Nazwa	Powierzona wykonawcy wykonanie w tym celu	W przypadku złożenia oferty na parę lub jego równoważnik, wypisać przynajmniej jeden z następujących wyrobów	jm.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość brutto	Procent	Kwota bezpodatna	Wartość brutto	Kwota wyrobu med.
	1	Zestaw do kanulacji tętnicy 18G/4cm z IRR 5 1,3x50mm, przewodnica 40cm x 0,61mm. Cewnik z FEP składane metodą Seldingera. Zawór hemostatyczny, który podczas łączenia z drenami ciśnieniowymi otwiera się samodzielnie i zamyka automatycznie podczas odłączenia. Jego wysoka szczelność pozwala na uniknięcie zwrotnego przepływu krwi, co umożliwia postępowanie się produktami i nie wpływa na wyniki pomiarów ciśnienia. Zestaw z miękkimi elastycznymi skrzydłkami i drenem przedłużającym			szt.	300							
	2	Zestaw do kanulacji tętnicy 18G/4cm z IRR 5 1,3x70mm, przewodnica 40cm x 0,61mm. Cewnik z FEP składane metodą Seldingera. Zawór hemostatyczny, który podczas łączenia z drenami ciśnieniowymi otwiera się samodzielnie i zamyka automatycznie podczas odłączenia. Jego wysoka szczelność pozwala na uniknięcie zwrotnego przepływu krwi, co umożliwia postępowanie się produktami i nie wpływa na wyniki pomiarów ciśnienia. Zestaw z miękkimi elastycznymi skrzydłkami i drenem przedłużającym			szt.	300							
12		Zestaw do kanulacji tętnicy 20G/4cm z IRR 5 0,95x50mm, przewodnica 25cm x 0,61mm. Cewnik z FEP składane metodą Seldingera. Zawór hemostatyczny, który podczas łączenia z drenami ciśnieniowymi otwiera się samodzielnie i zamyka automatycznie podczas odłączenia. Jego wysoka szczelność pozwala na uniknięcie zwrotnego przepływu krwi, co umożliwia postępowanie się produktami i nie wpływa na wyniki pomiarów ciśnienia. Zestaw z miękkimi elastycznymi skrzydłkami i drenem przedłużającym			szt.	300							
	4	Zestaw do kanulacji tętnicy 20G/4cm z IRR 5 0,95x70mm, przewodnica 40cm x 0,61mm. Cewnik z FEP składane metodą Seldingera. Zawór hemostatyczny, który podczas łączenia z drenami ciśnieniowymi otwiera się samodzielnie i zamyka automatycznie podczas odłączenia. Jego wysoka szczelność pozwala na uniknięcie zwrotnego przepływu krwi, co umożliwia postępowanie się produktami i nie wpływa na wyniki pomiarów ciśnienia. Zestaw z miękkimi elastycznymi skrzydłkami i drenem przedłużającym			szt.	300							
								SUMA 12					

OFERTA - ILOSIOWY CZYNÓW - po zmianie

Przytoczone do porównania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 27 000 EURO na dotację sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wojewódzkiego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, obejmuje w szczególności zamówienia na następującej wolumenach:

1. Oprogramowanie zamawiania za następującą cenę:

Numer pozycji	Opis	Nazwa	Interpretacja parametrów bezwzględnych wymaganych Wykaz	W przypadku skrótu należy doposażyć parametry wskazać miejsce przyjęcia towarów	Jm	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wskazanie VAT w %	Wartość brutto	Procent	Nazwa handlowa	Marka	Ważność	Ważność	
13	Przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą bezprzewodną - pojedyncze: -długość linii płuczącej 150cm(+/- 5 cm) -biuret wyposażony w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem i spłukiwaniem w burocie z trzema otworami) -pakowanie pojedynczo -jednorazowe -przetwornik do bezprzewodnego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej 1000 Hz -kabel przewodzący 2x 0,25 mm <sup>2</sup> 1,50m (+/- 5cm), składający się z dwóch żył o długości 120cm i 30cm -Błąd pomiaru przewodnika (nieodpowiedź i histereza) do 1,5% -odpowiednie oznaczenie drutów, kolorystyczne oznakowanie drutów lub końcówek -system przepływania uruchamiany wielokrotno przez podłączenie za pomocą wypustek -połączenie przetwornika z kablem łączącym monitor, bezprzewodnie -chroniące przed zanieczyszczeniem (wodoodporne) -należy dostarczyć próbkę oferowanego przetwornika -przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem kabli sygnałowy/monitor				2.100	szt.										
14	Prowadnica do twardych intubacji: -jednorazowa, jelowana, -rozmiar 5,0mm, -długość 800mm -odpowiednio oznakowana, -oznakowanie cyfrowe, -antystatyczna, -antirauzyczna, -z jednym końcem miękkim, podgiętym, -elastyczna, -pakowana pojedynczo, -typu Bougie				411	18 180										
15	Układ oddechowy bakteriobójczy, jelowany, z tworzywa sztucznego, pakowany pojedynczo, jednorazowy, z funkcją sterowania, przeznaczony do respiratora dla dorosłych, min. 150 cm rozwinięty, 100mm, 100mm z portami, ze złączami 22M/15F, 4kątne respiratora 22F/15F-22F (nieelastycznej) sterylizacji.				411	5 100										
16	Pakowany, nieelastyczny, wkładnik chemiczny do kontroli procesów sterylizacji i tleniem etylenem. Test odpowiadający normie EN ISO11140 Klasa 5.				411	10 000										
17	Zawierający substancje, które po osiągnięciu wymaganych parametrów sterylizacji zmniejszają kłopot.				411	900										
18	18g do peny 30G x 8 mm				411	36 000										
19	Prowadnik z pokryciem PTFE prosty, długość 150cm średnica 0,035				411	790										
20	Przyrząd do aspiracyjnego pobierania materiału komórkowego z endometrium typu endorette, z jamy macicy				411	600										

OTER - FORTUMIARI CENOWY - po zmianie

Przytoczone do porównania o odwołaniu z numerem publikacyjnym 271001 EUO na dłuższy sprzęt medyczny dla Województwa Śląskiego

1. Otwarty wyłonienie zamówienia za następującą cenę:

Numer pozycji	Opis	Nazwa	Informacje o parametrach technicznych wymaganych w zapisach przetargowych	W przypożyczeniu okrycia na szpital lub jego oddziale przydział (określony)	Jm	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Procent	Nazwa handlowa	Ni biologiczny	Data wyrob. max.
21	1	Ekspandery pierścieniowe anatomiczne, sterylne, szerokość różna od wyrobki maksymalna projekcja w 1/3 dolnej, ze zdejmowaną obręczką w obrotach 10 szt. Doświadczanie kliniczne (obecność na rynku medycznym potwierdzone badaniami klinicznymi lub wspólnie z oddziałami medycznymi). Ekspandery mają możliwości stabilizowania przy pomocy hakiem lub nie.			szt.	317						
21	1	Przyrząd służący do precyzyjnego kładącego dopasowania wielkości implantu pierścieniowego u chorych poddanych rekonstrukcji piersi po mastektomii z powodu raka piersi, wielkość i kąta wykłu do 10 krotniej sterylizacji, o różnorodnych wysokościach, szerokościach i projekcjach. Każdy implant z zakresu oferty musi mieć swój odpowiednik w postaci siera.			szt.	58						
21	1	Implanty pierścieniowe anatomiczne, sterylne, szerokość różna od wysokości implantu, maksymalna projekcja w 1/3 dolnej, wypełnione żelami silikonowymi, minimum 3 warstwy elastomeru, bariera antydyfuzyjna w opłó, 3 wysokość 4 projekcje. Dożywotnia gwarancja, areał, kroma min. 10 szt. Dowiadanie kliniczne i obecność na rynku medycznym potwierdzone badaniami klinicznymi lub wspólnie z oddziałami medycznymi. Implanty muszą posiadać antyrefleksyjne i odblaskowe właściwości, obrotowe i 45 pomocy dopasowania metrika.			szt.	555						
							SUMA 31					
22	1	Pojemniki higieniczne do przechowywania preparatów komórek macierzystych. Pojemność całkowita – 500ml, zalecana objętość przechowywanego materiału: 55-100 ml. Wymiary worka: nie więcej niż 122 mm x 230 mm. Dodatkowo, w komplecie do każdego worka dołączone jest „czwórnarty worki uchwyty”, wykonany z tworzywa EVA, o wymiarach 130 mm x 260 mm. Szewski od oddzielnego otworu, zatrzask na przód i tył dla worka do zamrażania. Wypełnione przy akcesoriach, 200 sztuk. 10 sztuk. Wypełnione w ciągu 10 dni z tworzywa EVA, do przetwarzania odpadów na DMAS. Wyposażone w integracyjny zestaw przewodowy z PVC, 16097 redukuje ryzyko dostania się zanieczyszczeń; zestaw przewodowy zawiera miejsce iniekcji, 3 adaptery z uszczelnieniem i zamkami; Wyposażone w port membrany, Na każdym worku wyłożony jest numer seryjny. Możliwość oznakowania worka.			szt.	778						
23	1	Zestaw szunów do tętnicy szyjnej 1x8F, 1x10F, 1x12F, 1x14F, Zestaw czterech przetrzeptych turek 0i, 1x5 cm, wykonanych z elastycznego materiału z atrakcyjnymi końcówkami oraz cieniociąną powłoką. Otrzymanie cewników unięskowlone na całej długości szunów. Do każdego szuntu przyrównana jest nitka która pomaga w jego umieszczeniu. Sterylne posiadające znak CE.			zestaw	208						
24	1	Sterylny przyrząd do pobierania ieków cysterastycznych z ieków z gumowym korkiem, dwudzieliwowy, z filtrem 0,2 um w odpowiedniku, z koleem, 7 portem aktywowanym strzykawką Luer i Luer Lock. Łącznik umożliwiający stałe połączenie ze strzykawką Luer Lock podczas przygotowywania substancji cytotostycznych, z przesł power locking do dezynfekcji. Sterylny, 06T, PCV, 06T i Luer lub Arabu.			szt.	48 364						
25	1	Idlowy farmaceutyczny (tak o strukturze blazkowej), 1 waly i obójstwy fizyczne, chemiczne i biologiczne. Produkowany tylko w celu medycznym i stosowany do wytku wewnętrznego. Do obliteracji opłonek w przebiegu przewlekłego zapalenia opłonek i choroby nowotworowej. Nie zawiera azbestu, endoksyn.			szt.	1 500						

OTIFA - FORMULARZ CENOWY - po zmianie

Proszę o przygotowanie o wycenę zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu negocjacyjnego o wartości przewidywanej 27 000 000 PLN na dostawę sprzętu medycznego do Wzrostowego Wersuspediatrycznego Centrum Onkologii i Immunologii w Koszalinie w Łodzi. Obiektowy wycenować całkowicie i wyliczyć cenę całkowitą w wariantach.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:

Numer pozycji	Id.	Nazwa	Polimerizacja poszczególne elementy wymagane: 20000 TA/PHI	W przypadku złożenia oferty klient musi jasno określić zakres krytycznej odpowiedzi	Jm	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Składowa podatku VAT w %	Wartość brutto	Producent	Kraj pochodzenia	Warianty	Data wyrobu miej.
26	1	Zestaw do drenatu nadłonowego zewnetrzny cewnik typu Pigtail wykonany z poliolefiny alifatycznej zakończony igłem do podcięcia worka na mocz. Cewnik znakowany dla dokładnego umiejscowienia, zaskak regulujący przepływ moczu. Igle punkcyjna, rozrywalna. Zszywkas i skalpel Roimar F18			szt	60								

OFIARA - FARMACEUTICALS S.C. - po zmianie

Wykaz produktów do przetworzenia o udzieleniu zamówienia publicznego przewidzianego w tytule przetargu, nieograniczonego o wartości szacunkowej 27 000 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego do Wojewódzkiego Wojewódzkiego Centrum Onkologicznego im. M. Skłodowska - Curie, obejmujący wykorzystanie umów zawartych na realizację poprzednich przetargów.

1. Określony wykonanie zamówienia za następującą cenę:

Nazwa produktu	lp.	Nazwa	Przeznaczenie i parametry techniczne (wg TSI/ETSI)	W przypadku złożenia oferty należy podać następujące dane: (wg TSI/ETSI)	jm.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto	Podatek	Rezerwa budżetowa	Nr katalogowy	Ważność oferty
	1	Wielernik uszny 2,5mm wykonany z tworzywa w kolorze ciemnym uniemożliwiającym rozpoznanie światła, krawędzie własnika zaokrąglone, gładkie, cienki, zewnętrzna zakończona karbowanym kolierzem, który ułatwia dokładniejszy uchwyt i manipulację; tworzywo niezawierające barwika; jednorazowe;			szt.	2000								
	2	Wielernik uszny 2,6mm wykonany z tworzywa w kolorze ciemnym uniemożliwiającym rozpoznanie światła, krawędzie własnika zaokrąglone, gładkie, cienki, zewnętrzna zakończona karbowanym kolierzem, który ułatwia dokładniejszy uchwyt i manipulację; tworzywo niezawierające barwika; jednorazowe;			szt.	2500								
	27	Wielernik uszny 3mm wykonany z tworzywa w kolorze ciemnym uniemożliwiającym rozpoznanie światła, krawędzie własnika zaokrąglone, gładkie, cienki, zewnętrzna zakończona karbowanym kolierzem, który ułatwia dokładniejszy uchwyt i manipulację; tworzywo niezawierające barwika; jednorazowe;			szt.	2000								
	4	Wielernik uszny 3,2mm wykonany z tworzywa w kolorze ciemnym uniemożliwiającym rozpoznanie światła, krawędzie własnika zaokrąglone, gładkie, cienki, zewnętrzna zakończona karbowanym kolierzem, który ułatwia dokładniejszy uchwyt i manipulację; tworzywo niezawierające barwika; jednorazowe;			szt.	2000								
							SUMA 37		x					
	28	Maska i nebulizator dla dzieci. Przepływ powietrza minimalny 15l/min			szt.	3000								
	29	Wielernik nosowy jednorazowy			szt.	6000								
	30	Prosta ramionokrętna przykrywka do leczenia protok (lub nieznacznie różniące się) przeznaczona do leczenia protok (lub czołki), przyst. posiadająca bieżącą regulację kąta pochylenia w zakresie 0-90 stopni, widoczna w RTG na końcówce w kształcie 5-bocznej gwiazdy 22mm, 24mm i 28mm, długość przędzy w zakresie 18 lub 24cm, 3 rdzenia aplikatora max 22F, długość 70cm.			szt.	6								
	31	Cewnik dopięchotowy do elektromotorycznej dystrybucji leków; perforowany w części dystalnej (pęcherzewej), CH, 16			szt.	220								
	2	Para nadržustnych elektrod dyspersyjnych			szt.	220								
							SUMA 31		x					
	32	Jednorazowe maski anestetyczne twarzone : maska bardzo miękka i lekka, nie powodująca ucisku, anatomicznie ukształtowany mankiet umożliwia idealne przyleganie maski do twarzy pacjenta, mankiet maski jest kodowany kolorem lub cyfrowym numerem dla łatwej identyfikacji rozmiaru maski anestetycznej. Maski nie zawierają PCV/Italanów. Przerobione powłoka zapewnia doskonałą woderność. Miękkie uszczelnienie daje odpowiednie dopasowanie do twarzy chorego. Półcień antyodpływowy dla lepszego chwytu i mocniejszego uszczelnienia, kompalizacja z workami maski bywa wykonany przez aparatami do znieczulenia, końcówka maski musi być wykonana z tworzywa sztucznego kompatybilnym z substancjami oddychawczymi: 22mm i 15mm, rozmiar od 1 do 5.			szt.	1300								
	33	Szczoteczka do pobierania wyników cyflogicznych ROV			szt.	2 000								
	34	Igła modylek 0,5x1,5mm dl 30cm 25G			szt.	4 400								
	35	Koszyk nitelowy 2,5F; 120cm, spirality, 4 przewodowy, średnica koszyka 12mm, do ujęcia z endoskopem z kanałem roboczym 2,5F. Składający się z endoskopu, trzonek prowadzący i cewnikiem roboczym. Koszyk przeznaczony do endoskopii diagnostycznej i terapeutycznej. 30cm długości. Jednorazowy. Ergonomiczne chwyt ułatwiający pracę przy 90°, 120°, 150° i 180°. Samopoczucie - do dokumentacji medycznej.			STL	80								
	36	Koszyk do wyciągnięcia i wewnętrznego sterowania porażki karłowatej (wzrostka) do zabiegów endoskopii. Rozmiar: 120cm.			szt.	800 000								
	37	Zestaw wstępny silikonowych jednorazowych do spulchniania i odsysania o średnicach umożliwiających podłączenie do chwytu ultradźwiękowego o długości 5m +/- 0,2m w komplecie z fillem antyczołowym. Sprzęt musi być kompatybilny z urządzeniem SELECTION firmy ERBE.			STL	45								

OIWA - FORMULACJE CENOWE - po zmianie

Plan Wykonalności zamówienia publicznego z dnia 14 sierpnia 2013 roku, nr 21.130.00.000-13/2013/EUO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Centrum Onkologicznego im. M. Kopernika w Łodzi, obejmujący wykończenie i odbiór w zakresie cen wariantach.

1. Ofertujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:

Numer pozycji	Op.	Nazwa	Pozostające parametry bezopinie wyliczone, Wykaz (tłum.)/u.j.	Wzrostowe dane osoby, depozytowany pomiar i wskaźnik płci	Wzrostowe dane osoby, depozytowany pomiar i wskaźnik płci	ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto	Procent	Ważność	Inne uwagi	Ważność
38	1	reporozowy zabornik na płytę w pojemności 2 litry do Aspiratora		SZT.	45									
39	1	Sterylizacja sondy do szklanego karmienia - Wykonanie 1 100% silikonu przepuszczającego promieni rentgenowskich i wewnętrzny balonem 1000ml. Tarcza zatrzymująca ciepłota 100%. Opakowanie wewnętrzne zawierające sterility zet karmienia. Zestaw łącznie z ośmioma dyszami (rozmiar 10mm). Rozmiar 10mm. Cz. 12-14 balon od 5m. Cz. 16-24 balon od 20ml. Port Y z złączkami.		SZT.	50									
40	1	Sterylizacja sondy do szklanego karmienia - Wykonanie 1 100% silikonu przepuszczającego promieni rentgenowskich i wewnętrzny balonem 1000ml. Tarcza zatrzymująca ciepłota 100%. Opakowanie wewnętrzne zawierające sterility zet karmienia. Zestaw łącznie z ośmioma dyszami (rozmiar 10mm). Rozmiar 10mm. Cz. 12-14 balon od 5m. Cz. 16-24 balon od 20ml. Port Y z złączkami.		141	90									
41	1	Sterylizacja sondy do szklanego karmienia - Wykonanie 1 100% silikonu przepuszczającego promieni rentgenowskich i wewnętrzny balonem 1000ml. Tarcza zatrzymująca ciepłota 100%. Opakowanie wewnętrzne zawierające sterility zet karmienia. Zestaw łącznie z ośmioma dyszami (rozmiar 10mm). Rozmiar 10mm. Cz. 12-14 balon od 5m. Cz. 16-24 balon od 20ml. Port Y z złączkami.		141	1200									
42	1	podawania talii o długości minimum 42-44cm		SZT.	300									
SUMA														

**Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór po zmianie**  
**Nr sprawy 57/ZP/18**

**UMOWA NR 57/ZP/18/.....**  
**z dnia \_\_\_\_\_**

zawarta przez:

**Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi**

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem **0000004955**, REGON 000295403, NIP 729 - 23 - 45 - 599)

z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowany przez .....

zwaną dalej **Zamawiającym**

z

firmą .....

(REGON ..... NIP .....) )

z siedzibą w ....., ulica .....

wpisaną do ..... pod numerem .....

reprezentowaną przez.....

zwaną dalej **Wykonawcą**

wyłonioną w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r.(t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1579 ze zm.) **na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi** obowiązującą od dnia \_\_\_\_\_ do dnia \_\_\_\_\_ o łącznej wartości ..... zł brutto (słownie: .....)

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa **sprzętu medycznego** wyszczególnionego asortymentowo i cenowo w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanych dalej również **towarem** lub **wyrobem** za ogólną cenę nie przekraczającą ..... zł netto (słownie:.....), ..... zł brutto (słownie: ..... złotych ) – dotyczy Pakiet \_\_\_\_\_
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik Działu Sprzętu Medycznego p. .... lub osoba przez niego upoważniona. Tel. 42 689-51-01, fax 42 689-51-02, e-mail. apteka@kopernik.lodz.pl
3. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi sukcesywnie w okresie ..... **miesiący** na podstawie zamówień cząstkowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania umowy w całości. Realizacja umowy uzależniona jest od faktycznej ilości pacjentów dla których leczenia niezbędny okaże się zakup towaru danego rodzaju.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na czas trwania zabiegu instrumentarium niezbędnego do implantacji. Koszt dostarczenia instrumentarium na czas trwania zabiegu, Wykonawca zawarł cenie oferty.

**§ 2**

**REALIZACJA DOSTAW**

1. Zamówienie cząstkowe na dostawę towaru, zawierające zestawienie asortymentowo – ilościowe uzależnione od bieżącego zapotrzebowania na towary, Zamawiający prześle do



Wykonawcy za pośrednictwem faksu na nr..... lub via e-mail

2. Osobą upoważnioną do składania zamówienia jest Kierownik Działu Sprzętu Medycznego lub inna upoważniona przez niego do tej czynności osoba.
3. Za dowód złożenia danego zamówienia przez Zamawiającego, a tym samym otrzymania go przez Wykonawcę, uznaje się potwierdzenie nadania zamówienia faksem lub via e-mail z faksu lub komputera Zamawiającego na powyżej wskazany numer faksu Wykonawcy lub jego adres e-mail.
4. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o istniejących brakach towaru, natychmiast po otrzymaniu zamówienia w formie faksu.
5. Zamówiony towar dostarczony będzie w terminie do .....godzin, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, od daty złożenia danego zamówienia przez Zamawiającego na faks lub e-mail Wykonawcy podany w niniejszej umowie.
6. Wykonawca dostarczy zamówiony towar nowy wolny od wad fizycznych i prawnych do wskazanego na zamówieniu magazynu sprzętu medycznego WWCOiT im. M. Kopernika przy ul. Pabianickiej 62 w Łodzi, w dzień roboczy w godzinach 9.00 – 14.00, oryginalnie zapakowany, wraz z oryginałem faktury i dwoma jej kopiami pozwalającym Zamawiającemu przyjąć do magazynu, w zgodzie z obowiązującym prawem, przedmiot danej dostawy.
7. Towar powinien być wydany w opakowaniu określonym Polskimi Normami lub normami branżowymi, a jeśli nie ma norm to w opakowaniu odpowiadającym właściwości towaru i środka transportu.
8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wyroby medyczne z terminami ważności nie krótszymi niż \_\_\_\_\_ **miesiące** licząc od dnia ich dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy zawierającej towar o krótszym niż wskazany w umowie terminie ważności.
9. Faktura oraz inny dokument potwierdzający dostawę winny bezwzględnie obejmować wyroby tylko z niniejszej umowy i zawierać wskazanie numeru niniejszej umowy oraz numeru zamówienia (zamówień), w związku z którymi nastąpiła dostawa.
10. Zamawiający zobowiązuje się do każdorazowego odbioru zamówienia dostarczonego zgodnie ze złożonym co do ilości i tożsamości zamówieniem oraz do zapłaty uzgodnionej ceny.
11. Dostawa przedmiotu umowy odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

### § 3

#### DOKUMENTY

1. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy będzie o jakości zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ, ze złożoną przez niego ofertą przetargową oraz posiadać będzie wymagane prawem pozwolenia, dopuszczenia do obrotu i atesty.
2. Wykonawca, pod rygorem prawa Zamawiającego do jednostronnego wypowiedzenia niniejszej umowy z winy Wykonawcy, zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawą towaru dostarczyć Zamawiającemu komplet aktualnych dokumentów (oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia) dopuszczających do obrotu i użytkowania na terytorium RP wyroby medyczne, których dostawa stanowi przedmiot niniejszej umowy- *jeśli dotyczy*
3. Wykonawca, bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych przez niego, w ramach niniejszej umowy Zamawiającemu, wyrobów medycznych zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiegokolwiek zmianie w ww. zakresie, pod rygorem całkowitej i wyłącznej odpowiedzialności Wykonawcy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji

#### § 4

#### ZAPŁATA ZA TOWAR

1. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w wystawionej przez niego fakturze w ciągu 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiegokolwiek błędy pod względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie przez Wykonawcę skorygowana, natomiast termin płatności dla dostawy, której ta faktura dotyczy, będzie biegł na nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej. Korekta faktur VAT powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia błędów przez Zamawiającego.
4. Data dostarczenia danej faktury do Zamawiającego nie może być wcześniejsza niż dzień dostawy przedmiotu umowy którego ta faktura dotyczy.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

#### § 5

#### REKLAMACJE

1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub braków ilościowych w dostarczonym towarze Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub dostarczy brakujący towar zgodnie z zamówieniem (co do rodzaju, jakości i ilości) – w terminie nie dłuższym niż .....w dni robocze od zgłoszenia danej reklamacji.
2. Reklamacje Zamawiającego składane będą w formie faksu na numer: ..... . Reklamacja uznana zostanie za złożoną w sytuacji posiadania przez Zamawiającego dowodu jej przesłania na ustalony przez strony numer faksu.
3. Termin płatności faktur dotyczących dostawy, w której został stwierdzony wadliwy towar, rozpoczyna swój bieg od dnia wymiany wadliwego towaru na wolny od wad.
4. Dostarczenie faktur korygujących nastąpi w ciągu 3 dni od daty dostarczenia towaru wadliwego.
5. Poza uprawnieniami wymienionymi w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą towarów będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamych co do rodzaju i ilości, w dostępnej dawce, niekoniecznie zgodnej z umową, nawet bez konieczności zawiadamiania o tym i wzywania Wykonawcy do wykonania niezrealizowanej w terminie dostawy lub wzywania Wykonawcy do wymiany wadliwych rzeczy, a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienia nie zamykają Zamawiającemu drogi do żądania kar umownych, o których mowa w § 6 poniżej, przy czym za dzień zrealizowania dostawy przyjmuje się dzień jej zrealizowania przez Wykonawcę zastępczego.
6. Postępowanie reklamacyjne określone w niniejszym paragrafie nie wyklucza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi przy sprzedaży określonych w kodeksie cywilnym. Zamawiający ma prawo wyboru reżimu realizacji reklamacji.
7. Wykonawca dostarczy zamówiony towar do apteki szpitalnej z \_\_\_\_ terminem ważności, chyba że na pisemną prośbę wykonawcy kierownik Działu Sprzętu Medycznego wyraził zgodę na krótszy termin. Zgoda ta musi zostać wyrażona w formie pisemnej.

#### § 6

#### KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającego kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

- a/ jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostaw lub przerwie wykonywanie dostaw towaru, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto – chyba że nie ponosi winy;
- b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto;
- c/ za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 2% wartości nie dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba że nie ponosi winy;
- d/ za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 2% wartości towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba, że nie ponosi winy.
- e/ za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto całej umowy (według stanu na dzień naruszenia), chyba, że nie ponosi winy.
- Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych należności z tytułu kar umownych z wzajemnych wierzytelności Wykonawcy wynikających z wystawionych przez niego faktur.
  - Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego jeżeli szkoda, która została wyrządzona Zamawiającemu, przewyższa wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych.

## § 7 ZMIANY UMOWY

- W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen towaru będącego przedmiotem umowy na zasadach określonych w art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych w następujących przypadkach:
  - zmiany cen na korzyść Zamawiającego – w każdym przypadku, gdy jest to możliwe,
  - zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega cena brutto, natomiast cena netto pozostaje bez zmian,
  - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zostanie przez Wykonawcę udowodnione;
  - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zostanie przez Wykonawcę udowodnione;
- O propozycji zmiany cen towarów, o której mowa w ust. 1 lit. a i b strona zainteresowana zmianą winna pisemnie poinformować drugą stronę załączając stosowny projekt aneksu, wraz z uzasadnieniem, obejmujący propozycje nowych cen wraz z wykazem towarów, których te zmiany będą dotyczyć, wyznaczając stosowny termin do akceptacji zmian, nie krótszy jednak niż 30 dniowy od otrzymania uzasadnionej, pisemnej propozycji przez drugą stronę. W przypadku wzrostu stawki podatku VAT, jeżeli realizacja umowy będzie nadmiernym obciążeniem finansowym dla Zamawiającego, Zamawiający może odmówić podpisania aneksu a strony ustalą warunki rozwiązania umowy (w braku porozumienia umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, w trakcie którego, jeżeli zamówienia cząstkowe będą składane, zastosowanie znajdą nowe, podwyższone stawki podatku VAT).
- Zmiany wynagrodzenia z tytułu o którym mowa w ust. 1 lit. c, będą dokonywane wg. następujących zasad:

- a) zmiana cen umownych może być dokonana tylko o wysokość równą max. 50 % zmiany (różnicy) minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu składania oferty,
  - b) w przypadku zwiększenia ww. wynagrodzenia Wykonawca zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu wraz z uzasadnieniem i odpowiednimi dokumentami uzasadniającymi zmianę. Zmiany będą obowiązywały po podpisaniu przez strony stosownego aneksu do umowy. W przypadku, gdy aneks do umowy nie zostanie zawarty w terminie 1 m-ca od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę, Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia w trakcie którego, jeżeli zamówienia częściowe będą składane, zastosowanie będą miały ceny dotychczasowe,
  - c) w przypadku zmniejszenia ww. wynagrodzenia Zamawiający zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien złożyć do Wykonawcy pisemny wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu z propozycją dotyczącą zmian zgodną z niniejszą umową. Zmiany będą obowiązywały od dnia wejścia w życie przepisów zmniejszających wysokość wynagrodzenia minimalnego albo wysokości minimalnej stawki godzinowej.
4. Zmiany wynagrodzenia z tytułu, o którym mowa w ust. 1 lit. d, będą dokonywane wg. następujących zasad:
- a. zmiana cen umownych może być dokonana maksymalnie do wysokości 50 % zmiany wynikającej z powyższego tytułu w stosunku do wysokości obciążeń obowiązujących w dniu składania oferty,
  - b. w przypadku zwiększenia ww. obciążeń Wykonawca zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu wraz z uzasadnieniem i odpowiednimi dokumentami uzasadniającymi zmianę. Zmiany będą obowiązywały po podpisaniu przez strony stosownego aneksu do umowy. W przypadku, gdy aneks do umowy nie zostanie zawarty w terminie 1 m-ca od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę, Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia w trakcie którego, jeżeli zamówienia częściowe będą składane, zastosowanie będą miały dotychczasowe ceny,
  - c. w przypadku zmniejszenia ww. obciążeń Zamawiający zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien złożyć do Wykonawcy pisemny wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu z propozycją dotyczącą zmian zgodną z niniejszą umową. Zmiany będą obowiązywały ze skutkiem od dnia wejścia w życie przepisów przewidujących nowe, zmniejszone ceny.
5. Niezależnie od powyższego Strony uzgadniają, że w przypadku stosowania przez producentów towaru okresowych upustów, bonifikat lub promocji na towar objęty umową Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wymienionych form w realizacji dostaw częściowych.
6. Wykonawca oświadcza, że w cenie towaru zawarte są wszystkie koszty pośrednie, w szczególności: koszt opakowania, ubezpieczenia i transportu do magazynu Zamawiającego w związku z czym zmiany tych kosztów nie będą stanowić podstawy do proponowania zmiany umowy – za wyjątkiem zmian czynników opisanych w ust. 1 lit. b,c i d.

## § 8

### POZOSTAŁE ZMIANY ISTOTNYCH ELEMENTÓW UMOWY

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której nastąpił wybór wykonawcy, umowy na zasadach określonych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych, a Wykonawca wyraża na to zgodę, w następujących przypadkach:

- a) zmiana wielkości opakowania, lub postaci w sytuacji wprowadzenia przez producenta/producentów danego produktu innej niż wskazana w załączniku do umowy opakowania, lub postaci z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez Kierownika Działu Sprzętu Medycznego, na czas ustalony z Kierownikiem Apteki Szpitalnej, jeżeli zmiana ta będzie wprowadzona na czas dłuższy niż 30 dni,
- b) zmiana ilości poszczególnych pozycji w pakietach przy zachowaniu maksymalnej wartości umowy bez zmian w sytuacji gdy:
  - nastąpi zmiana w zakresie liczby pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych Zamawiającego, bądź;
  - wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, bądź;
  - w wyniku zmiany prawa możliwe będzie dzięki temu podniesienie poziomu/jakości świadczeń wykonywanych przez Zamawiającego, bądź;
  - w innych sytuacjach uzasadnionych wykonywaną przez Zamawiającego działalnością medyczną
2. W przypadku zmiany wielkości opakowania, lub postaci, w okresie krótszym niż 30 dni, w sytuacji gdy zmiana taka będzie spowodowana zmianami u producenta danego produktu lub inna pilną i zasadną sytuacją, strony dopuszczają wprowadzenie takiej zmiany, bez konieczności podpisywania aneksu jednakże na pisemny wniosek Kierownika Działu Sprzętu Medycznego lub po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika Działu Sprzętu Medycznego.
3. Strony dopuszczają zmianę umowy polegającą na zamówieniu dodatkowych dostaw towaru od Wykonawcy (nieobjętych zamówieniem początkowym) jeżeli stały się Zamawiającemu niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  - a) Zamawiający nie może zmienić wykonawcy z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego
  - b) Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego
  - c) Wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej
4. Strony dopuszczają inne zmiany istotnych postanowień umowy również jeżeli zostały spełnione następujące warunki:
  - a) Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
  - b) Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
5. Zmiana istotnych postanowień umowy wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności (aneks do umowy). W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 (dodatkowe dostawy) oraz w ust. 4 (okoliczności nieprzewidziane) Zamawiający przekazuje ogłoszenie o zmianie umowy Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
6. W przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych zmiana umowy może dotyczyć również zmiany Wykonawcy. Dotyczy to w szczególności przypadku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
7. Zmiany postanowień umowy w żadnym wypadku nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.
8. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
  - a) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
  - b) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
    - zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o

udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

- zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
  - zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. W każdym przypadku strony mogą dokonać odpowiedniej zmiany umowy w zakresie elementów nieistotnych, a w zakresie postanowień istotnych – poza przypadkami określonymi w umowie również w razie zaistnienia okoliczności siły wyższej. Strony mogą w szczególności: wydłużyć termin płatności oraz zmienić umowę w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do przedmiotu zamówienia, w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian.
10. Przy zachowaniu maksymalnej wartości brutto umowy bez zmian strony mają zawsze prawo wydłużyć okres obowiązywania o czas określony (maksymalnie 1 rok), z tym zastrzeżeniem, że łączny okres obowiązywania umowy nie może trwać dłużej niż 4 lata – w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do umowy w terminie na jaki umowa została zawarta, przy zachowaniu ogólnej wartości brutto umowy bez zmian.

## **§ 9**

### **ROZWIĄZANIE UMOWY**

1. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym gdy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w razie powtarzających się opóźnień w dostawie towaru (więcej, niż 3) lub powtarzających się dostaw towaru wadliwego, niezgodnego z SIWZ lub z zamówieniem (więcej, niż 3),
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w następujących sytuacjach:
  - a. w razie pogorszenia sytuacji finansowej Zamawiającego w trakcie trwania umowy,
  - b. w razie zmiany metody leczenia skutkującej spadkiem ilości zamówień jednostkowych,
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub jej części w sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## **§ 10**

### **ZAKAZ CESJI WIERZYTELNOŚCI I OBOWIĄZEK INFORMOWANIA**

1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
2. Każda ze stron zobowiązana jest:
  - a/ powiadomić niezwłocznie drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych,
  - b/ złożyć komplet dokumentów wskazujących następcę prawnego.

## § 11

### AUDIT I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

1. W ramach nadzoru nad Wykonawcą Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego oraz dokumentach powiązanych.
4. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych, niezależnie od przewidzianych kar umownych.

## § 12

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca oświadcza że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2 ustawy k.c.
2. W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do pozasądowego, polubownego załatwienia sprawy, a gdy nie odniesie to skutku, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą zastosowanie art. 552 KC.
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - formularz asortymentowo - cenowy

Załącznik nr 2 - kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru NIP

Załącznik nr 3 - kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru REGON

Załącznik nr 4 - kopia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

.....  
**Wykonawca**

.....  
**Zamawiający**