



EZ.28.20...<sup>498</sup>.....2019.AG

Łódź, dnia 08.04.2019r.  
Numer sprawy: EZ.28.20.2019

### INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu do szybkiego przetaczania płynów dla projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi”

Na podstawie art. 92 ust 1 pkt 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o **unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne:**

#### Podstawa prawna unieważnienia:

*Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.*

#### Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu po otwarciu ofert w toku ich badania Zamawiający powziął wątpliwość, co do poprawności sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia pod kątem jego zgodności z art. 29 ustawy. W myśl zasad wynikających z tego artykułu Zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Szczegółowa analiza opisu przedmiotu zamówienia wykazała, iż został on opisany w sposób nieprecyzyjny co mogło wprowadzić wykonawców w błąd jak również w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W punkcie 13 załącznika nr 2 do SIWZ Zamawiający punktował parametr dotyczący **automatycznego odpowietrzania układu co 500ml podanego płynu**. Zamawiający przewidział nadanie punktu ofercie Wykonawcy wyłącznie w przypadku podania wartości **< 500ml lub > 500ml**, nie przewidział jednak zdarzenia, w którym Wykonawca złoży ofertę podając wartość równą **500ml**. Sytuacja taka zaistniała w przedmiotowym postępowaniu, co uniemożliwiło nadanie punktów badanej ofercie.

W ocenie Zamawiającego, błąd w zakresie kryteriów oceny ofert, ma wpływ na wynik postępowania. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 19 września 2012 r., KIO 1897/12, *"Błąd zamawiającego dotyczący nieprawidłowego określenia kryterium oceny ofert oznacza konieczność unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp bowiem Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia sporządzona w przedmiotowym postępowaniu uniemożliwia dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej, a wada ta ma w aktualnej fazie postępowania charakter nieusuwalny"*.

**Mając powyższe na uwadze przedstawioną argumentację w ocenie zamawiającego opisane powyżej wady postępowania oznaczają spełnienie przesłanki z art. 93 ust. 1 pkt. 7 pzp uzasadniającej unieważnienie postępowania.**

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi  
mgr Wojciech Szoraber