

EZ.28.36.381.2019.BWCH

Łódź, dnia 08.03.2019r.  
Nr sprawy: **EZ.28.36.2019**

### Odpowiedzi na pytania

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na **zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac budowlano-instalacyjnych związanych z instalacją akceleratora wysokoenergetycznego w przebudowanych dwóch bunkrach naświetlań Zakładu Teleradioterapii przy Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi**

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania

#### I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:

1. Czy zamawiający w zamian za zdemontowane 2 centrale wentylacyjne wymaga od Oferenta montażu 2 central czy 1 większej centrali wentylacyjnej ?

**Odp. Zamawiający informuje że wymagana jest tylko centrala obsługująca pomieszczenie gdzie usytuowany będzie nowy akcelerator.**

2. Czy jako źródło chłodu do centrali Zamawiający zaakceptuje agregat freonowy zamiast agregatu wody lodowej jak w opisie w PFU ?

**Odp. Zamawiający zaakceptuje agregat freonowy jako źródło chłodu do centrali wentylacyjnej.**

3. Czy Zamawiający może określić dokładne wymiary, wagę, parametry, które muszą być spełnione dla drzwi osłonnościowych oraz czy dla wymienionych drzwi wymagana jest automatyka ?

**Odp. Zamawiający informuje, że automatyka do drzwi jest wymagana. Pozostałe parametry do określenia przez wykonawcę projektu.**

4. Jaki ma być zakres instalacji alarmowej ?

**Odp. Zakres instalacji do określenia przez wykonawcę projektu.**

5. Czy istniejąca instalacja sygnalizacji pożaru jest sprawna i wystarczająca, jeżeli ma być nowa to jaki ma być jej zakres ?

**Odp. Zamawiający informuje, że należy wykonać nową instalację. Zakres instalacji do określenia przez wykonawcę projektu.**

6. Czy jest wymagana instalacja DSO ?

**Odp. Zamawiający informuje że nie jest wymagana instalacja DSO.**

7. W budynku występuje promieniowanie jonizujące w związku z tym jak należy zabezpieczyć pracowników do pracy w piwnicy, kanałach oraz na dachu ?

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



**Odp. Zamawiający informuje, że na etapie realizacji zostanie uzgodniony harmonogram pozwalający na prowadzenie prac bez narażania na promieniowanie.**

8. Czy w szafach PPD jest wystarczająca ilość miejsca do podłączenia instalacji komputerowej ?

**Odp. Zamawiający informuje, że w szafach PPD jest wystarczająca ilość miejsca do podłączenia nowej instalacji komputerowej.**

9. Czy w związku z przyłączeniem instalacji komputerowej jest wymagane zainstalowanie urządzeń aktywnych w szafach PPD. Jeżeli tak to prosimy o podanie ich parametrów.

**Odp. Zamawiający informuje, że nie są wymagane urządzenia aktywne w szafach PPD**

**Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez zmian.**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Lecznictwa

*dr hab. n. med. Przemysław Biliński*

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
SPECJALISTA

*mgr Beata Wojciechowska*

