



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



EZ.28.49.2019.BWCH

Łódź, dnia 12.04.2019r.
Nr sprawy: **EZ.28.49.2019**

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na **dostawę 2 sztuk cytometrów przepływowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi** w ramach projektu pn: „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie nowotworów krwi i układu chłonnego”

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2,4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę SIWZ

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:

1. Dot. tabeli „zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji i szkoleń” pkt. 35 oraz wzór umowy par. 6 ust. 7. Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie do obecnego zapisu stanowiącego pkt 35 tabeli „zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji i szkoleń” zastrzeżenia „dotyczy dni roboczych”, tak aby powstał zapis: „Czas reakcji – Przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa- max. 72 godziny w dni robocze.” Prosimy również o ujednoczenie zapisu stanowiącego par. 6 ust. 7 wzoru umowy z zapisem stanowiącym pkt 35 „zestawienia parametrów technicznych, warunków gwarancji i szkoleń”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Dot. tabeli „zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji i szkoleń” pkt. 32 oraz wzór umowy par. 6 ust. 5 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wymiany całego aparatu na nowy po dwukrotnej naprawie tego samego elementu lub podzespołu i zgodzi się w takim przypadku **na wymianę na nowy naprawiany element lub podzespół?** Wyrażenie zgody na proponowany zapis pozwoli wykonawcy na przedstawienie oferty korzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega brzmienie punktu 32 Zestawienia parametrów technicznych, warunków gwarancji i szkoleń - Załącznik nr 2 do SIWZ oraz brzmienie § 6 ust. 5 wzór umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ. Zmienione dokumenty stanowią załączniki do niniejszego pisma.

II. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje następującej zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

Zmiana nr 1

Punkt 32 Zestawienia parametrów technicznych, warunków gwarancji i szkoleń - Załącznik nr 2 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których naprawiany element lub podzespół zostanie wymieniony na nowy.

Zmiana nr 2

§6 Warunki gwarancji , ust. 5 - Wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których naprawiany element lub podzespół zostanie wymieniony na nowy.

Zmienione załączniki nr 2 i 6 do SIWZ w załączeniu do pisma.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez zmian.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
mgr Wojciech Szraiber (2)

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957

