

EZ.28.65. <sup>1214</sup>2019.MJ

Łódź, dnia 30.07.2019r.  
Numer sprawy: EZ.28.65.2019


*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.*

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego.

**I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

**Pakiet nr 17, Pozycja nr 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie czterodrutowego bezkońcówkowego koszyka wykonanego z nitinolu o rozmiarze 2.2 F, średnica koszyka 10mm, pozostałe parametry bez zmian?  
Konfiguracja koszyka na zdjęciu poniżej.



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 12

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu nadłonowego pęcherze zawierającego cewnik typu Pigtail wykonany z poliuretanu, zakończony lejkiem do podłączenia worka na mocz, zacisk regulujący przepływ moczu, igła punkcyjna, rozrywalna, zatyczka, worek na mocz o pojemności 2L. rozmiar cewnika Fr8

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem jeżeli zestaw zawiera 1 skalpel.**

Pakiet 17

1/ Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie nitinolowych koszyków do przechwytywania i wydobywania złogów z moczowodu. Konstrukcja koszyka umożliwi chwytanie, zmianę położenia, zwolnienie lub usuwanie złogów w nerce lub moczowodzie. Rozmiar od 1.5 FR do 2.2 FR długości min. 120 cm, rozmiar koszyka 9mm lub 11 mm do wyboru przez Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ**

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszyków nitinolowych rozmiar 2.5F długość 90cm, spiralny, 4 przewodowy, średnica koszyka 12,5mm do użycia z endoskopem. Kanał roboczy >2.5F. Składający się z

uchwyty ergonomiczne z rozbieralną rączką. Sterylny, jednorazowy, ergonomiczny chwyt ułatwiający pracę jedną ręką.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ**

Dotyczy Pak. 17

Czy Zamawiający dopuści do oceny koszyki znanego amerykańskiego producenta wykonane ze stali nierdzewnej, o długości 115 cm, nie posiadające etykiety samoprzylepnej. Pozostałe parametry techniczne oferowanego produktu pozostają bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pakiet nr 9, Pozycja nr 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie przewodnika o długości 145 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pakiet 1**

Poz. 1

1/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy chodziło o średnicę drutu wiodącego 0,97 mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wewnętrznego szynowania z drutem prowadzącym o średnicy 0,88 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

3/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewnik skalowany był co 1cm i posiadał linie pozycjonującą na całej długości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga**

Poz. 4

1/ Prosimy zamawiającego o dopuszczenie jałowego łącznika obrotowego

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet 21.** Czy Zamawiający dopuści: rurka tracheostomijna bez mankieta (krótka do laryngektomii), z wielorazową kaniulą wewnętrzną, sterylną:

- nr 8 – średnica wewnętrzna 8,0mm, średnica zewnętrzna 12,2mm, długość 53mm

- nr 9 – średnica wewnętrzna 9,0mm, średnica zewnętrzna 13,1mm, długość 51mm

- nr 10 - średnica wewnętrzna 10,0mm, średnica zewnętrzna 14,3mm, długość 53mm?

Oferujemy szerszą gamę rozmiarów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ**

**Pakiet nr 17**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszyków o średnicy cewnika 2,4 Fr, przewody równoległe.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów ze zszywkami 6,5 mm x 4,5 mm, nie pokrywanych teflonem.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zarówno w zakresie pakietu nr 2 jak i 22, wymaga zgodnie z SIWZ**

**II. Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

**Zmiana nr 1**

Zamawiający zmienia zapisy pkt. XXXII. POSTANOWIENIA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH na:  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, adres: ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź;
- 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [iod@kopernik.lodz.pl](mailto:iod@kopernik.lodz.pl);
- 3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
- 4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarię prawną, dostawcę oprogramowania, zewnętrznym audytorem). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp).
- 5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

- 7) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
- 8) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym:
  - a) w przypadku obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 RODO zamawiający ma prawo żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  - b) skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
  - c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
- 9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp.  
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

**Zmiana nr 2**

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający zmienia następujące terminy:

- Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 1 SIWZ – na dzień 06.08.2019r. do godziny 10.00
- Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 4 SIWZ – na dzień 06.08.2019r. o godzinie 11.00

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszenia  
nie ulegają zmianie.

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi (1)  
*mgr Wojciech Szrajber*