

EZ.28.65.2019.MJ

Łódź, dnia 05.08.2019r.
Numer sprawy: EZ.28.65.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedź na pytanie zadane do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego.

W toku postępowania zostało zadane następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dotyczy pakietu nr 19

Czy Zamawiający dopuści do oceny jednorazową, sterylną, bez lateksową osłonę na mikroskop. Do zastosowania w mikroskopie z trzema okularami. Rozmiar osłony 117cm(+/- 1cm). na 267cm (+/- 1cm). Soczewka o średnicy 65mm o dużej przezierności, odporna na zarysowania, z materiału nie odbijającego światła i nie tłukącego. Produkt posiadający trzy pasy ściągające – umożliwiające mocowanie na mikroskopie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający podkreśla, iż udziela odpowiedzi na pytanie pomimo upływu terminu na zadawanie pytań ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi (1)
mgr inż. Andrzej Szrajber