

EZ .28.66. 932.2019.AO

 Łódź, dnia 14.06.2019 r.
 Nr sprawy EZ.28.66.2019

dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.**

I. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania i prośby o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

L.P.	NR PAKIETU, KTÓREGO PYTANIE DOTYCZY	ZADANE PYTANIA	ODPOWIEDŹ
1	Pakiet nr 9	Pytanie do Pakiet nr 9 – (dot. Prowadnica do trudnych intubacji ...) Czy zamawiający dopuści długość 65 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Zdjęcie poglądowe w załączeniu.	Zamawiający dopuszcza w pakiecie 9 długość 65 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
2	Pakiet nr 9	Pytanie do Pakiet nr 9 – (dot. Prowadnica do trudnych intubacji ...) Czy zamawiający dopuści rozmiar 8Ch? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Zdjęcie poglądowe w załączeniu.	Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.
3	Pakiet nr 2 poz. 1	Prosimy o informację, czy igły biopsyjne, będące przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 2 poz. 1, mają współpracować również z aparatem Palium, który jest na wyposażeniu Państwa Szpitala?	Zamawiający dopuszcza, aby igły biopsyjne, będące przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 2 poz. 1, współpracowały również z aparatem Palium

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

 SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
 e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



4	Pakiet nr 5 poz. 1	Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 5 poz. 1 jednorazowego pistoletu do biopsji gruboigłowej działającej jako automat i półautomat. Igła wyposażona jest w dwa niezależne przyciski spustowe z przodu i z tyłu aparatu. Aparat posiada możliwość uwolnienia pełnego automatu albo półautomatu. Skalowanie co centymetr, dobra widoczność w USG, rękojeść w kształcie prostokąta stabilnie leżąca na stoliku. Rozmiary 14G, 16G, 20G o dł. 10 cm, 16 cm, 20 cm; 18G, o dł.10cm, 16cm, 20cm, 25cm .	Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.
5	Pakiet nr 9	Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów Prowadnicy do trudnych intubacji typu Bougie, sterylna, jednorazowa z tęnym zakrzywionym końcem, z otworem wentylacyjnym na całej długości, dodatkowo dwa porty boczne. Widoczna w rtg, z oznaczeniem centymetrowym. Rozmiar 14Fr, śr. wewn. 3mm, długość 70cm.	Zamawiający dopuszcza w pakiecie 9 zaoferowanie powyższego asortymentu.
6	Dotyczy zapisów SIWZ	Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział XX, punkt 2, podpunkt c): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby kryterium czas realizacji dostawy sprzętu był liczony w dniach roboczych?	Zamawiający wyjaśnia, iż w kryterium "czas realizacji dostawy sprzętu" termin liczony będzie w dniach roboczych.
7	Pakiet nr 3	Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ (Oferta), pakiet nr 3: Czy Zamawiający z uwagi na sposób pakowania trokarów (1 op. handlowe = 5 sztuk) - wyrazi zgodę na zaokrąglenie wymaganych ilości w dół do 20 sztuk lub zaokrąglenie w górę do 25 sztuk? Prosimy o podanie wymaganych ilości.	Zamawiający dopuszcza w pakiecie 3 zaoferowanie trokarów pakowanych 1 op. handlowe = 5 sztuk <u>z zachowaniem wymaganych ilości wskazanych w SIWZ</u> . Zamawiający w okresie obowiązywania umowy będzie zamawiał towar jako wielokrotności najmniejszego opakowania zbiorczego.
8	Dotyczy zapisów SIWZ	Dotyczy wzoru umowy (wg załącznika nr 6 do SIWZ), paragraf 6, ustęp 1, podpunkt c): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,5% wartości nie dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?	Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.
9	Dotyczy zapisów SIWZ	Dotyczy wzoru umowy (wg załącznika nr 6 do SIWZ), paragraf 6, ustęp 1, podpunkt d): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,5% wartości towaru stanowiącego przedmiot reklamacji za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?	Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

10	Pakiet nr 9 poz. 1	Czy Zamawiający dopuści długość 70 cm? Pozostałe parametry bez zmian	Zamawiający dopuszcza w pakiecie 9 długość 70 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
11	Pakiet 1	Pakiet 1 1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły jednorazowego użytku do biopsji gruboigłowej półautomatycznej z odłączalną kaniulą, w rozmiarze 16G i długości 10cm, 16cm i 20 cm do wyboru przez Zamawiającego, igła skalowana co 1cm i dobrze widoczna w USG.	Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.
12	Pakiet 2	Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły o długości 16cm spełniającej pozostałe SIWZ?	Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.
13	Pakiet 6	Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wkłucia dożylnego 0,6 , kaniula poliuretanowa , bez portu górnego, zatyczka odpowietrzająca zgodna z norma , bez koreczka, 4 paski widoczne w RTG, na opakowaniu handlowym/instrukcji informacja o materiale z jakiego wykonano kaniulę 26G 2/Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania kaniuli bezpiecznej ?	Ad. 1 Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 6 proponowany asortyment. Ad. 2 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
14	Pakiet 8	1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczeni cewnika wykonanego ze 100% silikonu, w zakresie rozmiarów 12-24Ch, cewnik o długości 40cm (+/-1cm), cewnik pakowany fabrycznie w jedno opakowanie ze strzykawką wstępnie napełnioną 10ml 10% wodnego roztworu gliceryny do napełniania balonu, balon pojemności 10ml, przeznaczony do stosowania do 90dni? 2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewnik był przeznaczony do stosowania do 90 dni z informacją o czasie stosowania potwierdzoną w katalogu producenta i oryginalnie nadrukowaną na opakowaniu jednostkowym?	Ad. 1 i 2 Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.


15	Pakiet 1 poz. 1	Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 1 igieł jednorazowego użytku do biopsji gruboigłowej półautomatycznych z odłączoną kaniulą (introducer), z mechanizmem sprężynowym, rozmiar 16G i długości od 10 do 20 cm; regulacja głębokości penetracji 9,5mm i 19mm, igła dobrze widoczna w USG ze złącznikiem dł, na igle co 1 cm oraz zaznaczonym odcinkiem tnącym.	Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 proponowany asortyment.
16	Pakiet 2 poz. 1	Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 2 poz. 1 igieł biopsyjnych do automatycznego aparatu do biopsji Bard Magnum w rozmiarach: grubość igły G14 dł, 16cm i G16 dł, 16 cm.	Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.
17	Pakiet nr 2	Prosimy o dopuszczenie igieł o długości 16 cm spełniające pozostałe parametry.	Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
mgr Włodzisław Szrajber (2)

Zdjęcie poglądowe – Pakiet nr 9 – Pytanie nr 1



Zdjęcie poglądowe – Pakiet nr 9 – Pytanie nr 2

