

EZ.28.28. ³⁰¹ .2019.MJ

Łódź, dnia 24.06.2019r.
Numer sprawy: EZ.28.28.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dotyczy zapisów umowy na pakiety nr 1-3,6,9-11,13,15,16,17,18 § 1 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania umowy w całości. Realizacja umowy uzależniona jest od faktycznej ilości pacjentów dla których leczenia niezbędny okaże się zakup towaru danego rodzaju. Odstępstwo nie będzie jednak większe niż 20% od wielkości orientacyjnych podanych w załączniku.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający we wzorze umowy oświadcza, iż oszacował ilość zamawianego towaru w należytej starannością w oparciu o dane z lat ubiegłych. Ze względu na losowy charakter zapotrzebowania nie jest w stanie określić minimalnej procentowej ilości, deklaruje jednakże dodatkowo, że zamówienia na towary będące przedmiotem niniejszego postępowania realizowane będą tylko na podstawie umowy zawartej w tym postępowaniu.

Dotyczy zapisów umowy na pakiety nr 1-3,6,9-11,13,15,16,17,18 § 3 ust. 2

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia Zamawiającemu, przy pierwszej dostawie partii przedmiotu umowy dokumentu potwierdzającego, że oferowane wyroby spełniają warunki wprowadzenia do obrotu medycznego?

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z ofertą przetargową deklaracji zgodności CE oferowanego sprzętu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów wraz z podpisaną umową

Dotyczy zapisów umowy na pakiety nr 1-3,6,9-11,13,15,16,17,18 § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy zapisów umowy na pakiety nr 1-3,6,9-11,13,15,16,17,18 § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub braków ilościowych w dostarczonym towarze Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub dostarczy brakujący towar zgodnie z zamówieniem (co do rodzaju, jakości i ilości) – w terminie nie dłuższym niż dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Dotyczy zapisów umowy na pakiety nr 1-3,6,9-11,13,15,16,17,18 § 5 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Poza uprawnieniami wymienionymi w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą towarów będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamych co do rodzaju i ilości, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienia nie zamykają Zamawiającemu drogi do żądania kar umownych, o których mowa w § 6 poniżej, przy czym za dzień zrealizowania dostawy przyjmuje się dzień jej zrealizowania przez Wykonawcę zastępczego.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Dotyczy zapisów umowy na pakiety nr 1-3,6,9-11,13,15,16,17,18 § 6 ust. 1 a, c, e

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5% oraz odpowiednio z 2% na 1%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający stosuje ujednolicone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy zapisów umowy na pakiety nr 1-3,6,9-11,13,15,16,17,18 § 6 ust. 1 b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto;”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający stosuje ujednolicone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy zapisów umowy na pakiety nr 1-3,6,9-11,13,15,16,17,18 § 6 ust. 1 d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 1% wartości towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba, że nie ponosi winy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający stosuje ujednoczone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy zapisów umowy na pakiety nr 1-3,6,9-11,13,15,16,17,18 § 9 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym gdy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w razie powtarzających się opóźnień w dostawie towaru (więcej, niż 3) lub powtarzających się dostaw towaru wadliwego, niezgodnego z SIWZ lub z zamówieniem (więcej, niż 3), po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy zapisów umowy na pakiety nr 1-3,6,9-11,13,15,16,17,18 § 10 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o zmianę zapisu § 5 ust. 1 projektu umowy: „W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub braków ilościowych w dostarczonym towarze Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia danej reklamacji oraz wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub dostarczy brakujący towar zgodnie z zamówieniem (co do rodzaju, jakości i ilości) – w terminie nie dłuższym niż do dni roboczych od dnia uznania reklamacji.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. b/, c/, d/:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto;

c/ za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii towaru – chyba że nie ponosi winy;

d/ za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji – chyba, że nie ponosi winy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający stosuje ujednoczone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstraszący. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

W związku z zapisem § 13 ust. 1 projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada.

Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2017 r oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok.

Odpowiedź: Zamawiający przedstawia stan majątkowy na dzień 30.04.2019:

1. Aktywa trwałe	170 986 441,64 zł
2. Aktywa obrotowe	75 663 103,18 zł
3. Suma pasywów	246 649 544,82 zł
4. Zobowiązania i rezerwy	310 859 171,82 zł
a) zobowiązania krótkoterminowe	107 454 264,15 zł
- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 577 992,90 zł
w tym:	
• objęte spłatami ratalnymi	0,00 zł
• wymagalne	12 539 203,24 zł

Pozostałe dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 4 projektu umowy i doda zapis dopuszczający prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający stosuje ujednoczone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstraszący. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pak. 7.2 „Czy dopuszczone będą balony, których zakres crossing profile mieści się w zakresie 0,026-0,031 cala, z uwzględnieniem 0,026 cala dla balonu 1,2 mm?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pak. 7.2, „Czy zamawiający określił crossing profile dla balonu 1,2 mm na 0,026 cala?”

Odpowiedź: Zamawiający określił crossing profile dla balonu 1,2 mm nie przekraczający 0,029cala

Pak. 7,4 „Czy zamawiający dopuści cewniki diagnostyczne zgodne z swizz, w zakresie średnic 5-7F (bez średnicy 4F)?”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Średnica 4F nie jest wymagana, ale dodatkowo oceniana.

Pak.7.5 “Czy dopuszczony będzie cewnik prowadzący o średnicy wewnętrznej 0,070 cala dla 6F?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 6 do SIWZ poprzez nadanie § 2 ust. 2 zdanie trzecie następującego brzmienia: „Przejście prawa własności na Zamawiającego następuje w dniu pobrania danego towaru z bazy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 6 do SIWZ poprzez dodanie w §2 ust. 1 zdania o następującej treści: Zamawiający zobowiązuje się przechowywać towar w bazie sprzętu w warunkach odpowiednich dla wyrobów medycznych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 6 do SIWZ poprzez dodanie § 3 ust. 3a o następującej treści: „W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w bazie więcej niż jeden towar danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności towar z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy wzoru umowy

Ad par. 6 ust. 1c/ i 1d/


Prosimy o zmianę wysokości kar umownych do 0,5% wartości odpowiednio niedostarczonej w terminie partii towaru za każdy dzień zwłoki oraz wartości towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający stosuje ujednolicone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstraszający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


Pakiet nr 11

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga samego Y-konektora typu „klik” z trzema ustawieniami zastawki: zamknięta, częściowo otwarta, otwarta (wg. rys. nr 1), czy Y-konektora typu „klik” z drenem zakończonym kranikiem trójdrożnym (wg. rys. nr 2), lub Y-konektora typu „klik” z drenem zakończonym kranikiem trójdrożnym, torquerem i igłą tępą (wg. rys. nr 3)?


Rysunek nr1



Rysunek nr 2



Rysunek nr 3



Odpowiedź: Zamawiający wymaga samego Y-konektora typu „klik”, ale dopuszcza też wersję z drenem zakończonym kanalikiem trójdrożnym.

Pytanie nr 1 – dot. Załącznika nr 6 do SIWZ - Umowy dla pakietów nr 1-3,6,9-11,13,15,16,17,18

Prosimy o modyfikację § 6 ust. 1 w następujący sposób:

b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości ~~10% wartości umowy brutto~~ **wartości niezrealizowanej części umowy brutto**.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający stosuje ujednolicone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy zadania 10: pozycja 2:

Czy Zamawiający wymaga koszulek radialnych czy udowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, Zamawiający dopuszcza oba typy koszulek

Dotyczy zadania 10: pozycja 4 rampy trójdrożne:

W celu przedłożenia oferty na wszystkie 8 pozycji asortymentowych (zgodne z SIWZ) - prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 ramp wysokociśnieniowych o wytrzymałości do 500psi. Rampy te są stosowane w kilkudziesięciu ośrodkach w Polsce i są najwyższej jakości. Dodatkowo oferujemy samoprzylepną etykietę do książki pacjenta.

Odpowiedź: SIWZ dopuszcza zaoferowanie rampy, bez punktów za dodatkowo oceniany parametr.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 19 stentów kobaltowo-chromowych uwalniających Sirolimus, o następujących parametrach:

- • stent kobaltowo – chromowy wykonany ze stopu L-605
- • stent wycinany laserowo typu „slotted tube”
- • kompatybilny z przewodnikiem 0,014”
- • kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F (0,058”)
- • dostępne średnice stentu: 2,5mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm
- • dostępne długości stentu: 8mm; 12mm; 16mm; 20mm; 25mm; 31mm; 38mm, 46mm
- • stent uwalniający Sirolimus; lek zawieszony w nośniku będącym kwasem organicznym zapewniającym równomierną i kontrolowaną dystrybucję leku na długości zmiany oraz w ścianie naczyń
- • dawka leku 0,9µg/mm²
- • system uwalniania leku bez udziału polimeru: lek uwalniany ze specjalnych kanalików w przęsłach stentu mający bezpośredni kontakt ze ścianą naczyń (lek nie jest uwalniany do krwi)
- • pokrycie zapobiegające uwalnianiu się jonów metali do krwi oraz przyspieszające endotelizację stentu
- • brak skracania się stentu w trakcie rozprężania
- • elastic recoil 2 – 7%
- • grubość ściany stentu 80µm (0,0031”)
- • ciśnienie nominalne 9atm
- • ciśnienie RBP 18atm
- • ciśnienie ABP 24atm
- • długość robocza cewnika 142cm
- • 4 markery: 2 zintegrowane ze stentem na jego końcach oraz 2 na cewniku balonowym
- • specjalna konstrukcja balonu zapobiegająca efektowi „dog bone”
- • crossing profile 0,039” dla średnicy stentu 3,0mm
- • siła radialna 18,37psi
- • różna ilość cel na obwodzie stentu w zależności od średnicy: 4 cele dla średnic 2,5mm – 2,75mm; 5 cel dla średnic 3,0mm – 3,5mm oraz 6 cel dla średnicy 4,0mm – 4,5mm
- • doskonały dostęp do bocznic: powierzchnia celi przy średnicy nominalnej dla stentu 3,0mm wynosi 1,3mm²

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zaoferowany stent spełnia wymogi SIWZ, oraz 2 z 3 dodatkowo punktowanych parametrów.

Czy w Pakiecie nr 2, Zamawiający dopuści złożenie oferty z przewodnikami z nitinolu pokrytymi warstwą hydrofilną o średnicach od 0,018" - 0,038" długości 150, 180 i 260 cm, o długości ściętej końcówki 3 cm, kształcie atraumatycznej końcówki: prosta i zagięta 45 stopni, rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z kontrolą trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej, trwała powłoka hydrofilna, atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu dostępne w wersji sztywności shaftu sztywny (STIFF) i standard, dostępne w opcji kształtowalną końcówką?

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy pakietu nr 2 w niniejszym postępowaniu.

II. Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zmiana nr 1

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający zmienia następujące terminy:

- Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 1 SIWZ – na dzień 10.07.2019r. do godziny 10.00
- Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 4 SIWZ – na dzień 10.07.2019r. o godzinie 11.00


Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

dr hab. n. med. Przemysław Biliński

Globalny dostawca wyrobów medycznych,
rozwiązań z tworzyw sztucznych i systemów farmaceutycznych

Prowadnik nitinolowy z pokryciem hydrofilnym



Średnice

Ø 0.018" / 0,46 mm

Ø 0.025" / 0,63 mm

Ø 0.032" / 0,81 mm

Ø 0.035" / 0,89 mm

Ø 0.038" / 0,96 mm

Długość

30 – 260 cm

Pokrycie

Pokryty hydrofilnie - Black

Rodzaj końcówki dystalnej

Zakrzywiona

Prosta

Kształowalna

Sztywność shaftu

Standard

Sztywny - Stiff

Sztywność końcówki

Standard

Soft

Floppy

Wyrób specjalny z podwójną
końcówką elastyczną

Jeden koniec z zakrzywioną
końcówką "angled" standardową,
drugi koniec prosty typu soft.

Sztywny shaft.

Dostępne w dwóch długościach:

150 i 180 cm.

Inne produkty dostępne na
życzenie klienta

**Opis systemu kodowania
numeru katalogowego**

HY	Pokrycie hydrofilne
N	Rdzeń nitinolowy
S	Końcówka prosta
A	Końcówka zakrzywiona
R	Końcówka kształtowalna
ST	Sztywność standardowa końcówki
SO	Sztywność końcówki Soft
F	Sztywność końcówki Floppy
0xx	Średnica prowadnika
	0.018" (0,46 mm)
	0.025" (0,63 mm)
	0.032" (0,81 mm)
	0.035" (0,89 mm)
	0.038" (0,96 mm)
H	Shaft sztywny Stiff
D	Shaft Standard
L	Długość prowadnika (od 30 - 260 cm)