



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



EZ.28.60.1.2019.JB

Łódź, dnia 11.07.2019 r.  
Numer sprawy: EZ.28.60.2019

### Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na **dostawę sprzętu medycznego dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii”** – dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazujemy Państwu następujące odpowiedzi na pytania

#### **I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

##### **Pytanie 1**

Pakiet nr 1: Stoliki zabiegowe – 5 sztuk

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy o konstrukcji wykonanej z profili 30x30x1,5 mm? Zastosowanie profilu o większym przekroju zapewni większą wytrzymałość stoika.

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

##### **Pytanie 2**

Pakiet nr 1: Stoliki zabiegowe – 5 sztuk

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy o konstrukcji wykonanej z profili 20x20x1,5 mm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

##### **Pytanie 3**

Pakiet nr 1: Stoliki zabiegowe – 5 sztuk

Czy Zamawiający dopuści stół z blatem prostym i dwoma półkami montowanymi na stałe, wykonane z blachy o grubości 1,00 mm?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

##### **Pytanie 4**

Pakiet nr 1: Stoliki zabiegowe – 5 sztuk

Czy Zamawiający dopuści stół z blatem prostym i dwoma półkami montowanymi na stałe, wykonane z blachy o grubości 1,50 mm? W SIWZ Zamawiający wymaga stoika z blatem oraz półkami wykonanymi z blachy o grubości 1,2 mm. Zastosowanie blachy o większej grubości zapewni większą wytrzymałość stoika.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

##### **Pytanie 5**

Pakiet nr 1: Stoliki zabiegowe – 5 sztuk

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w zaokrąglony uchwyt do prowadzenia, wykonany z rurki fi 8x8 mm znajdujący się przy krótszym boku (umieszczony poziomo).

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

##### **Pytanie 6**

Pakiet nr 1: Stoliki zabiegowe – 5 sztuk

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy na kołkach fi 100 mm (dwa z blokadą) montowanych za pomocą śruby? W SIWZ Zamawiający wymaga stołu zabiegowego z kołami fi 100 mm montowanych na trzpieniu. Zastosowanie kół montowanych na śrubie zapewni lepsze przyleganie koła. Ponadto trzpienie bardzo często się wyginają.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 7**

Pakiet nr 1: Stoliki zabiegowe – 5 sztuk

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy na kołkach fi 125 mm (dwa z blokadą) montowanych za pomocą śruby? W SIWZ Zamawiający wymaga stołu zabiegowego z kołami fi 100 mm montowanych na trzpieniu. Zastosowanie większych kół zapewni lepszą mobilność stołu. Koła montowane na śrubie zapewnią lepsze przyleganie koła. Ponadto trzpienie bardzo często się wyginają.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie 8**

Pakiet nr 1: Stoliki zabiegowe – 5 sztuk

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy na kołkach fi 75 mm (dwa z blokadą) montowanych za pomocą śruby? Koła montowane na śrubie zapewnią lepsze przyleganie koła. Ponadto trzpienie bardzo często się wyginają.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie 9**

Pakiet nr 1: Stoliki zabiegowe – 5 sztuk

Czy Zamawiający dopuści koła z tworzywa sztucznego wysokiej jakości z piastą wykonaną z polipropylenu, bieżnią koła wykonaną z termoplastycznej gumy, koła wyposażone w łożyska kulkowe? W SIWZ Zamawiający wymaga kół wyposażonych w łożyska ślizgowe. Łożyska kulkowe są znacznie bardziej wytrzymałe niż łożyska ślizgowe.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie 10**

Pakiet nr 1: Stoliki zabiegowe – 5 sztuk

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy o wymiarach zewnętrznych (długość x szerokość x wysokość) w mm: 810 x 650 x 880 mm?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie 11**

Pakiet nr 1: Stoliki zabiegowe – 5 sztuk


Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy o wymiarach zewnętrznych (długość x szerokość x wysokość) w mm: 800 x 650 x 880 mm?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ..**

#### **Pytanie 12**

Pakiet nr 1: Stoliki zabiegowe – 5 sztuk

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z blatem o wymiarach (długość x szerokość x wysokość) w mm: 705x415x20 mm i wymiarach zewnętrznych (długość x szerokość x wysokość) w mm: 765x430x880 mm ? Zdjęcie poglądowe poniżej.




**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie 13**

Pakiet nr 1: Stoliki zabiegowe – 5 sztuk

Czy Zamawiający dopuści stoliki zabiegowe z blatem o wymiarach (długość x szerokość x wysokość) w mm: 800x700x800 mm i wymiarach zewnętrznych (długość x szerokość x wysokość) w mm: 860x700x800 mm ? Zdjęcie poglądowe poniżej.



**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Pytanie 14

Pakiet nr 1: Stoliki zabiegowe – 5 sztuk

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzenia przeglądów technicznych jeżeli produkt jakim jest stół zabiegowy nie jest aparaturą medyczną i nie wymaga przeprowadzenia przeglądów technicznych?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający odstępuje od wymogu przeprowadzenia przeglądów technicznych w Pakiecie 1.

#### Pytanie 15

Pakiet nr 1: Stoliki zabiegowe – 5 sztuk

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu jakim jest stół zabiegowy gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający odstępuje od wymogu przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu w Pakiecie 1.

#### Pytanie 16

Pakiet nr 2: Wózek do leków i opatrunków – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści wózek do leków i opatrunków z szufladą o wysokości użytkowej szuflad 153 mm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie 17

Pakiet nr 2: Wózek do leków i opatrunków – 1 sztuka


Czy Zamawiający dopuści wózek do leków i opatrunków na kołach fi 125 mm (dwa z blokadą)? W SIWZ Zamawiający wymaga aby wózek do leków i opatrunków był wyposażony w kołach fi 100 mm. Zastosowanie większych kół zapewni większą mobilność wózków.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie 18

Pakiet nr 2: Wózek do leków i opatrunków – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści wózek do leków i opatrunków z odbojami umieszczonymi w narożach podstawy? Zdjęcie poglądowe poniżej.



**ODPOWIEDŹ:** TAK, Zamawiający dopuszcza.

#### Pytanie 19

Pakiet nr 2: Wózek do leków i opatrunków – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści wózek do leków i opatrunków o wymiarach zewnętrznych (długość x szerokość x wysokość) w mm: 700x705x1000 ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza.

