

EZ.28.100.2019.JB

Łódź, dnia 23.07.2019 r.
Numer sprawy: EZ.28.100.2019

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

1. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1) W nawiązaniu do opublikowanej w/w Specyfikacji proszę o informację, czy Zamawiający dopuści ofertę na dostawę lamp zabiegowych mobilnych z m.in. następującymi parametrami:
- lampa wyposażona w 7 źródeł światła LED - dotyczy zał. nr 2 pakiet nr 2 pkt. 10,
- żywotność LED 35000 h - dotyczy zał. nr 2 pakiet nr 2 pkt. 11,
Pozostałe parametry zgodne lub lepsze od oczekiwań Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

2) Pakiet nr 2

LAMPY ZABIEGOWE – 2 SZT.

Ad. 10. Czy zamawiający dopuści lampę wyposażoną w 8 diod? Większa ilość diod daje światło bardziej jednorodne i większą bezcieniowość.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

3) Pakiet nr 2

LAMPY ZABIEGOWE – 2 SZT.

Ad. 12. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o temperaturze barwowej 4400K? Jest to wartość najbardziej zbliżona do barwy naturalnego słonecznego światła.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

4) Pakiet nr 2

LAMPY ZABIEGOWE – 2 SZT.

Ad. 15. Czy Zamawiający dopuści lampę o średnicy pola operacyjnego d10 – d50 równym 22-11 cm? Proponowany parametr jest lepszy od wymaganego

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

5) Pakiet nr 2

LAMPY ZABIEGOWE – 2 SZT.

WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI, SERWISU i SZKOLEŃ

Ad. 7. Czy Zamawiający dopuści zapis: „Dopuszcza się trzy naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

6) Pakiet nr 2

LAMPY ZABIEGOWE – 2 SZT.

WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI, SERWISU i SZKOLEŃ

Ad. 8. Czy Zamawiający dopuści zapis: „Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 10 dni roboczych”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

7) Pakiet nr 2

LAMPY ZABIEGOWE – 2 SZT.

WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI, SERWISU i SZKOLEŃ

Ad. 14. Czy Zamawiający dopuści zapis: "Czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi do 5 dni roboczych lub do 10 dni roboczych w przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy, liczonych od dnia zgłoszenia naprawy."

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

8) **Dotyczy pakietu. 1. Stoły zabiegowe - 3szt. Pkt. 13.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół zabiegowy, którego wysokość regulowana jest elektrycznie w zakresie: od 550mm do 850mm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

9) **Dotyczy pakietu. 1. Stoły zabiegowe - 3szt. Pkt. 17.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół zabiegowy, którego podstawa zaprojektowana w estetyczny sposób nie wymaga zastosowania obudowy z tworzywa ABS?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

10) **Dotyczy pakietu. 1. Stoły zabiegowe - 3szt. Pkt. 19.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół zabiegowy, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 150kg?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

11) **Dotyczy pakietu. 1. Stoły zabiegowe - 3szt. Pkt. 20.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół zabiegowy, bez osłony PCV dla segmentu nóg?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

12) Dotyczy pakietu. 1. Stoły zabiegowe - 3szt. Pkt. 20.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół zabiegowy, bez zintegrowanego wieszaka kroplówki?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

13) Dotyczy pakietu. 1. Stoły zabiegowe - 3szt. Pkt. 20.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół zabiegowy, bez listew po bokach leża?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

14) Dotyczy pakietu. 1. Stoły zabiegowe - 3szt. Pkt. 21.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół zabiegowy, którego tapicerka dostępna jest w 25 kolorach do wyboru?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

15) Dotyczy pakietu. 4. Wózek opatrunkowo-zabiegowy - 1szt. Pkt. 6.

Czy Zamawiający przyzna 10pkt. wykonawcy, który zaoferuje wysokiej jakości wózek opatrunkowy, którego szkielet opiera się na 4 solidnych, aluminiowych kolumnach, ściany boczne wykonane są z wytrzymałego, odpornego na dezynfekcje, nierdzewnego kompozytu aluminium, fronty szuflad aluminiowe – lakierowane proszkowo, natomiast blat roboczy w celu ograniczenia namnażania się bakterii wykonany jest ze stali nierdzewnej?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

16) Dotyczy pakietu. 4. Wózek opatrunkowo-zabiegowy - 1szt. Pkt. 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek opatrunkowy, o wymiarach:

- wysokość do blatu: 900 mm,
- szerokość: 650 mm,
- głębokość: 475 mm,

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

17) Dotyczy pakietu. 4. Wózek opatrunkowo-zabiegowy - 1szt. Pkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek opatrunkowy, wyposażony w:

- 4 szuflady
- 3 górne o wysokości użytkowej 110mm,
- 1 dolna powiększona o wysokości użytkowej 230mm,

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

18) Dotyczy pakietu. 4. Wózek opatrunkowo-zabiegowy - 1szt. Pkt. 11.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek opatrunkowy, którego układ jezdny składa się z 4 podwójnych, cichobieżnych kół o średnicy 100mm, w tym 2 z hamulcem, a 1 z funkcją jazdy kierunkowej ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że koła jezdne będą posiadały niebrudzące podłóg bieżnik.

19) Dotyczy pakietu. 4. Wózek opatrunkowo-zabiegowy - 1szt. Pkt. 12.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek opatrunkowy, którego podstawa posiada w każdym narożniku wyprofilowane odboje z tworzywa, zabezpieczające wózek i ściany przed obiciami?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

20) Dotyczy pakietu. 4. Wózek opatrunkowo-zabiegowy - 1szt. Pkt. 13.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek opatrunkowy, wyposażony w:

- blat zabezpieczony z 3 stron przed zsuwaniem się przedmiotów,
- uchwyt do przetaczania o regulowanej wysokości,
- pojemnik do zużytych igieł,
- pojemnik na cewniki,
- 2x kosz na odpadki mocowane do szyny z boku wózka,
- wysuwaną spod blatu półkę do pisania,
- uchwyt na butlę z tlenem,
- wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej z 4 haczykami,
- kosz na akcesoria medyczne mocowany do szyny z boku wózka,
- zestaw szyn do mocowania wyposażenia z boku wózka,

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

21) Dotyczy pakietu. 5. Fotel ginekologiczny - 1szt. Pkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, wyposażony w uchwyt na rolkę papieru podkładowego usytuowany za oparciem pleców, bez możliwości poprowadzenia papieru między segmentami fotela?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

22) Dotyczy pakietu. 5. Fotel ginekologiczny - 1szt. Pkt. 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, którego uchwyty rąk dla pacjentki wykonane są ze stali nierdzewnej?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

23) Dotyczy pakietu. 5. Fotel ginekologiczny - 1szt. Pkt. 11.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, wyposażony w prostokątną uchylną miskę kwasoodporną z możliwością demontażu?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

24) Dotyczy pakietu. 5. Fotel ginekologiczny - 1szt. Pkt. 12.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, wyposażony w niezależny stopień ułatwiający wejście/zejście na/z fotel/a pacjentce?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

25) Dotyczy pakietu. 5. Fotel ginekologiczny - 1szt. Pkt. 13.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, wyposażony w podpórki nóg Goepel'a wykonane z poliuretanu w kolorze czarnym?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

26) Dotyczy pakietu. 5. Fotel ginekologiczny - 1szt. Pkt. 17.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, którego wysokość regulowana jest elektrycznie za pomocą pilota ręcznego w zakresie: 610-810mm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

27) Dotyczy pakietu. 5. Fotel ginekologiczny - 1szt. Pkt. 18.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, którego oparcie pleców regulowane jest elektrycznie za pomocą pilota ręcznego w zakresie 0-78°?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

28) Dotyczy pakietu. 5. Fotel ginekologiczny - 1szt. Pkt. 19.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, którego siedzisko pochylane jest elektrycznie za pomocą pilota ręcznego w zakresie: od -4° do +13°?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

29) Dotyczy pakietu. 5. Fotel ginekologiczny - 1szt. Pkt. 20.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, bez programatora dodatkowych pozycji?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

30) Dotyczy pakietu. 8. Wózek kąpielowy - 1szt. Pkt. 7.

Czy Zamawiający przyzna 20pkt. wykonawcy, który zaoferuje wózek kąpielowy z funkcją przechyłu wzdłużnego 15° ułatwiającą spuszczenie wody z wózka i jego dezynfekcję?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

31) Dotyczy pakietu. 8. Wózek kąpielowy - 1szt. Pkt. 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek kąpielowy, którego wysokość regulowana jest hydraulicznie w zakresie: 500-775mm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

32) Dotyczy pakietu. 8. Wózek kąpielowy - 1szt. Pkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek kąpielowy, o wymiarach zewnętrznych:

- długość całkowita: 2150mm,
- szerokość całkowita: 840mm,

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

33) Dotyczy pakietu. 8. Wózek kąpielowy - 1szt. Pkt. 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek kąpielowy, którego platforma materaca ma wymiary: 2000x 700mm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

34) Dotyczy pakietu. 8. Wózek kąpielowy - 1szt. Pkt. 14.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek kąpielowy, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 180kg?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

35) Pakiet nr 2 – Lamy zabiegowe

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę sprzętu firmą kurierską ? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu (zajmuje ok. 2 min.), dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

36) Pakiet nr 2 – Lamy zabiegowe

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 9 (3 moduły po 3 diody białe) ?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

37) Pakiet nr 2 – Lamy zabiegowe

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 15 (5 modułów po 3 diody białe) ?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

38) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stałą średnicę plamy świetlnej dla 1 m - 15 cm (+/- 8%), w tym zakresie pełna iluminacja światła ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

39) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stałą temperaturę barwową 4750 K ? Jest to temperatura zbliżona do światła naturalnego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

40) Czy Zamawiający dopuści zużycia energii przez jednorodny (zamontowany na jednorodnej płytce) zespół diod lampy na poziomie max 20 W ? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

41) Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści panel lcd o przekątnej 23,6 cala przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.


42) Pakiet nr 3

Czy zamawiający wymaga ekranu lcd na pilocie zdalnego sterowania ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.


ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
dr hab. n. med. Przemysław Riliński