

EZ.28.128. 1726 2019.AG

Łódź, dnia 09.10.2019 r.
Nr sprawy: EZ.28.128.2019**Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na **dostawę aparatu HDR dla Oddziału Brachyterapii** Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści SIWZ.

I. W TOKU POSTĘPOWANIA ZOSTAŁY ZADANE NASTĘPUJĄCE PYTANIA DO TREŚCI SIWZ.**Pytanie nr 1**

SIWZ – dział XIII pkt 3 lit. C.1) dokumenty do oceny parametrów wymaganych.

Czy z uwagi na zapis art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i zgodnie z zapisami art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz zważywszy, że realizacja przedmiotu postępowania odbywa się na rzecz profesjonalnego użytkownika – Zamawiający dopuści dostarczenie dokumentacji do oceny niektórych parametrów wymaganych przedmiotu zamówienia (ulotki, katalogi, karty danych technicznych) wyłącznie w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 2

SIWZ – dział III pkt 1 lit. b) opis przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający w ramach instalacji i uruchomienia aparatu HDR wymaga przygotowania przez Wykonawcę projektu ochrony radiologicznej dla oferowanego aparatu HDR?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 3

SIWZ – rozdział IV pkt 5 lit. a) SIWZ, załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (dalej FO) część II pkt. 1 lit. a)

Sposób określenia wysokości płatności opisanej w rozdz. IV pkt 5 lit. a) SIWZ nie pozwala na ustalenie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu dokonana zostanie płatność, o której tam mowa. Zamawiający proszony jest o dookreślenie, że będzie to płatność w wysokości wskazanej odpowiednio w pkt I ppkt 1 Formularza oferty, która uiszczona zostanie przez Zamawiającego po doręczeniu Zamawiającemu faktury VAT wystawionej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje, że wysokość płatności oraz z jakiego tytułu, została określona w Formularzu Oferty i ma odzwierciedlanie w treści umowy.

Pytanie nr 4

SIWZ – rozdział IV pkt 5 lit. b) SIWZ, załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (dalej FO) część II pkt. 1 lit. b).

Sposób określenia wysokości płatności opisanej w rozdz. IV pkt 5 lit. b) SIWZ nie pozwala na ustalenie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu dokonana zostanie płatność, o której tam mowa. Zamawiający proszony jest o dookreślenie, że będzie to płatność w wysokości wskazanej odpowiednio w pkt I ppkt 2 Formularza oferty,

która uiszczona zostanie przez Zamawiającego po doręczeniu Zamawiającemu faktury VAT wystawionej na podstawie protokołów uruchomienia oraz szkolenia, których wzory stanowią odpowiednio załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5 do Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje, że wysokość płatności oraz z jakiego tytułu, została określona w Formularzu Oferty i ma odzwierciedlanie w treści umowy.

Pytanie nr 5

SIWZ - rozdział IV pkt 5 lit. c) SIWZ, załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (dalej FO) część II pkt. 1 lit. d), Załącznik nr 6 do SIWZ, §3 ust. 2 lit. c)

Zarówno ustawa o odpadach jak i ustawa Prawo Atomowe nie zna dokumentu „Karta Utylizacji Odpadu Medycznego”. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje każdy dokument potwierdzający utylizację aparatu HDR.

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje każdy dokument potwierdzający utylizację aparatu HDR.

Pytanie nr 6

SIWZ - załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (dalej FO) część III pkt 10).

Z uwagi na to, że serwis pogwarancyjny nie stanowi przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, Zamawiający proszony jest o wykreślenie go z treści przywołanego punktu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że serwis pogwarancyjny nie stanowi przedmiotu zamówienia, jednak zapisy część III pkt 10) pozostają bez zmian.

Pytanie nr 7

SIWZ - załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (dalej FO) część I pkt 1 ppkt 2.

Zamawiający, z uwagi na treść części I pkt. 1 ppkt 1, proszony jest o zastąpienie określenia „dostawy” określeniem „dostarczenie”, w celu jasnego określenia składników wynagrodzenia odpowiadających poszczególnym etapom realizacji Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 8

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 1 ust. 2 lit. b).

Zamawiający, z uwagi na treść lit. a) w niniejszym paragrafie, proszony jest o zastąpienie określenia „dostawy” określeniem „dostarczenie”, w celu jasnego określenia składników wynagrodzenia odpowiadających poszczególnym etapom realizacji Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 9

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 2 ust. 1 lit. a).

Zamawiający, w celu jasnego określenia przedmiotu zamówienia i poszczególnych etapów jego realizacji proszony jest o zastąpienie pojęcie „dostawy” treścią: „sprzedaż i dostarczenie”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 10

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 2 ust. 1 lit. b).

W celu zapewnienia realizacji przedmiotu umowy w zakresie dostawy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 lit. b) prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia oraz infrastrukturę do

instalacji przedmiotu zamówienia. W nawiązaniu do powyższego prosimy o dodanie do zapisów umowy następującego zapisu:

„Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia i infrastrukturę do instalacji aparatu HDR we wspólnie ustalonym między Stronami terminie, umożliwiającym Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia w terminach określonych § 2 ust. 1 lit. b) umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 11

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 2 ust. 1 lit. c).

W celu zapewnienia realizacji przedmiotu umowy w zakresie szkoleń personelu w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 lit. c) prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wydeleguje pracowników do szkolenia w terminie umożliwiającym realizację tej części przedmiotu zamówienia. W nawiązaniu do powyższego prosimy o dodanie do zapisów umowy następującego zapisu:

„Zamawiający przekaze Wykonawcy listę osób do szkolenia oraz wydeleguje personel na szkolenie we wspólnie ustalonym między Stronami terminie, umożliwiającym Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia w terminach określonych § 2 ust. 1 lit. c) umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 12

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 2 ust. 1 lit. d).

W celu zapewnienia realizacji przedmiotu umowy w zakresie demontażu posiadanego aparatu HDR w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 lit. d) prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający przekaze wykonawcy aparat przeznaczony do demontażu i utylizacji w terminie umożliwiającym realizację tej części przedmiotu zamówienia. W nawiązaniu do powyższego prosimy o dodanie do zapisów umowy następującego zapisu:

„Zamawiający przekaze do demontażu i utylizacji posiadany aparat HDR, we wspólnie ustalonym między Stronami terminie, umożliwiającym Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia w terminach określonych § 2 ust. 1 lit. d umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w następujący sposób:

„Zamawiający przekaze do demontażu i utylizacji posiadany aparat HDR, we wspólnie ustalonym między Stronami terminie, umożliwiającym Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia w terminach określonych § 2 ust. 1 lit. d umowy. Na tą okoliczność zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy.”

Pytanie nr 13

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa § 2.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie przechowywał przedmiot zamówienia w okresie od dostawy do instalacji w odpowiednich warunkach dla przedmiotu zamówienia. W nawiązaniu do powyższego prosimy o dodanie do zapisów umowy następującego zapisu:

„Zamawiający będzie przechowywał przedmiot zamówienia w okresie od dostawy do instalacji przedmiotu zamówienia w warunkach zapewniających bezpieczne i odpowiednie dla tego rodzaju sprzętu warunki.”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w następujący sposób:

„Zamawiający będzie przechowywał przedmiot zamówienia w okresie od dostawy do instalacji przedmiotu zamówienia w warunkach zapewniających bezpieczne i odpowiednie dla tego rodzaju sprzętu warunki wynikające z instrukcji obsługi.”

Pytanie nr 14

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa § 2 § 2 ust. 2 w zw. z § 2 ust. 7 Umowy.

Wnosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że obowiązek pokrycia kosztów transportu i ubezpieczenia sprzętu jest po stronie Wykonawcy do momentu podpisania przez Strony protokołu odbioru (zdawczo-odbiorczego), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy tj. przejścia własności sprzętu oraz ryzyk z nią związanych na Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 15

SIWZ – rozdz. IV pkt 5, Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 2 ust. 7.

W celu ujednolicenia zapisów umowy prosimy o zmianę brzmienia §2 ust. 7 na następujące:

„Sprzęt staje się własnością Zamawiającego z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 16

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa § 2 ust. 10 Umowy w zw. z rozdział XXI pkt 6 oraz załącznikiem nr 2, 3,4,5 do Umowy.

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że pod pojęciem dostawy rozumie dostarczenie, tj. okoliczność fizycznego dostarczenia sprzętu do miejsca jego instalacji lub wskazania innego momentu przekazania dokumentów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 17

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 3 ust. 2.

Prosimy Zamawiającego o dodanie do umowy zapisu określającego sposób fakturowania:

„Podstawą wystawienia faktur są obustronnie podpisane:

- a) protokół zdawczo- odbiorczy, potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy, dla faktury za aparat HDR o wartości określonej w § 1 ust 2 lit. a);
- b) protokół uruchomienia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy, dla faktury za dostarczenie, instalację, uruchomienie i szkolenie o wartości określonej w §1 ust. 2 lit. b)
- c) protokół demontażu starego aparatu HDR wraz z dokumentami potwierdzającymi jego utylizację dla faktury o wartości określonej w § 1 ust 2 lit. c).”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 18

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 4 ust. 1 lit. c), § 5 ust. 4.

Prosimy o potwierdzenie, że serwis pogwarancyjny nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia i może on być świadczony na zasadach odrębnej umowy zawartej z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że serwis pogwarancyjny nie stanowi przedmiotu zamówienia, jednak zapisy umowa § 4 ust. 1 lit. c), § 5 ust. 4. pozostają bez zmian.

Pytanie nr 19

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 4 ust. 1 lit. c).

Z uwagi na to, że serwis pogwarancyjny nie stanowi przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, Zamawiający proszony jest o wykreślenie go z treści przywołanego postanowienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 20

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 5 ust. 4.

W nawiązaniu do powyższego pytania prosimy o wykreślenie z ust. 4 § 5 zwrotu „i pogwarancyjny”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 21

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 5 ust. 5.

Dla zachowania przejrzystości terminologicznej w treści Umowy Zamawiający proszony jest o zastąpienie pojęcia „bezpośredniego użytkownika” pojęciem „Zamawiającego” w przywołanym postanowieniu.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w następujący sposób:

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności, związanych z ewentualną wymianą wadliwego elementu przedmiotu umowy na nowy, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem, dostarczeniem do miejsca instalacji lub z importem części zamiennych i oprogramowania, we własnym zakresie i na własny koszt - bez udziału Zamawiającego.

Pytanie nr 22

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 5 ust. 6.

Zamawiający proszony jest o dodanie zastrzeżenia, że udzielona gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych i potwierdzenie, że gwarancja dotyczy wyłącznie wad i uszkodzeń powstałych z przyczyn tkwiących w aparacie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 23

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 5 ust. 8.

Zamawiający proszony jest o wykreślenie pojęcia „bezpłatnych” z treści przywołanego ustępu. Wykonawca przy realizacji Umowy nie świadczy żadnych usług bezpłatnych ani darmowych, a jedynie w ramach przewidzianego Umową wynagrodzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w następujący sposób:

W czasie trwania gwarancji, Wykonawca dokona zgodnie z zaleceniami producenta w ramach wynagrodzenia niniejszej umowy autoryzowanych przeglądów serwisowych potwierdzonych certyfikatem. Koszty materiałów zużytych podczas przeglądów gwarancyjnych, transportu, dojazdu, oraz godziny pracy ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 24

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 5 ust. 8.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienia od przesyłania zgłoszeń awarii w formie faksu oraz wykorzystywanie formy poczty elektronicznej jako preferowaną formę zawiadamiania Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 25

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 6 ust. 1.

Ponieważ wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania skutkujące opóźnieniem, za które odpowiedzialności nie ponosi (zgodnie z art. 471 oraz 476 kodeksu cywilnego), wnosimy o zmianę słowa „opóźnienie” występującego w zapisach § 6 ust. 1 na słowo „zwłoki”. 5

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 26

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 6 ust. 1 lit. a).

W nawiązaniu w w/w zapisu, w celu zapewnienia równości stroną umowy prosimy o dodanie do zapisów umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego – w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia, określonego w §1 ust.3.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 27

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 6 ust. 1 lit. b).

Prosimy Zamawiającego z zmianę wysokości kar umownych zawartych w w/w zapisach z 0,1% na 0,05%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 28

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 6 ust. 1 lit. c) i d).

Prosimy Zamawiającego z zmianę wysokości kar umownych zawartych w w/w zapisach z 2% na 1%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 29

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 6 ust. 1 lit. e).

Prosimy Zamawiającego z zmianę wysokości kary umownej zawartej w w/w zapisie z 20% na 10%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 30

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 6 ust. 1 lit. f).

Prosimy Zamawiającego z zmianę wysokości kary umownej zawartej w w/w zapisie z 0,5% na 0,3%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 31

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 6 ust. 2.

W celu zapewnienia równości stroną umowy prosimy o zmianę brzmienia w/w zapisu na następujące:

„Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 32

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 6 ust. 3.

Ponieważ Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie jedynie należnych kar umownych prosimy Zamawiającego o zmianę brzmienia § 6 ust. 3 na następujące:

„Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 33**SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa § 6.**

Prosimy o uzupełnienie postanowień umowy § 6 o zapis nowego ustępu o następującym brzmieniu: „Całkowita wartość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 10% ceny brutto, określonej w § 1 ust. 3 umowy.”

Wskazanie maksymalnej wysokości kar pozwala Wykonawcom na oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z karami. Warunki umowy poprzez niedookreślenie górnej granicy wysokości kar umownych naruszają zasady współżycia społecznego, a przecież w świetle art. 5 kc „nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego”. Zgodnie z art. 5 kc takie działanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony, co potwierdza zasadę art. 58 § 2 kc, który stanowi, że „nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”. Tak więc uzasadnionym się wydaje fakt określenia górnej granicy możliwości naliczania kar.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 34**SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa § 7.**

Zamawiający proszony jest o zastąpienie terminu „dostawy” terminem „dostarczenia” jako iż chodzi o fizyczną czynność dostarczenia sprzętu do miejsca jego instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 35**SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa § 9.**

Ponieważ Wykonawcy nie jest znany stan majątkowy Zamawiającego, prosimy o wykreślenie zapisu § 9.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Poniżej sytuacja majątkowa WWCoiT im. M. Kopernika w Łodzi wg danych na dzień 31.08.2019 roku

1. Aktywa trwałe	169 954 735,97 zł
2. Aktywa obrotowe	73 078 966,98 zł
3. Suma pasywów	243 033 702,95 zł
4. Zobowiązania i rezerwy	321 258 893,21 zł
a) zobowiązania krótkoterminowe	123 528 171,33 zł
- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 485 422,15 zł
w tym:	
• objęte spłatami ratalnymi	0,00 zł
• wymagalne	25 022 241,77 zł

Pytanie nr 36**SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa §8.**

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamówień publicznych prosimy o dodanie do § 8 okoliczności zmiany terminu realizacji umowy w następującym brzmieniu:

„Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w zakresie terminu realizacji na następujących warunkach - zmiana terminu wykonania zamówienia w związku z zaistnieniem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji zamówienia. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności termin realizacji może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 37**SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa § 8.**

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamówień publicznych prosimy o dodanie do § 8 okoliczności zmiany terminu realizacji umowy w następującym brzmieniu:

„Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w zakresie terminu realizacji na następujących warunkach - zmiana terminu wykonania zamówienia w związku z niedostępniem przez Zamawiającego infrastruktury i pomieszczeń niezbędnych do realizacji umowy. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionej okoliczności termin realizacji może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 38**SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa § 8.**

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamówień publicznych prosimy o dodanie do § 8 okoliczności zmiany terminu realizacji umowy w następującym brzmieniu:

„Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w zakresie terminu realizacji na następujących warunkach - zmiana terminu wykonania zamówienia w związku z niewyznaczeniem przez Zamawiającego osób do przeszkolenia lub niemożliwością uczestnictwa zgłoszonych przez Zamawiającego osób w szkoleniu. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionej okoliczności termin realizacji szkoleń może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 39**SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa § 11 ust. 1.**

Zamawiający proszony jest o wykreślenie ust. 1 w całości albo o doprecyzowanie w jakiej sytuacji oraz jakie konkretnie dokumenty mają stanowić przedmiot audytu Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykreślenia zapisu wskazanego w SIWZ, Umowa § 11 ust.1 dotyczącego przeprowadzenia audytu w zakresie obowiązującej umowy. Zgodnie z pkt 8.4 wdrożonej u zamawiającego normy PN -EN ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością zamawiający ma obowiązek nadzorować procesy, wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz. Biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiot umowy ma wpływ na realizację procesu głównego, czyli udzielanie świadczeń zdrowotnych u zamawiającego zakresem audytu drugiej strony (audytu dostawcy) będzie potwierdzenie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami umowy oraz poprawności i kompletności sporządzonej dokumentacji potwierdzającej realizację przedmiotu umowy na każdym jej etapie.

Pytanie nr 40**SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa § 11 ust. 3 w zw. z § 11 ust. 4.**

W związku z istnieniem po stronie Wykonawcy obowiązku znajomości i przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz dokumentów powiązanych Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że Polityka Bezpieczeństwa Informacji jest tożsama z załącznikiem nr 9 do Umowy „*Bezpieczeństwo Informacji*” oraz o przedstawienie treści wszystkich „dokumentów powiązanych”. Wykonawca nie może podjąć się przestrzegania treści dokumentów, których nie zna.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia postanowienia § 11 ust. 3 i 4.

Pytanie nr 41**SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa § 12 ust. 3.**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie zakresu prac „roboty budowlane” które nie są przedmiotem postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 42**SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa § 12 ust. 7.**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wskazany ustęp dotyczy serwisu gwarancyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 43**SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa § 13.**

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że w sytuacji, o której w przedmiotowym postanowieniu mowa stosować się będzie art. 145 ust. 2 ustawy Pzp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 44**SIWZ – załącznik nr 8 do Umowy – Umowa powierzenia danych osobowych, §5 ust. 4.**

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Administratora o określonych okolicznościach dotyczy wyłącznie powierzonych danych osobowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 45**SIWZ – załącznik nr 8 do Umowy – Umowa powierzenia danych osobowych §5 ust. 5 UP.**

Podobnie jak powyżej, Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że wskazany obowiązek dotyczy okoliczności związanych z powierzonymi danymi osobowymi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 46**załącznik nr 4 do Umowy - Protokół z uruchomienia (wzór), pkt 2 ppkt 3 Protokołu.**

Z uwagi na to, że serwis pogwarancyjny nie stanowi przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, Zamawiający proszony jest o wykreślenie go z treści przywołanego ustępu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że serwis pogwarancyjny nie stanowi przedmiotu zamówienia, jednak zapisy protokołu z uruchomienia (wzór), pkt 2 ppkt 3 pozostają bez zmian.

II. W ZWIĄZKU Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NASTĘPUJĄCE ZAPISY SIWZ:

Załącznik nr 2 Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji i szkoleń (pkt. 19)
Załącznik nr 6 Wzór umowy

Zmiana w załączeniu do niniejszego pisma.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na **dostawę aparatu HDR dla Oddziału Brachyterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.**

Uwaga: Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

LP.	PARAMETRY	WARTOŚĆ GRANICZNA PARAMETRU	PARAMETRY OFEROWANE: Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać
1.	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy	Podać	
2.	Producent	Podać	
3.	Kraj pochodzenia	Podać	
4.	Wszystkie oferowane produkty w pakiecie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji 2019	Podać	
5.	Klasa wyrobu medycznego	Podać	

Wymiana aparatu HDR				
Lp.	Opis wymaganych parametrów technicznych	Parametr graniczny / wartość	Parametry oferowane	Punktacja
1.	Aparat typu afterloader do brachyterapii HDR - 1 szt.	TAK		-
2.	Rodzaj źródła promieniowania: Ir-192	TAK		-
3.	gwarantowana trwałość drutu ze źródłem	min. 4000 transferów		-
4.	osłonność sejfu	min. 370 GBq		-
5.	osłonność sejfu min. 500GBq	TAK/NIE Podać		TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
6.	Max. szybkość przesuwu źródła min. 50cm/sek.	TAK		-

7.	Max. szybkość przesuwu źródła min. 80cm/sek.			TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
8.	Średnica kapsuły ze źródłem	max 1mm		-
9.	Długość aktywna źródła	max 4mm		-
10.	Niezależny system awaryjnego chowania źródła, zasilany z oddzielnej baterii	TAK		-
11.	Komputerowa konsola sterowania	TAK		-
12.	Co najmniej 30 kanałów terapeutycznych	TAK		-
13.	Liczba pozycji źródła w każdym kanale min. 100	TAK		-
14.	Pozycjonowanie źródła z krokiem w zakresie co najmniej od 1 do 10mm, co 1 mm	TAK		-
15.	Dokładność pozycjonowania źródła	$\leq \pm 1 \text{ mm}$		-
16.	Długość odcinka terapeutycznego	min. 40cm		-
17.	Przyrząd do kontroli wysuwu źródła- 1 szt.	TAK		-
18.	Możliwość korekty położenia źródła (przy odchyleniach max. $\pm 0,5\text{cm}$) przez Użytkownika bez konieczności wzywania serwisu	TAK/NIE Podać		TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
19.	Dostawa i instalacja źródła Ir-192 do oferowanego afterloadera – 8 szt. wraz z odbiorem i utylizacją zużytego źródła	TAK		-
20.	Planowanie brachyterapii HDR realizowanej przez oferowany aparat do brachyterapii HDR, z wykorzystaniem wszystkich posiadanych przez Zamawiającego aplikatorów brachyterapeutycznych GammaMed	TAK		-
21.	Planowanie brachyterapii 3D z wykorzystaniem posiadanego przez Zamawiającego systemu planowania BrachyVision	TAK		-
22.	Biblioteka aplikatorów dla posiadanego przez Zamawiającego systemu planowania leczenia	TAK		-
23.	Transfer planu leczenia z posiadanego przez Zamawiającego systemu planowania leczenia bezpośrednio do oferowanego aparatu do brachyterapii HDR poprzez sieć komputerową	TAK		-
24.	Realizację planów leczenia napromieniania prostaty Real-Time przesłanych bezpośrednio z posiadanego przez Użytkownika systemu Vitesse przez sieć komputerową	TAK		-
25.	Automatyczny zapis w posiadanym przez Zamawiającego systemie Aria dawki ze zrealizowanej terapii	TAK		-
26.	Automatyczny zapis w posiadanym przez Zamawiającego systemie Aria dawki dla przerwanych terapii	TAK		-

27.	Obsługa list roboczych (DICOM Worklist), łącznie z przeniesieniem planu i aktualizacją umówionych terminów zabiegów oraz wskaźnikami statusu w posiadanym przez Zamawiającego systemie ARIA	TAK		-
28.	Dodatkowa zapora sieciowa zapewniająca dodatkowe zabezpieczenie, chroniące aparat HDR i dane pacjenta przed wirusami, złośliwym oprogramowaniem i złośliwymi atakami.	TAK		-
29.	Każdy kanał terapeutyczny z kontrolką LED sygnalizującą prawidłowe podłączenie przewodniczy źródła	TAK/NIE Podać		TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
30.	Możliwość przygotowania przez Użytkownika listy kontrolnej ("checklist").	TAK		-
31.	Dostawa i instalacja w posiadanym przez Zamawiającego systemie planowania brachyterapii specjalistycznego algorytmu wyliczającego rozkład dawki z uwzględnieniem budowy struktur anatomicznych oraz używanych aplikatorów przy użyciu metody numerycznej Grid-Based Boltzmann Solver (GBBS) lub algorytmu Monte Carlo.	TAK		-
32.	Dostawa wyposażenia do kontroli jakości aparatu HDR (komora studzienkowa z wraz z dawkomierzem)	TAK		-
33.	Zestaw bezpieczeństwa radiacyjnego do bunkra, obejmujący: - Niezależny detektor promieniowania - Lampy ostrzegawcze - System interfonii i interwizji	TAK		-
34.	Brachysteper do zabiegów Real-Time prostaty, kompatybilny z posiadanym przez Użytkownika systemem Vitesse	TAK		
35.	System do konturowania oraz fuzji obrazów i danych radioterapeutycznych dla oferowanego systemu brachyterapii umożliwiający analizę planów leczenia brachyterapii i teleterapii	TAK, podać		-
36.	Funkcja importu w standardzie DICOM i przechowywanie badań obrazowych, wykonanych na dowolnym urządzeniu TK, CBCT, NMR, PET, SPECT, przechowywanych w dowolnym systemie PACS, systemie planowania leczenia, dostarczonych na nośniku zewnętrznym, np. CD-ROM	TAK		-
37.	Funkcja eksportu w standardzie DICOM przechowywanych badań obrazowych	TAK		-
38.	Funkcja importu w standardzie DICOM RT i przechowywanie radioterapeutycznych planów leczenia teleterapii i brachyterapii, wraz z pełną informacją o rozkładzie dawki i konturów struktur anatomicznych	TAK		-
39.	Funkcja eksportu w standardzie DICOM RT przechowywanych radioterapeutycznych planów leczenia teleterapii i brachyterapii, wraz z pełną informacją o rozkładzie dawki i konturów struktur anatomicznych	TAK		-
40.	Fuzja elastyczna zestawów badań obrazowych TK, NMR, PET	TAK		-

41.	Konturowanie struktur anatomicznych, obszarów zainteresowań oraz targetów	TAK		-
42.	Konturowanie 4D wraz z tworzeniem ITV	TAK/NIE Podać		TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
43.	Automatyczne konturowanie struktur anatomicznych, także w oparciu o atlas anatomiczny	TAK/NIE Podać		TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
44.	Propagacja struktur do innego badania obrazowego wraz z jednoczesną elastyczną deformacją w celu dopasowania do anatomii pacjenta zawartej w docelowym badaniu (np. morfing)	TAK		-
45.	Funkcja przeniesienia rozkładu dawki do innego badania obrazowego wraz z jednoczesną elastyczną deformacją w celu dopasowania do anatomii pacjenta zawartej w docelowym badaniu	TAK/NIE Podać		TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
46.	Narzędzia do modelowania biologicznego dawki (obliczania BED) w celu znormalizowania rozkładu dawki względem liczby frakcji lub względem dawki na dany organ	TAK/NIE Podać		TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
47.	Funkcja sumowania rozkładów dawek, obliczonych w różnych okresach czasu, na podstawie różnych badań obrazowych, w tym dla brachyterapii	TAK		-
48.	Mapowania rozkładu dawki na zestawy obrazów funkcjonalnych (PET, NMR)	TAK		-
49.	Sumowanie rozkładów dawek dla różnych urządzeń terapeutycznych, w tym brachyterapeutycznych	TAK		-
50.	Sumowanie rozkładów dawek dla teleterapii i brachyterapii zaimportowanych z różnych systemów planowania leczenia	TAK		-
51.	Narzędzia do przeglądania i oceny planów leczenia	TAK		-
52.	Obliczanie histogramów DVH na podstawie przeniesionego rozkładu dawek na inny zestaw obrazów	TAK/NIE Podać		TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
53.	Możliwość prezentacji na chronologicznej mapie graficznej: a) połączeń pomiędzy zestawami badań obrazowych, reprezentujących przeprowadzenie fuzji tych zestawów badań b) zestawów obrysowanych struktur, związanych z danym zestawem badań obrazowych c) planu/planów leczenia, powiązanych z danymi zestawami badań obrazowych i obrysowanych struktur	TAK/NIE Podać		TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
54.	Bepośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) synchronizowanie konturów struktur z posiadaną wspólną bazą danych systemów Eclipse i ARIA	TAK/NIE Podać		TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
55.	Bepośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) synchronizowanie planów teleterapeutycznych z posiadaną wspólną bazą danych systemów Eclipse i ARIA	TAK/NIE Podać		TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
56.	Bepośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) wykorzystanie przez oferowaną stację obrazów CT, CBCT, NMR, PET, DRR, zapamiętanych we posiadanej	TAK/NIE Podać		TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt

	wspólnej bazie danych systemów Eclipse i ARIA			
57.	Bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) wykorzystanie przez oferowaną stację danych alfanumerycznych, zapamiętanych w posiadanej wspólnej bazie danych systemów Eclipse i ARIA	TAK/NIE Podać		TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
58.	Procedury automatycznego importowania z posiadanej wspólnej bazy danych systemów Eclipse i ARIA nowych danych obrazowych do oferowanej stacji	TAK/NIE Podać		TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
59.	Procedury automatycznego zapisywania w posiadanej wspólnej bazie danych systemów Eclipse i ARIA zmodyfikowanych danych obrazowych	TAK/NIE Podać		TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
60.	Automatyczne tworzenie zestawu struktur oraz obrysu ciała pacjenta podczas importowania nowych obrazów	TAK/NIE Podać		TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
61.	Procedury automatycznego zapisywania w posiadanej wspólnej bazie danych systemów Eclipse i ARIA utworzonych konturów struktur	TAK/NIE Podać		TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
62.	Dedykowany serwer spełniający zalecenia producenta oferowanego systemu	TAK		-
63.	Komputer z monitorem LCD min. 27" w specyfikacji spełniającej zalecenia producenta oferowanej stacji – 1 szt.	TAK		-
64.	Dodatkowe oprogramowanie oferowanego systemu dla posiadanych stacji planowania leczenia Eclipse, z możliwością uruchamiania na dowolnej stacji w trybie tzw. oprogramowania pływającego – 1szt.	TAK		-
65.	Prowadnice źródeł do aplikatorów sztywnych – min. 30 szt.	TAK		-
66.	Prowadnice źródeł do aplikatorów giętkich – min. 30 szt.	TAK		-
67.	Prowadnice źródeł do aplikatorów – kodowane dla min. 3 kanałów	TAK		-
68.	Zestaw markerów X-Ray do aplikatorów, obejmujący: - X-Ray marker 320mm, kodowany 1-6 x 2 szt. - X-Ray marker 320mm, kodowany 7-12 x 1 szt. - X-Ray marker 200mm, kodowany 1-6 x 1 szt. - X-Ray marker 200mm, kodowany 7-12 x 1 szt. - X-Ray marker 1300mm, niekodowany x 1 szt. - X-Ray marker 1300mm, kodowany 1-3 x 2 szt.	TAK		-
69.	Zestaw aplikatorowy typu Fletcher-Suit-Delclos, tytanowy, kompatybilny z CT i NMR, o zmiennej geometrii, obejmujący: - tytanowe sondy kolpostatowe – lewa i prawa - owoidy o 4 różnych średnicach, min. 1 para z każdej średnicy - tytanowe sondy domaciczne: 15°, 30° i 45°	TAK, 1 zestaw		-
70.	Dodatkowe wyposażenie oferowanego aplikatora typu Fletcher-Suit-Delclos: - owoidy o średnicach: - najmniejszych min. 2 pary - małych min. 2 pary	TAK		-

	- średnich min. 1 para - dużych min. 1 para - tytanowe sondy domaciczne: - 15° min. 1 szt. - 30° min. 1 szt.				
71.	Zestaw aplikatorowy ginekologiczny cylinder wielokanałowy (typu Miami)	TAK			
72.	Zestaw aplikatorowy – cylinder składający się z segmentów do brachyterapii raka pochwy, szyjki macicy, trzonu macicy kompatybilny z CT i NMR obejmujący zestaw segmentowy cylindrów o min. 4 różnych średnicach	TAK, 2 zestawy			-
73.	Zestaw aplikatorowy - cylinder z osłonami, obejmujący: - cylindry z osłonami o min. 5 średnicach - osłona wolframowa 90 stopni - 2 szt. - osłona wolframowa 180 stopni - 1 szt. - wypełniacz 90 stopni - 4 szt.	TAK			-
74.	Zestaw aplikatorowy - cylinder do brachyterapii blizny w kikucie pochwy, kompatybilny z CT i NMR, obejmujący: - cylindry o min. 4 różnych średnicach - giętki aplikator wewnętrzny, min. 2 szt.	TAK, 5 zestawy			-
75.	Zestaw przewodnic domacicznych o różnym kącie nachylenia i różnej długości do cylindrów segmentowych i do cylindrów do brachyterapii blizny w kikucie pochwy – min. 18 szt.	TAK			-
76.	Zestaw tytanowych przewodnic domacicznych o różnym kącie nachylenia i różnej długości do cylindrów segmentowych i do cylindrów do brachyterapii blizny w kikucie pochwy – min. 18 szt.	TAK			-
77.	Zestaw aplikatorowy typu 3D Ring 90 stopni z przewodnicami do igieł, kompatybilny z CT i NMR	TAK			-
78.	Zestaw aplikatorowy typu 3D Ring 60 stopni z przewodnicami do igieł, kompatybilny z CT i NMR	TAK			-
79.	Igła plastikowa z mandrynem, do aplikatorów typu 3D Ring (90° i 60°), kompatybilna z CT i MR, wielorazowego użytku	TAK, min. 50 szt.			-
80.	Zestaw aplikatorowy typu Ring 45 stopni, kompatybilny z CT i NMR	TAK			-
81.	Zestaw aplikatorowy typu Ring 60 stopni, kompatybilny z CT i NMR	TAK			-
82.	Zestaw aplikatorowy typu Ring 90 stopni, kompatybilny z CT i NMR	TAK			-
83.	Igła tytanowa z mandrynem do aplikacji śródkarkowych, średnica 1,65mm, dł. 200mm	TAK, min. 125 szt.			-

84.	Igła tytanowa z mandrynem do aplikacji śródtkankowych, średnica 1,65mm, dł. 320mm	TAK, min. 125 szt.	-
85.	Igła plastikowa z mandrynem, 320mm, średnica 2,0mm	TAK, min. 120 szt.	-
86.	Zestaw aplikatorów śródtkankowych elastycznych, obejmujący: - aplikator śródtkankowy elastyczny, double leader, długość 350 mm	TAK, 20 zestawów	-
87.	Zestaw aplikatorów śródtkankowych elastycznych, obejmujący: - aplikator śródtkankowy elastyczny, single leader, długość 350 mm	TAK, 20 zestawów	-
88.	Zestaw akcesoriów do oferowanych aplikatorów śródtkankowych, obejmujący: - igła do implantacji 120mm x 1,7mm, prosta - 10 szt. - igła do implantacji 120mm x 1,7mm, zakrzywiona - 10 szt. - igła do implantacji 150mm x 1,7mm, prosta - 10 szt. - igła do implantacji 150mm x 2,2mm, zakrzywiona - 10 szt. - igła do implantacji 150mm x 2,2mm, prosta - 10 szt. - igła do implantacji 150mm x 1,7mm, zakrzywiona - 10 szt. - guzik zaciskowy - 6 różnych kolorów w zestawach po min. 50 szt. każdy kolor - uniwersalny guzik mocujący, nieprzezroczysty dla promieniowania - 100 szt.	TAK, 1 zestaw	-
89.	Zestaw aplikatorów śródtkankowych do brachyterapii piersi, obejmujący: - aplikator 6.0 Fr, 30cm, single leader, z wypełnieniem nylonowym oraz guzikiem nieprzezroczystym dla promieniowania wraz z igłami implantacyjnymi 17G i mandrynami	TAK, 20 opakowań	-
90.	Zestaw mostkowy do śródtkankowych aplikacji igłowych w obszarze piersi, kompatybilny z CT, obejmujący: Mostek piersiowy, kompatybilny z CT: - Regulowany w zakresie od 40mm - 200mm z krokiem 2,5mm - Wykonany z tytanu Zestaw szyn stabilizujących, kompatybilnych z CT zapewniających dodatkowe usztywnienie mostka, przydatne przy dużych piersiach (mostek może być stosowany także bez szyn stabilizujących); - Szyny stabilizujące, tytanowe, min. 3 rozmiary Zestaw płytek prowadzących, kompatybilnych z CT Płytki pokryte są otworami do aplikacji igieł 17G (1.47mm.) Zestaw obejmuje płytki: - Płytką prowadzącą, nieruchoma, min 3 rozmiary - Płytką prowadzącą przesuwana, min. 3 rozmiary	TAK	-
91.	Dodatkowe płytki do zestawu piersiowego: - Płytką prowadzącą, nieruchoma, najmniejsza x 1 szt. - Płytką prowadzącą, przesuwana, najmniejsza x 1 szt.	TAK	-
92.	Igła tytanowa 200mm do aplikacji piersiowych, kompatybilna z CT, przeznaczona do wykorzystania z zaawansowanym zestawem mostkowym do śródtkankowych aplikacji w obszarze piersi	TAK, min. 50 szt.	-

93.	Zestaw aplikatorowy dooskrzelowy, obejmujący: - aplikator dooskrzelowy kompatybilny z CT i NMR – min. 20 szt. - złączka do podłączenia aplikatorów oskrzelowych do oferowanego aparatu HDR – min. 3 szt.	TAK		-
94.	Zestaw aplikatorowy do brachyterapii nosogardła, kompatybilny z CT i NMR, obejmujący: - kształtka do ucha, nosa i przełyku, bez balona, z dwiema rurkami prowadzącymi (jednorazowego użytku) – min. 4 szt. - aplikator elastyczny – min. 2 szt.	TAK		-
95.	Zestaw aplikatorowy typu Flap, kompatybilny z CT i MR do brachyterapii powierzchniowej, obejmujący: - płytką aplikatorową, 40 kanałów – min. 1 szt. - aplikator z mandrynem – min. 40 szt.	TAK		-
96.	Zestaw aplikatorowy typu Bougie do brachyterapii raka przełyku, kompatybilny z CT wraz z wymaganymi akcesoriami	TAK		-
97.	Płytką celowniczą do posiadanego przez Zamawiającego zestawu napromieniania prostaty real time, kompatybilna z brachysteperem i ultrasonografem	TAK, min. 2 szt.		
98.	Zestaw wielokrotnie łamany do fiksacji aplikatorów ginekologicznych	TAK		-
99.	Szkolenie (3 dni dla 5 osób) w miejscu instalacji	TAK		-
100.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK		-

.....

Miejscowość / Data

.....
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)

UMOWA NR EZ.28.128.2019
z dnia _____

zawarta przez:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem **0000004955**, REGON 000295403, NIP 729 - 23 - 45 - 599 z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowany przez

zwane dalej **Zamawiającym**

z

firmą

(REGON NIP)

z siedzibą w, ulica,

wpisaną do pod numerem

reprezentowaną przez

zwaną dalej **Wykonawcą**

w wyniku przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 1986 ze zm.), na wymianę aparatu HDR w Oddziale Brachyterapii WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi. obejmującą demontaż i utylizację starego aparatu HDR, dostawę nowego aparatu HDR wraz z jego instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie prawidłowej obsługi, eksploatacji oraz konserwacji

§1

1. Przedmiotem zamówienia jest:

- Sprzedaż wraz z dostarczeniem fabrycznie nowego aparatu HDR do Oddziału Brachyterapii Zamawiającego
- Instalacja i uruchomienie aparatu HDR
- Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji oraz konserwacji nowego aparatu HDR
- Demontaż, zabranie i utylizacja starego aparatu HDR znajdującego się na Oddziale Brachyterapii Zamawiającego

zgodnie ze specyfikacją asortymentowo i cenowo wyszczególnioną w załączniku nr 1 do umowy, zwanych w dalszej części umowy przedmiotem zamówienia lub sprzętem.

2. Strony ustalają następujące ceny za poszczególne części zamówienia:

- Cena nowego aparatu HDR wynosi zł netto (słownie: zł) a wraz z należnym podatkiem VAT zł brutto (słownie: zł)
- Cena dostawy, instalacji, uruchomienia i przeszkolenia pracowników w zakresie prawidłowej obsługi, eksploatacji oraz konserwacji aparatu HDR wynosi zł netto (słownie: zł) a wraz z należnym podatkiem VAT zł brutto (słownie: zł)
- Cena demontażu zabrania i utylizacji starego aparatu HDR znajdującego się na Oddziale Brachyterapii Zamawiającego wynosi zł netto (słownie: zł) a wraz z należnym podatkiem VAT zł brutto (słownie: zł)

3. Łączna wartość za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi zł netto (słownie: zł) a wraz z należnym podatkiem VAT zł brutto (słownie: zł brutto (słownie: zł))

4. Zakup sprzętu finansowany jest z dotacji Ministra Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych na realizację zadania pn.: „Doposażenie zakładów radioterapii w 2019 (wymiana aparatów HDR)” i ze środków własnych Zamawiającego.

1. Wykonawca wykona:
 - a) Dostawę sprzętu do Oddziału Brachyterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w terminie do dnia (nie później niż do dnia 25.11.2019r.). Dostawa zostanie potwierdzona podpisaniem przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
 - b) Instalację przedmiotu umowy w terminie do dnia2020 r.; instalacja zostanie potwierdzona podpisaniem przez strony protokołu z instalacji, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
 - c) uruchomienie przedmiotu umowy w terminie do dnia 31.08.2020 r. i szkolenia w zakresie bezpiecznej obsługi oraz efektywnego wykorzystania sprzętu; uruchomienie zostanie potwierdzone podpisaniem przez strony protokołu z uruchomienia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej umowy.
 - d) demontaż posiadanego aparatu HDR w terminie do dnia 20.12.2019 r. i jego utylizację w terminie do dnia 30.12.2019 r.
2. Wykonawca dostarczy sprzęt oryginalnie zapakowany w dniach roboczych w godzinach 7.30 –15.00. Koszty transportu i ubezpieczenia pokrywa Wykonawca.
3. **Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia i infrastrukturę do instalacji aparatu HDR we wspólnie ustalonym między Stronami terminie, umożliwiającym Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia w terminach określonych § 2 ust. 1 lit. b) umowy.**
4. **Zamawiający przekaze Wykonawcy listę osób do szkolenia oraz wydeleguje personel na szkolenie we wspólnie ustalonym między Stronami terminie, umożliwiającym Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia w terminach określonych § 2 ust. 1 lit. c) umowy.**
5. **Zamawiający przekaze do demontażu i utylizacji posiadany aparat HDR, we wspólnie ustalonym między Stronami terminie, umożliwiającym Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia w terminach określonych § 2 ust. 1 lit. d) umowy. Na tą okoliczność zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy.**
6. **Zamawiający będzie przechowywał przedmiot zamówienia w okresie od dostawy do instalacji przedmiotu zamówienia w warunkach zapewniających bezpieczne i odpowiednie dla tego rodzaju sprzętu warunki wynikające z instrukcji obsługi.**
7. Wykonawca zawiadomi telefonicznie Dział Zaopatrzenia i Transportu Zamawiającego /tel. 42 689 57 94/ o przewidywanym terminie dostarczenia sprzętu do Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, najpóźniej na dzień przed dostawą.
8. Zamawiający upoważnia następujące osoby do odbioru przedmiotu zamówienia:
 - a) Kierownik Zakładu Planowania Radioterapii
 - b) Kierownik Działu Aparatury Medycznej
 - c) Kierownik Oddziału Brachyterapii
9. Koszty i ryzyko związane z wykonaniem całości przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
10. Dostarczony przedmiot umowy może być rozpakowany jedynie przez przedstawiciela Wykonawcy w obecności przedstawiciela Zamawiającego
11. **Sprzęt staje się własnością Zamawiającego z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy.**
12. Osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego w zakresie dostawy jest P. Przemysław Frackiewicz – Kierownik Działu Zaopatrzenia i Transportu – tel. 42 689 57 94, e-mail: p.frackiewicz@kopernik.lodz.pl, lub osoba przez niego upoważniona, natomiast w zakresie obsługi serwisowej P. Ewelina Pietrzak –Kierownik Działu Aparatury Medycznej - tel. 42 689 53 94, e-mail: e.pietrzak@kopernik.lodz.pl, lub osoba przez nią upoważniona
13. Osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest tel. e-mail:
14. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą sprzętu dostarczyć Zamawiającemu komplet aktualnych dokumentów (oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię) dopuszczających do obrotu i użytkowania na terytorium RP sprzęt, którego dostawa stanowi przedmiot niniejszej umowy. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę pełnej dokumentacji opisanej w zdaniu poprzednim wraz z dostawą, Zamawiający może dokonać rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Wykonawcy oraz uprawniony jest do odmowy przyjęcia dostawy przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku przyjmuje się, iż nastąpiło opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy zawinione przez Wykonawcę.

§3

1. Płatności o których mowa w §1 ust.2 niniejszej umowy za realizację przedmiotu umowy będą realizowane w sposób określony w ust.2 niniejszego paragrafu.
2. Strony ustalają następujące warunki płatności:
 - a) Płatność ze środków dotacji Ministerstwa Zdrowia i środków własnych Zamawiającego (nie mniej niż 15% wartości sprzętu) – łączna kwota brutto zł będzie dokonana po doręczeniu przez wykonawcę oryginału protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego dostawę przedmiotu zamówienia oraz faktury VAT w terminie do 30 dni.
 - b) Płatność ze środków własnych Zamawiającego kwoty brutto zł za dostawę, instalację, uruchomienie oraz szkolenia będzie dokonana po zainstalowaniu aparatu HDR potwierdzonym podpisaniem przez strony protokołu instalacji w ciągu 60 dni od dnia doręczenia faktury,
 - c) Płatność ze środków własnych Zamawiającego kwoty brutto zł za demontaż oraz utylizację starego aparatu HDR będzie dokonana po zakończeniu jego utylizacji potwierdzonym dostarczeniem przez Wykonawcę oryginału Karty Utylizacji Odpadu Medycznego oraz faktury VAT Zamawiającemu, w terminie 60 dni od daty doręczenia. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia utylizacji sprzętu medycznego zgodnie z obowiązującym w tej materii prawem polskim.
3. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT zobowiązanym do zapłaty i odprowadzenia tego podatku.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Należne Wykonawcy płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturach.

§4

1. Wykonawca przekaze Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu uruchomienia sprzętu dokumentację dotyczącą zakupionego przedmiotu zamówienia w języku polskim według następującej specyfikacji:
 - a. paszport techniczny, w którym będą rejestrowane wszelkie czynności serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji
 - b. instrukcja obsługi sprzętu (w dwóch egzemplarzach) wraz z parametrami technicznymi określonymi przez producenta w języku polskim (po dwa egzemplarze), instrukcja obsługi urządzenia musi zostać przekazana Zamawiającemu w dniu odbioru sprzętu,
 - c. dokument określający zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
 - d. stanowiskową instrukcję BHP
 - e. testy akceptacyjne
2. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z §2 ust.1 c) niniejszej umowy, w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu uruchomienia przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi oraz efektywnego wykorzystania sprzętu oraz wystawi certyfikat przeszkolonym osobom.

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2019 r. przedmiotu zamówienia i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich.
2. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym sprzęcie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawiadomienia, wymieni wadliwy sprzęt na wolny od wad. Za sprzęt wadliwy uważa się, między innymi, sprzęt niezgodny asortymentowo lub ilościowo z załącznikiem nr 1 do umowy.
3. Wykonawca udziela na przedmiot umowy 24 miesięcznej, pełnej gwarancji. Gwarancja biegnie od daty podpisania przez strony Protokołu z uruchomienia.
4. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w zakresie dostarczonego przedmiotu umowy prowadzi autoryzowany serwis Wykonawcy z siedzibą w,
5. **W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności, związanych z ewentualną wymianą wadliwego elementu przedmiotu umowy na nowy, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem, dostarczeniem do miejsca instalacji lub z importem części zamiennych i oprogramowania, we własnym zakresie i na własny koszt - bez udziału Zamawiającego.**
6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego (nie stosowania się użytkownika do dostarczonych instrukcji obsługi). **Udzielona gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń powstałych**

w wyniku zdarzeń losowych i potwierdzenie, że gwarancja dotyczy wyłącznie wad i uszkodzeń powstałych z przyczyn tkwiących w aparacie.

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany całości lub każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego przedmiotu umowy, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych na własny koszt.
8. **W czasie trwania gwarancji, Wykonawca dokona zgodnie z zaleceniami producenta w ramach wynagrodzenia niniejszej umowy autoryzowanych przeglądów serwisowych potwierdzonych certyfikatem. Koszty materiałów zużytych podczas przeglądów gwarancyjnych, transportu, dojazdu, oraz godziny pracy ponosi Wykonawca.**
9. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe i jakościowe przedmiotu umowy.
10. Czas reakcji serwisowej Wykonawcy na zgłoszone niesprawności i awarie nie może być dłuższy niż 24 godziny (w dni robocze) od dnia pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawcy niesprawności lub awarii przedmiotu umowy (równoważne pisemnemu jest zgłoszenie e-mail:).
11. Czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 72 godziny (w dni robocze) licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego (równoważne pisemnemu jest zgłoszenie e-mail:).
12. Jeżeli okres niesprawności przedmiotu umowy wydłuży się ponad 1 dzień to gwarancję przedłuża się o każdy dzień przestoju.
13. W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego modułu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wymienić ten moduł na nowy na własny koszt w terminie 21 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
14. Wykonawca gwarantuje, minimum 10 letni okres pełnej obsługi pogwarancyjnej która nie jest przedmiotem zamówienia i może być świadczona na warunkach i zasadach zawartych w odrębnie zawartej umowie.
15. Postanowienia niniejszego § 5 zastępują Kartę gwarancyjną.

§6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokościach:
 - a) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia, określonego w §1 ust.3;
 - b) niedotrzymanie terminu wykonania umowy:
 - określonego w §2 ust. 1 pkt a – w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego sprzętu, za każdy dzień opóźnienia
 - określonego w §2 ust. 1 pkt b lub c – w wysokości 0,1% wartości brutto określonej w §2 ust. 2 pkt b, za każdy dzień opóźnienia
 - określonego w §2 ust. 1 pkt d – w wysokości 0,1% wartości brutto określonej w §2 ust. 2 pkt c, za każdy dzień opóźnienia;
 - c) za dostarczenie sprzętu z wadami w wysokości 2% wartości brutto sprzętu dostarczonego z wadami za każdy dzień opóźnienia, aż do dnia wymiany wadliwego sprzętu na zgodny z zamówieniem;
 - d) za opóźnienie w wymianie wadliwego sprzętu na nowy i wolny od wad, zgodny z zamówieniem co do ilości i jakości – w wysokości 2% wartości brutto sprzętu dostarczonego z wadą, za każdy dzień opóźnienia;
 - e) za niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 10 – 20% wartości brutto umowy.
 - f) Za naruszenie postanowień, o których mowa w §12 – 0,5% wartości brutto umowy.
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§7

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za nienależyte wykonanie kontraktu, przez co strony rozumieją również odpowiedzialność za nieterminowe wykonanie **dostarczenia** skutkujące niezrealizowaniem zadania określonego w umowie dotacji z której finansowany jest niniejszy zakup w terminie i wynikającymi stąd negatywnymi konsekwencjami, jakie dotujący (Ministerstwo Zdrowia) wyciągnie wobec Zamawiającego.

§8

1. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy na podstawie Art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmieniona stawka podatku VAT obowiązuje strony od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów prawa i następuje automatycznie. Cena netto pozostaje bez zmian, cena brutto ulega odpowiedniemu zwiększeniu lub zmniejszeniu.
2. Zmiana umowy z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w ust1 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (aneks do umowy).

§ 9

Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2 ustawy kodeksu cywilnego.

§10

1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.
2. Każda ze stron zobowiązana jest:
 - a) powiadomić niezwłocznie drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych,
 - b) złożyć komplet dokumentów wskazujących następcę prawnego.

§11

1. W ramach nadzoru nad Wykonawcą Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.
3. **Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień zawartych w Załączniku nr 9 „Bezpieczeństwo informacji”.**
4. **W sytuacji, w której naruszenie postanowień niniejszego paragrafu spowoduje szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych, niezależnie od przewidzianych kar umownych.**
5. Wykonawca oświadcza, że w niniejszej umowie podał dane osobowe osób odpowiedzialnych za realizację umowy za ich zgodą oraz przekazał im informacje z załącznika nr 6 (klauszula informacyjna).

§12

1. W przypadku, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonywać będą pracę pracownicy Zamawiającego oraz Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia „Porozumienia w sprawie współpracy z Wykonawcą, którego pracownicy wykonują prace na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi dotyczące spełnienia wymagań oraz zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustanowienia koordynatora ds. BHP.” – załącznik nr 7 do umowy.
2. Porozumienie obowiązywać do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy. Porozumienie sporządzone będzie w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dla Zamawiającego, Wykonawcy i koordynatora ds. BHP
3. Dostawca/Wykonawca realizujący na rzecz Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi usługi zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy zobowiązany jest do postępowania według obowiązujących przepisów prawa w zakresie zachowania porządku i higieny, minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz w zakresie BHP i P.POŻ.
4. Dostawca/Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zgłaszania wszelkich sytuacji awaryjnych i/lub potencjalnie awaryjnych, które zostaną zidentyfikowane podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy na

terenie i w obiektach Centrum (ze szczególnym uwzględnieniem awarii odnoszących się do ochrony środowiska i BHP).

5. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Załączniku nr 8 stanowiącym integralną część umowy
6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w Załączniku nr 9 Bezpieczeństwo Informacji.
7. Wykonawca oświadcza, że serwis urządzenia będą realizowali upoważnieni serwisanci Wykonawcy spełniający wymagania określone w załączniku nr 9 Bezpieczeństwo informacji. Przed rozpoczęciem prac serwisowych jednak nie później niż 7 dni od chwili podpisania Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiającemu listę osób upoważnionych do wykonywania prac serwisowych wraz z ich oświadczeniami o zachowaniu poufności stanowiącym Załącznik nr 10 do Umowy.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody przez nieuprawnione działanie osób, którym wycofał uprawnienia a nie poinformował o tym Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do prac (przegląd serwisowy, naprawa itp.) osób nie figurujących na liście określonej w ust. 5

§13

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§14

W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do pozasądowego, polubownego załatwienia sprawy, a gdy nie odniesie to skutku, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą działanie art. 552 Kodeksu Cywilnego.

§16

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
2. Załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki:

- 1) Formularz asortymentowo-cenowy
- 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
- 3) Wzór protokołu z instalacji
- 4) Wzór protokołu z uruchomienia
- 5) Wzór protokołu z odbycia szkoleń
- 6) Klauzula informacyjna
- 7) Porozumienie w sprawie współpracy z Wykonawcą, którego pracownicy wykonują prace na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi dotyczące spełnienia wymagań oraz zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustanowienia koordynatora ds. BHP."
- 8) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
- 9) Bezpieczeństwo informacji
- 10) Oświadczenie o zachowaniu poufności
- 11) Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Wykonawca

Zamawiający

.....

.....