

EZ.28.133. 1761 2019.AGŁódź, dnia 16.10.2019 r.
Nr sprawy: EZ.28.133.2019**Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na **dostawę stacji planowania leczenia dla Zakładu Planowania Radioterapii** Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści SIWZ.

I. W TOKU POSTĘPOWANIA ZOSTAŁY ZADANE NASTĘPUJĄCE PYTANIA DO TREŚCI SIWZ.**Pytanie nr 1**

SIWZ – rozdział XIII pkt 3 lit. C.1) dokumenty do oceny parametrów wymaganych.

Czy z uwagi na zapis art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i zgodnie z zapisami art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz zważywszy, że realizacja przedmiotu postępowania odbywa się na rzecz profesjonalnego użytkownika – Zamawiający dopuści dostarczenie dokumentacji do oceny niektórych parametrów wymaganych przedmiotu zamówienia (ulotki, katalogi, karty danych technicznych) wyłącznie w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

SIWZ – rozdział IV pkt 1.

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że pod pojęciem dostawy rozumie tutaj **dostarczenie**, tj. okoliczność fizycznego dostarczenia sprzętu do miejsca jego instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 3

SIWZ – rozdział IV pkt. 1 lit. c) w zw. z §4 ust. 2 Umowy.

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia opisanym w rozdziale III pkt 6 SIWZ oraz w pkt II ppkt 6 załącznika nr 2 do SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 4

SIWZ, rozdział IV, pkt. 1, lit. a)

Zważywszy na fakt, iż typowy czas dostawy przedmiotu zamówienia to okres do 10 tygodni od podpisania Umowy oraz uwzględniając przebieg niniejszego postępowania, w szczególności prawdopodobną datę potencjalnego podpisania umowy, zwracamy się z prośbą o zmianę wymaganego terminu dostarczenia sprzętu nie później niż do dnia 27.11.2019 r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

SIWZ - rozdział IV pkt 2 w zw. z cz. III pkt 6.

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że personel Zamawiającego, który podlegać będzie szkoleniu w ramach przedmiotu zamówienia, będzie ograniczał się do 2 osób tak, jak zostało to określone we wcześniejszej części SIWZ oraz w pkt II ppkt 6 załącznika nr 2 do SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 6

SIWZ - rozdział IV pkt 5 lit. a).

Sposób określenia wysokości płatności opisanej w rozdz. IV pkt 5 lit. a) SIWZ nie pozwala na ustalenie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu dokonana zostanie płatność, o której tam mowa. Zamawiający proszony jest o dookreślenie, że będzie to płatność w wysokości wskazanej odpowiednio w pkt I ppkt 1 lit. a. Formularza oferty, która uiszczona zostanie przez Zamawiającego po doręczeniu Zamawiającemu faktury VAT wystawionej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje, że wysokość płatności oraz z jakiego tytułu, została określona w Formularzu Oferty i ma odzwierciedlanie w treści umowy.

Pytanie nr 7

SIWZ - rozdział IV pkt 5 lit. b).

Sposób określenia wysokości płatności opisanej w rozdz. IV pkt 5 lit. b) SIWZ nie pozwala na ustalenie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu dokonana zostanie płatność, o której tam mowa; Zamawiający proszony jest o dookreślenie, że będzie to płatność w wysokości wskazanej odpowiednio w pkt I ppkt 1 lit. b. Formularza oferty, która uiszczona zostanie przez Zamawiającego po doręczeniu Zamawiającemu faktury VAT wystawionej na podstawie protokołów uruchomienia oraz szkolenia, których wzory stanowią odpowiednio załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5 do Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje, że wysokość płatności oraz z jakiego tytułu, została określona w Formularzu Oferty i ma odzwierciedlanie w treści umowy.

Pytanie nr 8

SIWZ - rozdział XXI pkt 6 w zw. § 2 ust. 10 Umowy oraz załącznikiem nr 2, 3,4,5 do Umowy.

Zamawiający proszony jest o doprecyzowanie poprzez wskazanie jednego z protokołów, których wzory stanowią załącznik nr 2, 3,4,5 do Umowy, przy podpisywaniu którego należy przedłożyć dokumenty wskazane w rozdział XXI pkt 6 SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że będzie to protokół zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy.

Pytanie nr 9

SIWZ - załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (dalej FO), część II pkt. 1 lit. a).

Sposób określenia wysokości płatności opisanej w części II pkt. 1 lit. a) FO nie pozwala na ustalenie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu dokonana zostanie płatność, o której tam mowa; Zamawiający proszony jest o dookreślenie, że będzie to płatność w wysokości wskazanej w części I pkt 1 lit. a. FO, która uiszczona zostanie przez Zamawiającego po doręczeniu Zamawiającemu faktury VAT wystawionej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje, że wysokość płatności oraz z jakiego tytułu, została określona w Formularzu Oferty i ma odzwierciedlanie w treści umowy.

Pytanie nr 10

SIWZ - załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (dalej FO), część II pkt. 1 lit. b).

Sposób określenia wysokości płatności opisanej w części II pkt 1 lit. b) nie pozwala na ustalenie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu dokonana zostanie płatność, o której tam mowa; Zamawiający proszony jest o dookreślenie, że będzie to płatność w wysokości wskazanej w części I pkt 1 lit. b. FO, która uiszczona zostanie przez Zamawiającego po doręczeniu Zamawiającemu faktury VAT wystawionej na podstawie protokołów uruchomienia oraz szkolenia, których wzory stanowią odpowiednio załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5 do Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje, że wysokość płatności oraz z jakiego tytułu, została określona w Formularzu Oferty i ma odzwierciedlanie w treści umowy.

Pytanie nr 11

SIWZ - załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (dalej FO), część II pkt 2 lit. a).

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że pod pojęciem dostawy rozumie tutaj **dostarczenie**, tj. okoliczność fizycznego dostarczenia sprzętu do miejsca jego instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 12

SIWZ - załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (dalej FO), część II pkt. 2 lit. c) w zw. z §4 ust. 2 Umowy.

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia opisanym w rozdziale III pkt 6 SIWZ oraz w pkt II ppkt 6 załącznika nr 2 do SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 13

SIWZ - załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (dalej FO), część III pkt 10).

Z uwagi na to, że serwis pogwarancyjny nie stanowi przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, Zamawiający proszony jest o wykreślenie go z treści przywołanego punktu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że serwis pogwarancyjny nie stanowi przedmiotu zamówienia, jednak zapisy część III pkt 10) pozostają bez zmian.

Pytanie nr 14

SIWZ- Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa..., §2 ust. 1 lit. a).

Zamawiający, w celu jasnego określenia przedmiotu zamówienia i poszczególnych etapów jego realizacji proszony jest o zastąpienie pojęcie „dostawy” treścią: „sprzedaż i dostarczenie”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 15

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 2 ust. 1 lit. b) oraz c).

W celu zapewnienia realizacji przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 lit. b) oraz c) prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia oraz infrastrukturę do instalacji przedmiotu zamówienia. W nawiązaniu do powyższego prosimy o dodanie do zapisów umowy następującego zapisu:

„Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia i infrastrukturę do instalacji i uruchomienia stacji planowania leczenia we wspólnie ustalonym między Stronami terminie, umożliwiającym Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia w terminach określonych § 2 ust. 1 lit. b) oraz c) umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 16

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 2 ust. 1 lit. c).

W celu zapewnienia realizacji przedmiotu umowy w zakresie szkoleń personelu w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 lit. c) prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wydeleguje pracowników do szkolenia w terminie umożliwiającym realizację tej części przedmiotu zamówienia. W nawiązaniu do powyższego prosimy o dodanie do zapisów umowy następującego zapisu:

„Zamawiający przekaze Wykonawcy listę osób do szkolenia oraz wydeleguje personel na szkolenie we wspólnie ustalonym między Stronami terminie, umożliwiającym Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia w terminach określonych § 2 ust. 1 lit. c) umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 17

SIWZ- Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa..., §2 ust. 1 lit. c) w zw. z §4 ust. 2 Umowy.

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia opisanym w rozdziale III pkt 6 SIWZ oraz w pkt II ppkt 6 załącznika nr 2 do SIWZ albo Zamawiający proszony jest o wskazanie innego oczekiwanego terminu, w którym winny odbyć się szkolenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 18

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa § 2.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie przechowywał przedmiot zamówienia w okresie od dostawy do instalacji w odpowiednich warunkach dla przedmiotu zamówienia. W nawiązaniu do powyższego prosimy o dodanie do zapisów umowy następującego zapisu:

„Zamawiający będzie przechowywał przedmiot zamówienia w okresie od dostawy do instalacji przedmiotu zamówienia w warunkach zapewniających bezpieczne i odpowiednie dla tego rodzaju sprzętu warunki.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 19

SIWZ- Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa..., § 2 ust. 2 w zw. z § 2 ust. 7 Umowy.

Wnosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że obowiązek pokrycia kosztów transportu i ubezpieczenia sprzętu jest po stronie Wykonawcy do momentu podpisania przez Stronę protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy tj. przejścia własności sprzętu oraz ryzyk z nią związanych na Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 20

SIWZ – rozdz. IV pkt 5, Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 2 ust. 7.

W celu ujednolicenia zapisów umowy prosimy o zmianę brzmienia §2 ust. 7 na następujące:

„Sprzęt staje się własnością Zamawiającego z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 21

SIWZ- Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa..., § 2 ust. 10 Umowy w zw. z rozdział XXI pkt 6 oraz załącznikiem nr 2, 3,4,5 do Umowy.

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że pod pojęciem dostawy rozumie dostarczenie, tj. okoliczność fizycznego dostarczenia sprzętu do miejsca jego instalacji lub wskazania innego momentu przekazania dokumentów oraz zawarcie w odpowiednim wzorze protokołu potwierdzenia ich przekazania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 22

SIWZ- Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa..., §2 ust. 10 zdanie ostatnie.

Mając na uwadze art. 477 kc Zamawiający proszony jest o zastąpienie pojęcia „opóźnienia” pojęciem „zwłoki”. Opóźnienia wynikają z okoliczności, które są niezależne od wykonawcy zaś zwłoka wynika wprost z jego winy i to właśnie za zwłokę dłużnik ponosi odpowiedzialność w postaci zobowiązania do naprawienia szkody.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 23

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 3 ust. 2.

Prosimy Zamawiającego o dodanie do umowy zapisu określającego sposób fakturowania:

„Podstawą wystawienia faktur są obustronnie podpisane:

- a) protokół zdawczo- odbiorczy, potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy, dla faktury za aparat HDR o wartości określonej w § 1 ust 2 pkt 1;
- b) protokół uruchomienia oraz szkolenia, których wzory stanowią odpowiednio załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5 do Umowy, dla faktury za dostarczenie, instalację, uruchomienie i szkolenie o wartości określonej w §1 ust. 2 pkt 2.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 24

SIWZ- Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa..., §3 ust. 2 lit. a).

Sposób określenia wysokości płatności opisanej w §3 ust. 2 lit. a) Umowy nie pozwala na ustalenie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu dokonana zostanie płatność, o której tam mowa. Zamawiający proszony jest o dookreślenie, że będzie to płatność w wysokości wskazanej w §1 ust. 2 pkt. 1 Umowy (część I pkt 1 lit. a. Formularza Ofertowego), która uiszczona zostanie przez Zamawiającego po doręczeniu Zamawiającemu faktury VAT wystawionej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że będzie to płatność w wysokości wskazanej w §1 ust. 2 pkt. 1 Umowy (część I pkt 1 lit. a. Formularza Ofertowego) .

Pytanie nr 25

SIWZ- Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa..., §3 ust. 2 lit. b).

Sposób określenia wysokości płatności opisanej w §3 ust. 2 lit. b) Umowy nie pozwala na ustalenie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu dokonana zostanie płatność, o której tam mowa. Zamawiający proszony jest o dookreślenie, że będzie to płatność w wysokości wskazanej w §1 ust. 2 pkt. 2 Umowy (część I pkt. 1 lit. b.

Formularza Ofertowego), która uiszczona zostanie przez Zamawiającego po doręczeniu Zamawiającemu faktury VAT wystawionej na podstawie protokołów uruchomienia oraz szkolenia, których wzory stanowią odpowiednio załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5 do Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że będzie to płatność w wysokości wskazanej w §1 ust. 2 pkt. 2 Umowy (część I pkt. 1 lit. b. Formularza Ofertowego) .

Pytanie nr 26

SIWZ- Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa..., § 4 ust 1 lit. b) Umowy.

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że chodzi o odbiór potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

Odpowiedź: Odbiór zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy.

Pytanie nr 27

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 4 ust. 1 lit. c), § 5 ust. 4.

Prosimy o potwierdzenie, że serwis pogwarancyjny nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia i może on być świadczony na zasadach odrębnej umowy zawartej z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że serwis pogwarancyjny nie stanowi przedmiotu zamówienia, jednak zapisy umowa § 4 ust. 1 lit. c), § 5 ust. 4. pozostają bez zmian.

Pytanie nr 28

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 4 ust. 1 lit. c).

Z uwagi na to, że serwis pogwarancyjny nie stanowi przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, Zamawiający proszony jest o wykreślenie go z treści przywołanego postanowienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 29

SIWZ- Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa..., §4 ust. 2 w zw. §2 ust. 1 lit. c).

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia opisanym w rozdziale III pkt 6 SIWZ oraz w pkt II ppkt 6 załącznika nr 2 do SIWZ albo Zamawiający proszony jest o wskazanie innego oczekiwanego terminu, w którym winny odbyć się szkolenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 30

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 5 ust. 4.

W nawiązaniu do powyższego pytania prosimy o wykreślenie z ust. 4 § 5 zwrotu „i pogwarancyjny”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 31

SIWZ- Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa..., § 5 ust. 5 Umowy.

Dla zachowania przejrzystości terminologicznej w treści Umowy Zamawiający proszony jest o zastąpienie pojęcia „bezpośredniego użytkownika” pojęciem „Zamawiającego” w przywołanym postanowieniu.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w następujący sposób:

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności, związanych z ewentualną wymianą wadliwego elementu przedmiotu umowy na nowy, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem, dostarczeniem do miejsca instalacji lub z importem części zamiennych i oprogramowania, we własnym zakresie i na własny koszt - bez udziału Zamawiającego.

Pytanie nr 32

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 5 ust. 6.

Zamawiający proszony jest o dodanie zastrzeżenia, że udzielona gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych i potwierdzenie, że gwarancja dotyczy wyłącznie wad i uszkodzeń powstałych z przyczyn tkwiących w aparacie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 33

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 5 ust. 8.

Zamawiający proszony jest o wykreślenie pojęcia „bezpłatnych” z treści przywołanego ustępu. Wykonawca przy realizacji Umowy nie świadczy żadnych usług bezpłatnych ani darmowych, a jedynie w ramach przewidzianego Umową wynagrodzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w następujący sposób:

W czasie trwania gwarancji, Wykonawca dokona zgodnie z zaleceniami producenta w ramach wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 2 lit b niniejszej umowy autoryzowanych przeglądów serwisowych potwierdzonych certyfikatem. Koszty materiałów zużytych podczas przeglądów gwarancyjnych, transportu, dojazdu, oraz godziny pracy ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 34

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 5 ust. 8.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienia od przesyłania zgłoszeń awarii w formie faksu oraz wykorzystywanie formy poczty elektronicznej jako preferowaną formę zawiadamiania Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 35

SIWZ- Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa..., § 5, pkt. 11

Zwracamy się z prośbą o korektę aktualnych zapisów i ujednolicenie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, Zestawienie parametrów technicznych ..., Tabela A, część II Gwarancja i szkolenia, parametr nr 3 oraz 4.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w następujący sposób:

Maksymalny czas naprawy urządzeń, nie wymagający zastosowania części zamiennych nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego (równoważne pisemnemu jest zgłoszenie e-mail:).

Maksymalny czas naprawy urządzeń, wymagający zastosowania części zamiennych nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego (równoważne pisemnemu jest zgłoszenie e-mail:).

Pytanie nr 36

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 6 ust. 1 lit. a).

W nawiązaniu w w/w zapisu, w celu zapewnienia równości stronom umowy prosimy o dodanie do zapisów umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego – w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia, określonego w §1 ust.3.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 37

SIWZ- Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa..., § 6 ust. 1 lit. b) Umowy.

W związku z treścią art. 476 kodeksu cywilnego Zamawiający proszony jest o zastąpienie pojęć „opóźnienia” pojęciami „zwłoki” we wskazanym punkcie Umowy. W myśl przepisów oraz zgodnie z utrwalonymi zwyczajami handlowymi Wykonawca powinien ponosić odpowiedzialność wyłącznie za te skutki niewykonania zobowiązań, które są następstwem jego zawinionych działań lub zaniechań.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 38

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 6 ust. 1 lit. b).

Prosimy Zamawiającego z zmianę wysokości kar umownych zawartych w w/w zapisach z 0,1% na 0,05%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 39

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 6 ust. 1 lit. c) i d).

Prosimy Zamawiającego z zmianę wysokości kar umownych zawartych w w/w zapisach z 2% na 1%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 40

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 6 ust. 1 lit. e).

Prosimy Zamawiającego z zmianę wysokości kary umownej zawartej w w/w zapisie z 20% na 10%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 41

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 6 ust. 1 lit. f).

Prosimy Zamawiającego z zmianę wysokości kary umownej zawartej w w/w zapisie z 0,5% na 0,3%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 42

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 6 ust. 2.

W celu zapewnienia równości stronom umowy prosimy o zmianę brzmienia w/w zapisu na następujące:
„Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 43

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, umowa § 6 ust. 3.

Ponieważ Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie jedynie należnych kar umownych prosimy Zamawiającego o zmianę brzmienia § 6 ust. 3 na następujące:

„Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 44**SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa § 6.**

Prosimy o uzupełnienie postanowień umowy § 6 o zapis nowego ustępu o następującym brzmieniu: „Całkowita wartość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 10 % ceny brutto, określonej w § 1 ust. 3 umowy.”

Wskazanie maksymalnej wysokości kar pozwala Wykonawcom na oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z karami. Warunki umowy poprzez niedookreślenie górnej granicy wysokości kar umownych naruszają zasady współzycia społecznego, a przecież w świetle art. 5 kc „nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współzycia społecznego”. Zgodnie z art. 5 kc takie działanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony, co potwierdza zasadę art. 58 § 2 kc, który stanowi, że „nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współzycia społecznego”. Tak więc uzasadnionym się wydaje fakt określenia górnej granicy możliwości naliczania kar.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 45**SIWZ- Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa..., § 7 Umowy.**

Zamawiający proszony jest o zastąpienie terminu „dostawy” terminem „dostarczenia” jako iż chodzi o fizyczną czynność dostarczenia sprzętu do miejsca jego instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 46**SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa §8.**

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamówień publicznych prosimy o dodanie do § 8 okoliczności zmiany terminu realizacji umowy w następującym brzmieniu:

„Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w zakresie terminu realizacji na następujących warunkach - zmiana terminu wykonania zamówienia w związku z zaistnieniem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji zamówienia. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności termin realizacji może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 47**SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa § 8.**

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamówień publicznych prosimy o dodanie do § 8 okoliczności zmiany terminu realizacji umowy w następującym brzmieniu:

„Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w zakresie terminu realizacji na następujących warunkach - zmiana terminu wykonania zamówienia w związku z nieudostępnieniem przez Zamawiającego infrastruktury i pomieszczeń niezbędnych do realizacji umowy. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionej okoliczności termin realizacji może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 48**SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa § 8.**

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamówień publicznych prosimy o dodanie do § 8 okoliczności zmiany terminu realizacji umowy w następującym brzmieniu:

„Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w zakresie terminu realizacji na następujących warunkach - zmiana terminu wykonania zamówienia w związku z niewyznaczeniem przez Zamawiającego osób do przeszkolenia lub niemożliwością uczestnictwa zgłoszonych przez Zamawiającego osób w szkoleniu. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionej okoliczności termin realizacji szkoleń może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 49

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa § 9.

Ponieważ Wykonawcy nie jest znany stan majątkowy Zamawiającego, prosimy o wykreślenie zapisu § 9.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Poniżej sytuacja majątkowa WWCoiT im. M. Kopernika w Łodzi wg danych na dzień 31.08.2019 roku

1. Aktywa trwałe	169 954 735,97 zł
2. Aktywa obrotowe	73 078 966,98 zł
3. Suma pasywów	243 033 702,95 zł
4. Zobowiązania i rezerwy	321 258 893,21 zł
a) zobowiązania krótkoterminowe	123 528 171,33 zł
- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 485 422,15 zł
w tym:	
• objęte spłatami ratalnymi	0,00 zł
• wymagalne	25 022 241,77 zł

Pytanie nr 50

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa § 11 ust. 1.

Zamawiający proszony jest o wykreślenie ust. 1 w całości albo o doprecyzowanie w jakiej sytuacji oraz jakie konkretnie dokumenty mają stanowić przedmiot audytu Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykreślenia zapisu wskazanego w SIWZ, Umowa § 11 ust.1 dotyczącego przeprowadzenia audytu w zakresie obowiązującej umowy. Zgodnie z pktm 8.4 wdrożonej u zamawiającego normy PN –EN ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością zamawiający ma obowiązek nadzorować procesy, wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz. Biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiot umowy ma wpływ na realizację procesu głównego, czyli udzielanie świadczeń zdrowotnych u zamawiającego zakresem audytu drugiej strony (audytu dostawcy) będzie potwierdzenie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami umowy oraz poprawności i kompletności sporządzonej dokumentacji potwierdzającej realizację przedmiotu umowy na każdym jej etapie.

Pytanie nr 51

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa § 11 ust. 3 w zw. z § 11 ust. 4.

W związku z istnieniem po stronie Wykonawcy obowiązku znajomości i przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz dokumentów powiązanych Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że Polityka Bezpieczeństwa Informacji jest tożsama z załącznikiem nr 9 do Umowy „Bezpieczeństwo Informacji” oraz o przedstawienie treści wszystkich „dokumentów powiązanych”. Wykonawca nie może podjąć się przestrzegania treści dokumentów, których nie zna.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia postanowienia § 11 ust. 3 i 4.

Pytanie nr 52

SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa § 12 ust. 7.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wskazany ustęp dotyczy serwisu gwarancyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 53

SIWZ- Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa..., §13.

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że w sytuacji, o której w przedmiotowym postanowieniu mowa stosować się będzie art. 145 ust. 2 ustawy Pzp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 54

SIWZ- załącznik nr 8 do Umowy – Umowa powierzenia danych osobowych, §5 ust. 4 UP.

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Administratora o określonych okolicznościach dotyczy wyłącznie powierzonych danych osobowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 55

SIWZ- załącznik nr 8 do Umowy – Umowa powierzenia danych osobowych, §5 ust. 5 UP.

Podobnie jak powyżej, Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że wskazany obowiązek dotyczy okoliczności związanych z powierzonymi danymi osobowymi;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 56

Załącznik nr 4 do Umowy - Protokół z uruchomienia (wzór), pkt 2 ppkt 3 Protokołu.

Z uwagi na to, że serwis pogwarancyjny nie stanowi przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, Zamawiający proszony jest o wykreślenie go z treści przywołanego ustępu.

Zamawiający potwierdza, że serwis pogwarancyjny nie stanowi przedmiotu zamówienia, jednak zapisy protokołu z uruchomienia (wzór), pkt 2 ppkt 3 pozostają bez zmian.

II. W ZWIĄZKU Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NASTĘPUJĄCE ZAPISY SIWZ:**Załącznik nr 6 Wzór umowy**

Zmiana w załączeniu do niniejszego pisma.

III. Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminów wskazanych w SIWZ.**Zmianie ulega:**

- Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 1 SIWZ – na dzień 28.10.2019 r. do godziny 10.00
- Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 4 SIWZ – na dzień 28.10.2019 r. o godzinie 11.00

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

UMOWA NR EZ.28.133.2019
z dnia _____

zawarta przez:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000004955, REGON 000295403, NIP 729 - 23 - 45 - 599 z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowany przez

zwane dalej **Zamawiającym**

z

firmą

(REGON NIP)

z siedzibą w, ulica,

wpisaną do pod numerem

reprezentowaną przez.....,

zwaną dalej **Wykonawcą**

w wyniku przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (t.j. Dz. U. 2018r. poz.1986 ze zm.), na dostawę stacji planowania leczenia dla Zakładu Planowania radioterapii WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi. obejmującą, dostawę stacji wraz z jej instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie prawidłowej obsługi, eksploatacji oraz konserwacji.

§1

1. Przedmiotem zamówienia jest:

- Sprzedaż wraz z dostarczeniem fabrycznie nowej stacji planowania leczenia do Zakładu Planowania Radioterapii Zamawiającego
- Instalacja i uruchomienie stacji planowania leczenia
- Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji oraz konserwacji stacji planowania leczenia

zgodnie ze specyfikacją asortymentowo i cenowo wyszczególnioną w załączniku nr 1 do umowy, zwanych w dalszej części umowy przedmiotem zamówienia lub sprzętem

2. Strony ustalają następujące ceny za poszczególne części zamówienia:

- Cena stacji planowania leczenia wynosi..... zł netto (słownie: zł)
a wraz z należnym podatkiem VAT zł brutto (słownie: zł)
- Cena dostawy, instalacji, uruchomienia i przeszkolenia pracowników w zakresie prawidłowej obsługi, eksploatacji oraz konserwacji stacji planowania leczenia wynosi zł netto
(słownie: zł) a wraz z należnym podatkiem VAT zł brutto
(słownie: zł)
- Łączna wartość za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi zł netto
(słownie: zł) a wraz z należnym podatkiem VAT zł brutto
(słownie: zł brutto (słownie: zł)
- Zakup sprzętu finansowany jest z dotacji Ministra Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych na realizację zadania pn.: „Doposażenie zakładów radioterapii w 2019” i ze środków własnych Zamawiającego.

§2

1. Wykonawca wykona:

- Dostawę sprzętu do Zakładu Planowania Radioterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w terminie do dnia (nie później niż do

- dnia 25.11.2019 r.). Dostawa zostanie potwierdzona podpisaniem przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
- b) Instalację przedmiotu umowy w terminie do dnia 28.02.2020 r.; instalacja zostanie potwierdzona podpisaniem przez strony protokołu z instalacji, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
 - c) uruchomienie przedmiotu umowy w terminie do dnia 28.02.2020 r. i szkolenia w zakresie bezpiecznej obsługi oraz efektywnego wykorzystania sprzętu; uruchomienie zostanie potwierdzone podpisaniem przez strony protokołu z uruchomienia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca dostarczy sprzęt oryginalnie zapakowany w dniach roboczych w godzinach 7.30 –15.00. Koszty transportu i ubezpieczenia pokrywa Wykonawca.
 3. **Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia i infrastrukturę do instalacji i uruchomienia stacji planowania leczenia we wspólnie ustalonym między Stronami terminie, umożliwiającym Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia w terminach określonych § 2 ust. 1 lit. b) oraz c) umowy.**
 4. **Zamawiający przekaze Wykonawcy listę osób do szkolenia oraz wydeleguje personel na szkolenie we wspólnie ustalonym między Stronami terminie, umożliwiającym Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia w terminach określonych § 2 ust. 1 lit. c) umowy.**
 5. Wykonawca zawiadomi telefonicznie Dział Zaopatrzenia i Transportu Zamawiającego /tel. 42 689 57 94/ o przewidywanym terminie dostarczenia sprzętu do Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, najpóźniej na dzień przed dostawą.
 6. Zamawiający upoważnia następujące osoby do odbioru przedmiotu zamówienia:
 - a) Kierownik Fizyków Medycznych
 - b) Kierownik Działu Aparatury Medycznej
 - c) Kierownik Zakładu Planowania Radioterapii
 7. Koszty i ryzyko związane z wykonaniem całości przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
 8. Dostarczony przedmiot umowy może być rozpakowany jedynie przez przedstawiciela Wykonawcy w obecności przedstawiciela Zamawiającego
 9. **Sprzęt staje się własnością Zamawiającego z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy.**
 10. Osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego w zakresie dostawy jest P. Przemysław Frackiewicz – Kierownik Działu Zaopatrzenia i Transportu – tel. 42 689 57 94, e-mail: p.frackiewicz@kopernik.lodz.pl, lub osoba przez niego upoważniona, natomiast w zakresie obsługi serwisowej P. Ewelina Pietrzak –Kierownik Działu Aparatury Medycznej - tel. 42 689 53 94, e-mail: e.pietrzak@kopernik.lodz.pl, lub osoba przez nią upoważniona
 11. Osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest tel. e-mail:
 12. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą sprzętu dostarczyć Zamawiającemu komplet aktualnych dokumentów (oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię) dopuszczających do obrotu i użytkowania na terytorium RP sprzęt, którego dostawa stanowi przedmiot niniejszej umowy. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę pełnej dokumentacji opisanej w zdaniu poprzednim wraz z dostawą, Zamawiający może dokonać rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Wykonawcy oraz uprawniony jest do odmowy przyjęcia dostawy przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku przyjmuje się, iż nastąpiło opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy zawinione przez Wykonawcę.

§3

1. Płatności o których mowa w §1 ust.2 niniejszej umowy za realizację przedmiotu umowy będą realizowane w sposób określony w ust.2 niniejszego paragrafu.
2. Strony ustalają następujące warunki płatności:
 - a) Płatność ze środków dotacji Ministerstwa Zdrowia i środków własnych Zamawiającego (nie mniej niż 15% wartości sprzętu) – łączna kwota brutto zł będzie dokonana po doręczeniu przez wykonawcę oryginału protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego dostawę przedmiotu zamówienia oraz faktury VAT w terminie do 30 dni.
 - b) Płatność ze środków własnych Zamawiającego kwoty brutto zł za dostawę, instalację, uruchomienie oraz szkolenia będzie dokonana po zainstalowaniu stacji planowania leczenia potwierdzonym podpisaniem przez strony protokołu instalacji w ciągu 60 dni od dnia doręczenia faktury,

3. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT zobowiązanym do zapłaty i odprowadzenia tego podatku.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Należne Wykonawcy płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturach.

§4

1. Wykonawca przekaze Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu uruchomienia sprzętu dokumentację dotyczącą zakupionego przedmiotu zamówienia w języku polskim według następującej specyfikacji:
 - a. paszport techniczny, w którym będą rejestrowane wszelkie czynności serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji
 - b. instrukcja obsługi sprzętu (w dwóch egzemplarzach) wraz z parametrami technicznymi określonymi przez producenta w języku polskim (po dwa egzemplarze), instrukcja obsługi urządzenia musi zostać przekazana Zamawiającemu w dniu odbioru sprzętu,
 - c. dokument określający zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
2. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z §2 ust.1 c) niniejszej umowy, w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu uruchomienia przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi oraz efektywnego wykorzystania sprzętu oraz wystawi certyfikat przeszkolonym osobom.

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2019 r. przedmiotu zamówienia i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich.
2. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym sprzęcie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawiadomienia, wymieni wadliwy sprzęt na wolny od wad. Za sprzęt wadliwy uważa się, między innymi, sprzęt niezgodny asortymentowo lub ilościowo z załącznikiem nr 1 do umowy.
3. Wykonawca udziela na przedmiot umowy 24 miesięcznej, pełnej gwarancji. Gwarancja biegnie od daty podpisania przez strony Protokołu z uruchomienia.
4. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w zakresie dostarczonego przedmiotu umowy prowadzi autoryzowany serwis Wykonawcy z siedzibą w
5. **W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności, związanych z ewentualną wymianą wadliwego elementu przedmiotu umowy na nowy, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem, dostarczeniem do miejsca instalacji lub z importem części zamiennych i oprogramowania, we własnym zakresie i na własny koszt - bez udziału Zamawiającego.**
6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego (nie stosowania się użytkownika do dostarczonych instrukcji obsługi). **Udzielona gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych, gwarancja dotyczy wyłącznie wad i uszkodzeń powstałych z przyczyn tkwiących w aparacie.**
7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany całości lub każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego przedmiotu umowy, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych na własny koszt.
8. **W czasie trwania gwarancji, Wykonawca dokona zgodnie z zaleceniami producenta w ramach wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 2 lit b niniejszej umowy autoryzowanych przeglądów serwisowych potwierdzonych certyfikatem. Koszty materiałów zużytych podczas przeglądów gwarancyjnych, transportu, dojazdu, oraz godziny pracy ponosi Wykonawca.**
9. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe i jakościowe przedmiotu umowy.
10. Czas reakcji serwisowej Wykonawcy na zgłoszone niesprawności i awarie nie może być dłuższy niż 24 godziny (w dni robocze) od dnia pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawcy niesprawności lub awarii przedmiotu umowy (równoważne pisemnemu jest zgłoszenie e-mail:).
11. **Maksymalny czas naprawy urządzeń, nie wymagający zastosowania części zamiennych nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego (równoważne pisemnemu jest zgłoszenie e-mail:).**
Maksymalny czas naprawy urządzeń, wymagający zastosowania części zamiennych nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego

(równoważne pisemnemu jest zgłoszenie e-mail:).

12. Jeżeli okres niesprawności przedmiotu umowy wydłuży się ponad 1 dzień to gwarancję przedłuża się o każdy dzień przestoju.
13. W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego modułu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wymienić ten moduł na nowy na własny koszt w terminie 21 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
14. Wykonawca gwarantuje, minimum 10 letni okres pełnej obsługi pogwarancyjnej która nie jest przedmiotem zamówienia i może być świadczona na warunkach i zasadach zawartych w odrębnie zawartej umowie.
15. Postanowienia niniejszego § 5 zastępują Kartę gwarancyjną.

§6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokościach:
 - a) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia, określonego w §1 ust.3;
 - b) niedotrzymanie terminu wykonania umowy:
 - określonego w §2 ust. 1 pkt a – w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego sprzętu, za każdy dzień opóźnienia
 - określonego w §2 ust. 1 pkt b lub c – w wysokości 0,1% wartości brutto określonej w §2 ust. 2 pkt b, za każdy dzień opóźnienia
 - c) za dostarczenie sprzętu z wadami w wysokości 2% wartości brutto sprzętu dostarczonego z wadami za każdy dzień opóźnienia, aż do dnia wymiany wadliwego sprzętu na zgodny z zamówieniem;
 - d) za opóźnienie w wymianie wadliwego sprzętu na nowy i wolny od wad, zgodny z zamówieniem co do ilości i jakości – w wysokości 2% wartości brutto sprzętu dostarczonego z wadą, za każdy dzień opóźnienia;
 - e) za niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 10 – 20% wartości brutto umowy.
 - f) Za naruszenie postanowień, o których mowa w §12 – 0,5% wartości brutto umowy.
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§7

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za nienależyte wykonanie kontraktu, przez co strony rozumieją również odpowiedzialność za nieterminowe wykonanie dostawy skutkujące niezrealizowaniem zadania określonego w umowie dotacji z której finansowany jest niniejszy zakup w terminie i wynikającymi stąd negatywnymi konsekwencjami, jakie dotujący (Ministerstwo Zdrowia) wyciągnie wobec Zamawiającego.

§8

1. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy na podstawie Art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmieniona stawka podatku VAT obowiązuje strony od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów prawa i następuje automatycznie. Cena netto pozostaje bez zmian, cena brutto ulega odpowiedniemu zwiększeniu lub zmniejszeniu.
2. Zmiana umowy z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w ust1 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (aneks do umowy).

§ 9

Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2 ustawy kodeksu cywilnego.

§10

1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę

wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

2. Każda ze stron zobowiązana jest :

- a) powiadomić niezwłocznie drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych,
- b) złożyć komplet dokumentów wskazujących następcę prawnego.

§11

1. W ramach nadzoru nad Wykonawcą Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.
3. **Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień zawartych w Załączniku nr 9 „Bezpieczeństwo informacji”.**
4. **W sytuacji, w której naruszenie postanowień niniejszego paragrafu spowoduje szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych, niezależnie od przewidzianych kar umownych.**
5. Wykonawca oświadcza, że w niniejszej umowie podał dane osobowe osób odpowiedzialnych za realizację umowy za ich zgodą oraz przekazał im informacje z załącznika nr 6 (klauzula informacyjna).

§12

1. Dostawca/Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich sytuacji awaryjnych i/lub potencjalnie awaryjnych, które zostaną zidentyfikowane podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy na terenie i w obiektach Centrum (ze szczególnym uwzględnieniem awarii odnoszących się do ochrony środowiska i BHP).
2. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Załączniku nr 7 stanowiącym integralną część umowy
6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w Załączniku nr 8 Bezpieczeństwo Informacji.
7. Wykonawca oświadcza, że serwis urządzenia będą realizowali upoważnieni serwisanci Wykonawcy spełniający wymagania określone w załączniku nr 8 Bezpieczeństwo informacji. Przed rozpoczęciem prac serwisowych jednak nie później niż 7 dni od chwili podpisania Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiającemu listę osób upoważnionych do wykonywania prac serwisowych wraz z ich oświadczeniami o zachowaniu poufności stanowiącym Załącznik nr 9 do Umowy.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody przez nieuprawnione działanie osób, którym wycofał uprawnienia a nie poinformował o tym Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do prac (przegląd serwisowy, naprawa itp.) osób nie figurujących na liście określonej w ust. 5

§13

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§14

W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do pozasądowego, polubownego załatwienia sprawy, a gdy nie odniesie to skutku, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą działanie art. 552 Kodeksu Cywilnego.

§16

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
2. Załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki:

- 1) Formularz asortymentowo-cenowy
- 2) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
- 3) Wzór protokołu z instalacji
- 4) Wzór protokołu z uruchomienia
- 5) Wzór protokołu z odbycia szkoleń
- 6) Klauzula informacyjna
- 7) Porozumienie w sprawie współpracy z Wykonawcą, którego pracownicy wykonują prace na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi dotyczące spełnienia wymagań oraz zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustanowienia koordynatora ds. BHP."
- 8) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
- 9) Bezpieczeństwo informacji
- 10) Oświadczenie o zachowaniu poufności
- 11) Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Wykonawca

Zamawiający

.....

.....