

EZ.28.143.2019.EG

Łódź, dnia 29.11.2019 r.  
Numer sprawy: EZ.28.143.2019

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na **dostawę sprzętu medycznego** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego.

**I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

Dot. Pakiet 3 pozycja 1.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania włókien laserowych o średnicy 272 µm. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż zarówno włókna laserowe o średnicy 200 µm jak i 272 µm mogą być użytkowane do tych samych procedur zabiegowych oraz z tymi samymi narzędziami, gdyż różnica w ich grubości jest bardzo mała.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem,

P.o. DYREKTORA  
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi  
mgr inż. Andrzej Kosiński