

EZ.28.165...2019.JB

Łódź, dnia 29.01.2020 r.  
Numer sprawy: EZ.28.165.2019

### Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na **dostawę aparatu do spirometrii dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi**

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na **dostawę aparatu do spirometrii dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi**

#### 1. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zamawiający wymaga w zestawieniu parametrów technicznych (Zał. nr 2 do SIWZ):

- w poz. 16 „Program spirometryczny wyposażony w graficzne wskaźniki informujące operatora o spełnieniu kryteriów zakończenia manewru:

- Czas wydechu (>3 lub >6 sekund) w zależności od wieku pacjenta,,

- w poz. 13 „Dokładność pomiaru objętości  $\leq 3\%$ ”

Powyższe wymagania były określone w standardach ERS/ATS z 2005 roku i są już nieaktualne, gdyż została wprowadzona ich modyfikacja w październiku 2019 roku.

(Standardization of Spirometry 2019 Update An Official American Thoracic Society and European Respiratory Society Technical Statement).

Czy Zamawiający dopuści do przetargu spirometr, który spełnia najważniejsze, aktualne wymagania profesjonalnego spirometru tzn. jest zgodny z zaleceniami określonymi w standardach ERS/ATS z 2019 roku, ale nie spełnia:

- poz. 6 tzn. producent spirometru nie jest producentem filtrów antybakteryjnych (sprzedaje filtry ze zintegrowanym ustnikiem firm specjalizujących się w ich produkcji)

- poz. 15 tzn. nie jest kompatybilny ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi jakie są w posiadaniu Zamawiającego od spirometru FlowScreen.

#### **Odpowiedź:**

W przypadku poz. 6 „Zestawienia parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń” (załącznik nr 2 do SIWZ) – Zamawiający wyraża zgodę.

W przypadku poz. 15 „Zestawienia parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń” (załącznik nr 2 do SIWZ) – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

P. O. DYREKTOR  
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi  
mgr inż. Andrzej Pasprzyc

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
SPECJALISTA

mgr Jacek Bojanowski

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957

