



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



EZ.28.21.483.2020.KJ

Łódź, dnia 25.03.2020r.  
Numer sprawy: EZ.28.21.2020

### Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: *postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na przebudowę pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdującego się na II p. Budynku Głównego, Bloku Operacyjnego znajdującego się na I p. Budynku Głównego dla projektu pn. "Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii" oraz przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdującego się na II p. Budynku Głównego - część środkowa i część południowa (opcja), zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.*

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

#### I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

*Pytanie nr 1 – dotyczy APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO 4. Myjnia dezynfektor do narzędzi chirurgicznych, anestezjologicznych i butów operacyjnych*

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające całkowitą moc przyłączeniową wynoszącą 9,3kW?

Odp.

Zamawiający dopuszcza urządzenie z całkowitą mocą przyłączeniową 9,3 kW.

*Pytanie nr 2 – dotyczy APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO 4. Myjnia dezynfektor do narzędzi chirurgicznych, anestezjologicznych i butów operacyjnych*

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające komorę o wymiarach 522mm wys. x 536mm szer. x 518/523mm gł.?

Odp.

Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające wymiary komory mycia 522mm wys. X 536mm szer. x 518/523mm gł.

*Pytanie nr 3 – dotyczy – dotyczy APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO 4. Myjnia dezynfektor do narzędzi chirurgicznych, anestezjologicznych i butów operacyjnych*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 7 dni, natomiast w przypadku konieczności sprawdzenia części zamiennych z zagranicy do 14 dni? Wyłącznie po przekroczeniu terminu 14 dni Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzenia zastępczego.

Odp.

Zamawiający wymaga jak SIWZ.

*Pytanie nr 4 – dotyczy APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO 4. Myjnia dezynfektor do narzędzi chirurgicznych, anestezjologicznych i butów operacyjnych*

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie kontrolowało ilości dozowanych środków chemicznych oraz ich poziom w zbiornikach, z możliwością nastawy stężenia dozowania w % bezpośrednio z panelu sterowania?

Odp.

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

DAS 55090466/3/OU



Pytanie nr 5 – dotyczy – dotyczy APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO 4. Myjnia dezynfektor do narzędzi chirurgicznych, anestezyjologicznych i butów operacyjnych

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu pkt. 5 Warunków gwarancji i szkoleń, bądź wyrazi zgodę na jego zmianę w sposób następujący „Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu ) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których wadliwy element/podzespoł zostanie wymieniony na nowy?

Odp.

Zamawiający wymaga jak SIWZ

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

P. O. DYREKTORA  
Wojewódzkiego Centrum Specjalistycznego  
Chirurgii i Traumatologii  
im. dr. hab. n. med. J. Kasparyk w Łodzi  
mgr inż. Andrzej Kasparyk

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
KIEROWNIK SEKCJI

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

mgr Kamila Juszcak NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957

