

EZ.28.20.669.2020.MJ

Łódź, dnia 28.04.2020 r.
Nr sprawy EZ.28.20.2020

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na **dostawę sprzętu medycznego** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2, 4, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na **dostawę sprzętu medycznego** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 pakietu 4 formularza cenowego (załącznik 2 do siwz) cewników do pokonywania trudnych zmian o następujących parametrach technicznych:

- Kompatybilny z przewodnikiem 0,035" i koszulką 4 Fr
- Długość: 90, 135 lub 150cm
- Taperowana końcówka widoczna w skopii zagięta o krzywiznie DAV lub prosta
- 4 znaczniki cieniодajne rozmieszczone co 5 cm zaczynając od końcówki dystalnej
- polimerowy shaft wzmocniony oplotem ze stali nierdzewnej zapewniający wyjątkową popychalność i jednocześnie pożądaną elastyczność.
- Pokrycie hydrofilne minimum na dystalnych 40 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 (pkt.4) Koszulka tętnicza 5F, 6F, 7F dł. 11 ; 23 cm dopuści koszulkę tętniczą o długości 10cm.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, w Pakiecie nr 1 (pkt.4) zamawiający dopuszcza także koszulkę tętniczą o długości 10cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Czy zamawiający wydzieli z pakietu 8, pozycję 8 jako osobny pakiet i dopuści do zaferowania produktu renomowanego, japońskiego producenta, charakteryzującego się cechami obiektywnie korzystniejszymi dla Zamawiającego według poniższej listy?

M.in. możliwość absorbowania większej liczby leków cytostatycznych, dokładniejszą kalibracją mikrosfer zapobiegającą przypadkowym, dystalnym, niepożądanym embolizacjom oraz potwierdzoną badaniami

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

DAS 55090466/3/OU

klinicznymi największą ilością leku cytostaticznego oddawanego do zmiany spośród produktów konkurencyjnych dostępnych na rynku, gwarantującą lepszą odpowiedź po terapii i lepsze efekty leczenia? Będzie to skutkowało możliwością złożenia oferty konkurencyjnej oraz uzyskania przez Zamawiającego zdecydowanie lepszej ceny.

Cechy produktu: Mikrosfery przeznaczone do embolizacji oraz chemoembolizacji

- zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego modyfikowanego grupami sulfonowymi
- mogą być obciążane chemioterapeutykami: irinotekan lub doxorubicyna, idarubicyna lub epirubicyna,
- ściśliwe, hydrofilne, nieresorbowalne, niewywołujące reakcji zapalnej
- precyzyjnie kalibrowane
- 3 wielkości mikrosfer: 100 $\mu\text{m} \pm 25 \mu\text{m}$; 200 $\mu\text{m} \pm 50 \mu\text{m}$; 400 $\mu\text{m} \pm 50 \mu\text{m}$
- pakowane w strzykawki a 20 ml
- strzykawka zawiera 2 ml mikrosfer + 4 ml soli fizjologicznej
- kod kolorystyczny dla poszczególnych wielkości mikrosfer
- termin użycia 36 miesięcy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu. Zmiana nie możliwa do przeprowadzenia w ogłoszeniu. Zamawiający nie dopuszcza w/w sprzętu.

Prosimy o wyodrębnienie z Pakietu 1 poz. 3, poz. 4 oraz poz. 5 i stworzenie nowego pakietu dla tych pozycji w celu powiększenia składanych ofert przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu. Zmiana nie możliwa do przeprowadzenia w ogłoszeniu.

II. Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

➤ Zmiana nr 1

pkt. XIV.19 na:

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

- p. Przemysław Szot – Dział Aparatury Medycznej, tel. 42 689 51 08 w sprawach merytorycznych
- p. Małgorzata Janikowska – Dział Zamówień Publicznych, tel. 42 689 59 11 w sprawach formalnych,
mail malgos.janikowska@kopernik.lodz.pl

➤ Zmiana nr 2

terminy:

- Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 1 SIWZ – na dzień **18.05.2020 r do godziny 10.00**
- Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 4 SIWZ – na dzień **18.05.2020 r o godzinie 11.00**

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

P. O. DYREKTORA
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi

mgr inż. Andrzej Kasprzyk

spokojnie: M. Janikowska

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957